



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015 pag. 1/15



REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale

Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CHIRURGIA MININVASIVA
IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

* * * * *

Criteri di valutazione

**Lotto 1 Trocar Addominale senza lama monouso – per interventi standard**

SUB A. Trocar

SUB B. Camicie per il trocar in sub A)

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
possibilità di essere usato come trocar ottico	5
Funzionalità del rubinetto	6
Livello di trasparenza	5
Tenuta della valvola	12
Tenuta in parete	12
<i>Totale punteggio qualità</i>	<i>40</i>
<i>Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione</i>	<i>24</i>

Lotto 2 Trocar Addominale senza lama monouso per interventi complessi –

SUB A. Trocar

SUB B. Camicie per il trocar in sub A)

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
invito ad imbuto	3
solidità mandrino cannula	3
ergonomicità impugnatura	3
ingombro esterno	4
funzionalità rubinetto	4
tenuta valvola	5
trasparenza	2
tenuta in parete	4

**Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015** pag. 3/15

capacità di tenere pulita l'ottica	7
sicurezza e funzionalità nell'introduzione in cavità	5
<i>Totale punteggio qualità</i>	40
<i>Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione</i>	28

Lotto 3 Trocar Addominale senza lama monouso, diametro 15- per interventi complessi

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
invito ad imbuto	3
solidità mandrino cannula	3
ergonomicità impugnatura	3
ingombro esterno	4
funzionalità rubinetto	4
tenuta valvola	5
trasparenza	2
tenuta in parete	4
capacità di tenere pulita l'ottica	7
sicurezza e funzionalità nell'introduzione in cavità	5
<i>Totale punteggio qualità</i>	40
<i>Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione</i>	28

Lotto 4 Trocar Addominale monouso con lama piatta

- SUB A. Trocar
SUB B. Camicie per il trocar in sub A)

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
invito ad imbuto	2

**Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015** pag. 4/15

solidità mandrino cannula	3
ergonomicità impugnatura	3
ingombro esterno	3
funzionalità rubinetto	5
tenuta valvola	5
trasparenza	2
tenuta in parete	4
capacità di tenere pulita l'ottica	7
lama disarmabile	6
<i>Totale punteggio qualità</i>	40
<i>Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione</i>	28

Lotto 5 Trocar di Hasson monouso con punta atraumatica senza palloncino in confezione singola sterile , con sistema di ancoraggio, doppia valvola, , trasparente, diametro 10 oppure 12 mm -

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Funzionalità del sistema di ancoraggio	15
Funzionalità del rubinetto	10
Livello di trasparenza	5
Tenuta della valvola	10
<i>Totale punteggio qualità</i>	40
<i>Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione</i>	28

Lotto 6 Trocar di Hasson monouso con punta atraumatica con palloncino, in confezione singola sterile diametro 10 oppure 12 mm -

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Palloncino a tenuta prolungata	10



Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015 pag. 5/15

Qualità del sistema di fissaggio	10
Atraumaticità a livello cutaneo	5
Tenuta della valvola	5
Funzionalità del rubinetto	5
Gamma di misure fornite per la lunghezza e per diametro	5
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	28

Lotto 7 Trocar toracico rigido monouso con punta atraumatica, dotato di cannula filettata , diametri vari, in confezione singola sterile

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Tenuta in parete	15
Atraumaticità della punta	15
Gamma di misure fornite per la lunghezza e per diametro	10
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 8 Sistema di scollamento pre peritoneale a palloncino monouso misure varie in confezione singola sterile

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
<i>Robustezza – intesa come capacità di resistere alla pressione</i>	10
<i>Funzionalità sistema di gonfiaggio</i>	10
<i>Funzionalità sistema di sgonfiaggio</i>	10
<i>Ergonomia</i>	10
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	28

**Lotto 9 Trocar monoaccesso monouso dotato di almeno tre accessi con rubinetto per insufflazione in confezione singola sterile**

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Tenuta in parete	10
Facilità di introduzione del trocar	10
Facilità di introduzione degli strumenti	10
Funzionalità del rubinetto	5
Manovrabilità dei trocar	5
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	28

Lotto 10 Trocar monoaccesso monouso dotato di almeno tre accessi con rubinetto per insufflazione utilizzabile anche per chirurgia transanale in confezione singola sterile

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Tenuta in parete	10
Facilità di introduzione del trocar	10
Facilità di introduzione degli strumenti	10
Funzionalità del rubinetto	5
Manovrabilità del trocar	5
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	28

Lotto 11 Valvole e riduttori monouso con trocar e camicie poliuro in comodato

SUB A. Valvole da 5 mm

SUB B. Valvole e riduttori da 10-12 mm

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
------------------	-----------------------------------

**Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015** pag. 7/15

Funzionalità del rubinetto	5
Tenuta della valvola	12
Tenuta in parete	12
Capacità di tenere pulita l'ottica nel passaggio attraverso il trocar	5
Praticità de l'assemblaggio di camicia valvola e riduttore	6
<i>Totale punteggio qualità</i>	40
<i>Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione</i>	24

Lotto 12 Dispositivi protezione/retrazione della ferita mini laparotomica per estrazione del pezzo chirurgico misure varie. Confezione singola sterile.

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Tenuta in parete	15
Facilità di introduzione	10
Resistenza del materiale	10
Gamma di misure disponibili	5
<i>Totale punteggio qualità</i>	40
<i>Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione</i>	24

Lotto 13 Dispositivi protezione/retrazione della ferita mini laparotomica per estrazione del pezzo chirurgico e ripristino dello pneumoperitoneo misure varie. Confezione singola sterile.

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Tenuta in parete	10
Facilità di introduzione	10
Resistenza del materiale	10
Possibilità di inserire un trocar nel dispositivo	5
Gamma di misure disponibili	5



Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015 pag. 8/15

<i>Totale punteggio qualità</i>	40
<i>Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione</i>	24

Lotto 14 Catetere per colangiografia laparoscopica, con introduttore, monouso, confezione singola sterile

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Gamma di misure disponibili	5
Atraumaticità della punta	10
Efficacia e sicurezza del sistema di ancoraggio a livello della via biliare	15
Maneggevolezza del sistema formato dal catetere e dall'introduttore	10
<i>Totale punteggio qualità</i>	40
<i>Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione</i>	24

Lotto 15 Ago di Veress, lunghezze varie, monouso, con rubinetto, confezione singola sterile

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Gamma di misure disponibili relativamente alla lunghezza	5
Sicurezza nell'introduzione intesa come disponibilità ed efficacia di un indicatore di introduzione	15
Funzionalità del mandrino intesa come funzionalità del sistema di sicurezza	10
Funzionalità del rubinetto	10
<i>Totale punteggio qualità</i>	40
<i>Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione</i>	24



Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015 pag. 9/15

Lotto 16 Dissettore curvo, diametro 5 mm, rotante, monouso, con collegamento per corrente monopolare, con stelo completamente isolato, confezione singola sterile

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Atraumaticità delle branche	8
Tenuta della presa:	8
Ergonomia	8
Robustezza	8
Estensione della superficie isolata	8
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 17 Pinze monouso, confezione singola sterile tipo Grasper diametro 5 mm rotante e con sistema di chiusura

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
<i>Meccanismo di bloccaggio</i>	8
<i>Tenuta della presa:</i>	8
Ergonomia	8
Robustezza	8
Atraumaticità della presa nei confronti del viscere:	8
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 18 Pinze monouso, confezione singola sterile tipo Clinch diametro 5 mm rotante e con sistema di chiusura

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
<i>Meccanismo di bloccaggio</i>	8
<i>Tenuta della presa:</i>	8
Ergonomia	8



Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015 pag. 10/15

Robustezza	8
Atraumaticità della presa nei confronti del viscere	8
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 19 Pinze monouso , confezione singola sterile tipo Babcock, diametro 10 mm rotante e con sistema di chiusura

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Meccanismo di bloccaggio	8
Tenuta della presa:	8
Ergonomia	8
Robustezza	8
Ampiezza della gamma di misure per lo stelo	2
Atraumaticità della presa nei confronti del viscere	6
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 20 Forbici monouso, confezione singola sterile, diametro 5 mm . rotante, con collegamento per corrente monopolare, con stelo completamente isolato

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Precisione del taglio	9
Gamma di misure fornite	4
Ergonomia	9
Robustezza	9
Estensione della superficie isolata	9
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

**Lotto 21 Retrattore monouso, a ventaglio, diametro 10 mm, confezione singola sterile**

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Atraumaticità delle lamelle	12
Ergonomia	6
Robustezza	12
Funzionalità del meccanismo di apertura	10
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 22 Retrattore epatico monouso, diametro 7-12 mm, confezione singola sterile

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Atraumaticità	10
Ergonomia	5
Robustezza	10
Funzionalità del meccanismo di apertura	5
Estensione della superficie di contatto	10
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 23 Tamponi atraumatici per laparoscopia da 5 mm monouso sterili, in confezione di massimo 3 pezzi

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
<i>Morbidezza del tampone</i>	10
<i>Resistenza dello stelo</i>	10



Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015 pag. 12/15

<i>Solidità del legame tra stelo e tampone</i>	10
<i>Presenza di marcatore radiopaco</i>	5
<i>Disponibilità a fornire confezioni con pezzatura ridotta</i>	5
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 24 Sacchetto di recupero diametro da 8mm a 10mm monouso, confezione singola sterile, apribile con una sola mano, con stelo introduttore solidale

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
<i>Resistenza del sacchetto</i>	10
<i>Capienza</i>	10
<i>Automantenimento dell'apertura</i>	10
<i>Efficacia della chiusura</i>	10
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	28

Lotto 25 Sacchetto di recupero diametro da 13mm a 15mm monouso, confezione singola sterile, apribile con una sola mano, con stelo introduttore solidale

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
<i>Resistenza del sacchetto</i>	10
<i>Capienza</i>	10
<i>Auto mantenimento dell'apertura</i>	10
<i>Efficacia della chiusura</i>	10
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24



Lotto 26 Sacchetto da recupero diametri vari monouso, confezione singola sterile, da uso libero in addome, che non tenga occupato il trocar durante la manipolazione del pezzo chirurgico

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
<i>Resistenza del sacchetto</i>	10
<i>Capienza</i>	10
<i>Automantenimento dell'apertura</i>	10
<i>Efficacia della chiusura</i>	10
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 27 Cannula per irrigazione ed aspirazione monouso, confezione singola sterile con pompa motorizzata in comodato d'uso

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Ergonomia dell'impugnatura	10
Funzionalità del sistema di irrigazione/aspirazione	10
Atraumaticità e resistenza della cannula	10
Maneggevolezza dei tubi di raccordo	10
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	28



Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015 pag. 14/15

Lotto 28 Cannula per irrigazione ed aspirazione monouso, confezione singola sterile utilizzabili con sistema di sacche a caduta, con tubi di raccordo

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Ergonomia dell'impugnatura	10
Funzionalità del sistema di irrigazione/aspirazione	10
Atraumaticità e resistenza della cannula	10
Maneggevolezza dei tubi di raccordo	10
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 29 Filo 0 e 00 per legatura intraddominale in laparoscopia con nodo preformato ed adeguato sistema spingi nodo, in confezione singola sterile -

SUB A. Filo riassorbibile 0 E 00

SUB B. Filo non riassorbibile

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Scorrimento del filo	10
Tenuta del nodo	15
Efficacia dello spingi nodo	15
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24

Lotto 30 Manipolatore uterino monouso con punta articolata da 7 cm circa, con possibilità di rotazione, possibilità di iniettare mezzo di contrasto e munito di palloncini di fissaggio

<i>Parametro</i>	<i>Punti massimi attribuibili</i>
Robustezza	10
Facilità di applicazione	10



Allegato C.6 al Decreto n. 45 del 5 MAG 2015 pag. 15/15

Ergonomia	10
Tenuta all'interno della cavità uterina	10
Totale punteggio qualità	40
Soglia minima da raggiungere a pena di esclusione	24