

Allegato C.8 Al decreto n.16 del 07.03.2014

Allegato 7 al disciplinare - Griglia di valutazione - Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti della Regione del Veneto

PANNOLONE A MUTANDINA
Oggetto di valutazione: Formato GRANDE

PARAMETRI:	punti	
Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici		
1 Test di velocità di acquisizione	1	vedi tabella sotto
2 Test di rewetting	1	vedi tabella sotto
3 Test di capacità di assorbimento	3	vedi tabella sotto
18 Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	0,5	
12 Traspirabilità delle bande di fissaggio	0,5	
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	2	
13 Caratteristiche del rivestimento esterno	0,5	
14 Silenziosità del rivestimento esterno	0,5	
23 Ingombro del confezionamento secondario	1	
20 Test clinici documentati	0,25	
24 Certificazione ambientale	0,25	
21 Dermoprotezione	1	
22 Sistemi di controllo dell'odore	1,5	
Prove di laboratorio:		
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	7	vedi tabella sotto
5 Determinazione della Traspirabilità	2	vedi tabella sotto
6 Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	2	vedi tabella sotto
7 Determinazione dello spessore del materassino assorbente	2	vedi tabella sotto
8 Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	2	vedi tabella sotto
9 Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	1	vedi tabella sotto
10 Qualità del confezionamento primario	1	vedi tabella sotto
TOTALE	30	

Test di velocità di acquisizione

(Determinazione della velocità di assorbimento di liquido (*test di acquisizione*), metodica NMC 93 n.001, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n°332)
 Requisito funzionale minimo: 2 ml/s
 unità di misura: ml/s

fasce di risultato	punti		
	<	2,00	0
2,0	-	3,00	0,250
3,01	-	4,00	0,500
4,01	-	5,00	0,750
	≥	5,01	1,000

Allegato C.8 Al decreto n.16 del 07.03.2014

Allegato 7 al disciplinare - Griglia di valutazione - Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti della Regione del Veneto

Test di rewetting

(Determinazione della cessione di liquido (*test di rewetting*), metodica NMC 93 n. 002, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)

Requisito funzionale minimo: 1 g

Unità di misura: g

fasce di risultato		punti
≥	0,10	0,500
<	0,10	1,000

Test di capacità di assorbimento

(Determinazione della capacità di assorbimento di liquido (*test di capacità di assorbimento*), metodica NMC 93 n. 003, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)

Requisito funzionale minimo: 7 g/g

Unità di misura: g/g

fasce di risultato		punti	
	<	7,00	0
7,00	-	8,00	0,429
8,01	-	9,00	0,857
9,01	-	10,00	1,286
10,01	-	11,00	1,714
11,01	-	12,00	2,143
12,01	-	13,00	2,571
	≥	13,01	3,000

Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti

(Determinazione della velocità di acquisizione e della cessione di liquido (rewet)

dopo imbibizioni ripetute con liquido di prova. Test su prodotto intero-Ausili adulti formato Grande -Metodica MI 15 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: velocità di acquisizione (ml/s); rewet (g)

fasce di risultato /punti			
Velocità di acquisizione			
I ^a imbibizione	Punti	II ^a imbibizione	Punti
(ml/s)		(ml/s)	
≤ 10,0	0,875	≤ 10,0	0,875
10,1 - 12,9	1,750	10,1 - 12,9	1,750

Rewet	
(g)	Punti
≥ 25,0	1,750
< 25,0	3,500

Determinazione della Traspirabilità

(Determinazione della Traspirabilità su prodotto intero - metodica MI 30 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (g / h / m²)

fasce di risultato punti

Allegato C.8 Al decreto n.16 del 07.03.2014

Allegato 7 al disciplinare - Griglia di valutazione - Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti della Regione del Veneto

<	20,0	0
≥	20,0	2,000

Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis

(Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis - metodica MI 26 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (cm²)

fasce di risultato		punti	
≤		5000	2,000
5001	-	5500	1,500
5501	-	6000	1,000
≥		6001	0,500

Determinazione dello spessore del materassino assorbente

(Determinazione dello spessore del materassino assorbente - metodica MI 27 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (mm)

fasce di risultato		punti	
	≤	6,00	2,000
6,01	-	8,00	1,500
8,01	-	10,00	1,000
	≥	10,01	0,500

Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente

(Determinazione della sgambatura del materassino assorbente - metodica MI 25 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (mm)

fasce di risultato		punti	
	≤	350	0,667
351	-	400	1,333
	≥	401	2,000

Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio

(Determinazione della presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio MI 22 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (non applicabile)

fasce di risulta punti	
Presente	1,0
Assente	0

Qualità del confezionamento primario

Allegato C.8 Al decreto n.16 del 07.03.2014

Allegato 7 al disciplinare - Griglia di valutazione - Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti della Regione del Veneto

(Qualità del confezionamento primario e degli ausili assorbenti per incontinenza - MI 21 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (non applicabile)

fasce di risultato (livello Scala) punti	
0	0
1	0,167
2	0,333
3	0,500
4	0,667
5	0,833
6	1,000

PANNOLONE A MUTANDINA AD ALTA ASSORBENZA "TIPO NOTTE".

Il prodotto deve possedere un alto livello di materiale assorbente equivalente. Il prodotto si deve poter riconoscere nel confezionamento primario attraverso parole, simboli (pittogrammi o disegni o codice colore).

Oggetto di valutazione: Formato GRANDE

PARAMETRI:		punti
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>		
1	Test di velocità di acquisizione	1
2	Test di rewetting	1
3	Test di capacità di assorbimento	3
18	Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	0,5
13	Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	2
14	Caratteristiche del rivestimento esterno	0,5
15	Silenziosità del rivestimento esterno	0,5
23	Ingombro del confezionamento secondario	1
20	Test clinici documentati	0,25
24	Certificazione ambientale	0,25
21	Dermoprotezione	1
22	Sistema di controllo dell'odore	1
<i>Prove di laboratorio:</i>		
4	Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	10
5	Determinazione della Traspirabilità	6
9	Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	1
10	Qualità del confezionamento primario	1
TOTALE		30

Test di velocità di acquisizione

(Determinazione della velocità di assorbimento di liquido (*test di acquisizione*), metodica NMC 93 n.001, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)

unità di misura: ml/s

fasce di risultato		punti	
	<	2,00	0
2,0	-	3,00	0,250
3,01	-	4,00	0,500
4,01	-	5,00	0,750
	≥	5,01	1,000

Test di rewetting

(Determinazione della cessione di liquido (*test di rewetting*), metodica NMC 93 n. 002, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)

Unità di misura: g

fasce di risultato		punti
≥	0,10	0,500
<	0,10	1,000

Test di capacità di assorbimento

(Determinazione della capacità di assorbimento di liquido (*test di capacità di assorbimento*), metodica NMC 93 n. 003, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)

Unità di misura: g/g

fasce di risultato			punti
	<	7,00	0
7,00	-	10,00	0,300
10,01	-	11,00	0,600
11,01	-	12,00	1,500
12,01	-	13,00	2,000
13,01		14,00	2,500
	≥	14,01	3,000

Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti

(Determinazione della velocità di acquisizione e della cessione di liquido (rewet)

Unità di misura: velocità di acquisizione (ml/s); rewet (g)

fasce di risultato /punti			
Velocità di acquisizione			
I ^a imbibizione	Punti	II ^a imbibizione	Punti
(ml/s)		(ml/s)	
≤ 10,0	1,250	≤ 10,0	1,250
10,1 - 12,9	2,500	10,1 - 12,9	2,500

Rewet	
(g)	Punti
≥ 25,0	2,500
< 25,0	5,000

Determinazione della Traspirabilità

(Determinazione della Traspirabilità su prodotto intero - metodica MI 30 SSCCP-Innovhub)
 Unità di misura: (g / h / m²)

fasce di risultato		punti
<	20,0	0
≥	20,0	6,000

Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio
 (Determinazione della presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio MI 22 SSCCP-Innovhub)
 Unità di misura: (non applicabile)

fasce di risultato	punti
Presente	1
Assente	0

Qualità del confezionamento primario
 (Qualità del confezionamento primario e degli ausili assorbenti per incontinenza - MI 21 SSCCP-Innovhub)
 Unità di misura: (non applicabile)

fasce di risultato (livello Scala)	punti
0	0
1	0,167
2	0,333
3	0,500
4	0,667
5	0,833
6	1,000

PANNOLONE SAGOMATO

Oggetto di valutazione: Formato GRANDE

PARAMETRI:		Punti
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>		
1	Test di velocità di acquisizione	1
2	Test di rewetting	1
3	Test di capacità di assorbimento	3
18	Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	0,5
13	Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	2
15	Silenziosità del rivestimento esterno	0,5
16	Forma a conca dell'ausilio	1,5
23	Ingombro del confezionamento secondario	1
20	Test clinici documentati	0,25
24	Certificazione ambientale	0,25
21	Dermoprotezione	1
22	sistema di controllo dell'odore	2
<i>Prove di laboratorio:</i>		
4	Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	7
7	Determinazione dello spessore del materassino assorbente	2
8	Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	2
9	Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	1
10	Qualità del confezionamento primario	1
TOTALE		27

Test di velocità di acquisizione

(Determinazione della velocità di assorbimento di liquido (*test di acquisizione*)), metodica NMC 93 n.001, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n°332)

unità di misura: ml/s

fasce di risultato		punti	
	<	2,00	0
2,0	-	3,00	0,250
3,01	-	4,00	0,500
4,01	-	5,00	0,750
	≥	5,01	1,000

Test di rewetting

(Determinazione della cessione di liquido (*test di rewetting*), metodica NMC 93 n. 002, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)

Unità di misura: g

fasce di risultato		punti
≥	0,10	0,500
<	0,10	1,000

Test di capacità di assorbimento

(Determinazione della capacità di assorbimento di liquido (*test di capacità di assorbimento*), metodica NMC 93 n. 003, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)

Unità di misura: g/g

fasce di risultato			punti
	<	7,00	0
7,00	-	8,00	0,429
8,01	-	9,00	0,857
9,01	-	10,00	1,286
10,01	-	11,00	1,714
11,01	-	12,00	2,143
12,01	-	13,00	2,571
	≥	13,01	3,000

Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti

(Determinazione della velocità di acquisizione e della cessione di liquido (rewet))

Unità di misura: velocità di acquisizione (ml/s); rewet (g)

fasce di risultato /punti			
Velocità di acquisizione			
I ^a imbibizione	Punti	II ^a imbibizione	Punti
(ml/s)		(ml/s)	
≤ 10,0	0,875	≤ 10,0	0,875
10,1 - 12,9	1,750	10,1 - 12,9	1,750

Rewet	
(g)	Punti
≥ 25,0	1,750
< 25,0	3,500

Determinazione dello spessore del materassino assorbente

(Determinazione dello spessore delmaterassino assorbente - metodica MI 27 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (mm)

fasce di risultato		punti	
	≤	6,00	2,000
6,01	-	8,00	1,500
8,01	-	10,00	1,000
	≥	10,01	0,500

Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente

(Determinazione della sgambatura del materassino assorbente - metodica MI 25 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (mm)

fasce di risultato		punti	
	≤	250	0,667
251	-	300	1,333
	≥	301	2,000

Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio

(Determinazione della presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio MI 22 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (non applicabile)

fasce di risultato	punti
Presente	1
Assente	0

Qualità del confezionamento primario

(Qualità del confezionamento primario e degli ausili assorbenti per incontinenza - MI 21 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (non applicabile)

fasce di risultato (livello Scala)	punti
0	0
1	0,200
2	0,400
3	0,600
4	0,800
5	1,000

MUTANDINA ELASTICIZZATA RIUTILIZZABILE
Oggetto di valutazione: Formato GRANDE

PARAMETRI:		Punti
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>		
17	Grado di compressione	2
18	Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	1
TOTALE		3

PANNOLONE RETTANGOLARE FORMATO UNICO (CON BARRIERE)

PARAMETRI:		Punti
Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici		
1	Test di velocità di acquisizione	7
2	Test di rewetting	7
3	Test di capacità di assorbimento	10
13	Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	2
23	Ingombro del confezionamento secondario	1
20	Test clinici documentati	0,75
24	Certificazione ambientale	0,25
Prove di laboratorio:		
9	Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	2
TOTALE		30

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

Test di velocità di acquisizione

(Determinazione della velocità di assorbimento di liquido (*test di acquisizione*), metodica NMC 93 n.001, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)
 unità di misura: ml/s

fasce di risultato		punti	
	<	2,00	0
2,00	-	3,00	3,500
	≥	3,01	7,000

Test di rewetting

(Determinazione della cessione di liquido (*test di rewetting*), metodica NMC 93 n. 002, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)
 Unità di misura: g

fasce di risultato		punti	
	≥	0,20	3,500
	<	0,20	7,000

Test di capacità di assorbimento

(Determinazione della capacità di assorbimento di liquido (*test di capacità di assorbimento*), metodica NMC 93 n. 003, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)
 Unità di misura: g/g

fasce di risultato		punti	
	<	7,00	0
7,00	-	8,00	2,500

Allegato 7 al disciplinare - Griglia di valutazione - Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti della Regione del Veneto

8,01	-	9,00	5,000
9,01	-	10,00	7,500
	≥	10,01	10,000

Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio
 (Determinazione della presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio MI 22 SSCCP-Innovhub)
 Unità di misura: (non applicabile)

fasce di risultato	punti
Presente	2
Assente	0

TRAVERSA SALVAMATERASSO
Oggetto di valutazione: Formato 60 x 90

PARAMETRI:		Punti
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>		
19	Uniformità del tampone assorbente	10
<i>Prove di laboratorio:</i>		
11	Superficie del tampone assorbente	20
TOTALE		30

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

Superficie del tampone assorbente

Rapporto Superficie tampone assorbente vs superficie totale traversa

Unità di misura: %

fasce di risultato	Punti
< 75	0
75,0 - 77,0	10,000
≥ 77,1	20,000

Uniformità tampone assorbente

Unità di misura: (non applicabile)

fasce di risultato	Punti
Tampone uniforme	10,000
Tampone non uniforme	0

PANNOLONE A CINTURA

Oggetto di valutazione: Formato GRANDE

PARAMETRI:		Punti
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>		
1	Test di velocità di acquisizione	1,5
2	Test di rewetting	1,5
3	Test di capacità di assorbimento	3
18	Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	0,5
13	Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	2
14	Caratteristiche del rivestimento esterno	1
15	Silenziosità del rivestimento esterno	1
23	Ingombro del confezionamento secondario	1
20	Test clinici documentati	0,25
24	Certificazione ambientale	0,25
21	Dermoprotezione	1
22	Sistemi di controllo dell'odore	1
<i>Prove di laboratorio</i>		
4	Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	10
5	Determinazione della Traspirabilità	2
7	Determinazione dello spessore del materassino assorbente	2
9	Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	1
10	Qualità del confezionamento primario	1
TOTALE		30

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

vedi tabella sotto

Test di velocità di acquisizione

(Determinazione della velocità di assorbimento di liquido (*test di acquisizione*), metodica NMC 93 n.001, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)

unità di misura: ml/s

fasce di risultato	punti		
	<	2,00	0
2,0	-	3,00	0,375
3,01	-	4,00	0,750
4,01	-	5,00	1,125
	≥	5,01	1,500

Test di rewetting

(Determinazione della cessione di liquido (*test di rewetting*), metodica NMC 93 n. 002, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)

Unità di misura: g

fasce di risultato		punti
≥	0,10	0,750
<	0,10	1,500

Test di capacità di assorbimento

(Determinazione della capacità di assorbimento di liquido (*test di capacità di assorbimento*), metodica NMC 93 n. 003, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27/8/1999, n° 332)

Unità di misura: g/g

fasce di risultato			punti
	<	7,00	0
7,00	-	8,00	0,429
8,01	-	9,00	0,857
9,01	-	10,00	1,286
10,01	-	11,00	1,714
11,01	-	12,00	2,143
12,01	-	13,00	2,571
	≥	13,01	3,000

Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti

(Determinazione della velocità di acquisizione e della cessione di liquido (rewet)

dopo imbibizioni ripetute con liquido di prova. Test su prodotto intero-Ausili adulti formato Grande -Metodica MI 15 SSCCP-Innovhub

Unità di misura: velocità di acquisizione (ml/s); rewet (g)

fasce di risultato /punti			
Velocità di acquisizione			
I ^a imbibizione (ml/s)	Punti	II ^a imbibizione (ml/s)	Punti
≤ 10,0	1,250	≤ 10,0	1,250
10,1 - 12,9	2,500	10,1 - 12,9	2,500

Rewet	
(g)	Punti
≥ 25,0	2,500
< 25,0	5,000

Determinazione della Traspirabilità

(Determinazione della Traspirabilità su prodotto intero - metodica MI 30 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (g / h / m²)

fasce di risultato		punti
<	20,0	0
≥	20,0	2,000

Determinazione dello spessore del materassino assorbente

(Determinazione dello spessore delmaterassino assorbente - metodica MI 27 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (mm)

fasce di risultato			punti
	≤	6,00	2,000
6,01	-	8,00	1,500
8,01	-	10,00	1,000
	≥	10,01	0,500

Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio

(Determinazione della presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio MI 22 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (non applicabile)

fasce di risultato	punti
Presente	1
Assente	0

Qualità del confezionamento primario

(Qualità del confezionamento primario e degli ausili assorbenti per incontinenza - MI 21 SSCCP-Innovhub)

Unità di misura: (non applicabile)

fasce di risultato (livello Scala)	punti
0	0
1	0,167
2	0,333
3	0,500
4	0,667
5	0,833
6	1,000

Allegato C.8 Al decreto n.16 del 07.03.2014

Allegato 7 al disciplinare - Griglia di valutazione - Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti della Regione del Veneto

SERVIZIO	
Servizio	
Cadenza delle consegne inferiore a tre mesi	4
Possibilità di allestimento di uno o più punti di distribuzione per ogni azienda sanitaria	2
Disponibilità ad effettuare consulenza domiciliare	2
Maggior operatività del Call Center	2
TOTALE	10