

LOTTO 1

CRITERI

	PUNTI MAX	RAYS	PROMED	CHEMIL
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3	3
Completezza gamma delle misure da 18 a 26 g (lunghezze ago diverse)	3	1	2,5	2

Funzionalità e maneggevolezza

Facilità di connessione e sconnessione	6	6	6	6
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	7	7	7	7
Facilità di rimozione del copriago	6	6	6	5
Affiliatura intesa come penetrabilità	7	4	7	5

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2	1	2	1,5
apertura peel open	2	2	2	2
facilità di separazione dei singoli strip	2	2	2	2

Secondario:

Identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	0,5	1	0,5
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	1	1	1	1
minimo 24/40	40	33,5	39,5	35

28 ps of Mhpals of

PARAMETRI:		PUNTI MAX	SMITHS MEDICAL	BENEFIS	COVIDIEN	RAYS	FARMAC ZABBAN	PROMED	CLINI-LAB
	Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3					
	Completezza gamma delle misure (da 20 a 25 g - lunghezze ago varie)	3	2,5	1	3	2,5	1,5	2	2,5

Facilità di connessione e sconnessione	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Facilità di rimozione del copriago	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Affidatura intesa come penetrabilità	5	5	3	5	5	5	5	5	5
Facilità di attivazione del sistema di sicurezza	4	4	0	4	0	2	4	2	2
Irreversibilità del sistema di sicurezza	4	4	0	4	4	4	4	4	4

Primario:									
[M]Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2	2	1	2	1	1,5	2	1,5	
apertura peel open	2	2	2	2	1	2	2	2	
facilità di separazione dei singoli strip	2	2	2	2	2	2	2	2	
Secondario:									

Identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	1	0	1	0,5	1	1	1	1	1
<i>minimo 24/40</i>	40	38	26,5	39	33	35,5	39	37	



LOTTO 3

CRITERI

	PUNTI MAX	RAYS	PROMED	CLINI-LAB	CHEMIL
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3	3	3
Completezza gamma delle misure da 27 a 30 g (lunghezze ago varie)	3	3	1	3	1

Funzionalità e maneggevolezza

Facilità di connessione e sconnessione	6	6	6	6	6
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	7	7	7	7	7
Facilità di rimozione del copriago	6	6	6	6	5
Affilatura intesa come penetrabilità	7	4	7	7	5

Confezionamento


Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2	1	2	2	1,5
apertura peel open	2	2	2	2	2
facilità di separazione dei singoli strip	2	2	2	2	2

Secondario:

Identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	0,5	1	1	0,5
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	1	1	1	1	1
minimo 24/40	40	35,5	38	40	34





LOTTO 5

PARAMETRI:

PARAMETRI:	PUNTI MAX	CO.DI SAN	RAYS	FARMAC ZABBAN	CHEMIL	ARTSANA
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	3	3	3	3	3	3
Facilità di rimozione del coprigo	2	2	2	2	2	2
Afflatura intesa come penetrabilità	3	3	3	3	3	3
dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura	2	2	2	2	2	2
zigrinatura antiscivolo delle alette	2	2	2	2	2	2
facilità di connessione sconnessione	2	2	2	2	2	2
consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento	3	3	3	3	3	3
antingincio prolunga	3	3	3	3	3	3
facilità di sconnessione del cappuccio luer lock	3	3	3	3	3	3
Facilità di attivazione del sistema di sicurezza	4	0	0	0	1	4
Irreversibilità del sistema di sicurezza	4	4	0	4	4	4

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	1	1	1	1	1	1
Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto	1	0	0	0	0	1
facilità di separazione dei singoli strip	1	1	1	1	1	1
facilità della manovra di apertura	1	1	0	1	1	1

Secondario:

Identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	0,5	1	0,5	0,5	0,5
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	1	1	1	1
minimo 24/40	40	34,5	30	34,5	35,5	38,5

Handwritten notes and signatures:
 D
 R-5
 plus
 vya plus
 BB

LOTTI 6

PARAMETRI:

Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	PUNTI MAX	CLINI-LAB	ARTSANA	PRO.LAB
	3	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo o altro dispositivo	4	4	4	4
Facilità di rimozione del copriago	2	2	2	2
Afflatura intesa come penetrabilità	3	3	3	3
dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura	2	2	1	2
zigrinatura antiscivolo delle alette	2	2	2	2
facilità di connessione sconnessione	2	2	2	2
consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento	2	2	1	2
antinginciochimento prolunga	3	3	3	3
facilità di sconnessione del cappuccio luer lock	3	3	3	3
Facilità di attivazione del sistema di sicurezza	4	4	3	4
Irreversibilità del sistema di sicurezza	4	4	4	4


Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	1	1	1	0
Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto	1	0	1	0
facilità di separazione dei singoli strip	1	1	1	1
facilità della manovra di apertura	1	0,5	1	0

Secondario:

Identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	1	1	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	0,5	1
minimo 24/40	40	38,5	36,5	37





LOTTO 8

PARAMETRI:

Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	PUNTI MAX	RAYS	ARTSANA
	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	3	3	3
Facilità di rimozione del copriago	2	2	2
Affilatura intesa come penetrabilità	3	1	3
dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura	2	2	2
zigrinatura antiscivolo delle alette	2	2	2
facilità di connessione sconnessione	2	2	2
consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento	3	1	3
antinginciochimento prolunga	3	3	3
facilità di connessione del cappuccio luer lock	3	2	3
Facilità di attivazione del sistema di sicurezza	4	1	4
Irreversibilità del sistema di sicurezza	4	4	4

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	1	1	1
Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto	1	0	1
facilità di separazione dei singoli strip	1	1	1
facilità della manovra di apertura	1	1	1

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	1	0,5
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	1
minimo 24/40	40	31	39,5

ms

20

per vph e plus

DD

LOTTO 11

PARAMETRI:

	PUNTI MAX	RI.MOS
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione	8	8
Atraumaticità dell'ago	7	7
Facilità di rimozione del copriago	7	7
Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità	7	7

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	3
apertura peel open	3	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1
minimo 24/40	40	40

ps

de mps 2/2/25

20

LOTTO 13

PARAMETRI:

Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	PUNTI MAX	FITOCHINA	DBN STORE
	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Atraumaticità	8	8	8
Penetrabilità nei tessuti	7	7	7
Facilità di impugnatura	7	7	7
Flessibilità	4	4	4
Completezza gamma delle misure	4	4	4

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	3	1
Facilità della manovra di apertura	3	2	3

Secondario:

facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	0	1
minimo 24/40	40	38	38

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large signature, possibly "P. P.", followed by "B. P." and "P. P."
- Middle right: A signature, possibly "P. P.", followed by "P. P."
- Bottom right: A signature, possibly "P. P.", followed by "P. P."

LOTTO 18

PARAMETRI:

	PUNTI MAX	GAMBRO
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione con linea di infusione	5	5
Facilità di rimozione del copriago	2	2
Affiliatura intesa come penetrabilità	4	4
dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura	3	3
zigrinatura antiscivolo delle alette	3	3
consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento	3	3
facilità di sconnessione del cappuccio luer lock	2	2
facilità di connessione sconnessione	3	3
Facilità di attivazione della clamp e sicurezza di tenuta	3	3
antingocchimento del tubo	3	3

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2	2
facilità della manovra di apertura	2	2

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1
minimo 24/40	40	40

Handwritten signatures and initials: "MS", "P3", "WPK P3 MS", and "100".

LOTTO 20

PARAMETRI:

Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	PUNTI MAX	HS HOSPITAL
	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione	8	8
Facilità di rimozione del copriago	7	7
Atraumaticità della punta	7	7
antingipocchimento del tubo	7	7

Confezionamento

Primario:

lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	3
facilità della manovra di apertura	3	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1
minimo 24/40	40	40

CF

EB

gda

WJF C. L. S.
DR

LOTTO 21

PARAMETRI:

Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	PUNTI MAX	COOK
	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Ergonomicità della impugnatura	8	8
Facilità di scorrimento dell'introduttore e/o del catetere	7	7
Facilità di rimozione del copriago	7	7
Penetrabilità della punta	7	7

Confezionamento

Primario:

lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	3
facilità della manovra di apertura	3	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1
minimo 24/40	40	40

ms

20

ofe

my p me
xen

LOTTO 22

PARAMETRI:

Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	PUNTI MAX	FERRARI L.	BTC MEDICAL	CODAN	CAIR	MULTIMEDICAL
	3	3	3	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Ergonomia della impugnatura	4	2	4	4	4	2
capuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione	4	2	2	4	4	2
facilità di rimozione del coprispina	4	4	4	4	4	4
facilità di penetrazione dello spike	5	1	5	4	4	1
capacità di svuotamento completo del flacone	5	1	5	4	5	1
idonea compensazione dell'aria	5	5	5	1	5	5
tenuta e facilità della connessione con la siringa	4	4	4	4	4	4

Confezionamento

Primario:

lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2	2	2	2	2	2
facilità della manovra di apertura	2	1	1	2	2	2

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1	0	0	1	0	0
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	0	0	1	0,5	0
minimo 24/40	40	25	35	34	37,5	26

ps

PS

de MVB ps

MM

LOTTO 23

PARAMETRI:

PARAMETRI:	PUNTI MAX	VER SAN DAFNE	FERRARI L.	CAREFUSION	BTC	CODAN	CAIR	Multimedical
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3	3	3	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Ergonomia della impugnatura	4	4	1	4	4	4	4	4
cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione	4	2	4	4	4	4	2	4
facilità di rimozione del coprispike	3	3	3	3	3	3	3	3
facilità di penetrazione dello spike	5	5	2	5	5	1	2	1
capacità di svuotamento completo del flacone	5	5	1	5	1	2	1	1
idonea compensazione dell'aria	5	5	2	5	3	2	1	1
tenuta e facilità della connessione con la siringa	5	5	2	5	3	2	2	2

Confezionamento

Primario:

lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2	2	2	2	2	2	2	2
facilità della manovra di apertura	2	2	2	2	1	2	1	2

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1	1	0	1	1	1	1	0
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	0	1	0	1	0	0
minimo 24/40	40	38	22	40	30	27	22	23
esclusa per punteggio inferiore al minimo								esclusa per punteggio inferiore al minimo

ms

DF

ofer

ms 3 hrs

ms

LOTTO 24

PARAMETRI:

	PUNTI MAX	BENEFIS	NACATUR
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta del gommino	4	4	4
Scorrevolezza del pistone	5	5	5
Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro	5	5	3
Facilità di connessione e sconnessione	3	3	3
Facilità di rimozione del copriago	3	3	0,5
Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità	5	5	3
Ergonomicità dell'impugnatura	4	4	4

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	3	1
facilità di manovra di apertura	3	2	1,5

Secondario:

Identificazione corretta del prodotto	1	1	0
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	0,5
minimo 24/40	40	39	28,5

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large signature, possibly "M. P. S.", followed by a circular stamp or mark.
- Middle right: A signature, possibly "D. C.", followed by a circular stamp or mark.
- Bottom right: A signature, possibly "D. C.", followed by a circular stamp or mark.

PARAMETRI:					
	PUNTI MAX	BENEFIS	RAYS	FARMAC ZABBAN	NACATUR
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza					
Tenuta del gommino	4	4	4	4	4
Scorrevolezza del pistone	5	5	5	5	5
Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro	5	3	4	5	3
Facilità di connessione e sconnessione	3	3	2	3	3
Facilità di rimozione del coprigo	3	3	3	1	3
Affidatura dell'ago intesa come penetrabilità	5	5	5	5	5
Ergonomicità dell'impugnatura	4	4	4	4	4

Primario:					
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	3	3	1,5	1,5
Facilità di manovra di apertura	3	2	3	1,5	3

secondario:					
Identificazione corretta del prodotto					
	1	1	1	0,5	0
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	1	0,5	0,5
minimo 24/40	40	37	36,5	34	34,5

LOTTO 27

PARAMETRI:	PUNTI MAX	BENEFIS	RAYS	NACATUR
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta del gommino	4	3	4	2
Scorrevolezza del pistone	4	4	4	4
Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro	5	5	4	4
Facilità di connessione e sconnessione	5	4	5	4
Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione	7	7	7	7
Ergonomicità dell'impugnatura	4	4	4	4

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	3	1	2
facilità di manovra di apertura	3	2	3	0

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1	1	1	0
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	1	0
minimo 24/40	40	37	37	30

ES

of Nyl plus

DD

LOTTO 28

PARAMETRI:					
	PUNTI MAX	BENEFIS	RAYS	FARMAC ZABBAN	NACATUR
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta del gommino	4	4	4	4	3
Scorrevolezza del pistone	4	4	4	4	4
Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro	5	5	5	5	5
Facilità di connessione e sconnessione	5	5	5	5	5
Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione	7	7	7	7	7
Ergonomicità dell'impugnatura	4	2	2	4	2

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	3	2	3	3
facilità di manovra di apertura	3	3	2	2	1

Secondario:

Identificazione corretta del prodotto	1	1	1	0,5	0
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	1	1	0
minimo 24/40	40	38	36	38,5	33

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large, stylized signature.
- Middle right: A signature.
- Bottom right: A signature.

LOTTO 29

PARAMETRI:		PUNTI MAX	FARMAC ZABBAN	PROMED
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto		3	3	3
Funzionalità e maneggevolezza				
Tenuta del gommino		4	4	4
Scorrevolezza del pistone		4	3	4
Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro		6	6	6
Facilità di rimozione del copriago		3	3	3
Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità		6	6	6
Presenza della mezza unità		3	0	3
Resistenza dell'ago alla deformazione		5	5	5

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2	2	2
facilità di manovra di apertura	2	2	0

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1	1	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	0
minimo 24/40	40	36	37






LOTTO 30

PARAMETRI:

	PUNTI MAX	BENEFIS	RAYS	NACATUR
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta del gommino	4	4	3	3
Scorrevolezza del pistone	4	4	4	4
Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro	5	4	5	5
Facilità di connessione e sconnessione	5	5	5	5
Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione	7	7	7	7
Ergonomicità dell'impugnatura	4	4	4	2

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	3	2	3
facilità di manovra di apertura	3	2	3	1

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1	0,5	1	0
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	1	0
minimo 24/40	40	37,5	38	33

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large signature, possibly "M. P. P.", followed by a circular stamp or mark.
- Middle right: A signature, possibly "P. P.", followed by a circular stamp or mark.
- Bottom right: A signature, possibly "P. P.", followed by a circular stamp or mark.

LOTTO 32

PARAMETRI:

Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	PUNTI MAX	GEPA	SMITHS	CLINI-LAB
	3	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta del gommino	4	3	4	3
Scorrevolezza del pistone	4	4	4	4
Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro	2	2	2	2
Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione	4	4	4	4
CAPPUCCIO/sistema di CHIUSURA CONO inteso come facilità di chiusura	4	2	4	2
Facilità di rimozione del copriago	4	4	4	4
Affidatura dell'ago intesa come penetrabilità	4	4	4	4
Ergonomicità dell'impugnatura	4	4	4	4

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2	1	2	1
Facilità di apertura del prodotto	2	2	2	1
Contenitore a Vassoio	2	1	2	2

Secondario:

Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	1	1	0	1
minimo 24/40	40	35	39	35

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

LOTTI 33

PARAMETRI:	PUNTI MAX	GEPA	SMITHS Medical
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta del gommino	3	2	3
Scorrevolezza del pistone	3	3	3
Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro	2	2	2
CAPPUCCIO/sistema di CHIUSURA CONO inteso come facilità di chiusura	4	2	4
Facilità di rimozione del copriago	3	3	3
Affiliatura dell'ago intesa come penetrabilità	4	4	4
Ergonomicità dell'impugnatura	3	3	3
Facilità di attivazione del sistema di sicurezza	4	3	4
Irreversibilità del sistema di sicurezza	4	4	4

Confezionamento

Primario:			
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2	1	2
facilità di apertura del prodotto	2	2	2
Contenitore a Vassoio	2	1	2

Secondario:			
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	1	1	0
minimo 24/40	40	34	39

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large, stylized signature.
- Middle right: A signature that appears to read "P. M. S.".
- Bottom right: A signature that appears to read "P. S.".