

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL
VENETO**

**VERBALE DEL 26/02/2015
TERZA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 26 del mese di febbraio dell'anno 2015, alle ore 9,15 presso la sede del Magazzino economico dell'Aziende Ospedaliera di Padova, sito in V.le della Navigazione interna, 38, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 73 del 06/11/2014.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 10 del 23/01/2015, risulta così composta:

• **Presidente:**

- Dr.ssa Daniela Barzan: Dirigente farmacista presso la Ulss n. 13 di Mirano;

• **Componenti:**

- Sig.ra Paola Battanoli: Coordinatore Infermieristico presso il di Dipartimento Emergenza Urgenza - U.O. ISTAR 2 – AO di Padova;
- Sig.ra Bertilla Ranzato: Coordinatore Infermieristico presso il Dipartimento Salute della Donna e del Bambino - Coordinatore U.O. Chirurgia Pediatrica – AO di Padova;
- Sig. Franco Martinello: Coordinatore Infermieristico presso la U.O. Nefrologia e Dialisi – AO di Padova;
- Sig. Nicola Galtarossa: Coordinatore Infermieristico presso la SC Oncologia medica 2 – IRCCS IOV;

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Roberta Padovan, in servizio presso la Sezione Controlli Governo e Personale della Regione del Veneto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 11 febbraio 2015, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione provvede preliminarmente all'approfondita lettura dell'Allegato 6 al Disciplinare di Gara, contenente gli elementi per la valutazione dell'offerta, LOTTO per LOTTO, al fine di procedere con la valutazione qualitativa dei prodotti dichiarati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara.

La Commissione, preliminarmente prende atto che è pervenuta al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti, la campionatura richiesta alla ditta Nacatur per il lotto 30 sub G), così come richiesto con la nota del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 63341 del 13.02.2015.

La Commissione procede, quindi, con la valutazione qualitativa dei prodotti, LOTTO per LOTTO.

LOTTO N. 30 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO

- ✓ **Sub A) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 2 - 3 ml

- ✓ **Sub B) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK
A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 5 ml**
- ✓ **Sub C) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK
A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 10 ml**
- ✓ **Sub D) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK
A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 20 ml**
- ✓ **Sub E) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK
A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 30 ml**
- ✓ **Sub F) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK
A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 50 ml**
- ✓ **Sub G) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK
A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 50 ml ambrate**

BENEFIS – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
molto buona - punti assegnati 4
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 5
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 7
- Ergonomia dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- facilità di manovra di apertura:
buona - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente in quanto le informazioni sul contenuto non sono riportate sui tre lati della confezione -
punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 37,5 punti


RAYS – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:

2



ottima, ad eccezione del gommino della siringa offerta per il lotto 30 sub G), che esce facilmente dalla siringa - punti assegnati 3

- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima, considerato – tra l'altro – che la siringa offerta per il lotto 30 sub A) presenta una scala graduata indicante anche la mezza unità - punti assegnati 5
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 5
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 7
- Ergonomia dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
buona visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- facilità di manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 3

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
facile - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 38 punti

NACATUR – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima, ad eccezione del gommino della siringa offerta per il lotto 30 sub G), che esce facilmente dalla siringa - punti assegnati 3
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima, considerato – tra l'altro – che la siringa offerta per il lotto 30 sub A) ha scala graduata indicante anche la mezza unità - punti assegnati 5
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 5
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 7
- Ergonomia dell'impugnatura:
sufficiente, in quanto l'assenza dello “stop a fine corsa” per le siringhe di volume più elevato riduce l'ergonomia dell'impugnatura delle stesse - punti assegnati 2

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- facilità di manovra di apertura:

Handwritten signatures and a small number '3' are visible at the bottom of the page.

insufficiente, causa l'ingombro della confezione primaria relativa alla siringa offerta per il lotto 30 sub G) e causa la rottura della carta all'atto dell'apertura della confezione - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
difficoltosa - punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
insufficiente in quanto la scatola, troppo morbida, si deforma facilmente - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 33 punti

LOTTO N. 31 - SIRINGA PRERIEMPITA PER LAVAGGIO ACCESSI VENOSI CENTRALI

La Commissione rileva quanto segue.

Il Capitolato tecnico nella descrizione recita "siringa sterile preriempita...", mentre in sede di chiarimenti è stato erroneamente comunicato alle Ditte che "Con la dicitura "Siringa sterile preriempita" non si intende in campo sterile ma che il contenuto della siringa sia sterile". Diversamente da quanto specificato in sede di chiarimento, la siringa in argomento deve essere in campo sterile, in ragione dell'uso a cui è destinata.

Per dette ragioni, la Commissione propone di non procedere con l'aggiudicazione del lotto n. 31.

LOTTO n. 32

- ✓ **SUB A) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI** - Misure: siringhe da 1 ml circa di tipo pediatrico, cono centrale luer ago 25 G – circa 13 mm
- ✓ **SUB B) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI** - Misure: siringhe da 2,5 – 3 ml di tipo adulti, cono centrale luerlock ago 22/23 G – circa 25 mm


GEPA – - : preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la lunghezza degli aghi rispetta le misure prescritte nel Capitolato Tecnico.

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
buona - punti assegnati 3
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 2
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 4
- CAPPuccio/sistema di CHIUSURA CONO inteso come facilità di chiusura:
sufficientemente agevole la chiusura del cappuccio – punti assegnati 2
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima – punti assegnati 4
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima – punti assegnati 4
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

4

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a small, faint rectangular stamp. The number '4' is printed above the signatures.

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
sufficiente visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- facilità di apertura del prodotto:
ottima - punti assegnati 2
- contenitore a vassoio:
sufficientemente conformante il vassoio – punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 35 punti

SMITHS MEDICAL ITALIA- -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 2
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 4
- CAPPuccio/sistema di CHIUSURA CONO inteso come facilità di chiusura:
particolarmente agevole la chiusura del cappuccio, dotato - tra l'altro - di un filtro che permette con un'unica manovra di eliminare l'aria senza spargimento di sangue – punti assegnati 4
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima – punti assegnati 4
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima – punti assegnati 4
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- facilità di apertura del prodotto:
ottima - punti assegnati 2
- contenitore a vassoio:
vassoio molto conformante – punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto):
assente il confezionamento secondario - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 39 punti

CLINI-LAB – -: preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la lunghezza degli aghi rispetta le misure prescritte nel Capitolato Tecnico.

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
buona - punti assegnati 3
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 2
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 4
- CAPPuccio/sistema di CHIUSURA CONO inteso come facilità di chiusura:
sufficientemente agevole la chiusura del cappuccio – punti assegnati 2
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima – punti assegnati 4
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima – punti assegnati 4
- Ergonomia dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
sufficiente visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- facilità di apertura del prodotto:
sufficiente in quanto, pur essendo presente l'invito all'apertura, la stessa risulta poco agevole - punti assegnati 1
- contenitore a vassoio:
vassoio molto conformante – punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 35 punti

LOTTO n. 33

- ✓ **SUB A) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA** - Misure: siringhe da 1 ml circa di tipo pediatrico, cono centrale luer ago 25 G – circa 13 mm
- ✓ **SUB B) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA** - Misure: siringhe da 2,5 – 3 ml di tipo adulti, cono centrale luerlock ago 22/23 G – circa 25 mm

GEPA – -: preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la lunghezza degli aghi rispetta le misure prescritte nel Capitolato Tecnico.

- Certificazione UNI EN 13485:

hp ju 6 Bayk C. L. S. MB

presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
buona - punti assegnati 2
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 3
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 2
- CAPPuccio/sistema di CHIUSURA CONO inteso come facilità di chiusura:
sufficientemente agevole la chiusura del cappuccio – punti assegnati 2
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima – punti assegnati 3
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima – punti assegnati 4
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
molto buona – punti assegnati 3
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
ottima – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
sufficiente visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- facilità di apertura del prodotto:
ottima - punti assegnati 2
- contenitore a vassoio:
sufficientemente conformante il vassoio – punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1


La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 34 punti

SMITHS MEDICAL ITALIA – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 3
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 3
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 2
- CAPPuccio/sistema di CHIUSURA CONO inteso come facilità di chiusura:
particolarmente agevole la chiusura del cappuccio, dotato - tra l'altro - di un filtro che permette con un'unica manovra di eliminare l'aria senza spargimento di sangue – punti assegnati 4
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima – punti assegnati 3
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:



- ottima – punti assegnati 4
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
ottima – punti assegnati 4
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
ottima – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- facilità di apertura del prodotto:
ottima - punti assegnati 2
- contenitore a vassoio:
vassoio molto conformante – punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto):
assente il confezionamento secondario - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 39 punti

LOTTO N. 1 - AGHI IPODERMICI PER INIEZIONE E PRELIEVO STERILI MONOUSO CONO LUER

RAYS – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 18 a 26 g (lunghezze ago diverse):
scarsa la gamma delle misure - punti assegnati 1

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 6
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 7
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 6
- Affilatura intesa come penetrabilità:
discreta la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 4


Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
sufficiente visibilità di misure, lotto e scadenza in quanto i caratteri sono ridotti - punti assegnati 1
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:

8



sufficiente la facilità di identificazione del prodotto, in quanto pur essendo evidente l'indicazione del gauge manca la presenza del codice colore - punti assegnati 0,5

- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 33,5 punti

PROMED – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 18 a 26 g (lunghezze ago diverse):
molto ampia la gamma delle misure - punti assegnati 2,5

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 6
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 7
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 6
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 7

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza in quanto i caratteri sono piccoli - punti assegnati 2
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
facile - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1


La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 39,5 punti

CHEMIL – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 18 a 26 g (lunghezze ago diverse):
ampia la gamma delle misure - punti assegnati 2

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 6
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 7
- Facilità di rimozione del copriago:
molto buona - punti assegnati 5
- Affilatura intesa come penetrabilità:

The block contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the commission who evaluated the products. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

buona la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 5

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
buona visibilità di misure, lotto e scadenza in quanto i caratteri sono ridotti - punti assegnati 1,5
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente la facilità di identificazione del prodotto, in quanto pur essendo presente il codice colore l'indicazione del gauge è poco evidente - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 35 punti

LOTTO N. 2 - AGHI IPODERMICI PER INIEZIONE E PRELIEVO STERILI MONOUSO CONO LUER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

SMITHS MEDICAL ITALIA --:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 20 a 25 g (lunghezze ago diverse):
molto ampia la gamma delle misure - punti assegnati 2,5

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 4
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 4
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 5
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
sistema di sicurezza efficace - punti assegnati 4
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile - punti assegnati 4


Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:

10



- sufficiente l'identificazione del prodotto in quanto assente il codice colore - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
assente la confezione secondaria - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 38 punti

BENEFIS-:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 20 a 25 g (lunghezze ago diverse):
scarsa la gamma delle misure - punti assegnati 1

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 4
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 4
- Affilatura intesa come penetrabilità:
buona la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
estremamente difficoltosa la manovra di attivazione del sistema di sicurezza – punti assegnati 0
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
il sistema non può ritenersi irreversibile in quanto, causa la difficoltosa attivazione dello stesso, l'ago rischia di rimanere fuori dal sistema di sicurezza alla chiusura del medesimo – punti assegnati 0

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
sufficiente visibilità di misure, lotto e scadenza in quanto i caratteri sono ridotti ed è assente il codice colore - punti assegnati 1
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente l'identificazione del prodotto in quanto è assente il codice colore - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 26,5 punti

COVIDIEN ITALIA – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 20 a 25 g (lunghezze ago diverse):
estremamente ampia la gamma delle misure - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 4

- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 4
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 5
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
sistema di sicurezza efficace – punti assegnati 4
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente l'identificazione del prodotto, in quanto pur essendo presente il codice colore i caratteri sono ridotti e pertanto poco leggibili - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
la scatola risulta facilmente deformabile ed è ingombrante in relazione al suo contenuto – punti assegnati 0,5

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 39 punti

RAYS – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 20 a 25 g (lunghezze ago diverse):
molto ampia la gamma delle misure - punti assegnati 2,5


Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 4
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 4
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 5
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
estremamente difficoltosa la manovra di attivazione del sistema di sicurezza – punti assegnati 0
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
il sistema è irreversibile – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
sufficiente visibilità di misure, lotto e scadenza in quanto i caratteri sono ridotti e manca il codice colore - punti assegnati 1

12



- Apertura peel open:
sufficiente in quanto pur essendo presente l'invito all'apertura, la stessa non risulta agevole - punti assegnati 1
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente l'identificazione del prodotto in quanto è assente il codice colore - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 33 punti

FARMAC ZABBAN- -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 20 a 25 g (lunghezze ago diverse):
sufficientemente ampia la gamma delle misure - punti assegnati 1,5

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 4
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 4
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 5
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
il sistema di sicurezza, pur essendo efficace, oppone resistenza durante la manovra di attivazione - punti assegnati 2
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
misure, lotto e scadenza sono ben visibili, ma manca il codice colore - punti assegnati 1,5
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente l'identificazione del prodotto in quanto è assente il codice colore - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 35,5 punti

PROMED - -:

- Certificazione UNI EN 13485:

13

presente - punti assegnati 3

- Completezza gamma delle misure da 20 a 25 g (lunghezze ago diverse):
ampia la gamma delle misure - punti assegnati 2

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 4
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 4
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 5
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
sistema di sicurezza efficace – punti assegnati 4
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 39 punti


CLINI-LAB – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 20 a 25 g (lunghezze ago diverse):
molto ampia la gamma delle misure - punti assegnati 2,5

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 4
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 4
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 5
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
il sistema di sicurezza, pur essendo efficace, oppone resistenza durante la manovra di attivazione –
punti assegnati 2
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile – punti assegnati 4

14



Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
buona la visibilità di misure, lotto e scadenza in quanto i caratteri sono ridotti - punti assegnati 1,5
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto in quanto assente il codice colore - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 37 punti

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori al giorno 06/03/2015 alle ore 8,30 presso la sede del Magazzino Economale della AO di Padova, situato in V.le Navigazione Interna n. 38 – Padova, ove sono custoditi i campioni presentati dalle Ditte, per procedere con la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi, Lotto per Lotto, desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan


I COMPONENTI: Sig.ra Paola Battanolli

Sig.ra Bertilla Ranzato

Sig. Franco Martinello

Sig. Nicola Galtarossa

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Roberta Padovan



Handwritten signatures of the commission members, corresponding to the names listed on the left: Daniela Barzan, Paola Battanolli, Bertilla Ranzato, Franco Martinello, Nicola Galtarossa, and Roberta Padovan.



Handwritten signature.

15



Handwritten signature.



Handwritten signature.

