



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI SEMPLICI PER I
FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO.
SECONDA PROCEDURA**

Risposte ai quesiti pervenuti al 24.03.2016

Quesito n. 1

LOTTO N. 2 Sub A) B) C) D) E) F) G) H)— GARZA ALLO IODOFORMIO AL 10%

DESTINAZIONE D'USO : Dispositivo chirurgico a breve termine — (Classe 2a)

La destinazione d'uso e la classificazione CE indicate si ritengono pertinenti solo limitatamente agli zaffi per tamponamento utero-vaginale di cui ai Sub-lotti A) e B); i restanti prodotti compresi nel lotto, quali le bende orlate (Sub-lotti C-D-E) e la garza idrofila tagliata (sub-lotti F-G-H), per la loro struttura e caratteristiche tecniche, sono invece dispositivi non destinati ad uso chirurgico, e quindi classificabili in Classe I in conformità alla vigente normativa CE per i dispositivi medici; si invita gentilmente a rettificare la destinazione d'uso e la Classificazione CE per i dispositivi medici compresi nel lotto n. 2, differenziandola per tipologia di prodotti come su evidenziato. Si tiene ad evidenziare altresì che, in riferimento alle bende orlate e alla garza idrofila tagliata, analoga richiesta è stata trasmessa all' ARCA S.p.A. - Azienda Regionale Centrali Acquisti della Lombardia, relativamente alla partecipazione alla gara Regionale Lombardia, che fu da loro accolta, rettificando la destinazione d'uso da classe Classe 2a a classe I.

Risposta quesito n. 1

Si confermano gli atti di gara

Quesito n. 2

LOTTO N. 2 Sub A) B) C) D) E) F) G) H)— GARZA ALLO IODOFORMIO AL 10%

CONFEZIONAMENTO: Per il confezionamento, è richiesta la confezione singola "in doppio involucro (di colore scuro quello esterno) ed impermeabile agli agenti esterni, ecc...": si evidenzia che la descrizione corrisponde al confezionamento standard per gli zaffi Sub A) B) e per la garza tagliata e piegata - Sub F) G) H), mentre per le bende orlate - Sub c) d) e) la confezione standard in commercio prevede, per ciascuna singola benda, l'astuccio di cartone (preserva dalla luce) con foro di distribuzione avvolto in cellophane impermeabile per le bendine auricolari alte cm. 1 e cm. 2 (Sub c-d), e la confezione in cellophane impermeabile inserita in astuccio di cartone (preserva dalla luce) per le bende alte cm. 5 (Sub e);

si chiede se sono quindi consentite le tipologie di confezionamento suddette per le bende orlate di garza allo iodoformio.

Risposta quesito n. 2

Per i sub lotti c), d) ed e) è possibile presentare il confezionamento come sopra descritto, purché idoneo a preservare il contenuto da eventuali inquinamenti ed a mantenere inalterate le caratteristiche dello iodoformio.

Quesito n. 3

DISCIPLINARE DI GARA DOCUMENTAZIONE TECNICA Pag. 9 - punto h) Viene richiesta la "certificazione e/o documentazione di laboratori" ai fini della valutazione qualitativa. Detta documentazione può essere emessa anche dal nostro laboratorio interno e parimenti valutata come se effettuata da laboratorio esterno?

Risposta quesito n. 3

Quanto prodotto sarà valutato dalla Commissione giudicatrice

Quesito n. 4

Siamo a chiedere cortese conferma che, come peraltro da Voi chiarito per la prima procedura di gara, i documenti contenuti nella "Busta 2 Documentazione Tecnica" possano essere presentati una sola volta qualora si riferissero a più lotti (e comunque con chiara indicazione dei lotti e/o sub lotti di riferimento)

Risposta quesito n. 4

Con riferimento al quesito, si conferma quanto richiesto.

Quesito n. 5

LOTTO N. 3 LOTTO 3 SUB A), B), C) - COMPRESSE IN TNT AD ALTA ASSORBENZA STERILE CND: M040201 MEDICAZIONI ASSORBENTI CON TAMPONE IN CELLULOSA ED INVOLUCRO IN TNT

Nel presente lotto sono previsti 3 diversi formati della medicazione sopra descritta. La nostra azienda, sebbene abbia nel proprio assortimento la medicazione richiesta, è impossibilitata a partecipare a tale procedura in quanto non dispone della misura cm 20x20 (vostro riferimento voce sub-c).

Si chiede pertanto, al fine di permettere una più ampia concorrenza, di rivedere il lotto in questione scorporando dallo stesso la misura cm. 20x20 o in alternativa permettere di rispondere a tale voce con la misura cm. 15x20 (tolleranza pari al 25%).

Risposta quesito n. 5

Si confermano gli atti di gara