

GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI SANITARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO.

PRIMO VERBALE DEL 14/04/2015 SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 14 del mese di aprile dell'anno 2015, alle ore 14,00, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di guanti sanitari – seconda procedura in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e allo IOV IRCCS della Regione Veneto, indetta con Decreto del Dirigente Regionale n. 16 del 29/01/2015 e di cui la prima seduta pubblica si è tenuta il 18/03/2015.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 34 del 26/03/2015, è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Caterina Zanetti Medico del lavoro presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Maria Inzalaco Dirigente Farmacista presso la ULSS n. 8 di Asolo
- Componente: Dott.ssa Katia Soncin Coordinatore infermieristico presso UOC Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Elena Zattoni Dirigente Farmacista in distacco presso la Regione del Veneto
- Componente: Dott.ssa Francesca Pipitone Coordinatore Tecnico di laboratorio presso la Farmacia dello IOV IRCCS di Padova

La Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.


Preliminarmente, la Presidente introduce i lavori, illustrando l'articolazione dei lotti, le caratteristiche tecniche richieste e le modalità di attribuzione dei punteggi ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 del Disciplinare di gara, e dei relativi allegati n. 4 "Capitolato tecnico", n. 5 "Informative tecniche", n. 6 contenente i criteri per la valutazione.

In particolare, viene precisato che il punteggio relativo alle caratteristiche prestazionali dei prodotti sarà attribuito in seguito alla valutazione della Commissione, formulata anche in base a specifiche prove svolte presso le Aziende Ospedaliere di Padova e IRCCS IOV, in reparti individuati in base alle destinazioni d'uso dei vari lotti.

A tal fine, i campioni di gara attualmente conservati presso il CRAS saranno trasferiti alle Aziende precitate.

L'organizzazione del trasporto ed il coordinamento relativo allo svolgimento delle prove pratiche nell'Azienda Ospedaliera di Padova saranno in capo alla Dott.ssa Zanetti, mentre per l'IRCCS IOV analogo ruolo sarà svolto dalla Dott.ssa Pipitone.

Successivamente, viene esaminata la documentazione tecnica contenuta nella Busta n. 2 relativa al



Handwritten signatures of the commission members: a stylized signature, SK, a signature, and a signature with 'Co' written above it.

Lotto 1 "Guanti non chirurgici, in vinile elasticizzato, non sterili, senza polvere"

La Commissione esamina la documentazione presentata dalla Ditta Berica Hygiene S.r.l. che offre il guanto "Derma Vinyl Stretch Bianco Senza Polvere DPI Long 270 mm", per valutarne la conformità ai requisiti essenziali.

La Commissione osserva che:

- ✓ diversi documenti di gara richiesti a pena di esclusione sono riferiti a guanti con denominazioni differenti, in particolare:
 - a pag. 3 la Dichiarazione di conformità CE è relativa a "Derma Stretch bianco Powder free 270 mm"
 - a pag. 6 l'Attestato di Certificazione CE è relativo a "Derma Stretch Bianco 27 cm PLUS"
 - a pag. 44 la Shijiazhuang Wally Plastic Co.,Ltd. dichiara che il Certificato di conformità alla UNI EN 455-1-2-3 n. 556-10-0834 è relativo a "Dermastretch Bianco".

Per i punti precedenti, la Commissione decide di chiedere chiarimenti: la Ditta dovrà precisare in quale parte della documentazione tecnica contenuta nella Busta n. 2 sia possibile evincere in modo inequivocabile che tutti i documenti precitati si riferiscono al guanto offerto.

La Commissione rileva inoltre le seguenti criticità:

- a pag. 29 sono dichiarati 0,48 mg di polvere; tale valore non è superiore alla soglia consentita per un guanto depolverato, tuttavia suscita perplessità la presenza di polvere, sia pure in quantità minima, in un manufatto in cui il metodo lubrificante dichiarato non ne prevede affatto l'impiego (lubrificante dichiarato: poliuretani (pag. 61);
- a pag. 66, 67, 68 e 69 si riportano grafici e tabelle riassuntive dei rapporti di prova interni n. TSNWT00038645 del 11/04/2014, n. TSNWT00033447 del 31/12/2012, n. TSNWT00042334 del 11/02/2015, n. TSNWT0003762 del 06/01/2014 e n. TSNW00037938 del 16/01/2014 riguardanti la lunghezza del guanto. In particolare per le misure L e XL, non si evince la numerosità dei campioni, né la loro corrispondenza con i numeri utilizzati per tracciare i grafici a pag. 68 e 69.

La Commissione dichiara di concludere la seduta, aggiornando i lavori all'incontro successivo, fissato per il 21.04.2015 dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

La seduta si chiude alle 17.30.

- Presidente: Dott.ssa Caterina Zanetti
- Componente: Dott.ssa Maria Inzalaco
- Componente: Dott.ssa Katia Soncin
- Componente: Dott.ssa Elena Zattoni
- Componente: Dott.ssa Francesca Pipitone

Caterina Zanetti

Maria Inzalaco

Katia Soncin

Elena Zattoni

Francesca Pipitone

SK

g
B
PF
E