GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MEDICAZIONI SPECIALI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO

VERBALE DEL 31/05/2013
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 31 del mese di maggio dell'anno 2013, alle ore 9,00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di medicazioni speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto, indetta con la D.G.R.V. n. 2724 del 24 dicembre 2012.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 10 del 12/04/2013, risulta così composta:

- Presidente: Dott.ssa Daniela Barzan — Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 13 di Mirano,
- Componente: Dott. Bruno Azzena — Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Centro Ustioni dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
- Componente: Dott. Alberto Cester — Direttore del Dipartimento di Geriatria, Lungodegenza e Riabilitazione dell'Azienda Ulss 13 di Mirano,
- Componente: Dott.ssa Deborah Tormena — Infermiera ADI dell'Azienda Ulss 2 di Feltre,
- Componente: Sig. Dalmazio Vedelago — Infermiere Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell'Azienda Ulss 9 di Treviso.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, Assistente Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori delle precedenti sedute riservate dell'08.05.2013 e del 20.05.2013, come da relativi verbali, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

La Commissione prosegue, nella seduta odierna, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Tecnico ed alla valutazione qualitativa secondo i parametri dettagliati nell'"ALLEGATO E – Criteri di valutazione".

LOTTO 1 – GARZA NON ADERENTE CON PARAFFINA O SOSTANZE SIMILI (confezione singola)

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

BSN Medical S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 3giorni da scheda tecnica.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità), rimozione e riposizionamento: ottimi.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): ottima.

Misura reale della medicazione: ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: ottima.

Systagenix S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 7 giorni da scheda tecnica.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità), rimozione e riposizionamento: buoni struttura e composizione la rendono poco morbida e adattabile.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): buona in quanto struttura e composizione la rendono poco drenante.

Misura reale della medicazione: buona in quanto, pur rientrando nei parametri richiesti, la medicazione reale risulta piccola.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: non ottimale in quanto non presentano supporto per favorire l'utilizzo in maniera asettica.

Farmac-Zabban S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 3 giorni da scheda tecnica.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità), rimozione e riposizionamento: ottima.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): molto buona.

Misura reale della medicazione: ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: ottima.

Lohmann & Rauscher S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 7 giorni da scheda tecnica.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità), rimozione e riposizionamento: ottima.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): molto buona.

Misura reale della medicazione: ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: ottima.

Promed S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 7 giorni da scheda tecnica.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità), rimozione e riposizionamento: buoni in quanto struttura e composizione la rendono poco morbida e adattabile.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): buona in quanto struttura e composizione la rendono poco drenante.

Misura reale della medicazione: buona in quanto, pur rientrando nei parametri richiesti, la medicazione reale risulta piccola.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: non ottimale in quanto non presenta supporto per favorire l'utilizzo in maniera asettica.

Paul Hartmann S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 7 giorni da scheda tecnica.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità), rimozione e riposizionamento: ottimi.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): molto buona.

Misura reale della medicazione: ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: ottima.

LOTTO 2 – GARZA NON ADERENTE CON PARAFFINA O SOSTANZE SIMILI (confezione multipla)

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

Eurospital S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Quantità di paraffina in gr/m^2(non meno di 175 gr/m^2): non dichiarata la quantità di paraffina per mq.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: buona in quanto, pur essendo richiesta la confezione multipla, non c'è garanzia del mantenimento dell'asetticità. Il prelievo dei singoli pezzi non è agevole.

Numero di pezzi per confezione (verranno privilegiate le confezioni multiple con il numero minore di pezzi): contiene 40 garze.

Farmac-Zabban S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Quantità di paraffina in gr/m^2(non meno di 175 gr/m^2): 200 gr/m^2.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buono.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: in quanto, pur essendo richiesta la confezione multipla, non c'è garanzia del mantenimento dell'asetticità. Il prelievo dei singoli pezzi non è agevole.

Numero di pezzi per confezione (verranno privilegiate le confezioni multiple con il numero minore di pezzi): contiene 36 garze.

LOTTO 3 – MEDICAZIONE NON ADERENTE

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

BSN Medical S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 1-3 giorni da scheda tecnica.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): buona in quanto struttura e composizione la rendono poco adattabile.

Facilità di applicazione, rimozione e riposizionamento: sufficiente in quanto struttura e composizione rendono poco agevoli la rimozione e l'applicazione.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: sufficiente.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): appena sufficiente in quanto scarsa capacità drenante.

Misura reale della medicazione: buona in quanto, pur rientrando nei parametri richiesti, la medicazione reale risulta piccola.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: non presenta supporto per favorire l'utilizzo in maniera asettica.

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 7 giorni da scheda tecnica.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): ottima.

Facilità di applicazione, rimozione e riposizionamento: ottimi.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): molto buona.

Misura reale della medicazione: ottima.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: ottima.

Systagenix S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 7 giorni da scheda tecnica.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): buona in quanto struttura e composizione la rendono poco adattabile.

Facilità di applicazione, rimozione e riposizionamento: sufficiente in quanto struttura e composizione rendono poco agevoli la rimozione e l'applicazione.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: appena sufficiente, con scarsa facilità di rimozione.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): appena sufficiente, con scarsa capacità drenante.

Misura reale della medicazione: buona in quanto, pur rientrando nei parametri richiesti, la medicazione reale risulta piccola.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: non presenta supporto per favorire l'utilizzo in maniera asettica.

Coloplast S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 7 giorni da scheda tecnica.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): ottima.

Facilità di applicazione, rimozione e riposizionamento: molto buoni.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): molto buona.

Misura reale della medicazione: ottima.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: ottima.

Smith&Nephew S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 3 giorni da scheda tecnica.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): sufficiente in quanto scarsa adattabilità.

Facilità di applicazione, rimozione e riposizionamento: appena sufficiente in quanto struttura e composizione rendono poco agevoli la rimozione e l'applicazione.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: sufficiente.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): appena sufficiente in quanto scarsa capacità drenante.

Misura reale della medicazione: buona in quanto, pur rientrando nei parametri richiesti, la medicazione reale risulta piccola.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: non presenta supporto per favorire l'utilizzo in

maniera asettica.

Promed S.r.l.

Il campione non è conforme in quanto trattasi di medicazione non sintetica e occlusiva.

La ditta Promed S.r.l., pertanto, viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il lotto n. 3.

Paul Hartmann S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Permanenza massima in situ (giorni): 5-7 giorni da scheda tecnica.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): molto buona.

Facilità di applicazione, rimozione e riposizionamento: molto buoni.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura): ottima.

Misura reale della medicazione: ottima.

Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità: ottima.

LOTTO 4 – MEDICAZIONE PREPARATA POST-OPERATORIA ADESIVA CON TAMPONE

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue.

Con riferimento al sottoparametro *"Morbidezza e capacità di assorbimento del tampone"*, si precisa che la commissione ha effettuato anche una prova empirica.

Con riferimento al sottoparametro *"Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale"*, si precisa che la commissione ha valutato il dolore in asportazione secondo scala analogico-visiva (valori da 0 a 10).

Luigi Salvadori S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Morbidezza e capacità di assorbimento del tampone: 0,16 ml/cm^2 in scheda tecnica.

Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione): molto buona.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): molto buona.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: sufficiente in quanto alla prova è un po' dolente alla rimozione.

Misura reale della medicazione: 21,5 per la misura campionata vs 42 della 8 x15.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: molto buono ma non ha invito sagomato.

Dealfa S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Morbidezza e capacità di assorbimento del tampone: non dichiarata la capacità di assorbimento.

Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione): molto buona.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): buona ma si deforma.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: sufficiente in quanto alla prova è un po' dolente alla rimozione.

Misura reale della medicazione: 20 per la misura campionata. Da scheda tecnica non si rileva la misura delle altre medicazioni.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: invito scadente e spesso la busta si rompe all'apertura.

Rays S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Morbidezza e capacità di assorbimento del tampone: 0,11 ml/cm^2 in scheda tecnica.

Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione): molto buona.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): più che sufficiente in quanto essendo molto adesiva è meno adattabile.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: appena sufficiente in quanto alla prova è dolente alla rimozione.

Misura reale della medicazione: 27 per la misura campionata, pur avendo un'elevata dimensione reale della medicazione il rapporto tra medicazione e la parte adesiva non risulta proporzionale. Da scheda tecnica non si rileva la misura delle altre medicazioni.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: molto buono ma non ha invito sagomato.

Farmac-Zabban S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Morbidezza e capacità di assorbimento del tampone: non dichiarata la capacità di assorbimento.

Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione): molto buona.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): buona ma si deforma.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: buono con leggero dolore.

Misura reale della medicazione: 20 per la misura campionata. Da scheda tecnica non si rileva la misura delle altre medicazioni.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: molto buono ma non ha invito sagomato.

Lohmann & Rauscher S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Morbidezza e capacità di assorbimento del tampone: non dichiarata la capacità di assorbimento.

Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione): molto buona.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): molto buona.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: buono con leggero dolore.

Misura reale della medicazione: 24 per la misura campionata vs 55 della 10x15.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: molto buono ma non ha invito sagomato.

Paul Hartmann S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Morbidezza e capacità di assorbimento del tampone: 0,11 ml/cm^2 in scheda tecnica.

Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione): molto buona.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): buona ma si deforma.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: appena sufficiente in quanto alla prova è dolente alla rimozione.

Misura reale della medicazione: 24,7 per la misura campionata vs 44 della 15x8.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: molto buono ma non ha invito sagomato.

Artsana S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Morbidezza e capacità di assorbimento del tampone: 0,22 ml/cm^2 in scheda tecnica.

Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione): molto buona.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): ottima, mantiene la forma.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Misura reale della medicazione: 24,75 per la misura campionata vs 55 della 10x15.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: presente invito sagomato, dimensioni che consentono ottima presa.

LOTTO 5 – MEDICAZIONE TRASPARENTE PER FISSAGGIO CATETERI

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

Smith&Nephew S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture Vapore Trasmission Rate) non inferiore a 3000 g/m^2 in 24 ore: ottimo.

Facilità di applicazione (adattabilità): ottima.

Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione): ottimo.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottimo.

Presenza di sistema di trascrizione della data di medicazione, strisce adesive di fissaggio linea deflusso: ottimo.

Presenza di tamponcino antidecubito: non presente.

Non arricciabilità intesa come rinforzo in TNT sulla medicazione, finalizzata ad una permanenza in situ fino a 7 gg: ottimo.

Uniformità dell'adesività: ottimo.

Misura reale della medicazione: ottimo.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: ottimo.

3M Italia S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture Vapore Trasmission Rate) non inferiore a 3000 g/m^2 in 24 ore: pur presentando per la voce sub A un prodotto con MVTR inferiore a quanto richiesto, presenta tutte le misure e le indicazioni corrette.

Facilità di applicazione (adattabilità): molto buona.

Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione): molto buona.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Presenza di sistema di trascrizione della data di medicazione, strisce adesive di fissaggio linea deflusso: ottima.

Presenza di tamponcino antidecubito: non presente.

Non arricciabilità intesa come rinforzo in TNT sulla medicazione, finalizzata ad una permanenza in situ fino a 7 gg: ottima.

Uniformità dell'adesività: ottima.

Misura reale della medicazione: ottima.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: ottima.

LOTTO 6 – MEDICAZIONE ASSORBENTE TRACHEOSTOMICA IN ALLUMINIO O ALTRA SOSTANZA ANTISETTICA

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

Eurofarm S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Capacità di assorbimento/gestione dei fluidi espressa in gr/mq 24 ore: da scheda tecniche maggiore di 1165 ml/m^2/24h.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Capacità di non deformarsi dopo assorbimento: ottima.

Adattabilità/conformabilità della medicazione alla cannula tracheostomica e alla superficie di contatto: molto buona.

Misura reale della medicazione: ottima.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: ottima.

Promed S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Capacità di assorbimento/gestione dei fluidi espressa in gr/mq 24 ore: medicazione a poro aperto senza strati impermeabili.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)**:** molto buona.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Capacità di non deformarsi dopo assorbimento: molto buona.

Adattabilità/conformabilità della medicazione alla cannula tracheostomica e alla superficie di contatto: molto buona.

Misura reale della medicazione: ottima.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: ottima.

LOTTO 7 – MEDICAZIONE ASSORBENTE TRACHEOSTOMICA IN TNT

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

Mölnlycke Health Care S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Capacità di assorbimento/gestione dei fluidi espressa in gr/mq 24 ore: 440 gr/m^2/24h.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): molto buona.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Capacità di non deformarsi dopo assorbimento: molto buona.

Adattabilità/conformabilità della medicazione alla cannula tracheostomica e alla superficie di contatto: molto buona.

Misura reale della medicazione: ottima.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: confezione per singolo pezzo.

Promed S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Capacità di assorbimento/gestione dei fluidi espressa in gr/mq 24 ore: pur non dichiarando nella prova pratica ha la stessa capacità di assorbimento della Mölnlycke Health Care S.r.l.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Capacità di non deformarsi dopo assorbimento: ottima.

Adattabilità/conformabilità della medicazione alla cannula tracheostomica e alla superficie di contatto: ottima.

Misura reale della medicazione ottima.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: due pezzi per confezione.

Paul Hartmann S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Capacità di assorbimento/gestione dei fluidi espressa in gr/mq 24 ore: 330 g/m^2/24 ore, conferma la minore capacità di assorbimento anche nella prova pratica.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): molto buona

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Capacità di non deformarsi dopo assorbimento: ottima.

Adattabilità/conformabilità della medicazione alla cannula tracheostomica e alla superficie di contatto: molto buona.

Misura reale della medicazione: ottima.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: due pezzi per confezione.

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,00 del giorno 05.06.2013 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire con l'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, LOTTO per LOTTO.

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sè la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Ditte concorrenti e la campionatura per custodirle in luogo sicuro e protetto presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan

I COMPONENTI: Dott. Bruno Azzena

Dott. Alberto Cester

Dott.ssa Deborah Tormena

Sig. Dalmazio Vedelago

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE Dott.ssa Lisa Brazzorotto