


**ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta****Lotto 1: BENDE MEDICATE CON OSSIDO ZINCO**

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Minore rilascio di zinco dopo il confezionamento certificato da scheda tecnica	5
Composizione (in %) e peso (in g/mq) della pasta all'ossido di zinco	5
Estensibilità in %	5
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Facilità di applicazione	10
Tempo di permanenza in sito	10
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40

Lotto 2: RETI TUBOLARI ELASTICIZZATE

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 7 punti-soglia minima per l'ammissione 5 punti):	
Estensibilità in %	7
Prove pratiche (max 18 punti - soglia minima per l'ammissione 12 punti):	
Facilità di applicazione	10
Adattabilità	8
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	30




ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta

Lotto 3: BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE A DEBOLE ELASTICITA' (INFERIORE A 100%) MONOESTENSIBILI LONGITUDINALMENTE A MEDIA ADESIVITA'

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Peso gr/mq in tensione	7
Estensibilità in %	8
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Tollerabilità	10
Morbidezza/adattabilità/adesività	10
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40

Lotto 4: BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE A DEBOLE ELASTICITA' (INFERIORE A 100%) MONOESTENSIBILI LONGITUDINALMENTE AD ALTA ADESIVITA'

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Peso gr/mq in tensione	7
Estensibilità in %	8
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Tollerabilità	10
Morbidezza/adattabilità/adesività	10
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40



ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta

Lotto 5: BENDAGGI FUNZIONALI CON TAPES ANAELASTICI

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 10 punti - soglia minima per l'ammissione 7 punti):	
Adesività Ncm-1	10
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Facilità di applicazione	10
Robustezza	5
Facilità di strappo	5
Tollerabilità	5
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40

Lotto 6: OVATTA PER ORTOPEDIA IN CASCAME DI COTONE O FIBRA SINTETICA

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche o altra documentazione (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Composizione dei materiali in % (COTONE>SINTETICO) con preferenza della presenza di cotone	8
Peso in gr/mq	7
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Facilità di applicazione (morbidezza e adattabilità)	10
Facilità di strappo	10
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40



ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta

Lotto 7: MAGLIE TUBOLARI IN COTONE

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 10 punti - soglia minima per l'ammissione 7 punti):	
Composizione dei materiali in % (COTONE>SINTETICO) con preferenza della presenza di cotone	10
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Facilità di applicazione (morbidezza e adattabilità)	10
Capacità di conservazione dell'integrità del bordo dopo il taglio	5
Tollerabilità	10
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40

Lotto 9: MAGLIE TUBOLARI SINTETICHE

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Composizione dei materiali in % (SINTETICO>COTONE) con preferenza della presenza di materiale sintetico	8
Misura della maglia in lunghezza cm (riposo)	7
Prove pratiche (max 10 punti - soglia minima per l'ammissione 7 punti):	
Facilità di applicazione (morbidezza e adattabilità)	10
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	30



ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta

Lotto 10: BENDE IN GESSO NATURALE A PRESA NORMALE (5-10 minuti)

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Riduzione del filato per cmq	5
Radiotrasparenza in %	5
Peso in gr/mq	5
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Capacità di assorbimento dopo imbibizione a 20°C	4
Tempo di presa iniziale in minuti	4
Facilità di strappo	3
Conformabilità	3
Plasmabilità	3
Resistenza alla compressione a 30/60 minuti e a 72 ore	3
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40

Lotto 11: BENDE IN GESSO NATURALE A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Riduzione del filato per cmq	5
Radiotrasparenza in %	5
Peso in gr/mq	5
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Capacità di assorbimento dopo imbibizione a 20°C	4
Tempo di presa iniziale in minuti	4
Facilità di strappo	3
Conformabilità	3
Plasmabilità	3
Resistenza alla compressione a 30/60 minuti e a 72 ore	3
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40



ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta

Lotto 12: STECCHE IN GESSO NATURALE A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Riduzione del filato per cmq	5
Radiotrasparenza in %	5
Peso in gr/mq	5
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Capacità di assorbimento dopo imbibizione a 20°C	4
Tempo di presa iniziale in minuti	4
Facilità di strappo	3
Conformabilità	3
Plasmabilità	3
Resistenza alla compressione a 30/60 minuti e a 72 ore	3
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40

Lotto 13: BENDE IN GESSO SINTETICO RIGIDO IN FIBRA DI VETRO A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Radiotrasparenza in %	7
Peso in gr/mq	8
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Resistenza alla compressione a 30/60 minuti	5
Tempo di presa iniziale in minuti	5
Facilità di applicazione, modellabilità	5
Dispersione del pulviscolo al taglio	5
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40



ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta

Lotto 14: STECCHE IN GESSO SINTETICO IN PEZZI A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Radiotrasparenza in %	7
Peso in gr/mq	8
Prove pratiche (max 20 punti - soglia minima per l'ammissione 13 punti):	
Resistenza alla compressione a 30/60 minuti	5
Tempo di presa iniziale in minuti	5
Facilità di applicazione, conformabilità	5
Dispersione del pulviscolo al taglio	5
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40

Lotto 15: GINOCCHIERE POST TRAUMA

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 14 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Range delle altezze	7
Presenza di cuciture e natura dell'imbottitura	7
Prove pratiche (max 21 punti - soglia minima per l'ammissione 14 punti):	
Facilità di applicazione	10
Modalità di chiusura/regolazione	11
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40



ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta

Lotto 16: BENDAGGI ALLA DESAULT

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 14 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Range delle misure	7
Minore presenza di cuciture	7
Prove pratiche (max 21 punti - soglia minima per l'ammissione 14 punti):	
Facilità di applicazione	8
Adattabilità dell'imbottitura al paziente	5
Modalità di chiusura/regolazione	8
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40

Lotto 17: REGGIBRACCIO

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 14 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Range delle misure offerte (ulteriori rispetto a quelle prescritte da capitolato)	7
Minore presenza di cuciture	7
Schede tecniche (max 21 punti - soglia minima per l'ammissione 14 punti):	
Facilità di applicazione	8
Adattabilità dell'imbottitura al paziente	5
Modalità di chiusura/regolazione	8
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40




ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta

Lotto 18: TUTORI IN ABDUZIONE PER SPALLA

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 10 punti - soglia minima per l'ammissione 7 punti):	
Minima presenza di cuciture	10
Prove pratiche (max 25 punti - 17 soglia minima per l'ammissione punti):	
Facilità di applicazione	5
Modalità di chiusura/regolazione	5
Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo	10
Adattabilità dell'imbottitura al paziente	5
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40

Lotto 19: BENDAGGI A "8" PER CLAVICOLA

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 10 punti - soglia minima per l'ammissione 7 punti):	
Minima presenza di cuciture	10
Prove pratiche (max 25 punti - soglia minima per l'ammissione 17 punti):	
Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili	5
Facilità di applicazione	5
Modalità di chiusura/regolazione	5
Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo	5
Adattabilità dell'imbottitura al paziente	5
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	40



ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta


Lotto 21-A: ORTESI PER DITA SINGOLO IN MATERIALE PLASTICO TIPO MALLETT FINGER

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 10 punti - soglia minima per l'ammissione 7 punti):	
Biocompatibilità	10
Prove pratiche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili	7
Facilità di applicazione	8
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	30

Lotto 21-B: ORTESI PER DITA IMBOTTITO IN ALLUMINIO/STECCA RETTA TIPO ZIMMER

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 10 punti - soglia minima per l'ammissione 7 punti):	
Biocompatibilità	10
Prove pratiche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Aderenza dell'imbottitura alla struttura	7
Facilità di applicazione	8
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	30

21 GEN 2013



Lotto 21-C: ORTESI PER DITA IMBOTTITO IN ALLUMINIO/STECCA PRESAGOMATA
TIPO RANA

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 10 punti - soglia minima per l'ammissione 7 punti):	
Biocompatibilità	10
Prove pratiche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Aderenza dell'imbottitura alla struttura	7
Facilità di applicazione	8
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	30

Lotto 21-D: ORTESI PER DITA IMBOTTITO IN ALLUMINIO/STECCA PRESAGOMATA
TIPO BASEBALL

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile
Schede tecniche (max 10 punti - soglia minima per l'ammissione 7 punti):	
Biocompatibilità	10
Prove pratiche (max 15 punti - soglia minima per l'ammissione 10 punti):	
Aderenza dell'imbottitura alla struttura	7
Facilità di applicazione	8
Confezionamento (max 5 punti - soglia minima per l'ammissione 2 punti):	
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser)	5
TOT.	30

