

**GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MEDICAZIONI SPECIALI
IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE
VENETO**

**VERBALE DELL'08/05/2013
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2013, alle ore 9,30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di medicazioni speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto, indetta con la D.G.R.V. n. 2724 del 24 dicembre 2012.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 10 del 12/04/2013, risulta così composta:

- Presidente: Dott.ssa Daniela Barzan Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 13 di Mirano,
- Componente: Dott. Bruno Azzena Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Centro Ustioni dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
- Componente: Dott. Alberto Cester Direttore del Dipartimento di Geriatria, Lungodegenza e Riabilitazione dell'Azienda Ulss 13 di Mirano,
- Componente: Dott.ssa Deborah Tormena Infermiera ADI dell'Azienda Ulss 2 di Feltre,
- Componente: Sig. Dalmazio Vedelago Infermiere Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell'Azienda Ulss 9 di Treviso.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, Assistente Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che, in esito alla seduta pubblica di gara in data 26.03.2013 i seguenti candidati sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dal verbale dell'Ufficiale Rogante del quale viene data lettura:

- 1) BSN Medical S.r.l. con sede in Agrate Brianza (MB)
- 2) Donjoy Italia S.r.l. con sede in Bolzano
- 3) B.Braun Milano S.p.A. con sede in Milano
- 4) Fidia Farmaceutici S.p.A. con sede in Abano Terme (PD)
- 5) MEDI Italia S.r.l. con sede in Bolzano
- 6) Eurofarm S.p.A. con sede Belpasso (CT)
- 7) Eurospital S.p.A. con sede in Trieste
- 8) Luigi Salvadori S.p.A. con sede in Scandicci (FI)



pag. 1

- 9) Systagenix S.r.l. con sede in Roma
- 10) Surgical Hospital Service S.r.l. con sede in Cagliari
- 11) Dealfa S.r.l. con sede in Monza
- 12) Coloplast S.p.A. con sede in Bologna
- 13) Rays S.r.l. con sede in Osimo (AN)
- 14) Smith&Nephew S.r.l. con sede in Agrate Brianza (MB)
- 15) P.M.A. S.r.l. con sede in Pavia
- 16) Farmac-Zabban S.p.A. con sede in Calderara di Reno (BO)
- 17) Mölnlycke Health Care S.r.l. con sede in Gallarate (VA)
- 18) ConvaTec Italia S.r.l. con sede in Roma
- 19) Sofar S.p.A. con sede in Trezzano Rosa (MI)
- 20) Lohmann & Rauscher S.r.l. con sede in Sarreola di Rubano (PD)
- 21) 3M Italia S.p.A. con sede in Pioltello (MI)
- 22) Promed S.r.l. con sede in Dosson di Casier (TV)
- 23) Paul Hartmann S.p.A. con sede in Verona
- 24) Artsana S.p.A. con sede in Grandate (CO)

Il Presidente, quindi, consegna alla Commissione le Buste 2 "Documentazione Tecnica" dei ventiquattro concorrenti ammessi, custodite - unitamente ai plichi riportanti all'esterno la dicitura "CAMPIONATURA GARA REGIONALE PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MEDICAZIONI SPECIALI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO – LOTTO/I _____" - in luogo sicuro e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

La Commissione, preliminarmente alla disamina della documentazione contenuta nelle buste 2, procede con una approfondita lettura del "Disciplinare di Gara" e dei relativi "ALLEGATO D - Capitolato Tecnico" e "ALLEGATO E – Criteri di valutazione", al fine di valutare i prodotti ammessi sotto il profilo della conformità dei medesimi ai requisiti ivi prescritti.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste 2 delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO, e con la valutazione di conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara.

LOTTO 1 – GARZA NON ADERENTE CON PARAFFINA O SOSTANZE SIMILI (confezione singola)

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. conforme
- Systagenix S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme

- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme
- Promed S.r.l. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 2 – GARZA NON ADERENTE CON PARAFFINA O SOSTANZE SIMILI (confezione multipla)

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all’attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Eurospital S.p.A. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme

LOTTO 3 – MEDICAZIONE NON ADERENTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all’attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. conforme
- Fidia Farmaceutici S.p.A. conforme
- Systagenix S.r.l. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Smith&Nephew S.r.l. conforme
- Promed S.r.l. trattasi di medicazione non sintetica. Da verificare sul campione
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all’apertura del plico contenente la campionatura presentata dalla ditta Promed S.r.l., al fine di verificare le effettive caratteristiche del prodotto contenuto al suo interno.

LOTTO 4 – MEDICAZIONE PREPARATA POST-OPERATORIA ADESIVA CON TAMPONE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all’attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Luigi Salvadori S.p.A. conforme

- Dealfa S.r.l. conforme
- Rays S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme
- Artsana S.p.A. conforme

LOTTO 5 – MEDICAZIONE TRASPARENTE PER FISSAGGIO CATETERI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. non conforme in quanto il sub lotto C non presenta le indicazioni per il fissaggio di cateteri;
- Eurofarm S.p.A. non conforme in quanto il sub lotto C non presenta le indicazioni per il fissaggio di cateteri;
- Smith&Nephew S.r.l. conforme
- 3M Italia S.p.A. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara i prodotti offerti dalla ditta BSN Medical S.r.l. e dalla ditta Eurofarm S.p.A.

Le ditte BSN Medical S.r.l. e Eurofarm S.p.A., pertanto, vengono escluse dal prosieguo della gara con riferimento ai prodotti offerti per il lotto n. 5.

LOTTO 6 – MEDICAZIONE ASSORBENTE TRACHEOSTOMICA IN ALLUMINIO O ALTRA SOSTANZA ANTISETTICA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Eurofarm S.p.A. conforme
- Promed S.r.l. conforme

LOTTO 7 – MEDICAZIONE ASSORBENTE TRACHEOSTOMICA IN TNT

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Mölnlycke Health Care S.r.l. conforme

- Promed S.r.l. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 8 – MEDICAZIONE IN ALGINATO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Eurofarm S.p.A. conforme
- Surgical Hospital Service S.r.l. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Convatec Italia S.r.l. conforme
- 3M Italia S.p.A. conforme
- Promed S.r.l. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 8 BIS - MEDICAZIONE IN FIBRE DI CELLULOSA GELIFICANTI O CARBOSSIMETILCELLULOSA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- B.Braun Milano S.p.A. non conforme in quanto la % di carbossimetilcellulosa è residuale rispetto a quanto richiesto nel lotto. Trattasi di medicazione in alginato.
- Coloplast S.p.A. non conforme in quanto la % di carbossimetilcellulosa è residuale rispetto a quanto richiesto nel lotto. Trattasi di medicazione in alginato.
- Smith&Nephew S.r.l. conforme
- Convatec Italia S.r.l. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara i prodotti offerti dalla ditta B.Braun Milano S.p.A. e dalla ditta Coloplast S.p.A.

Le ditte B.Braun Milano S.p.A. e Coloplast S.p.A., pertanto, vengono escluse dal prosieguo della gara con riferimento ai prodotti offerti per il lotto n. 8 bis.



pag. 5

LOTTO 9 - MEDICAZIONE IN ALGINATO CON ARGENTO PER FERITE INFETTE ED ESSUDANTI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Fidia Farmaceutici S.p.A. conforme
- Systagenix S.r.l. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Smith&Nephew S.r.l. conforme
- Mölnlycke Health Care S.r.l. conforme
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme
- 3M Italia S.p.A. conforme

LOTTO 9 BIS – MEDICAZIONE NON ADERENTE IN FIBRE DI CELLULOSA GELIFICANTI O CARBOSSIMETILCELLULOSA, PURE O IN ASSOCIAZIONE CON ALGINATI, CON ARGENTO, PER FERITE INFETTE ED ALTAMENTE ESSUDANTI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Systagenix S.r.l. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Smith&Nephew S.r.l. conforme
- Mölnlycke Health Care S.r.l. conforme
- Convatec Italia S.r.l. conforme
- 3M Italia S.p.A. conforme

LOTTO 10 – MEDICAZIONE IN IDROCOLLOIDI “SENZA BORDO”

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Systagenix S.r.l. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Convatec Italia S.r.l. conforme
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme



pag. 6

LOTTO 11 – MEDICAZIONE IN IDROCOLLOIDI EXTRASOTTILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Systagenix S.r.l. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. non conforme in quanto lo spesso è maggiore a quanto richiesto dal capitolato tecnico
- Convatec Italia S.r.l. conforme
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme
- 3M Italia S.p.A. non conforme in quanto la misura reale della medicazione non corrisponde a quanto richiesto dal capitolato tecnico
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara i prodotti offerti dalla ditta Ditta Farmac-Zabban S.p.A. e dalla ditta 3M Italia S.p.A.

Le ditte Farmac-Zabban S.p.A. e 3M Italia S.p.A., pertanto, vengono escluse dal prosieguo della gara con riferimento ai prodotti offerti per il lotto n. 11.

LOTTO 12 – MEDICAZIONE IN IDROCOLLOIDI “SACRO”

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Systagenix S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Convatec Italia S.r.l. conforme
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme
- 3M Italia S.p.A. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 13 – MEDICAZIONE IN GEL IDROFILO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- B.Braun Milano S.p.A. conforme



pag. 7

- Eurofarm S.p.A. conforme
- Systagenix S.r.l. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Smith&Nephew S.r.l. conforme
- Convatec Italia S.r.l. conforme
- Sofar S.p.A. non conforme in quanto non è sterile come previsto dal capitolato tecnico
- 3M Italia S.p.A. conforme
- Promed S.r.l. non conforme in quanto la quantità di acqua è pari a 33,5 %, inferiore a quanto previsto dal capitolato tecnico.
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara i prodotti offerti dalla ditta Sofar S.p.A. e dalla ditta Promed S.r.l.

Le ditte Sofar S.p.A. e Promed S.r.l., pertanto, vengono escluse dal prosieguo della gara con riferimento ai prodotti offerti per il lotto n. 13.

LOTTO 14 – MEDICAZIONE IN POLIURETANO TRASPARENTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- 3M Italia S.p.A. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 15 – MEDICAZIONE IN POLIURETANO NON TRASPARENTE NON ADESIVA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. conforme
- Fidia Farmaceutici S.p.A. conforme
- Systagenix S.r.l. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Smith&Nephew S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Mölnlycke Health Care S.r.l. conforme

- Convatec Italia S.r.l. conforme
- Sofar S.p.A. conforme
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme
- Promed S.r.l. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 16 – MEDICAZIONE IN POLIURETANO NON TRASPARENTE NON ADESIVA CON ARGENTO O PHMB

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- B.Braun Milano S.p.A. conforme
- Fidia Farmaceutici S.p.A. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Smith&Nephew S.r.l. conforme
- Mölnlycke Health Care S.r.l. conforme
- Sofar S.p.A. conforme
- Promed S.r.l. conforme

LOTTO 17 – MEDICAZIONE IN POLIURETANO NON TRASPARENTE ADESIVA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Systagenix S.r.l. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Smith&Nephew S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Mölnlycke Health Care S.r.l. conforme
- Convatec Italia S.r.l. conforme
- Sofar S.p.A. conforme
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme
- 3M Italia S.p.A. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 18 – MEDICAZIONE IN POLIURETANO NON TRASPARENTE SPECIALE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Systagenix S.r.l. conforme
- Coloplast S.p.A. conforme
- Smith&Nephew S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Mölnlycke Health Care S.r.l. conforme
- Convatec Italia S.r.l. conforme
- Sofar S.p.A. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 19 – MEDICAZIONE IN POLIURETANO NON TRASPARENTE SPECIALE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. conforme
- Eurofarm S.p.A. non conforme in quanto strutturalmente pluristratificata e non è indicata come cavitaria.
- Systagenix S.r.l. conforme
- Sofar S.p.A. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla ditta Eurofarm S.p.A.


La ditta Eurofarm S.p.A., pertanto, viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il lotto n. 19.

LOTTO 20 – BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO NON ADESIVA MONOESTENSIBILE LONGITUDINALMENTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Paul Hartmann S.p.A. conforme



pag. 10

LOTTO 21 – BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO AUTOADESIVA MONOESTENSIBILE LONGITUDINALMENTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Rays S.r.l. conforme
- P.M.A. S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme
- Artsana S.p.A. conforme

LOTTO 22 – BENDA ELASTICA COMPRESSIVA AUTOADESIVA A DEBOLE ELASTICITÀ (INFERIORE A 100%) MONOESTENSIBILE LONGITUDINALMENTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. non conforme in quanto dichiara un'elasticità da 110% a 150%
- P.M.A. S.r.l. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla ditta BSN Medical S.r.l.

La ditta BSN Medical S.r.l., pertanto, viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il lotto n. 22.

LOTTO 23 – BENDA ELASTICA DI SOSTEGNO NON ADESIVA AD ALTA ESTENSIBILITÀ MONOESTENSIBILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- P.M.A. S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Lohmann & Rauscher S.r.l. dichiara estensibilità pari a 130%. Verificare campione.
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all'apertura del plico contenente la campionatura presentata dalla ditta Lohmann & Rauscher S.r.l., al fine

di verificare le effettive caratteristiche del prodotto contenuto al suo interno.

LOTTO 24 – BENDA ELASTICA DI SOSTEGNO NON ADESIVA AD ALTA ESTENSIBILITÀ BIESTENSIBILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- P.M.A. S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme

LOTTO 25 – CALZA COMPRESSIVA ANTITROMBO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. conforme
- Donjoy Italia S.r.l. conforme
- Medi Italia S.r.l. conforme
- P.M.A. S.r.l. conforme
- Promed S.r.l. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 26 – CALZA COMPRESSIVA TERAPEUTICA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Medi Italia S.r.l. conforme

LOTTO 27 – CEROTTO A NASTRO IN MATERIALE PLASTICO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- 3M Italia S.p.A. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme
- Artsana S.p.A. conforme



LOTTO 28 – CEROTTO A NASTRO IN SETA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- 3M Italia S.p.A. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 29 – CEROTTO A NASTRO IN TELA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 30 – CEROTTO A NASTRO IN TNT

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Rays S.r.l. conforme
- 3M Italia S.p.A. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme
- Artsana S.p.A. conforme

LOTTO 31 – CEROTTINO MEDICATO STERILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Farmac-Zabban S.p.A. conforme

LOTTO 32 – CEROTTO PER SUTURA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Eurofarm S.p.A. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- 3M Italia S.p.A. conforme

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be 'BA' and other initials like 'ID', 'B', and 'L'.

- Paul Hartmann S.p.A. conforme

LOTTO 33 – CEROTTO PER FISSAGGIO AREA ESTESA ESTENSIBILE NON TRASPARENTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Paul Hartmann S.p.A. conforme
- Artsana S.p.A. conforme

Alle ore 16,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,00 del giorno 20.05.2013 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire con l'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, LOTTO per LOTTO.


Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Ditte concorrenti e la campionatura per custodirle in luogo sicuro e protetto presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan



I COMPONENTI: Dott. Bruno Azzena




Dott. Alberto Cester



Dott.ssa Deborah Tormena



Sig. Dalmazio Vedelago



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE Dott.ssa Lisa Brazzorotto

