



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C.5 al Decreto 76 del 26.11.2014 pag. 1/24



REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale

Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

PROCEDURA APERTA

PER LA FORNITURA AGHI E SIRINGHE

IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

* * * * *

Allegato 5 al Disciplinare di gara

CAPITOLATO TECNICO

Tutti i prodotti devono essere latex free

AGHI

❖LOTTO N. 1

AGHI IPODERMICI PER INIEZIONE E PRELIEVO STERILI MONOUSO CONO LUER
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A01010101

Misure: dal 18 G al 26 G

- lunghezze ago varie

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer, con copriago in materiale plastico idoneo, che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni. L'ago deve essere saldamente fissato al bariletto. La punta dell'ago deve essere atraumatica e il cono di colore convenzionale a seconda della misura. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
1	-	AGHI IPODERMICI PER INIEZIONE E PRELIEVO STERILI MONOUSO CONO LUER	12.766.400	12.766.400	38.299.200

❖LOTTO N. 2

AGHI IPODERMICI PER INIEZIONE E PRELIEVO STERILI MONOUSO CONO LUER
CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A01010101

Misure: dal 20 G al 25 G

- lunghezze ago varie

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer, con copriago in materiale plastico idoneo, che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni. L'ago deve essere saldamente fissato al bariletto e dotato di idoneo sistema di sicurezza. La punta dell'ago deve essere atraumatica e il cono di colore

convenzionale a seconda della misura. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
2		AGHI IPODERMICI PER INIEZIONE E PRELIEVO STERILI MONOUSO CONO LUER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA	€ 0,08000	1.682.520	5.047.560

❖LOTTO N. 3

AGHI IPODERMICI STERILI MONOUSO CONO LUER

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A01010101

Misure: dal 27 G al 30 G

- lunghezze ago varie

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer, con copriago in materiale plastico idoneo, che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni. L'ago deve essere saldamente fissato al bariletto. La punta dell'ago deve essere atraumatica e il cono di colore convenzionale a seconda della misura. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità. .

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
3		AGHI IPODERMICI STERILI MONOUSO CONO LUER	€ 0,01805	95.400	286.200

❖LOTTO N. 4

AGHI A FARFALLA DAL 20 G AL 23 G

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A010102

Misure: dal 20 G al 23 G

- con prolunga in materiale plastico biocompatibile di lunghezza circa 30 cm.
- lunghezza ago circa 19-22 mm

DESCRIZIONE

Ago sterile in acciaio inox, siliconato, a parete sottile, scorrevole, con punta atraumatica, munito di cappuccio e ben saldato alla prolunga in plastica. Le alette laterali devono essere flessibili, provviste di superficie antiscivolo, di facile impugnatura, tali da permettere il pieno controllo dell'ago durante la venipuntura e di colori convenzionali secondo misura. La prolunga dovrà essere trasparente, sottile, flessibile, non collabente alla torsione, con attacco luer-lock e munito di tappo a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in materiale plastico idoneo interamente latex

free e DEHP free. Confezionati in involucri singoli, termosaldati che permettano una corretta apertura e confezionati in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
4		AGHI A FARFALLA DAL 20 G AL 23 G	€ 0,02700	1.046.400	3.139.200

❖ **LOTTO N. 5**

AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A010102

Misure: almeno due misure comprese fra il 19 G e il 23 G

- con prolunga in materiale plastico biocompatibile di lunghezza circa 30 cm.
- lunghezza ago circa 19-22 mm

DESCRIZIONE

Ago sterile in acciaio inox, siliconato, a parete sottile, scorrevole, con punta atraumatica, munito di cappuccio e ben saldato alla prolunga in plastica. Le alette laterali devono essere flessibili, provviste di superficie antiscivolo, di facile impugnatura, tali da permettere il pieno controllo dell'ago durante la venipuntura e di colori convenzionali secondo misura. La prolunga dovrà essere trasparente, sottile, flessibile, non collabente alla torsione, con attacco luer-lock e munito di tappo a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in materiale plastico idoneo interamente latex free e DEHP free e dotato di idoneo sistema di sicurezza. Confezionati in involucri singoli, termosaldati che permettano una corretta apertura e confezionati in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
5		AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA	€ 0,17100	1.814.150	5.442.450

❖ **LOTTO N. 6**

AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER PRELIEVO SOTTOVUOTO E CON ADATTATORE LUER PRECONNESSO

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A010102

Misure: almeno una misura compresa fra il 19 G e il 21 G

- con prolunga in materiale plastico biocompatibile di lunghezza circa 20 cm.
- lunghezza ago circa 19mm

DESCRIZIONE

Ago sterile in acciaio inox, siliconato, a parete sottile, scorrevole, con punta atraumatica, munito di cappuccio e ben saldato alla prolunga in plastica. Le alette laterali devono essere flessibili, provviste di superficie antiscivolo, di facile impugnatura, tali da permettere il pieno controllo dell'ago durante la venipuntura e di colori convenzionali secondo misura.

La prolunga dovrà essere trasparente, sottile, flessibile, non collabente alla torsione, con adattatore luer preassemblato, che deve essere adattabile con le camicie e i sistemi di prelievo sottovuoto presenti nel mercato italiano. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in materiale plastico idoneo interamente latex free e DEHP free e dotato di idoneo sistema di sicurezza. Confezionati in involucri singoli, termosaldati che permettano una corretta apertura e confezionati in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
6		AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER PRELIEVO SOTTOVUOTO E CON ADATTATORE LUER PRECONNESSO	€ 0,30000	1.894.600	5.683.800

❖ **LOTTO N. 7**

AGHI A FARFALLA DAL 25 G AL 27 G

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A010102

Misure: dal 25 G al 27 G

- con prolunga in materiale plastico biocompatibile di lunghezza circa 20-30 cm.
- lunghezza ago circa 10-20 mm

DESCRIZIONE

Ago sterile in acciaio inox, siliconato, a parete sottile, scorrevole, con punta atraumatica, munito di cappuccio e ben saldato alla prolunga in plastica. Le alette laterali devono essere flessibili, provviste di superficie antiscivolo, di facile impugnatura, tali da permettere il pieno controllo dell'ago durante la venipuntura e di colori convenzionali secondo misura. La prolunga dovrà essere trasparente, sottile, flessibile, non collabente alla torsione, con attacco luer-lock e munito di tappo a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in materiale plastico idoneo interamente latex free e DEHP free. Confezionati in involucri singoli, termosaldati che permettano una corretta apertura e confezionati in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
7		AGHI A FARFALLA DAL 25 G AL 27 G	€ 0,04275	23.770	71.310

❖ LOTTO N. 8

AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA DA 25G
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A010102

Misure: 25 G

- con prolunga in materiale plastico biocompatibile di lunghezza circa 20-30 cm.
- lunghezza ago circa 10-20 mm

DESCRIZIONE

Ago sterile in acciaio inox, siliconato, a parete sottile, scorrevole, con punta atraumatica, munito di cappuccio e ben saldato alla prolunga in plastica. Le alette laterali devono essere flessibili, provviste di superficie antiscivolo, di facile impugnatura, tali da permettere il pieno controllo dell'ago durante la venipuntura e di colori convenzionali secondo misura. La prolunga dovrà essere trasparente, sottile, flessibile, non collabente alla torsione, con attacco luer-lock e munito di tappo a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in materiale plastico idoneo interamente latex free e DEHP free. Confezionati in involucri singoli, termosaldati che permettano una corretta apertura e confezionati in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
8		AGHI A FARFALLA DA 25G CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA	€ 0,17100	5.540	16.620

❖ LOTTO N. 9

AGHI ANGOLATI A 90° PER INFUSIONE SOTTOCUTANEA DI MEDICINALI CON PROLUNGA AD UNA VIA PER POMPA
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A03010105 – A030401 e altre

Misure: 27/28 G

- con prolunga in materiale plastico biocompatibile di lunghezza circa 60 cm.
- lunghezza ago circa 8 mm

DESCRIZIONE

Aghi in acciaio inox con angolatura di 90 gradi dotati di un sistema di fissaggio idoneo, monouso sterile.
Prolunga di circa 60 cm dotata di raccordo luer lock in materiale plastico idoneo adatto all'infusione di medicinali.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
9		AGHI ANGOLATI A 90° PER INFUSIONE SOTTOCUTANEA DI MEDICINALI CON PROLUNGA AD UNA VIA PER POMPA	€ 3,71000	9.400	28.200

❖ LOTTO N. 10

AGHI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO LUER/LUER LOCK

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A019006

Misure: dal 27 G al 30 G

- lunghezze ago varie

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer, con copriago in materiale plastico idoneo, che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni. L'ago deve essere saldamente fissato al bariletto. La punta dell'ago deve essere atraumatica e il cono di colore convenzionale a seconda della misura. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
10		AGHI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO LUER/LUER LOCK	€ 0,07315	68.700	206.100

❖ LOTTO N. 11

Sub A) PIASTRE LINEARI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI

Misure: piastra lineare a 3 ugelli con ago da 27 G x 4 mm

Sub B) PIASTRE LINEARI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI

Misure: piastra lineare a 5 ugelli con ago da 27 G x 4 mm

Sub C) PIASTRE CIRCOLARI MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI

Misure: piastra circolare a 5 ugelli con ago da 27 G x 4 mm

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A0599

DESCRIZIONE

Multiniettore in materiale plastico idoneo di forma lineare e circolare dotato di 3/5 ugelli con aghi 27G X 4 mm inseriti . L'ago deve essere saldamente fissato al bariletto. La punta dell'ago deve essere atraumatica e il cono di colore convenzionale a seconda della misura.

Il multiniettore deve avere un raccordo luer per la connessione alla siringa. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
11	A	PIASTRE LINEARI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI Misure: piastra lineare a 3 ugelli con ago da 27 G x 4 mm	€ 1,33000	1.527	4.581
11	B	PIASTRE LINEARI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI Misure: piastra lineare a 5 ugelli con ago da 27 G x 4 mm	€ 1,33000	2.665	7.995
11	C	PIASTRE CIRCOLARI MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI Misure: piastra circolare a 5 ugelli con ago da 27 G x 4 mm	€ 1,33000	352	1.056

❖LOTTO N. 12

AGHI PER PENNA DA INSULINA STERILI MONOUSO
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A010199

Misure da 30 G a 33G

- *lunghezza ago da 5 mm a 8 mm circa*

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con copriago in materiale plastico idoneo, che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni. L'ago deve essere dotato di bariletto o altro sistema identificativo con codice colore a seconda della misura dell'ago. La punta dell'ago deve essere atraumatica. Confezionati singolarmente tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità. Compatibili con le penne da insulina ricaricabili e preriempite.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
12		AGHI PER PENNA DA INSULINA STERILI MONOUSO	€ 0,03705	141.600	424.800

❖ LOTTO N. 13

AGHI PER AGOPUNTURA

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A019002

Misure: varie

- lunghezze ago varie con e senza introduttore

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con impugnatura in metallo idoneo (argento, rame e altro idoneo metallo) con o senza tubetto guida in materiale plastico idoneo. La punta dell'ago deve essere atraumatica tale da permettere un'agevole scorrevolezza tra i tessuti. Confezionati singolarmente tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
13		AGHI PER AGOPUNTURA	€ 0,04940	380.100	1.140.300

❖ LOTTO N. 14

AGHI DA CAMERA ANTERIORE

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A010501

Misure: da 25 G a 30 G

- lunghezze e angolatura ago varie

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer. L'ago deve essere saldamente fissato al bariletto e con terminale angolato; la punta dell'ago deve essere tonda e atraumatica. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
14		AGHI DA CAMERA ANTERIORE	€ 0,70000	2.070	6.210

❖ LOTTO N. 15

CANNULE PER VIE LACRIMALI

Misure: da 21 G a 26 G

- *lunghezze ago varie*

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer. L'ago deve essere disponibile sia curvo che retto e deve essere saldamente fissato al bariletto; la punta dell'ago deve essere tonda e atraumatica con foro laterale o terminale. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
15		CANNULE PER VIE LACRIMALI	€ 1,18750	2.456	7.368

❖ LOTTO N. 16

CANNULE PER IDRODISSEZIONE

Misure: da 25 G a 27 G

- *lunghezze ago varie*

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer. L'ago deve essere saldamente fissato al bariletto e con terminale angolato; la punta dell'ago deve essere piatta e atraumatica. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
16		CANNULE PER IDRODISSEZIONE	€ 1,09250	4.180	12.540

❖ LOTTO N. 17

AGHI PERIBULBARI/RETROBULBARI

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A010503/A010504

Misure: da 23 G a 27 G

- *lunghezze ago varie*

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer. L'ago deve essere saldamente fissato al bariletto; la punta dell'ago deve essere atraumatica. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
17		AGHI PERIBULBARI/RETROBULBARI	€ 0,72200	5.220	15.660

LOTTO N. 18

AGHI FISTOLA PER DIALISI

Misure: da 15 G a 17 G

- Lunghezza del tubo: almeno due misure nel range da 15cm a 30cm

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox con e senza foro addizionale. Con alette girevoli e fisse, di dimensioni adeguate, con sistema di presa antiscivolo in materiale plastico idoneo. Provvisto di tubo trasparente morbido flessibile in grado di garantire tenuta anche ad alto flusso. Provvisto di clamp, con idoneo codice colore. Provvisto di connettore luer lock e baionetta. Confezionati singolarmente, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità. .

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
18		AGHI FISTOLA PER DIALISI	€ 0,2700	206.650	619.950

LOTTO N. 19

AGHI FISTOLA PER DIALISI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Misure: da 15 G a 17 G

- Lunghezza del tubo: almeno due misure nel range da 15cm a 30cm

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox con e senza foro addizionale. Con alette girevoli e fisse, di dimensioni adeguate, con sistema di presa antiscivolo in materiale plastico idoneo. Provvisto di tubo trasparente morbido flessibile in grado di garantire tenuta anche ad alto flusso. Provvisto di clamp, con idoneo codice colore. Provvisto di connettore luer lock e baionetta. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in materiale plastico e dotato di idoneo sistema di sicurezza. Confezionati singolarmente, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità. .

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
19		AGHI FISTOLA PER DIALISI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA	€ 0,36100	162.280	486.840

LOTTO N. 20

AGHI PER GALATTOGRAFIA

Misure: misura compresa tra 27 G e 31 G

DESCRIZIONE

Set per galattografia composto da Ago sterile, in acciaio inox curvo a 90 °, con punta smussa traumatica, con tubo di raccordo da cm 20/30 cm attacco luer lock. Confezionato singolarmente, tale da permettere una corretta apertura.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
20		AGHI PER GALATTOGRAFIA	€ 19,00000	260	780

LOTTO N. 21

AGHI TRANSETTALI

Misure: 18 /19 G

- Lunghezze varie

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox. Dotato di idonea impugnatura ed in grado di permettere il passaggio attraverso il setto di un introduttore e/o di un catetere.

Confezionati singolarmente, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 20 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
21		AGHI TRANSETTALI	€ 190,00000	240	720

LOTTO N. 22

DISPOSITIVI MULTIPRELIEVO

DESCRIZIONE

Dispositivo multi prelievo sterile in materiale inerte. Costituito da perforatore/spike capace di perforare la membrana di un flacone, dotato di cappuccio. Munito di una presa d'aria con filtro antiparticellare e da un attacco per siringa luer lock con cappuccio o sistema di protezione. Confezionati singolarmente, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
22		DISPOSITIVI MULTIPRELIEVO	€ 0,49400	47.700	143.100

LOTTO N. 23

DISPOSITIVO MULTIPRELIEVO PER ANTIBLASTICI

Sub A)

DESCRIZIONE

Dispositivo multi prelievo sterile in materiale inerte, compatibile con farmaci antiblastici. Costituito da perforatore/spike capace di perforare la membrana di un flacone, dotato di cappuccio. Munito di una presa d'aria con filtro da 0,22 micron circa per compensare la pressione in eccesso e dotato di un idoneo sistema in grado di impedire la fuoriuscita di farmaci e/o vapori e da un attacco per siringa luer lock con idoneo cappuccio o sistema di protezione. Confezionati singolarmente, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Sub B)

DESCRIZIONE

Dispositivo multi prelievo sterile in materiale inerte, compatibile con farmaci antiblastici per flaconi di piccolo volume. Costituito da perforatore/spike capace di perforare la membrana di un flacone, dotato di cappuccio. Munito di una presa d'aria con filtro da 0,22 micron circa per compensare la pressione in eccesso e dotato di un idoneo sistema in grado di impedire la fuoriuscita di farmaci e/o vapori e da un attacco per siringa luer lock con idoneo cappuccio o sistema di protezione. Confezionati singolarmente, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole fino a 100 unità.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
23	A	DISPOSITIVO MULTIPRELIEVO PER ANTIBLASTICI	€ 1,14000	74.000	222.000
23	B	DISPOSITIVO MULTIPRELIEVO PER ANTIBLASTICI PER FLACONI DI PICCOLO VOLUME	€ 1,14000	49.300	147.900

SIRINGHE

❖LOTTO N. 24

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI DA TUBERCOLINA CON AGO STACCABILE
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A020102010201

Misure

- 1ml. - ago 26/27 G – circa 10/16 mm

DESCRIZIONE

Le siringhe, a tre pezzi, devono essere sterili, monouso. Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta. Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido residuo nel cilindro.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free. Non debbono cedere sostanze al contenuto né determinare reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo.

L'ago deve essere a triplice affilatura e protetto da un copriago in plastica che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
24		SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI DA TUBERCOLINA CON AGO STACCABILE	€ 0,02000	371.390	1.114.170

❖LOTTO N. 25

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI DA TUBERCOLINA CON AGO STACCABILE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A020102010201

Misure

- 1ml. - ago 26/27 G – circa 10/16 mm

DESCRIZIONE

Le siringhe, a tre pezzi, devono essere sterili, monouso. Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta. Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido residuo nel cilindro.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free. Non debbono cedere sostanze al contenuto né determinare reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo.

L'ago deve essere a triplice affilatura, dotato di idoneo sistema di sicurezza e protetto da un copriago in plastica che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni-

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
25		SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI DA TUBERCOLINA CON AGO STACCABILE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA	€ 0,03330	47.210	141.630

❖LOTTO N. 26

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A020102010201

Sub A) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO

Misure

- *siringhe da 2 - 3 ml, cono centrale luer, ago 22/23 G – da 30 a 38 mm. circa*

Sub B) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO

Misure

- *siringhe da 5 ml, cono centrale/eccentrico luer, ago 22/23 G – da 30 a 38 mm. circa*

DESCRIZIONE

Le siringhe, a tre pezzi, debbono essere sterili, monouso. Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta. Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido residuo nel cilindro.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free .

Non debbono cedere sostanze al contenuto né determinare reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile, resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo.

L'ago deve essere a triplice affilatura, innestato direttamente sulla siringa e protetto da un copriago in plastica che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
26	A	SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO Misure: siringhe da 2 - 3 ml	€ 0,02000	2.908.581	8.725.743
26	B	SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO Misure: siringhe da 5 ml	€ 0,02800	4.371.865	13.115.595

❖ LOTTO N. 27

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A020102010202

Sub A) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 2 - 2,5 ml cono centrale luer*

Sub B) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 5 ml cono centrale/eccentrico luer*

Sub C) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 10 ml cono eccentrico/centrale luer*

Sub D) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 20 ml. cono eccentrico luer*

Sub E) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 30 ml. cono eccentrico luer*

Sub F) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 50 ml cono eccentrico luer*

DESCRIZIONE

Le siringhe, a tre pezzi, debbono essere sterili, monouso. Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta. Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido residuo nel cilindro.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free. Non debbono cedere sostanze al contenuto né determinare reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile, resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
27	A	SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 2 - 2,5 ml	€ 0,01900	1.633.300	4.899.900
27	B	SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 5 ml	€ 0,02280	2.535.000	7.605.000
27	C	SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 10 ml	€ 0,03135	6.511.892	19.535.676
27	D	SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 20 ml	€ 0,05000	2.832.320	8.496.960
27	E	SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 30 ml	€ 0,07000	255.300	765.900
27	F	SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 50 ml	€ 0,11000	301.680	905.040

❖ LOTTO N. 28

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A02010203

Sub A) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE

Misure

- *siringhe da 50/60 ml cono catetere non a becco di flauto*

Sub B) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE

Misure

- *siringhe da 100 ml cono catetere non a becco di flauto –*

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
28	A	SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE Misure: siringhe da 50/60 ml	€ 0,13000	1.379.930	4.139.790
28	B	SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE Misure: siringhe da 100 ml	€ 0,38950	87.420	262.260

DESCRIZIONE

Le siringhe, a tre pezzi, debbono essere sterili, monouso. Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta. Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido residuo nel cilindro.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free. Non debbono cedere sostanze al contenuto né determinare reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile, resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo.

❖LOTTO N. 29

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO SENZA CONO CON AGO FISSO

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A02010204

Sub A) SIRINGHE DA INSULINA SENZA CONO CON AGO FISSO

Misure

- *siringhe 0,3 ml. ago 29 /30 G lunghezza ago da circa 8 mm a circa 13 mm*

Sub B) SIRINGHE DA INSULINA SENZA CONO CON AGO FISSO

Misure

- *siringhe 0,5 ml ago 29 /30 G lunghezza ago da circa 8 mm a circa 13 mm*

Sub C) SIRINGHE DA INSULINA SENZA CONO CON AGO FISSO – CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

- *0,5 ml – ago 29/30 G lunghezza ago da circa 8 mm a circa 13 mm*

DESCRIZIONE

Le siringhe, a tre pezzi, devono essere sterili, monouso. Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta. Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido residuo nel cilindro.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free. Non debbono cedere sostanze al contenuto né determinare reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo e che permetta chiaramente la lettura ed il dosaggio della singola unità per i volumi 0,3 e 0,5.

L'ago deve essere a triplice affilatura, dotato di idoneo sistema di sicurezza e protetto da un copriago in plastica che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni. Le siringhe da insulina dovranno essere tarate a 100 U.I./ml.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
29	A	SIRINGHE DA INSULINA SENZA CONO CON AGO FISSO Misure: siringhe 0,3 ml.	€ 0,03500	452.400	1.357.200
29	B	SIRINGHE DA INSULINA SENZA CONO CON AGO FISSO Misure: siringhe 0,5 ml.	€ 0,03330	2.703.110	8.109.330
29	C	SIRINGHE DA INSULINA SENZA CONO CON AGO FISSO – CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA Misure: 0,5 ml	€ 0,10000	784.900	2.354.700

LOTTO N. 30

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO –CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI A020102020102

Sub A) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- siringhe da 2 - 3 ml

Sub B) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- siringhe da 5 ml

Sub C) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 10 ml*

Sub D) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 20 ml*

Sub E) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 30 ml*

Sub F) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 50 ml*

Sub G) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO

Misure

- *siringhe da 50 ml ambrate*

DESCRIZIONE

Le siringhe, a tre pezzi, debbono essere sterili, monouso

Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta. Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido residuo nel cilindro.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free. Non debbono cedere sostanze al contenuto né determinare reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile, resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
30	A	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 2 - 3 ml	€ 0,02500	195.620	586.860
30	B	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 5 ml	€ 0,02000	187.670	563.010
30	C	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI	€ 0,03000	272.150	816.450

		SENZA AGO Misure: siringhe da 10 ml			
30	D	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 20 ml	€ 0,05000	307.380	922.140
30	E	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 30 ml	€ 0,07000	253.930	761.790
30	F	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 50 ml	€ 0,12000	685.815	2.057.445
30	G	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO Misure: siringhe da 50 ml ambrate	€ 0,20615	89.140	267.420

LOTTO N. 31 SIRINGA PRERIEMPITA PER LAVAGGIO ACCESSI VENOSI CENTRALI

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI - **C0180**

Misure: da 10 ml

DESCRIZIONE

Siringa sterile preriempita con 10 ml di sodio cloruro 0,9 %; in confezione singola tale da garantire l'asepsi, provvista di idoneo tappino di chiusura, facile da rimuovere.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free. Non debbono cedere sostanze al contenuto né determinare reazioni chimico/fisiche.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile, resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
31		SIRINGA PRERIEMPITA PER LAVAGGIO ACCESSI VENOSI CENTRALI	€ 0,52250	95.650	286.950

LOTTO n. 32

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI - **A020105**

SUB A) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI

Misure: siringhe da 1 ml circa di tipo pediatrico, cono centrale luer ago 25 G – circa 13 mm

DESCRIZIONE

Le siringhe debbono essere sterili, monouso con ago staccabile. Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta.

Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone deve essere dotato di filtro per l'espulsione dell'aria.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free.

Debbono contenere anticoagulante secco idoneo anche a determinazioni di elettroliti, calcio ionizzato, lattato e glucosio e non ci devono essere reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile, resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo.

L'ago deve essere a triplice affilatura, innestato direttamente sulla siringa e protetto da un copriago in plastica che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni.

Idoneo supporto di occlusione dell'ago che prevenga contaminazione accidentale per gli operatori.

Sul confezionamento secondario dovrà essere riportato il codice colore o altro codice identificativo della misura della siringa.

SUB B) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI

Misure: siringhe da 2,5 – 3 ml di tipo adulti, cono centrale luerlock ago 22/23 G – circa 25 mm

DESCRIZIONE

Le siringhe debbono essere sterili, monouso con ago staccabile. Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta.

Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone deve essere dotato di filtro per l'espulsione dell'aria.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free.

Debbono contenere anticoagulante secco idoneo anche a determinazioni di elettroliti, calcio ionizzato, lattato e glucosio e non ci devono essere reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile, resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo.

L'ago deve essere a triplice affilatura, innestato direttamente sulla siringa e protetto da un copriago in plastica che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni.

Idoneo supporto di occlusione dell'ago che prevenga contaminazione accidentale per gli operatori.

Sul confezionamento secondario dovrà essere riportato il codice colore o altro codice identificativo della misura della siringa.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
32	A	SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI Misure: siringhe da 1 ml circa di tipo pediatrico	€ 0,38475	139.190	417.570
32	B	SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER	€ 0,28405	413.700	1.241.100

		PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI Misure: siringhe da 2,5 – 3 ml di tipo adulti			
--	--	--	--	--	--

LOTTO n. 33

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI - A020105

SUB A) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Misure: siringhe da 1 ml circa di tipo pediatrico, cono centrale luer ago 25 G – circa 13 m

DESCRIZIONE

Le siringhe debbono essere sterili, monouso con ago staccabile. Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta.

Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone deve essere dotato di filtro per l'espulsione dell'aria.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free.

Debbono contenere anticoagulante secco idoneo anche a determinazioni di elettroliti, calcio ionizzato, lattato e glucosio e non ci devono essere reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile, resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo.

L'ago deve essere a triplice affilatura, innestato direttamente sulla siringa e protetto da un copriago in plastica che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni, e dotato di idoneo sistema di sicurezza.

Idoneo supporto di occlusione della siringa che prevenga sia la contaminazione accidentale per gli operatori che quella del prelievo.

Sul confezionamento secondario dovrà essere riportato il codice colore o altro codice identificativo della misura della siringa.

SUB B) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Misure: siringhe da 2,5 – 3 ml di tipo adulti, cono centrale luerlock ago 22/23 G – circa 25 mm

DESCRIZIONE

Le siringhe debbono essere sterili, monouso con ago staccabile. Debbono possedere uno stantuffo con caratteristiche tali da garantire una scorrevolezza costante e controllata ed una tenuta perfetta.

Il cilindro deve essere provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. Il pistone deve essere dotato di filtro per l'espulsione dell'aria.

Le siringhe debbono essere chimicamente stabili e ben trasparenti, interamente latex free.

Debbono contenere anticoagulante secco idoneo anche a determinazioni di elettroliti, calcio ionizzato, lattato e glucosio e non ci devono essere reazioni chimico/fisiche con i prodotti che possono contenere.

Le siringhe devono riportare sulla superficie esterna una scala graduata ben leggibile, resistente e precisa che indichi il volume a seconda della posizione dello stantuffo.

L'ago deve essere a triplice affilatura, innestato direttamente sulla siringa e protetto da un copriago in plastica che deve staccarsi facilmente per evitare manipolazioni, e dotato di idoneo sistema di sicurezza.

Idoneo supporto di occlusione della siringa che prevenga sia la contaminazione accidentale per gli operatori che quella del prelievo.

Sul confezionamento secondario dovrà essere riportato il codice colore o altro codice identificativo della misura della siringa.

Lotto	Sub lotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta	Fabbisogno annuale	Fabbisogno triennale
33	A	SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA Misure: siringhe da 1 ml circa di tipo pediatrico	€ 0,38475	36.190	108.570
33	B	SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA Misure: siringhe da 2,5 – 3 ml di tipo adulti	€ 0,28405	214.600	643.800

* * *

Confezionamento primario – imballaggio secondario- etichettatura aghi e siringhe.

Confezionamento primario: deve essere per singola unità, (ad eccezione delle siringhe da insulina senza spazio morto, che può contenere fino a 10 siringhe), monouso, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire facili lacerazioni accidentali. Confezionamento termosaldato. La confezione deve garantire che il materiale non aderisca internamente per facilitarne la corretta estrazione .

Tutti i prodotti in funzione della loro sterilità dovranno avere, al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità.

Imballaggio secondario: in materiale resistente, di volume ridotto, tale da consentire un facile stoccaggio per sovrapposizione.

ETICHETTATURA

Su ogni singola confezione dei prodotti richiesti dovranno essere riportate le informazioni secondo il punto 13, allegato I del D. lgs 46/1997, come modificato dal D. lgs 37/2010 (etichettatura e istruzioni per l'uso in lingua italiana)

I prodotti in gara, oltre ai requisiti già richiesti, dovranno rispondere alla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo, recepita con D. lgs 25.01.2010 n° 37 (Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i Dispositivi Medici)