

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione**Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015****Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura****LOTTO 1 “Aghi a farfalla dal 20 g al 23 g”****PARAMETRI:**

	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	4
Facilità di rimozione del copriago	2
Affilatura intesa come penetrabilità	4
dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura	3
zigrinatura antiscivolo delle alette	3
consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento	3
antigingocchimento prolunga	3
facilità di sconnessione del cappuccio luer lock della prolunga	3
facilità di connessione sconnessione	3

Confezionamento*Primario:*

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2
Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto	2
facilità di separazione dei singoli strip	1
facilità della manovra di apertura	2

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1

minimo 24/40

40

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione

Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015

Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura

LOTTO 2 “Aghi a farfalla dal 25 g al 27 g”

PARAMETRI:

	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	4
Facilità di rimozione del copriago	2
Affilatura intesa come penetrabilità	4
dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura	3
zigrinatura antiscivolo delle alette	3
consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento	3
antingingocchimento prolunga	3
facilità di sconnessione del cappuccio luer lock della prolunga	3
facilità di connessione sconnessione	3

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2
Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto	2
facilità di separazione dei singoli strip	1
facilità della manovra di apertura	2

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1

minimo 24/40

40

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione

Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015

Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura

LOTTO 3 “Aghi angolati a 90° per infusione sottocutanea di medicinali con prolunga ad una via per pompa”

PARAMETRI:	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	7
Facilità di rimozione del copriago	4
Affilatura intesa come penetrabilità	5
antigingocchimento prolunga	5
Adesività e facilità di posizionamento del cerotto	6
Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock	4

Confezionamento

Primario:

lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2
Facilità della manovra di apertura	2

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1

minimo 24/40 40

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione

Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015

Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura

LOTTO 4 “Aghi per mesoterapia sterili monouso luer/luer lock”

CRITERI	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3
Completezza gamma delle misure	3

Funzionalità e maneggevolezza

Facilità di connessione e sconnessione	6
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	7
Facilità di rimozione del copriago	6
Affilatura intesa come penetrabilità	7

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2
apertura peel open	2
facilità di separazione dei singoli strip	2

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	1
minimo 24/40	40

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione

Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015

Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura

LOTTO 5 “Aghi per penna da insulina sterili monouso”

PARAMETRI:	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3
Completezza gamma delle misure	3

Funzionalità e maneggevolezza

Facilità di connessione e sconnessione	7
Tenuta della connessione condispositivo di somministrazione	7
Facilità di rimozione del copriago	6
Resistenza dell'ago alla deformazione	5

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3
apertura peel open	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	2
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	1

minimo 24/40

40

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione

Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015

Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura

LOTTO 6 “Aghi da camera anteriore”

PARAMETRI:	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3

Funzionalità e maneggevolezza

Atraumaticità della punta	10
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	10
facilità di connessione e sconnessione	9

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3
facilità della manovra di apertura	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1

minimo 24/40 40

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione

Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015

Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura

LOTTO 7 “Cannule per vie lacrimali”

PARAMETRI:	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3

Funzionalità e maneggevolezza

Atraumaticità della punta	10
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	10
facilità di connessione e sconnessione	9

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3
facilità della manovra di apertura	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1

minimo 24/40 40

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione

Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015

Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura

LOTTO 8 “Cannule per idrodissezione”

PARAMETRI:	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3

Funzionalità e maneggevolezza

Atraumaticità della punta	10
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	10
facilità di connessione e sconnessione	9

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3
facilità della manovra di apertura	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1

minimo 24/40

40

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione

Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015

Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura

LOTTO 9 “Aghi peribulbari/retrobulbari”

PARAMETRI:	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3

Funzionalità e maneggevolezza

Atraumaticità della punta	10
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	10
facilità di connessione e sconnessione	9

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3
facilità della manovra di apertura	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1

minimo 24/40 40

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione**Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015****Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura****Lotto 10 aghi fistola per dialisi con dispositivo di sicurezza**

PARAMETRI:	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione con linea di infusione	4
Facilità di rimozione del copriago	2
Affilatura intesa come penetrabilità	4
dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura	2
zigrinatura antiscivolo delle alette	2
consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento	3
facilità di sconnessione del cappuccio luer lock	2
facilità di connessione sconnessione	2
Facilità di attivazione della clamp e sicurezza di tenuta	2
antingnocchimento del tubo	2
Facilità di attivazione del sistema di sicurezza	3
Irreversibilità del sistema di sicurezza	3

Confezionamento*Primario:*

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2
facilità della manovra di apertura	2

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1

minimo 24/40

40

ALLEGATO 6 al disciplinare- criteri per la valutazione

Allegato C.6 al decreto n. 56 del 23 06 2015

Gara per la fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - seconda procedura

LOTTO 11 “Siringa preriempita per lavaggio accessi venosi centrali”

PARAMETRI:	PUNTI MAX
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta del gommino	4
Scorrevolezza del pistone	4
Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro	5
Facilità di connessione e sconnessione	4
Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione	6
Ergonomia dell'impugnatura	4
Facilità di rimozione del tappino	2

Confezionamento

Primario:

Lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3
facilità di manovra di apertura	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1

minimo 24/40 40