

Rep. n. 7242

Racc. n. 6524

2° VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
RETI CHIRURGICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE VENETO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, oggi ventitre del mese di
dicembre alle ore undici e minuti tre

23.XII.2014 ore 11,03

in Padova, presso la sede del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio 1, aperta al
pubblico,

io sottoscritto ZAGNONI dott. Pierpaolo, Ufficiale Rogante
della Regione del Veneto con sede in Venezia, mi sono
recato ove sopra ed all'ora indicata per redigere,
assistito dai testi a me noti ed idonei, signori

1) BRAZZOROTTO dott.ssa Lisa, nata a Rovigo il 2 ottobre
1979, dipendente dell'ULSS 12 "Veneziana" in distacco
presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

2) PALUAN ing. Stefano nato ad Este (PD) il 5 giugno 1984,
dipendente dell'Azienda Sanitaria ULSS n. 17 di Monselice,
in distacco presso il Coordinamento Regionale Acquisti per
la Sanità

il presente verbale di gara d'appalto a procedura aperta
per la fornitura di reti chirurgiche in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie della Regione Veneto.

Registrato a Venezia

Il 30/12/2014 al n. 133

serie Atti Pubblici

liquidati Euro 200,00



Qui giunto ho trovato presente il sig. DE CONTI avv. Nicola
nato a Vittorio Veneto (TV) 13 luglio 1963, domiciliato per
la carica come in appresso, Dirigente del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità, il quale mi dichiara di
agire nella veste di Presidente del Seggio di gara della
Stazione Appaltante, Regione del Veneto - Giunta Regionale,
con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279.

Detto comparente della cui identità personale e qualifica
io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, mi chiede di
fare constatare con questo atto quanto segue:

p r e m e s s o

- si rinvia, per ciò che concerne le operazioni di gara
compiute in precedenza, a quanto riportato nel verbale
della seduta del 10 luglio 2014, Rep. n. 7184, registrato a
Venezia il 15 luglio 2014 al n. 1041 Serie Atti Pubblici;
- nella suddetta seduta di gara si è proceduto, tra
l'altro, all'apertura delle Buste 1 "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA" e delle Buste 2 "DOCUMENTAZIONE TECNICA"
delle ditte concorrenti, rinviando la valutazione tecnico-
qualitativa, sulla base della documentazione tecnica e
della campionatura pervenuta nonché sulla base delle prove
pratiche che sarebbero state effettuate, ad apposite sedute
riservate della Commissione giudicatrice all'uopo nominata;
- con decreto n. 87 in data 22 dicembre 2014 del Dirigente

del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità è stato
nominato il Presidente del Seggio di gara nella persona del
signor DE CONTI avv. Nicola.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e
sostanziale del presente verbale, ora il signor DE CONTI
avv. Nicola, nella sua veste di Presidente del Seggio di
gara della Stazione Appaltante

d i c h i a r a

presenti i testi

aperta la gara.

Il Presidente innanzitutto comunica che le ditte A.s.s.o.
Hospital S.r.l. per i Lotti 9 e 10, Angiologica B.M.
S.r.l., B. Braun Milano S.p.a. e Distrex S.p.a. per il
Lotto 9, Dipro Medical Devices S.r.l., Herniamesh S.r.l. e
Covidien Italia S.p.a. per il Lotto 18 vengono escluse
perchè le offerte, sulla base della documentazione tecnica
e dei campioni inviati, risultano non conformi alle
caratteristiche tecniche stabilite nel capitolato tecnico,
così come previsto dall'art. 7 del Disciplinare di gara.

Il Presidente comunica che la Commissione giudicatrice, in
sedute riservate, ha proceduto alla valutazione tecnico-
qualitativa dei prodotti offerti, assegnando i relativi
punteggi che, così come riparametrati ai sensi dell'art. 7
del Disciplinare di gara, vengono letti dal Presidente e
sono riportati nel prospetto che, in originale e

debitamente vidimato dal Presidente stesso e dai testi, si

allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne

parte integrale e sostanziale.

Il Presidente comunica, quindi, che le ditte Fermed S.r.l.

per il Lotto 1, Angiologica B.M. S.r.l. per il Lotto 1 e 2,

Bard S.p.a. per i Lotti 2, 7, 10, 12 e 14, W.L. Gore &

Associati S.r.l. e Herniamesh S.r.l. per il Lotto 8,

Covidien Italia S.p.a. per il Lotto 9, Maquet Italia S.p.a

per il Lotto 10 e B. Braun Milano S.p.a. per il Lotto 11

vengono escluse per non aver raggiunto il punteggio minimo

previsto dall'art. 7 del Disciplinare di gara.

Il Presidente ricorda che il Coordinamento Regionale

Acquisti per la Sanità, si riserva la facoltà di non

aggiudicare la forniture se le offerte presentate dovessero

risultare, a proprio insindacabile giudizio, non

convenienti o incongrue o per motivate ragioni di pubblico

interesse, così come previsto dall'art. 8 del Disciplinare

di gara.

Successivamente il Presidente mi presenta il plico nel

quale, nella seduta di gara del 10 luglio 2014 erano state

inserite le Buste 3 "OFFERTA ECONOMICA" delle ditte

concorrenti.

Accertato e fatto accertare che detto plico risulta

completamente integro e che non presenta alcun segno di

effrazione, il Presidente procede alla sua apertura.

Il Presidente procede, quindi, all'apertura delle Buste 3

"OFFERTA ECONOMICA", ad eccezione delle Buste 3 delle

ditte A.s.s.o. Hospital S.r.l., Maquet Italia S.p.a, Fermed

S.r.l., Herniamesh S.r.l. e W.L. Gore & Associati S.r.l. in

quanto escluse.

Dà, quindi, lettura dei prezzi e degli importi offerti, ad

eccezione dei prezzi e degli importi relativi ai Lotti per

i quali le ditte Angiologica B.M. S.r.l., Bard S.p.a.,

Covidien Italia S.p.a., Distrex S.p.a., B. Braun Milano

S.p.a. e Dipro Medical Devices S.r.l. sono state escluse.

I prezzi e gli importi offerti dai concorrenti sono

riportati nel prospetto che, in originale e debitamente

validato dal Presidente stesso e dai testi, si allega al

presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte

integrale e sostanziale.

Si procede, quindi, alla valutazione delle offerte

economiche assegnando i punteggi di cui il Presidente dà

lettura e riportati nel succitato prospetto allegato sub

"B". Si sommano i punteggi assegnati all'offerta tecnica

con i punteggi assegnati all'offerta economica, risultando

i punteggi complessivi e la relativa graduatoria di cui il

Presidente dà lettura e riportati nel medesimo prospetto

allegato sotto la lettera "B".

Ai fini della verifica della congruità delle offerte ai

sensi dell'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 12

aprile 2006 n. 163, la soglia di anomalia risulta essere di 48 in relazione all'offerta economica e di 32 in relazione all'offerta tecnica, così determinata:

60 (punteggio massimo previsto per l'offerta economica) $\times$
 $4/5 = 48$

40 (punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica) $\times$ $4/5$
 $= 32$.

A seguito di quanto sopra il Presidente, subordinatamente alla verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D. L.vo 163/2006, aggiudica provvisoriamente la gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura di reti chirurgiche in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto così come specificato nel prospetto allegato sub "B" e demandando ogni ulteriore valutazione alla Stazione Appaltante.

Il Presidente infine dichiara deserti i Lotti 3, 9 e 16.

Successivamente il Presidente mi consegna le sigillate Buste 3 "OFFERTA ECONOMICA" delle ditte escluse le quali vengono inserite in un unico plico che viene sigillato e siglato dal Presidente, dai testimoni, da due rappresentanti dei concorrenti presenti e da me Ufficiale Rogante controfirmato e quindi, consegnato al Presidente per i successivi adempimenti di competenza.

Le Parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

A seguito di quanto sopra il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore undici e minuti quaranta (ore 11,40).

Del che ho redatto il presente verbale scritto interamente con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su numero due (n. 2) fogli occupati per pagine scritte intere sei (n. 6) e fino a qui della settimana, del quale ho dato lettura, presenti i testi, alla parte comparsa che da me interpellata lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed in prova di ciò con me e i testi lo sottoscrive.

Formato De Conti Nicola

Brizzorotto Luis

Soliani Stefano

Zaguardi Pierpaolo Uff. Reg. A.S.)

Lotto=1

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Rete in polipropilene monofilamento				
1	Bard S.p.A.		28,00	32,94
4	Farmed S.r.l.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		
5	Angiologica B.M. S.r.l.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		
7	Johnson&Johnson Medical S.p.A.		33,00	38,82
8	B. Braun Milano S.p.A.		34,00	40,00

Lotto=2

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Rete in polipropilene preformata per ernia inguinale				
1	Bard S.p.A.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		
5	Angiologica B.M. S.r.l.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		
7	Johnson&Johnson Medical S.p.A.		37,00	38,95
8	B. Braun Milano S.p.A.		38,00	40,00

Lotto=3

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Plug piano in polipropilene				
	Lotto deserto			

Lotto=4

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Plug preformato tridimensionale in polipropilene				
5	Angiologica B.M. S.r.l.		28,00	28,72
6	Dipro Medical Devices S.r.l.		39,00	40,00

Lotto=5

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Rete per ernia inguinale preformata con plug a composizione mista parzialmente riassorbibile				
7	Johnson&Johnson Medical S.p.A.		40,00	40,00

Lotto=6

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Reti in polipropilene o poliestere a composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti				
7	Johnson&Johnson Medical S.p.A.		40,00	40,00

Lotto=7

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Reti in polipropilene o poliestere preformate per ernia inguinale autoaderenti				
1	Bard S.p.A.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		
12	Covidien Italia S.p.A.		34,00	40,00

Allegato A
al Rep. n. 7242

Lotto=8

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
<i>Reti da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale in PTFE</i>				
1	Bard S.p.A.		26,00	27,37
8	B. Braun Milano S.p.A.		38,00	40,00
9	W.L. Gore & Associati S.r.l.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		
10	Herniamesh S.r.l.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		

Lotto=9

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
<i>Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri</i>				
2	A.s.s.o. Hospital S.r.l.	Non conformità alle specifiche richieste		
5	Angiologica B.M. S.r.l.	Non conformità alle specifiche richieste		
8	B. Braun Milano S.p.A.	Non conformità alle specifiche richieste		
11	Distrex S.p.A.	Non conformità alle specifiche richieste		
12	Covidien Italia S.p.A.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		

Lotto=10

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
<i>Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile</i>				
1	Bard S.p.A.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		
2	A.s.s.o. Hospital S.r.l.	Non conformità alle specifiche richieste		
3	Maquet Italia S.p.A.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		
7	Johnson&Johnson Medical S.p.A.		33,00	40,00

Lotto=11

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
<i>Reti per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri</i>				
7	Johnson&Johnson Medical S.p.A.		36,00	40,00
8	B. Braun Milano S.p.A.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		

Lotto=12

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
<i>Rete per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma da poter andare a contatto con i visceri</i>				
1	Bard S.p.A.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		
6	Dipro Medical Devices S.r.l.		38,00	40,00
7	Johnson&Johnson Medical S.p.A.		31,00	32,63

Lotto=13

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
<i>Rete per trattamento dell'ernia iatale, anche per via laparoscopica, con lato antiaderenziale per il contatto con i visceri</i>				
1	Bard S.p.A.		24,00	40,00
12	Covidien Italia S.p.A.		24,00	40,00

Lotto=14

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Rete biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked				
1	Bard S.p.A.	Non raggiunta soglia minima punti qualità		
12	Covidien Italia S.p.A.		24,00	40,00

Lotto=15

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Rete biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked				
11	Distrex S.p.A.		31,00	35,43
14	Deco med S.r.l.		35,00	40,00

Lotto=16

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Pericardio eterologo non crosslinked				
13	Baxter S.p.A.		25,00	40,00

Lotto=17

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Dispositivo in materiale biologico di origine animale per trattamento di fistola				
12	Covidien Italia S.p.A.		27,00	40,00
14	Deco med S.r.l.		24,00	35,56

Lotto=18

Ordine arrivo	Ditte	Eventuale motivo Esclusione	Punti qualità	Punti qualità riparametrati
Reti presagomate in materiale sintetico per ernia parastomale				
1	Bard S.p.A.		24,00	26,67
6	Dipro Medical Devices S.r.l.	Non conformità alle specifiche richieste		
10	Herniamesh S.r.l.	Non conformità alle specifiche richieste		
11	Distrex S.p.A.		36,00	40,00
12	Covidien Italia S.p.A.	Non conformità alle specifiche richieste		

Lotto1

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sublotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità riparametrati	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
Johnson & Johnson Medical S.p.A.														
1	A	Rele in polipropilene monofilamento	8 x 13 cm (+/-3cm)	nr.		3,30	13.576,20	23.560,20	60,00	33,00	38,82	96,82	SI	1
1	B	Rele in polipropilene monofilamento	15 x 15 cm (+/-5cm)	nr.		5,19	5.397,60							
1	C	Rele in polipropilene monofilamento	25 x 30 cm (+/-5cm)	nr.		10,40	4.586,40							
B. Braun Milano S.p.A.														
1	A	Rele in polipropilene monofilamento	8 x 13 cm (+/-3cm)	nr.		4,80	19.747,20	31.284,88	45,19	34,00	40,00	85,19		2
1	B	Rele in polipropilene monofilamento	15 x 15 cm (+/-5cm)	nr.		6,65	6.916,00							
1	C	Rele in polipropilene monofilamento	25 x 30 cm (+/-5cm)	nr.		10,48	4.621,68							
Bard S.p.A.														
1	A	Rele in polipropilene monofilamento	8 x 13 cm (+/-3cm)	nr.		4,70	19.335,80	30.884,47	45,80	28,00	32,94	78,74		3
1	B	Rele in polipropilene monofilamento	15 x 15 cm (+/-5cm)	nr.		6,90	7.176,00							
1	C	Rele in polipropilene monofilamento	25 x 30 cm (+/-5cm)	nr.		9,87	4.352,67							
Angiologica B.M. S.r.l.														
1	A	Rele in polipropilene monofilamento	8 x 13 cm (+/-3cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa
1	B	Rele in polipropilene monofilamento	15 x 15 cm (+/-5cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa
1	C	Rele in polipropilene monofilamento	25 x 30 cm (+/-5cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa
Farned S.r.l.														
1	A	Rele in polipropilene monofilamento	8 x 13 cm (+/-3cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa
1	B	Rele in polipropilene monofilamento	15 x 15 cm (+/-5cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa
1	C	Rele in polipropilene monofilamento	25 x 30 cm (+/-5cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa

Lotto2

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sublotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità riparametrati	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
Johnson & Johnson Medical S.p.A.														
2	A	Rele in polipropilene preformata per emia inguinale	5 x 12 cm (+/-2cm)	nr.		4,70	19.448,60	19.448,60	60,00	37,00	38,95	98,95	SI	1
B. Braun Milano S.p.A.														
2	A	Rele in polipropilene preformata per emia inguinale	5 x 12 cm (+/-2cm)	nr.		4,80	19.862,40	19.862,40	58,75	38,00	40,00	98,75	SI	2
Angiologica B.M. S.r.l.														
2	A	Rele in polipropilene preformata per emia inguinale	5 x 12 cm (+/-2cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa
Bard S.p.A.														
2	A	Rele in polipropilene preformata per emia inguinale	5 x 12 cm (+/-2cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa

Lotto3

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sublotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità riparametrati	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
3	A	Plug piano in polipropilene	5 cm (+/-1cm)	nr.										Lotto deserto
3	B	Plug piano in polipropilene	7 cm (+/-1cm)	nr.										

Lotto4

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sublotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità riparametrati	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
Angiologica B.M. S.r.l.														
4	A	Plug preformato bidimensionale in polipropilene	varie misure	nr.		14,00	4.872,00	4.872,00	60,00	28,00	28,72	88,72		1
Dipiro Medical Devices S.r.l.														
4	A	Plug preformato bidimensionale in polipropilene	varie misure	nr.		19,50	6.786,00	6.786,00	43,08	39,00	40,00	83,08		2

Lotto5

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sublotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità riparametrati	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
Johnson & Johnson Medical S.p.A.														
5	A	Rele per emia inguinale preformata con plug a composizione mista parzialmente riassorbibile	varie misure	nr.		110,00	21.670,00	21.670,00	60,00	40,00	40,00	100,00	SI	1

Lucciano
 Sep-2014
 H. Morotti

Procedura aperta per la fornitura di reti chirurgiche in teflon e polipropilene alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto
Allegato al verbale della seduta pubblica del 23/12/2014

Lotto 6

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbricatore	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sublotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti qualità rispondenti	Punti qualità	Punti prezzo	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
Johnson & Johnson Medical S.p.A.														
6	A	Reti in polipropilene o poliestere a composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti	8 x 14 cm (+/-3 cm)	nr.		42,50	62.857,50	119.386,50	40,00	40,00	60,00	100,00	SI	1
6	B	Reti in polipropilene o poliestere a composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti	15 x 15 cm (+/-5 cm)	nr.		99,00	56.529,00							

Lotto 7

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbricatore	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sublotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti qualità rispondenti	Punti qualità	Punti prezzo	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
Covidien Italia S.p.A.														
7	A	Reti in polipropilene o poliestere preformati per emia inguinale autoaderenti	8 x 12 (+/- 3)	nr.		64,31	149.777,99	149.777,99	40,00	34,00	60,00	100,00	SI	1
Bard S.p.A.														
7	A	Reti in polipropilene o poliestere preformati per emia inguinale autoaderenti	8 x 12 (+/- 3)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa

Lotto 8

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbricatore	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sublotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti qualità rispondenti	Punti qualità	Punti prezzo	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
B. Braun Milano S.p.A.														
8	A	Reti da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale in PTFE	varie misure	cm2		2,00	41.618,00	41.618,00	40,00	38,00	60,00	100,00	SI	1
Bard S.p.A.														
8	A	Reti da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale in PTFE	varie misure	cm2		2,50	52.022,50	52.022,50	27,37	26,00	48,00	75,37		2
Harnamash S.r.l.														
8	A	Reti da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale in PTFE	varie misure	cm2	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa
W.L. Gore & Associates S.r.l.														
8	A	Reti da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale in PTFE	varie misure	cm2	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa

Lotto 9

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbricatore	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sublotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti qualità rispondenti	Punti qualità	Punti prezzo	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
A.s.s.o. Hospital S.r.l.														
9	A	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	10 x 15 cm (+/-1 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste									Esclusa
9	B	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	15 x 20 cm (+/-1 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste									Esclusa
9	C	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	20 x 30 cm (+/-5 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste									Esclusa
Angiologica B.M. S.r.l.														
9	A	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	10 x 15 cm (+/-1 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste									Esclusa
9	B	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	15 x 20 cm (+/-1 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste									Esclusa
9	C	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	20 x 30 cm (+/-5 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste									Esclusa
B. Braun Milano S.p.A.														
9	A	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	10 x 15 cm (+/-1 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste									Esclusa
9	B	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	15 x 20 cm (+/-1 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste									Esclusa

bi-venturi Stefano Russo

Lotto 9

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub-lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità (parametri)	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta arrivata	Classifica
9	C	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	20 x 30 cm (+/-5 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste								
Covidien Italia S.p.A.													
9	A	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	10 x 15 cm (+/-1 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità								Esclusa
9	B	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	15 x 20 cm (+/-1 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità								
9	C	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	20 x 30 cm (+/-5 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità								
Distrex S.p.A.													
9	A	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	10 x 15 cm (+/-1 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste								Esclusa
9	B	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	15 x 20 cm (+/-1 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste								
9	C	Reti in poliestere per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri	20 x 30 cm (+/-5 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste								

Lotto 10

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub-lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità (parametri)	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta arrivata	Classifica
Johnson & Johnson Medical S.p.A.													
10	A	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	10 x 15 cm (+/-1 cm)	nr.		249,00	64.740,00	298.591,00	60,00	33,00	40,00	100,00	SI 1
10	B	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	15 x 20 cm (+/-1 cm)	nr.		499,00	129.740,00						
10	C	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	20 x 30 cm (+/-5 cm)	nr.		749,00	104.111,00						
A.s.s.o. Hospital S.r.l.													
10	A	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	10 x 15 cm (+/-1 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste								Esclusa
10	B	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	15 x 20 cm (+/-1 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste								
10	C	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	20 x 30 cm (+/-5 cm)	nr.	Non conformità alle specifiche richieste								
Bard S.p.A.													
10	A	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	10 x 15 cm (+/-1 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità								Esclusa
10	B	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	15 x 20 cm (+/-1 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità								
10	C	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	20 x 30 cm (+/-5 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità								
Maquet Italia S.p.A.													
10	A	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	10 x 15 cm (+/-1 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità								Esclusa

Iniziativa
Stefano
Hebert

Lotto n°13

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub.Lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità (parametri)	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
10	B	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	15 x 20 cm (+/-1 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									
10	C	Reti in polipropilene per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con rivestimento antiaderenziale per il contatto con i visceri parzialmente riassorbibile	20 x 30 cm (+/-5 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									

Lotto n°11

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub.Lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità (parametri)	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
Johnson & Johnson Medical S.p.A.														
11	A	Reti per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri	15 x 20 (+/- 2 cm)	nr.		549,00	86.742,00	212.028,00	60,00	36,00	40,00	100,00	SI	1
11	B	Reti per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri	20 x 30 (+/- 2 cm)	nr.		1.099,00	125.286,00							
B. Braun Milano S.p.A.														
11	A	Reti per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri	15 x 20 (+/- 2 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa
11	B	Reti per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri	20 x 30 (+/- 2 cm)	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									

Lotto n°12

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub.Lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità (parametri)	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
Diplo Medical Devices S.r.l.														
12	A	Reti per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma da poter andare a contatto con i visceri	Diametro 4 cm circa	nr.		120,00	39.720,00	92.820,00	60,00	38,00	40,00	100,00	SI	1
12	B	Reti per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma da poter andare a contatto con i visceri	Diametro 6 cm circa	nr.		150,00	53.100,00							
Johnson & Johnson Medical S.p.A.														
12	A	Reti per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma da poter andare a contatto con i visceri	Diametro 4 cm circa	nr.		135,00	44.885,00	115.131,00	48,37	31,00	32,63	81,00	SI	2
12	B	Reti per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma da poter andare a contatto con i visceri	Diametro 6 cm circa	nr.		198,00	70.446,00							
Bard S.p.A.														
12	A	Reti per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma da poter andare a contatto con i visceri	Diametro 4 cm circa	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa
12	B	Reti per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma da poter andare a contatto con i visceri	Diametro 6 cm circa	nr.	Non raggiunta soglia minima punti qualità									

Lotto n°13

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub.Lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità (parametri)	Totale punti (P+Q) per lotto	Offerta anomala	Classifica
Bard S.p.A.														
13	A	Reti per trattamento dell'ernia iatale, anche per via laparoscopica, con lato antiaderenziale per il contatto con i visceri	varie misure	nr.		250,00	13.750,00	13.750,00	60,00	24,00	40,00	100,00	SI	1
Covidien Italia S.p.A.														
13	A	Reti per trattamento dell'ernia iatale, anche per via laparoscopica, con lato antiaderenziale per il contatto con i visceri	varie misure	nr.		290,21	15.961,55	15.961,55	51,69	24,00	40,00	91,69	SI	2

Giuseppe Perini
Stef. Perini
Roberto Perini

Lotto 14

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub-Lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità (parametri)	Totale punti (p+q) per lotto	Offerta an.male	Classifica
Covidien Italia S.p.A.														
14	A	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked	10 x 15 cm (+/-2 cm)	cm2		10,35	40.365,00	347.760,00	60,00	24,00	40,00	100,00	SI	1
14	B	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked	15 x 20 cm (+/-5 cm)	cm2		10,35	114.885,00							
14	C	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked	20 x 30 cm (+/-5 cm)	cm2		10,35	192.510,00							
Bard S.p.A.														
14	A	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked	10 x 15 cm (+/-2 cm)	cm2	Non raggiunta soglia minima punti qualità									Esclusa
14	B	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked	15 x 20 cm (+/-5 cm)	cm2	Non raggiunta soglia minima punti qualità									
14	C	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked	20 x 30 cm (+/-5 cm)	cm2	Non raggiunta soglia minima punti qualità									

Lotto 15

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub-Lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità (parametri)	Totale punti (p+q) per lotto	Offerta an.male	Classifica
Deco med S.r.l.														
15	A	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	10 x 15 cm (+/-2 cm)	cm2		2,80	24.780,00	208.020,00	60,00	35,00	40,00	100,00	SI	1
15	B	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	15 x 20 cm (+/-5 cm)	cm2		2,60	98.280,00							
15	C	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	20 x 30 cm (+/-5 cm)	cm2		2,40	84.960,00							
Distrex S.p.A.														
15	A	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	10 x 15 cm (+/-2 cm)	cm2	Offerta superiore alla BA	20,28				31,00	35,43			Esclusa
15	B	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	15 x 20 cm (+/-5 cm)	cm2	Offerta superiore alla BA	20,27								
15	C	Reti biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	20 x 30 cm (+/-5 cm)	cm2	Offerta superiore alla BA	20,30								

Lotto 16

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub-Lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità (parametri)	Totale punti (p+q) per lotto	Offerta an.male	Classifica
Baxter S.p.A.														
16	A	Pericardio eterologo non crosslinked	5 x 5 cm (+/-1 cm)	nr.	Offerta superiore alla BA	480,00								Esclusa
16	B	Pericardio eterologo non crosslinked	8 x 15 cm (+/-2 cm)	nr.	Offerta superiore alla BA	1.296,00				25,00	40,00			

Lotto 17

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub-Lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità (parametri)	Totale punti (p+q) per lotto	Offerta an.male	Classifica
Deco med S.r.l.														
17	A	Dispositivo in materiale biologico di origine animale per trattamento di fistola	varie misure	nr.		294,98	12.094,18	12.094,18	60,00	24,00	35,56	95,56	SI	1
Covidien Italia S.p.A.														
17	A	Dispositivo in materiale biologico di origine animale per trattamento di fistola	varie misure	nr.	Offerta superiore alla BA	680,00				27,00	40,00			Esclusa

Lotto 18

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Eventuale motivo Esclusione	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub-Lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti prezzo	Punti qualità	Punti qualità (parametri)	Totale punti (p+q) per lotto	Offerta an.male	Classifica
Distrex S.p.A.														
18	A	Reti presagomate in materiale sintetico per ernia paraostomiale	varie misure	nr.		970,00	32.010,00	32.010,00	47,32	36,00	40,00	87,32		1
Bard S.p.A.														
18	A	Reti presagomate in materiale sintetico per ernia paraostomiale	varie misure	nr.		785,00	25.245,00	25.245,00	60,00	24,00	26,67	86,67		2
Covidien Italia S.p.A.														

Lunedì 17: 15:00 - 16:00

Procedura aperta per la fornitura di reti chirurgiche in faldisceno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto
Invitato al verbale della seduta pubblica del 23/12/2014

14/0018

Lotto	Sub	Descrizione prodotto	Misura	Unità misura fabbisogno	Espletto ordine Espletto	Prezzo Unitario Offerta	Importo Sub.Lotto Offerta	Importo Lotto Offerta	Punti qualità prezzo	Punti qualità parametri	Totale punti (p+q) per lotto	Offerta ancorata	Classifica
03	A	Reti presagomate in materiale sintetico per arnia parasostivale Anger Medical Devices S.r.l.	varie misure	nr.	Non conformità alle specifiche richieste								Esclusa
04	A	Reti presagomate in materiale sintetico per arnia parasostivale Parthianesh S.r.l.	varie misure	nr.	Non conformità alle specifiche richieste								Esclusa
05	A	Reti presagomate in materiale sintetico per arnia parasostivale	varie misure	nr.	Non conformità alle specifiche richieste								Esclusa

Giuseppe G. Sfr. R. h/c bootto

Copia conforme all'originale in più
fogli, muniti delle prescritte firme, nei
miei rogiti, che rilascio ad esclusivo
uso interno amministrativo.

Venezia 24 DIC. 2014

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Riccardo Zagnoni

