PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE, CLIPS E SISTEMI DI FISSAGGIO PER CHIRURGIA APERTA E LAPAROSCOPICA PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO

VERBALE DEL 17 FEBBRAIO 2015
1^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 17 del mese di febbraio dell'anno 2015, alle ore 14.00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie e all'IRCSS IOV della Regione Veneto, gara indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 70 del 31.10.2014, modificata con successivo decreto n. 83 del 17.12.2014 e rettificata con decreto n.7 del 20.01.2015.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 20 del 11.02.2015, risulta così composta:

- Presidente: Prof. Romeo Bardini	Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova;
- Componente: Dott. Pierluigi Pilati	Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale dell'Ulss n. 16;
- Componente: Dott.ssa Chiara Filippi	Dirigente Farmacista del Servizio di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che, in esito alla seduta pubblica di gara in data 29.01.2015 i seguenti candidati sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, nonché della lettura dell'indice del contenuto della documentazione tecnica, come risulta dal verbale dell'Ufficiale Rogante (rep. n. 7252 – Racc. n. 6534):

1) Aorta Srl con sede in Milano;
2) Carlo Bianchi Srl con sede in Bergamo;
3) B.Braun Milano Spa con sede in Milano;
4) Bard Srl con sede in Roma;
5) Johnson&Johnson Medical S.p.A. con sede in Pomezia (RM);
6) Applied Medical Distribution Europe BV con sede in Amstersfoort (Paesi Bassi);
7) Siad Healthcare Spa con sede in Assago (MI);
8) Euroclone Spa con sede in Milano;

9) Teleflex Medical Srl con sede in Varedo (MB);

10) Surgiline Srl con sede in Brescia;

11) Innovamedica Spa con sede in Milano;

12) Medical Instruments Spa con sede in San Lazzaro di Savena (BO);

13) Seda Spa con sede in Trezzano sul Naviglio (MI);

14) Covidien Italia Spa con sede in Segrate (MI).

La Commissione, preliminarmente alla disamina della documentazione contenuta nelle Buste 2 di Documentazione Tecnica, procede con una approfondita lettura del "Disciplinare di Gara" e dei relativi "ALLEGATO 5 – Capitolato Tecnico" e "ALLEGATO 6 – Criteri di Valutazione".

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste 2 delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO, al fine di valutare i prodotti ammessi sotto il profilo della conformità dei medesimi ai requisiti prescritti e proseguire successivamente con la valutazione qualitativa.

LOTTO N. 1:

a) **Suturatrici cutanee monouso, con punti in acciaio e con sistema di precarica, nella misura regolare e larga; contenenti ≥ 35 punti, con punto regolare e con punto largo. Confezione singola sterile.**

b) **Estrattori di punti metallici monouso per le suturatrici di cui al punto a). Confezione singola sterile.**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche minime previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:

- sub a) prodotto PROXIMATE PLUS MD;
- sub b) prodotto PROXIMATE (estrattore).

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA COVIDIEN ITALIA SPA:

- sub a) prodotto APPOSE ULC;
- sub b) prodotto PREMIUN APPOSE.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL:

- sub a) prodotto SKIN STAPLER BY WECK;
- sub b) prodotto STAPLES REMOVER BY WECK..

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

LOTTO N. 2 - Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili, con relativi caricatori, per anastomosi e transezione per chirurgia aperta. Caricatori con punti in doppia fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario spessore con lama incorporata e compatibili con RNM fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.

a) **Suturatrici con lunghezza linea di sutura da 55 a 65 mm.**
b) **Caricatori per suturatrici di cui alla lettera a) per tessuti di vario spessore.**
c) **Suturatrici con lunghezza linea di sutura da 75 a 85 mm.**
d) **Caricatori per suturatrici di cui alla lettera c) per tessuti di vario spessore.**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche minime previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:
- sub a) prodotto PROXIMATE PLC-LINEAR CUTTER;
- sub b) prodotto PROXIMATE Linear Cutter (ricariche);
- sub c) prodotto PROXIMATE PLC-LINEAR CUTTER;
- sub d) prodotto PROXIMATE Linear Cutter (ricariche).

I prodotti offerti non sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico, in quanto la lama non risulta incorporata al caricatore, come richiesto dal capitolato, bensì presente sulla suturatrice (tale caratteristica può incidere sulla qualità e sicurezza del taglio); **la ditta viene quindi esclusa dalla gara per il lotto n. 2.**

DITTA COVIDIEN ITALIA SPA:
- sub a) prodotto GIA DST SERIES;
- sub b) prodotto Caricatori Monouso GIA DST SERIES;
- sub c) prodotto GIA DST SERIES;
- sub d) prodotto Caricatori Monouso GIA DST SERIES

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA EUROCLONE SPA:
- sub a) prodotto PANTHER MONOUSO LINEARE CON LAMA SSAB;
- sub b) prodotto Ricarica PANTHER SADB;
- sub c) prodotto PANTHER MONOUSO LINEARE CON LAMA SSAB;
- sub d) prodotto Ricarica PANTHER SADB.

Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla.

DITTA INNOVAMEDICA SPA:
- sub a) prodotto Suturatrice CHEX;
- sub b) prodotto Ricarica per Suturatrice CHEX;
- sub c) prodotto Suturatrice CHEX;
- sub d) prodotto Ricarica per Suturatrice CHEX.

I prodotti offerti non sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico, in quanto la lama non risulta incorporata al caricatore, come richiesto dal capitolato, bensì presente sulla suturatrice (tale caratteristica può incidere sulla qualità e sicurezza del taglio); **la ditta viene quindi esclusa dalla gara per il lotto n. 2.**

DITTA SEDA SPA:

- sub a) prodotto Suturatrice LC TOUCHSTONE;
- sub b) prodotto Ricarica per Suturatrice LC TOUCHSTONE;
- sub c) prodotto Suturatrice LC TOUCHSTONE;
- sub d) prodotto Ricarica per Suturatrice LC TOUCHSTONE.

Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla.

LOTTO N. 2 *bis* - Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili, con relativi caricatori, per anastomosi e transezione per chirurgia aperta. Caricatori con punti in doppia fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario spessore con lama incorporata e compatibili con RNM fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.

a) Suturatrici con lunghezza linea di sutura da 85 a105 mm;
b) Caricatori per suturatrici di cui alla lettera a) per tessuti di vario spessore.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:

- sub a) prodotto PROXIMATE PLC-LINEAR CUTTER;
- sub b) prodotto PROXIMATE Linear Cutter (ricariche).

I prodotti offerti non sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico, in quanto la lama non risulta incorporata al caricatore, come richiesto dal capitolato, bensì presente sulla suturatrice (tale caratteristica può incidere sulla qualità e sicurezza del taglio); **la ditta viene quindi esclusa dalla gara per il lotto n. 2 bis.**

DITTA COVIDIEN ITALIA SPA:

- sub a) prodotto GIA DST SERIES;
- sub b) prodotto Caricatori Monouso GIA DST SERIES.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA SEDA SPA:

- sub a) prodotto Suturatrice LC TOUCHSTONE;
- sub b) prodotto Ricarica per Suturatrice LC TOUCHSTONE.

Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla.

LOTTO N. 3 - Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili, con relativi caricatori, per anastomosi e transezione per chirurgia aperta. Caricatori con punti in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario spessore, compatibili con RNM fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.

a) **Suturatrici con lunghezza linea di sutura da 55 a 85 mm;**

b) **Caricatori per suturatrici per le relative lunghezze di sezione.**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:
- sub a) prodotto LINEAR CUTTER 55/75 mm;
- sub b) prodotto LINEAR CUTTER 55/75 mm (ricariche).

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO N. 4 - Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, punti in doppia o tripla fila sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla, per tessuti vascolari, tessuti standard, tessuti spessi e relative ricariche, azionamento del perno di ritegno manuale o automatico, chiusura parallela delle ganasce; codice colore, sistema di sicurezza che eviti qualsiasi attivazione accidentale. Confezione singola sterile.

a) **Suturatrice con lunghezza linea di sutura da 30 mm**
b) **Caricatori per suturatrici di cui alla lettera a) per tessuti di vario spessore**
c) **Suturatrice con lunghezza linea di sutura da 60 mm**
d) **Caricatori per suturatrici di cui alla lettera c) per tessuti di vario spessore**
e) **Suturatrici con lunghezza linea di sutura da 90 mm**
f) **Caricatori per suturatrici di cui alla lettera e) per tessuti di vario spessore**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:
- sub a) prodotto PROXIMATE TX;
- sub b) prodotto PROXIMATE XR (ricariche);
- sub c) prodotto PROXIMATE TX;
- sub d) prodotto PROXIMATE XR (ricariche);
- sub e) prodotto PROXIMATE TL;
- sub f) prodotto PROXIMATE TL (ricariche);

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA COVIDIEN ITALIA SPA:

- sub a) prodotto TA;
- sub b) prodotto TA (ricariche);
- sub c) prodotto TA;
- sub d) prodotto TA (ricariche);
- sub e) prodotto TA;
- sub f) prodotto TA (ricariche);

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA EUROCLONE SPA:

- sub a) prodotto PANTHER MONOUSO LINEARE SENZA LAMA FLSLF;
- sub b) prodotto Ricarica PANTHER FLSLH;
- sub c) prodotto PANTHER MONOUSO LINEARE SENZA LAMA FLSLF;
- sub d) prodotto Ricarica PANTHER FLSLH;
- sub e) prodotto PANTHER MONOUSO LINEARE SENZA LAMA FLSLF;
- sub f) prodotto Ricarica PANTHER FLSLH;

Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla.

DITTA INNOVAMEDICA SPA:

- sub a) prodotto CHEX;
- sub b) prodotto CHEX (ricariche);
- sub c) prodotto CHEX;
- sub d) prodotto CHEX (ricariche);
- sub e) prodotto CHEX;
- sub f) prodotto CHEX (ricariche);

Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla.

DITTA SEDA SPA:

- sub a) prodotto Suturatrice LS TOUCHSTONE;
- sub b) prodotto Ricarica per Suturatrice LS TOUCHSTONE;
- sub c) prodotto Suturatrice LS TOUCHSTONE;
- sub d) prodotto Ricarica per Suturatrice LS TOUCHSTONE;
- sub e) prodotto Suturatrice LS TOUCHSTONE;
- sub f) prodotto Ricarica per Suturatrice LS TOUCHSTONE;

Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla.

LOTTO N. 5 - Suturatrici lineari rette articolate, con lunghezza linea di sutura superiore o uguale a 50 mm, senza lama, precaricate, monopaziente, punti in doppia fila sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla; per tessuti di vario spessore, azionamento del perno di ritegno manuale o automatico; chiusura parallela delle ganasce; codice colore; testina articolata; stelo rotante, sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale; per chirurgia aperta. Confezione singola sterile.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA: prodotto PROXIMATE ACCESS.
Il prodotto offerto è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA COVIDIEN ITALIA SPA: prodotto ROTICULATOR.
Il prodotto offerto è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO N. 6 - Suturatrici lineari rette articolate, con lunghezza linea di sutura compresa tra 30 e 40 mm, senza lama, precaricate, monopaziente, punti in doppia fila sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla; per tessuti di vario spessore, azionamento del perno di ritegno manuale o automatico; chiusura parallela delle ganasce; codice colore; testina articolata; stelo rotante, sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale; per chirurgia aperta. Confezione singola sterile.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA COVIDIEN ITALIA SPA: prodotto ROTICULATOR
Il prodotto offerto è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO N. 7 - Caricatori monouso per suturatrici lineare in acciaio pluriuso TA Premium con doppia linea sfalsata di punti in titanio compatibili con RMN fino a 3 tesla; per tessuti vascolari, tessuti standard, tessuti spessi; codice colore. Confezione singola sterile.

a) **Caricatori monouso con lunghezza linea di sutura 30 mm per tessuti di vario spessore. Confezione singola sterile.**
b) **Caricatori monouso con lunghezza linea di sutura 55 mm per tessuti di vario spessore. Confezione singola sterile.**
c) **Caricatori monouso con lunghezza linea di sutura 90 mm per tessuti di vario spessore. Confezione singola sterile.**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA COVIDIEN ITALIA SPA: prodotto TA PREMIUN..
Il prodotto offerto è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO N. 8 - Suturatrici circolari curve, monouso, con testina staccabile non basculante e bisturi incorporato; doppia fila circolare di punti sfalsati compatibili con RNM fino a 3 tesla; sistema di sicurezza e codice colore. Almeno 4 misure differenti nel diametro della testina. Confezione singola sterile.

a) stelo ≥ di 25 cm

b) stelo ≤ di 19 cm

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:
- sub a) prodotto ENDOSCOPIC CURVED INTRALUMINAL STAPLER (ILS);
- sub b) prodotto CURVED INTRALUMINAL STAPLERS (ILS).

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA SEDA SPA:
- sub a) prodotto Suturatrice ECSC TOUCHSTONE;
- sub b) prodotto Suturatrice CSC TOUCHSTONE.

Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla e se la lunghezza degli steli corrisponda a quella richiesta: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla ed in quale parte della documentazione è indicata la lunghezza degli steli.

DITTA INNOVAMEDICA SPA:
- sub a) prodotto ENDOSTEER CHEX;
- sub b) prodotto CHEX.

Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla e se la lunghezza degli steli sia corrisponda a quella richiesta: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla ed in quale parte della documentazione è indicata la lunghezza degli steli.

LOTTO N. 9 - Suturatrici circolari curve, monouso, con testina staccabile, basculante e bisturi incorporato; doppia fila circolare di punti sfalsati compatibili con RNM fino a 3 tesla; sistema di sicurezza e codice colore. Almeno 4 misure differenti nel diametro della testina. Confezione singola sterile.

a) stelo ≥ di 30 cm

b) stelo ≤ di 23 cm

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA COVIDIEN ITALIA SPA:

- sub a) prodotto DST Series EEA;
- sub b) prodotto DST Series EEA.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO N. 10 - Kit per emorroidopessi composto da suturatrice circolare retta diametro 33 mm (+/- 2 mm), testina fissa, varie altezze del punto di sutura compatibile con RMN fino a 3 tesla, feritoie per passaggio dei fili della borsa di tabacco, codice colore, feed-back uditivo e tattile di azionamento, anoscopio fenestrato, dilatatore anale ed otturatore, uncino per la trazione dei fili. Confezione monouso singola sterile.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA: prodotto PROXIMATE PPH
Il prodotto offerto è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA AORTA SRL: prodotto PURPLE SURGICAL.
Il prodotto offerto è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA EUROCLONE SPA: prodotto PANTHER FCSSWAE.
Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla e la presenza di feed-back uditivo e tattile di azionamento: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla ed in quale parte è precisata la presenza del feed-back uditivo e tattile di azionamento.

DITTA INNOVAMEDICA SPA: prodotto CHEX.
Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla.

DITTA SEDA SPA: prodotto PPH TOUCHSTONE.
Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla

LOTTO N. 11 - Kit per emorroidopessi composto da suturatrice circolare retta diametro 33 mm (+/- 3 mm), testina staccabile, varie altezze del punto di sutura compatibile con RMN fino a 3 tesla, anoscopio fenestrato, dilatatore anale ed otturatore. Confezione monouso singola sterile.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA COVIDIEN ITALIA SPA: prodotto HEEA SERIES DST.
Il prodotto offerto è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA SEDA SPA: prodotto TST TOUCHSTONE.
Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla e se la testina sia staccabile: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla ed in quale parte è indicato che la testina risulta staccabile.

LOTTO 12 - Kit per il trattamento della sindrome da defecazione ostruita composto da suturatrice circolare diametro 33 mm. (+/- 3 mm) con potenziata capacità di contenimento e di resezione del prolasso, varie altezze del punto di sutura compatibile con RMN fino a 3 tesla, anoscopio, dilatatore anale ed otturatore. Confezione monouso singola sterile.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA: prodotto PROXIMATE HCS.
I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA INNOVAMEDICA SPA: prodotto CPH34 HV
Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla.

DITTA SEDA SPA: prodotto TST TOUCHSTONE.
Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla ed in quale parte è indicato che la testina risulta staccabile.

LOTTO 13 - Strumento monouso per confezionamento borsa di tabacco, varie misure con punti in acciaio e filo di sutura. Confezione singola sterile.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA COVIDIEN ITALIA SPA: prodotto PURSTRING.
I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA INNOVAMEDICA SPA: prodotto 253PS55
Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla, in quale parte è indicato che la testina risulta staccabile ed in quale parte è vengono specificate le richieste varie misure dello strumento offerto.

DITTA SEDA SPA: prodotto APS TOUCHSTONE.
I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

LOTTO 14 - Suturatrici lineari monopaziente, taglia e cuci, punti in doppia o tripla fila sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla; branche curvilinee per accessi ristretti. Confezione singola sterile.

a) **Suturatrici con linea di sutura per tessuti standard e spessi**
b) **Caricatori per suturatrici di cui alla lettera a)**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:
- sub a) prodotto CONTOUR;
- sub b) prodotto CONTOUR (ricariche);

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

DITTA SEDA SPA:
- sub a) prodotto CLC TOUCHSTONE;
- sub b) prodotto CLC TOUCHSTONE (ricariche);

Dalla documentazione tecnica non emerge chiaramente se i prodotti offerti siano compatibili con RNM fino a 3 tesla: la Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla ed in quale parte è indicato che la testina risulta staccabile.

La Commissione prosegue i lavori presso il Magazzino Economale dell'AO di Padova, sito in Padova viale della Navigazione interna 38, al fine di procedere con l'apertura dei plichi contenenti la campionatura: i plichi sono ivi custoditi in luogo sicuro e protetto. La commissione procedere con l'apertura dei plichi, che risultano idoneamente sigillati e constata che tutte le ditte hanno fornito la campionatura nei termini previsti dagli atti di gara.

Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" in idoneo locale, chiuso a chiave e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità mentre parte dei campioni presentati dalle Ditte per ciascun lotto vengono fatti consegnare per le relative prove in uso presso le Sale Operatorie della Chirurgia del P.O. di Padova e del P.O. San Antonio di Padova, e la residua parte di campionatura viene custodita presso la sede del Magazzino Economale della AO di Padova, situato in V.le Navigazione Interna n. 38 – Padova.

Nell'impossibilità di terminare la valutazione della conformità dei prodotti offerti dalle ditte ai requisiti prescritti dal Capitolato Tecnico, nonchè di concludere i lavori di valutazione qualitativa degli stessi, alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 14,00 del 19.03.2015 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire l'attività di valutazione qualitativa dei prodotti presentati lotto per lotto, dalle ditte ammesse alla gara.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott. Romeo Bardini

I COMPONENTI: Dott. Pierluigi Pilati

Dott.ssa Chiara Filippi



CF