

LOTTO N. 5

AGHI PER PENNA DA INSULINA STERILI MONOUSO

PARAMETRI:	PUNTI MAX	Promed Srl
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3
Completezza gamma delle misure	3	3
<i>Funzionalità e maneggevolezza</i>		
Facilità di connessione e sconnessione	7	6
Tenuta della connessione condispositivo di somministrazione	7	6
Facilità di rimozione del copriago	6	5
Resistenza dell'ago alla deformazione	5	5
<i>Confezionamento</i>		
<u>Primario:</u>		
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	3
apertura peel open	3	3
<u>Secondario:</u>		
identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	2	2
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	1	1
minimo 24/40	40	37

Boyle
Beck

LOTTO n. 6

AGHI DA CAMERA ANTERIORE

PARAMETRI:	PUNTI MAX	CB MEDICAL S.r.l.
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Atraumaticità della punta	10	9
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	10	9
facilità di connessione e sconnessione	9	8

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	2
facilità della manovra di apertura	3	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	0,5
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1
minimo 24/40	40	35,5

B. Ober
Berthelmann

LOTTO n. 7

CANNULE PER VIE LACRIMALI

PARAMETRI:	PUNTI MAX	CB MEDICAL S.r.l.
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Atraumaticità della punta	10	10
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	10	9
facilità di connessione e sconnessione	9	8


Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	2
facilità della manovra di apertura	3	3

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	0,5
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1
minimo 24/40	40	36,5



Handwritten signature and initials, possibly reading "Berthelini" and "15".

LOTTO N. 8

CANNULE PER IDRODISSEZIONE

PARAMETRI:	PUNTI MAX	CB MEDICAL S.r.l.	Diemme dispositivi medici s.r.l.
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Atraumaticità della punta	10	10	8
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	10	9	8
facilità di connessione e sconnessione	9	8	7

Confezionamento

Primario:

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	2	2
facilità della manovra di apertura	3	3	1

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	0,5	0,5
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	0,5


minimo 24/40**40****36,5****30**

Handwritten signature and initials, possibly reading 'Beckli' and '15'.

Lotto n. 9

AGHI PERIBULBARI/RETROBULBARI

PARAMETRI:	PUNTI MAX	CB MEDICAL S.r.l.
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3
Funzionalità e maneggevolezza		
Atraumaticità della punta	10	9
Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo	10	9
facilità di connessione e sconnessione	9	8
Confezionamento		
Primario:		
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3	2
facilità della manovra di apertura	3	3
Secondario:		
identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	0,5
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1
minimo 24/40	40	35,5



Handwritten signature and initials, possibly reading "Beuth" and "15".

Lotto n. 10

AGHI FISTOLA PER DIALISI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

PARAMETRI:	PUNTI MAX	Nipro Europe NV filiale italiana
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta della connessione con linea di infusione	4	4
Facilità di rimozione del copriago	2	2
Affilatura intesa come penetrabilità	4	4
dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura	2	2
zigrinatura antiscivolo delle alette	2	2
consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento	3	3
facilità di sconnessione del cappuccio luer lock	2	2
facilità di connessione sconnessione	2	1
Facilità di attivazione della clamp e sicurezza di tenuta	2	2
antingnocchimento del tubo	2	2
Facilità di attivazione del sistema di sicurezza	3	3
Irreversibilità del sistema di sicurezza	3	3

Confezionamento*Primario:*

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2	2
facilità della manovra di apertura	2	2

Secondario:

identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	1	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1
minimo 24/40	40	39

Handwritten signature and initials, possibly 'Beckh' and 'Nipro', in cursive script.

LOTTO n. 11

SIRINGA PREIMPIGITA PER LAVAGGIO ACCESSI VENOSI CENTRALI

PARAMETRI:	PUNTI MAX	Promed s.r.l.	N.R. di Nannini S.r.l. steriset	Vygon Italia S.r.l. med xi praxiject.
Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto	3	3	3	3

Funzionalità e maneggevolezza

Tenuta del gommino	4	4	4	4
Scorrevolezza del pistone	4	4	4	4
Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro	5	4	5	5
Facilità di connessione e sconnesione	4	4	4	4
Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione	6	6	6	6
Ergonomicità dell'impugnatura	4	4	3	3
Facilità di rimozione del tappino	2	2	2	2

Confezionamento*Primario:*

Lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili				
facilità di manovra di apertura	3	3	0,5	3
	3	3	0,5	2,5

Secondario:

identificazione corretta del prodotto	1	1	1	1
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo)	1	1	1	0,5
minimo 24/40	40	39	34	38

