

**Allegato 5 al Disciplinare di gara****Elementi di valutazione dell'offerta****CRITERI TECNICI****Fonte informativa: scheda e documentazione tecnica (punti 12)****LOTTO 1 e LOTTO 2**

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTI MASSIMI	GRADUAZIONE
Portata terapeutica (kg)	Verrà premiata una portata maggiore	3	0 punti per il limite minimo; 1 punto per una portata superiore al minimo fino al 10%; fino a 3 punti per una portata superiore al minimo oltre il 10 %;
Altezza delle celle (cm)	Verrà premiata una altezza maggiore	3	0 punti per il limite minimo; 1 punto per una altezza superiore al minimo fino al 10%; fino a 3 punti per una altezza superiore al minimo oltre il 10 %;
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà premiata una autonomia maggiore	3	0 punti per il limite minimo; 1 punto per una autonomia superiore al minimo fino al 10%; fino a 3 punti per una autonomia superiore al minimo oltre il 10 %;
Ingombro e peso del compressore	Sarà privilegiato il minor peso ed ingombro possibile del compressore	3	0 punti per peso e ingombro massimo; 1 punto per peso e ingombro medio; fino a 3 punti per peso e ingombro minimo

CRITERI TECNICI**Fonte informativa: prove pratiche a cura della commissione (punti 10)****LOTTO 1 e LOTTO 2**

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTI MASSIMI
Possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio	Una persona, la medesima per tutte le ditte, si sdraierà sul letto contenente il materasso, verrà in seguito alzata la testiera del letto, e si valuterà negativamente la permanenza di concavità. si osserverà anche il tempo necessario a ripristinare la funzione terapeutica.	2

Facilità e praticità d'uso del compressore	titolo esemplificativo saranno considerate positivamente: facilità di comprensione e visibilità dei comandi, facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, facilità di percezione degli allarmi.	3
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni.	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà valutata la visibilità (es. colore del comando), la posizione e la facilità d'uso del comando.	1
Tempo di sgonfiaggio per CPR (in secondi)	Verrà cronometrato dalla Commissione, premiando il minor tempo di sgonfiaggio rispetto al requisito minimo richiesto.	1
Facilità di sostituzione del telo di copertura	Verranno valutati i sistemi di adesione del telo di copertura, considerando la velocità di sostituzione	1

CRITERI RELATIVI AL PROGETTO GESTIONALE

Fonte informativa: progetto gestionale (punti 16)

LOTTO 1 e LOTTO 2

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTI MASSIMI
Descrizione del sistema informatico proposto	Funzionalità software specifiche (assegnazione ausili su base indici specifici, etc). Disponibilità della ditta ad installare l'applicativo all'interno della rete aziendale e al livello di integrazione con il SIO (Sistema Informativo Ospedaliero) Rif. Capitolato tecnico pag.8.	2
Manutenzione, collaudo, sanificazione, disinfezione, sterilizzazione	Sarà valutata positivamente, ad esempio, la numerosità e l'esperienza del personale dedicato alla manutenzione/collaudo e alla sanificazione/disinfezione/sterilizzazione, la completezza nella descrizione delle procedure proposte, la presenza di certificazioni di qualità anche in relazione all'aspetto microbiologico ed al minore impatto ambientale	5
formazione e aggiornamento	Sarà valutato, ad esempio, il curriculum dei docenti con riferimento all'esperienza e titoli universitari in	2

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTI MASSIMI
	gestione delle ferite. Inoltre, sarà valutato il programma del piano formativo e le modalità di erogazione dello stesso.	
Organizzazione aziendale	Saranno valutati positivamente, ad esempio, la qualità ed il livello di dettaglio e la verificabilità di quanto dichiarato nel descrivere le modalità per corretti ed igienici stoccaggio e trasporto nonché la numerosità e qualifica e aggiornamento periodico delle figure professionali coinvolte nell'esecuzione contrattuale	3
Assistenza tecnica	Saranno valutati positivamente, ad esempio, la qualità ed il livello di dettaglio nella descrizione dei protocolli/procedure seguiti in caso di guasto e/o sostituzione, nonché l'esecuzione delle operazioni in tempi migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara	4

MIGLIORIE LOTTO 1 e LOTTO 2 (punti 2)

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTI MASSIMI
✓ sistemi antidecubito pediatrici – che fanno riferimento al lotto 1 sub b, ✓ sistemi antidecubito bariatrici – che fanno riferimento al lotto 2 sub b, ✓ sistema antidecubito per culla/termoculla neonatale – che fa riferimento al lotto 2 sub b, ✓ possibilità di rimuovere o sgonfiare alcune celle.	Sarà valutata positivamente la capacità di fornire una o più migliorie tra quelle elencate.	0,5 punti per ogni miglioria