



REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale

Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

PROCEDURA APERTA

PER LA FORNITURA AGHI E SIRINGHE

IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO.

SECONDA PROCEDURA

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Quesito n.1

Nel Decreto n. 73 del 6 NOV 2014 (procedura aperta per la fornitura aghi e siringhe in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione Veneto) il lotto n. 12 prevedeva la fornitura di aghi per penna da insulina sterili monouso con classificazione nazionale dispositivi A010199, con prezzo unitario a base d'asta di € 0,03705. [.....].

2. Nel Decreto 56 del 23 GIU 2015 la Regione Veneto ripropone nel lotto 5 la fornitura dello stesso prodotto e con medesimo prezzo unitario a base d'asta di € 0,03705. Sul punto si rileva nuovamente l'incongruità dell'importo base d'asta e che la suddetta incongruità rischia di determinare una palese limitazione e/o distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, con conseguente illegittimità della procedura selettiva indetta. La normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, nonché le norme in materia di tutela della concorrenza, impongono, infatti, alle amministrazioni di definire il valore stimato in modo da garantire il migliore risultato economico per le amministrazioni stesse in relazione agli effettivi bisogni.

[....] Di conseguenza, codesta stazione appaltante non può costringere i concorrenti ad offrire un prezzo eccessivamente basso, con evidenti conseguenze negative anche sul piano dell'affidabilità dell'appalto e della qualità della fornitura.

Risposta

Come previsto dal Disciplinare di Gara, art. 2, pag. 12, l'eventuale superamento della base d'asta non sarà motivo di esclusione, ma la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare definitivamente la fornitura nel caso in cui l'offerta non risulti conveniente ai sensi per gli effetti di cui all'art.81 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Quesito n. 2

Vista la seguente normativa in vigore

- ✓ direttiva 2010/32/UE del Consiglio dell'Unione Europea sulla tutela della salute degli operatori sanitari, il cui articolo 1 attua l'accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliera e sanitario;
- ✓ D. Lgs 19 2014 il cui titolo X bis definisce le misure da adottare per prevenire le ferite accidentali e la trasmissione di infezioni;

e considerato che

- ✓ Questa normativa europea e nazionale vieta la pratica del reincappucciamento degli aghi e degli altri oggetti taglienti una volta utilizzati
- ✓ L'utilizzo di penne da insulina prevede l'avvitamento e lo svitamento per la rimozione dell'ago

Si chiede chiarimento sul motivo della presenza nel lotto 5 dell'ago per penna tradizionale (oggi ad uso domiciliare) invece del prodotto di sicurezza protetto ad uso ospedaliero [...]

Risposta

Si confermano gli atti di gara

Quesito n. 3

In merito alla procedura in oggetto siamo a richiedere se è possibile modificare le basi d'asta dei lotti 6 e 8, in quanto già per la prima procedura è stato impossibile partecipare in quanto troppo basse. Distinti saluti.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 1.

Quesito n. 4

LOTTO. 10: AGHI FISTOLA PER DIALISI CON DISPOSITIVO. DI SICUREZZA All'interno del Capitolato Tecnico vengono indicati i requisiti minimi che gli aghi devono possedere. Tra questi requisiti minimi dobbiamo considerare anche l'assenza degli FTALATI e la sterilizzazione a Raggi Gamma, e NON ETO?

Risposta

Si confermano gli atti di gara

Quesito n. 5

CAMPIONATURA LOTTO 10 : AGHI FISTOLA PER DIALISI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

L'art. 6 recita: Quale prova di consegna della campionatura farà fede il timbro che la Ditta dovrà farsi apporre con data, ora e firma leggibile sul documento di trasporto originale e sulla copia del corriere da parte del personale del Coordinamento Regionale Acquisti. Tale operazione si rivela un po' complicata in quanto il corriere che consegna la gara non effettua operazioni extra rispetto allo standard. Il Corriere di prassi richiede ricevente della merce una firma da apporre sul dispositivo in oro dotazione. E' sufficiente questa operazione?

Risposta

Si conferma che tale operazione è sufficiente.

Quesito n. 6

Nel Verbale del 04.02.2015 relativo alla valutazione della procedura aperta per la fornitura aghi e siringhe in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione Veneto (Decreto di aggiudicazione n. 52 del 22/05/2015) si dava atto che il Lotto N. 12 andava deserto per mancanza di offerte. In tale LOTTO N. 12 venivano richiesti i medesimi dispositivi che vengono indicati al LOTTO N. 5 della procedura in oggetto indetta con Decreto n. 56 del 23.06.2015. Si segnala che non avendo apportato nella seconda procedura significative modifiche alla caratteristiche tecniche ed ai parametri di valutazione dei prodotti richiesti come neppure variazioni sul prezzo a base d'asta posto rispetto a quanto richiesto nella prima procedura, si favorisce nuovamente la mancanza di offerte per l'attuale LOTTO N. 5, Comuniciamo infatti che la scrivente Società non partecipò al precedente LOTTO N. 12 in quanto prezzo posto a base d'asta era eccessivamente basso

Si chiede pertanto di prevedere una variazione in aumento del prezzo unitario a base d'asta in linea con lo storico di altre procedure di gara analoghe

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 1.

Quesito n. 7

Secondo quanto previsto dalla direttiva 2010/32/UE del Consiglio dell'Unione Europea sulla tutela della salute operatori sanitari e definito nel D. Lgs 19/2014 titolo X-bis in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, Vi segnaliamo che tra le precauzioni fondamentali da utilizzare al fine di ridurre il rischio di infezione vi è il divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi. Poiché l'utilizzo di penne da insulina (precaricate o ricaricabili) prevede la manovra di reincappucciamento è stato previsto per l'uso ospedaliero un dispositivo protetto dedicato a salvaguardare dall'esposizione accidentale ad agenti biologici in quanto in grado di garantire una protezione durante ed al termine della procedura ed anche nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo.

Si chiede pertanto di prevedere un ago penna di sicurezza protetto in linea con quanto previsto dalla direttiva 2010/32/UE e dal D. lgs 19/2014

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 2.

Quesito n. 8 (fuori termine)

Buongiorno, facendo riferimento alla gara specificata in oggetto, con la presente siamo a chiederVi il seguente chiarimento:

- Allegato C3 Offerta Economica e Allegato C4 Offerta Economica senza prezzi: bisogna eliminare le righe dei lotti ai quali non parteciperemo?

E' sufficiente compilare le righe riferite ai lotti per i quali viene presentata offerta.

Quesito n. 9 (fuori termine)

Buongiorno, facendo riferimento alla gara specificata in oggetto, con la presente siamo a chiederVi il seguente chiarimento:

il certificato CE, la Dichiarazione di conformità e il Certificato ISO 13485:2003 essendo documenti originali emessi da Enti certificati sono in lingua inglese, possiamo cortesemente non tradurli in italiano?

Si confermano gli atti di gara.