

GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER ORTOPEDIA IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO.

**VERBALE DEL 10/04/2013
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2013, alle ore 9,45 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di materiale per ortopedia in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto, indetta con la D.G.R.V. n. 2724 del 24 dicembre 2012.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 6 del 27/03/2013, risulta così composta:

- Presidente: Dott.ssa Emanuela Salvatico Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 10 di San Donà di Piave,
- Componente: Dott. Corrado D'Antimo Dirigente Medico Responsabile U.O.S. di Ortopedia e Traumatologia Day Surgery dell'Azienda Ulss 1 di Belluno,
- Componente: Dott. Pietro Olivi Dirigente Medico Chirurgo dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - sede ospedaliera Borgo Trento.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, Assistente Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che, in esito alla seduta pubblica di gara in data 12.03.2013 i seguenti candidati sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dai verbali dell'Ufficiale Rogante dei quali viene data lettura:

- 1) BSN Medical S.r.l. con sede in Agrate Brianza (MB)
- 2) Megapharma Ospedaliera S.r.l. con sede in Crespano del Grappa (TV)
- 3) Coremec S.r.l. con sede in Nichelino (TO)
- 4) Hit Medica S.p.A. con sede in Serravalle (RSM)
- 5) P.M.A. S.r.l. con sede in Pavia
- 6) Major S.p.A. con sede in Imperia
- 7) Lohmann & Rauscher S.r.l. con sede in Sarmedola di Rubano (PD)
- 8) Farmac-Zabban S.p.A con sede in Calderara di Reno (BO)
- 9) 3M Italia S.p.A. con sede in Pioltello (MI)
- 10) Visiocare S.r.l. con sede in Vimercate (MB)



- 11) Fra Production S.p.A. con sede in Cisterna d'Asti (AT)
- 12) Italsanitaria S.r.l. con sede in Sovizzo (VI)
- 13) Artsanity S.r.l. con sede in Castelfranco Veneto (TV)
- 14) Santex S.p.A. con sede in Milano
- 15) Donjoy Italia S.r.l. con sede in Bolzano.

Il Presidente, quindi, consegna alla Commissione le Buste B "Documentazione Tecnica" dei quindici concorrenti ammessi, custodite - unitamente ai plichi riportanti all'esterno la dicitura "CAMPIONATURA GARA REGIONALE PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER ORTOPEDIA IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO – LOTTO/I _____ - NON APRIRE" - in luogo sicuro e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

La Commissione, preliminarmente alla disamina della documentazione contenuta nelle buste B, procede con una approfondita lettura del "Disciplinare di Gara" e dei relativi "ALLEGATO D al disciplinare - Capitolato Tecnico" e "ALLEGATO E – Elementi per la valutazione dell'offerta", al fine di valutare i prodotti ammessi sotto il profilo della conformità dei medesimi ai requisiti ivi prescritti.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste B delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO, e con la valutazione di conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara.

LOTTO 1 - BENDE MEDICATE CON OSSIDO DI ZINCO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- P.M.A. S.r.l. conforme
- Visiocare S.r.l. conforme

LOTTO 2 - RETI TUBOLARI ELASTICIZZATE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Fra Production S.p.A. conforme
- Santex S.p.A. conforme



LOTTO 3 - BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE A DEBOLE ELASTICITA' (INFERIORE A 100%) MONOESTENSIBILI LONGITUDINALMENTE A MEDIA ADESIVITA'

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- P.M.A. S.r.l. non conforme in quanto presenta le misure in altezza 5 - 7,5 - 10, anziché 6 - 8 - 10 come prescritto dal capitolato tecnico di gara
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Visiocare S.r.l. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla ditta P.M.A. S.r.l.

La ditta P.M.A. S.r.l. pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il lotto 3.

LOTTO 4 - BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE A DEBOLE ELASTICITA' (INFERIORE A 100%) MONOESTENSIBILI LONGITUDINALMENTE AD ALTA ADESIVITA'

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- P.M.A. S.r.l. conforme
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Visiocare S.r.l. conforme

LOTTO 5 - BENDAGGI FUNZIONALI CON TAPES ANAELASTICI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. conforme
- Visiocare S.r.l. conforme



pag. 3

LOTTO 6 - OVATTA PER ORTOPEDIA IN CASCAME DI COTONE O FIBRA SINTETICA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Santex S.p.A. conforme

LOTTO 7 - MAGLIE TUBULARI IN COTONE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- P.M.A. S.r.l. presenta per la prima misura del capitolato (cm 2) prodotti con altezze di cm 1,5 e 2,5
- Lohmann & Rauscher S.r.l. non presenta le misure da cm 30 e cm 40 ma dichiara una estensibilità, per tutte le misure, non inferiore al 300 %

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all'apertura dei plichi contenenti le campionature presentate dalle ditte P.M.A. S.r.l. e Lohmann & Rauscher S.r.l., al fine di verificare le effettive caratteristiche dei prodotti contenuti al loro interno.

LOTTO 11 - BENDE IN GESSO NATURALE A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Santex S.p.A. conforme

LOTTO 13 - BENDE IN GESSO SINTETICO RIGIDO IN FIBRA DI VETRO (3-4 minuti)

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. conforme
- 3M Italia S.p.A. conforme
- Visiocare S.r.l. conforme

- Artsanity S.r.l. conforme

LOTTO 15 - GINOCCHIERE POST TRAUMA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. conforme
- Hit Medica S.p.A. conforme
- Major S.p.A. conforme
- Italsanitaria S.r.l. conforme
- Artsanity S.r.l. conforme
- Donjoy Italia S.r.l. presenta varie altezze con misure universali

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all'apertura del plico contenente la campionatura presentata dalla ditta Donjoy Italia S.r.l., al fine di verificare le effettive caratteristiche del prodotto contenuto al suo interno.

LOTTO 16 - BENDAGGI ALLA DESAULT

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Megapharma Ospedaliera S.r.l. conforme
- Coremec S.r.l. conforme
- Hit Medica S.p.A. conforme
- Major S.p.A. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. presenta una taglia unica adattabile
- Italsanitaria S.r.l. non conforme in quanto trattasi di bendaggio Gil Christ, non Desault
- Artsanity S.r.l. conforme
- Donjoy Italia S.r.l. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all'apertura del plico contenente la campionatura presentata dalla ditta Farmac-Zabban S.p.A., al fine di verificare le effettive caratteristiche del prodotto contenuto al suo interno.

Dichiara, invece, non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla ditta Italsanitaria S.r.l.

La ditta Italsanitaria S.r.l. pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il lotto 16.

LOTTO 17 - REGGIBRACCIO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. conforme
- Megapharma Ospedaliera S.r.l. conforme
- Coremec S.r.l. conforme
- Hit Medica S.p.A. conforme
- P.M.A. S.r.l. non conforme in quanto presenta un rotolo, con diverse altezze da confezionare per l'uso sul paziente. Non è un reggibraccio, di varie taglie, già pronto e confezionato singolarmente
- Major S.p.A. conforme
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme
- Italsanitaria S.r.l. conforme
- Artsanity S.r.l. conforme
- Donjoy Italia S.r.l. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla ditta P.M.A. S.r.l.

La ditta P.M.A. S.r.l. pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il lotto 17.

LOTTO 19 - BENDAGGI A "8" PER CLAVICOLA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BSN Medical S.r.l. presenta 5 taglie ma conformabili
- Megapharma Ospedaliera S.r.l. conforme
- Coremec S.r.l. conforme
- Hit Medica S.p.A. conforme
- Major S.p.A. conforme

- Lohmann & Rauscher S.r.l. presenta 5 taglie ma conformabili
- Farmac-Zabban S.p.A. presenta 5 taglie ma conformabili
- Italsanitaria S.r.l. conforme
- Artsanity S.r.l. conforme
- Donjoy Italia S.r.l. presenta 5 taglie ma conformabili

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all'apertura dei plichi contenenti le campionature presentate dalle ditte BSN Medical S.r.l., Lohmann & Rauscher S.r.l., Farmac-Zabban S.p.A. e Donjoy Italia S.r.l. al fine di verificare le effettive caratteristiche dei prodotti contenuti al loro interno.

LOTTO 21 SUB A - ORTESI PER DITO SINGOLO IN MATERIALE PLASTICO TIPO Mallet Finger

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Artsanity S.r.l. conforme

LOTTO 21 SUB B - ORTESI PER DITA IMBOTTITO IN ALLUMINIO/STECCA RETTA TIPO ZIMMER

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Artsanity S.r.l. conforme

LOTTO 21 SUB C - ORTESI PER DITA IMBOTTITO IN ALLUMINIO/STECCA PRESAGOMATA TIPO RANA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Artsanity S.r.l. conforme

LOTTO 21 SUB D - ORTESI PER DITA IMBOTTITO IN ALLUMINIO/STECCA PRESAGOMATA TIPO BASEBALL

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:


- Artsanity S.r.l. conforme

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,30 del giorno 24.04.2013 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire con l'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, LOTTO per LOTTO.


Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Ditte concorrenti per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott.ssa Emanuela Salvatico



I COMPONENTI: Dott. Corrado D'Antimo



Dott. Pietro Olivi



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE Dott.ssa Lisa Brazzorotto

