

**GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI SANITARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO.**

**TERZO VERBALE DEL 25/02/2014  
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno 2014, alle ore 13,00, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di guanti sanitari in fabbisogno alle aziende sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto, indetta con la D.G.R.V. n. 2724 del 24 dicembre 2012.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 45 del 25/09/2013, è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Caterina Zanetti Medico del lavoro presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott. Antonio Olmeda Dirigente Ortopedia e Traumatologia presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Claudia Battistutta Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Maria Inzalaco Dirigente Farmacista presso la ULSS n. 8 di Asolo
- Componente: Dott.ssa Patrizia Soffiatti Infermiera Professionale presso il Servizio Igiene Ospedaliera della AOUI di Verona

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lidia Pascucci, Collaboratore Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto dello spostamento della campionatura presso l'Ospedale dei Colli, palazzina Gare, avvenuto il 13.12.2013 e del successivo riordino dei campioni avvenuto il 17.12.2013.

Viene esaminata la documentazione relativa al:

**Lotto 1 "Guanti chirurgici in lattice, senza polvere, standard per chirurgia generale"**

La Commissione continua l'esame della documentazione della Ditta Clini-Lab; si riscontra che la documentazione presentata dalla Ditta Clini-Lab è conforme ai requisiti essenziali e alle caratteristiche specifiche del lotto.



La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta CHEMIL, che offre il guanto Sensiflex Plus, e, dopo l'esame, la Commissione riscontra la conformità ai requisiti essenziali e alle caratteristiche specifiche del lotto.

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta SURGIMAX, che offre il guanto Medi-Grip® PF, e la Commissione rileva che *la Ditta Surgimax non ha presentato le curve Gaussiane relative ai collaudi dell'ultimo anno di produzione, richieste a pena di esclusione dal Capitolato tecnico; pertanto, la Ditta Surgimax non viene giudicata idonea al prosieguo delle fasi di gara.*

In conclusione, si riscontra la conformità ai requisiti essenziali dei seguenti prodotti:

- guanto Intouch – offerto dalla Ditta RAYS;
- guanto Epic MT – offerto dalla Ditta CLINI-LAB;
- guanto Sensiflex Plus – offerto dalla Ditta CHEMIL;

La commissione formula le seguenti valutazioni qualitative preliminari.

#### DITTA RAYS

1) Caratteristiche tecniche	Valutazioni
1. Controlli di qualità	La Ditta presenta documentazione adeguata circa i controlli di qualità, unita a livelli di AQL che, a seconda dei parametri oggetto di controllo, vanno da 0,65 a 4
2. Carico di rottura	Sufficiente
3. Residui	
3.a) proteine	Livello consistente di proteine residue (18 mcg)
3.b) residui chimici	Presenza di 3 additivi allergogeni, benché a livelli residui inferiori alla sensibilità del metodo di misura adottato
4. Metodo lubrificante	Polvere residua: 0,18 mg/guanto
5. Allungamento alla rottura	Buono
6. Livello prestazionale per prove meccaniche	Medio
<b>3) Assistenza tecnica e servizio post vendita</b>	
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per sicurezza-qualità-ambiente
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto	Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	Livello intermedio di servizio dichiarato

L'attribuzione dei punteggi per le caratteristiche morfologico-prestazionali è rinviata alle sedute successive.

**Ditta CLINI-LAB**

1) Caratteristiche tecniche	Valutazioni
1. Controlli di qualità	La Ditta presenta documentazione sufficiente circa i controlli di qualità, unita a livelli di AQL che, a seconda dei parametri oggetto di controllo, vanno da 1 a 4
2. Carico di rottura	Elevato
3. Residui	
3.a) proteine	Livello medio di proteine residue (11 mcg)
3.b) residui chimici	Presenza di 3 additivi allergogeni, benché con livelli residui inferiori alla sensibilità del metodo di misura adottato
4. Metodo lubrificante	Polvere residua: 0,5 mg/guanto
5. Allungamento alla rottura	Buono
6. Livello prestazionale per prove meccaniche	Medio
<b>3) Assistenza tecnica e servizio post vendita</b>	
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per sicurezza-qualità-ambiente
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto	Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	Livello intermedio di servizio dichiarato

L'attribuzione dei punteggi per le caratteristiche morfologico-prestazionali è rinviata alle sedute successive.

**Ditta CHEMIL**

1) Caratteristiche tecniche	Valutazioni
1. Controlli di qualità	La Ditta presenta documentazione molto accurata circa i controlli di qualità eseguiti, uniti a livelli di AQL che, a seconda dei parametri oggetto di controllo, vanno da 0,4 a 4
2. Carico di rottura	Medio
3. Residui	
3.a) proteine	Livello medio di proteine residue (11 mcg)
3.b) residui chimici	Presenza di un solo additivo allergogeno, tuttavia con livello residuo di 10 mcg/g quando la sensibilità del metodo di misura adottato è 2 mcg/g
4. Metodo lubrificante	Polvere residua: 0,54 mg/guanto
5. Allungamento alla rottura	Buono

6. Livello prestazionale per prove meccaniche	Medio
<b>3) Assistenza tecnica e servizio post vendita</b>	
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per sicurezza-qualità-ambiente
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto	Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	Livello intermedio di servizio dichiarato

L'attribuzione dei punteggi per le caratteristiche morfologico-prestazionali è rinviata alle sedute successive.

La Commissione dichiara di concludere la seduta, aggiornando i lavori all'incontro successivo.

La seduta si chiude alle 17.00.

Dott.ssa Caterina Zanetti

Dott. Antonio Olmeda

Dott.ssa Claudia Battistutta

Dott.ssa Maria Inzalaco

Dott.ssa Patrizia Soffiatti

*Caterina Zanetti*  
*Antonio Olmeda*  
*Claudia Battistutta*  
*Maria Inzalaco*  
*Patrizia Soffiatti*

LIDIA PASCUCCI

*Lidia Pascucci*