

GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI SANITARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO.

**QUARTO VERBALE DEL 18/03/2014
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 18 del mese di marzo dell'anno 2014, alle ore 09,30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di guanti sanitari in fabbisogno alle aziende sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto, indetta con la D.G.R.V. n. 2724 del 24 dicembre 2012.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 45 del 25/09/2013, è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Caterina Zanetti Medico del lavoro presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott. Antonio Olmeda Dirigente Ortopedia e Traumatologia presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Claudia Battistutta Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Maria Inzalaco Dirigente Farmacista presso la ULSS n. 8 di Asolo
- Componente: Dott.ssa Patrizia Soffiatti Infermiera Professionale presso il Servizio Igiene Ospedaliera della AOUI di Verona

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lidia Pascucci, Collaboratore Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Viene esaminata la documentazione relativa al

Lotto n. 2 "Guanti chirurgici in lattice senza polvere per chirurgia ambulatoriale e mini-invasiva"

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta CHEMIL, che offre in gara il guanto ULMA FORTIS PF, per valutarne la conformità ai requisiti essenziali.

La Commissione prende visione delle *schede tecniche del prodotto offerto in gara, il guanto "ULMA FORTIS PF, che a pagina 14 riportano misure di lunghezza, per alcune taglie, inferiori ai 300 mm minimi prescritti dal Capitolato; pertanto la Ditta Chemil non viene giudicata idonea al prosieguo delle fasi di gara.*

In conclusione, nessuna offerta è stata ritenuta conforme ai requisiti essenziali per il lotto n. 2.

Viene esaminata la documentazione relativa al

Lotto 3 “Guanti chirurgici in lattice, senza polvere, per microchirurgia”

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta RAYS, che offre il guanto Intouch Spot.

La Commissione giudica la documentazione fornita sul prodotto conforme ai requisiti minimi, nonostante la documentazione relativa alla Norma tecnica UNI EN 455 non sia costituita dai resoconti di prova redatti dal laboratorio che ha eseguito le prove, ma da una scheda riassuntiva. La Commissione valuta che le informazioni presenti nella scheda siano sufficienti a ricavare le informazioni richieste a pena di esclusione.

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta CLINI-LAB, che offre il guanto Profeel DHD Sensitive; dopo l'esame, la Commissione ne riscontra la conformità ai requisiti essenziali e alle caratteristiche specifiche del lotto.

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta CHEMIL, che offre il guanto Maxitex Neuro PF; dopo l'esame, la Commissione ne riscontra la conformità ai requisiti essenziali e alle caratteristiche specifiche del lotto.

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta SURGIMAX, che offre il guanto Encore®MicrOptic; la Commissione rileva che *la Ditta Surgimax non ha presentato le curve Gaussian relative ai collaudi dell'ultimo anno di produzione, richieste a pena di esclusione dal Capitolato tecnico; pertanto, la Ditta Surgimax non viene giudicata idonea al prosieguo delle fasi di gara.*

In conclusione, si riscontra la conformità ai requisiti essenziali dei seguenti prodotti:

- ✓ guanto Intouch Spot – offerto dalla Ditta RAYS;
- ✓ guanto Profeel DHD Sensitive – offerto dalla Ditta CLINI-LAB;
- ✓ guanto Matix Neuro PF – offerto dalla Ditta CHEMIL.

Sulla base della documentazione presentata la Commissione formula quindi le seguenti valutazioni qualitative preliminari.

DITTA RAYS

1) Caratteristiche tecniche	Valutazioni
1. Controlli di qualità	La Ditta non presenta i rapporti di prova relativi alla Norma tecnica EN 455, bensì una scheda riassuntiva da cui si evincono i dati richiesti
2. Carico di rottura	Scarso
3. Residui	
3.a) proteine	Livello medio-alto di proteine residue (17 mcg)
3.b) residui chimici	Presenza di 4 additivi allergogeni, benché con livelli residui inferiori alle sensibilità del metodo di misura adottato

4. Metodo lubrificante	Polvere residua: 0,36 mg/guanto
5. Allungamento alla rottura	Modesto
6. Livello prestazionale per prove meccaniche	Medio
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per sicurezza-qualità-ambiente
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto	Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	Livello intermedio di servizio dichiarato

L'attribuzione dei punteggi per le caratteristiche morfologico-prestazionali è rinviata alle sedute successive.

DITTA CLINI-LAB

1) Caratteristiche tecniche	Valutazioni
1. Controlli di qualità	La Ditta presenta documentazione sufficiente circa i controlli di qualità, unita a livelli di AQL che a seconda dei parametri oggetto di controllo vanno da 1 a 4
2. Carico di rottura	Elevato
3. Residui	
3.a) proteine	Livello medio di proteine residue (10 mcg)
3.b) residui chimici	Presenza di un solo additivo allergogeno, con livello residuo non rilevabile con un metodo di misurazione di sensibilità pari a 2 mcg/g
4. Metodo lubrificante	Polvere residua: 0,7 mg/guanto
5. Allungamento alla rottura	Discreto
6. Livello prestazionale per prove meccaniche	Medio
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per sicurezza-qualità-ambiente
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto	Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	Livello intermedio di servizio dichiarato

L'attribuzione dei punteggi per le caratteristiche morfologico-prestazionali è rinviata alle sedute successive.

Ditta CHEMIL

1) Caratteristiche tecniche	Valutazioni
1. Controlli di qualità	La Ditta presenta documentazione molto accurata circa i controlli di qualità eseguiti, uniti a livelli di AQL che, a seconda dei parametri oggetto di controllo, vanno da 0,4 a 4
2. Carico di rottura	Medio
3. Residui	
3.a) proteine	Livello elevato di proteine residue (23 mcg)
3.b) residui chimici	Presenza di un solo additivo allergogeno, con livello residuo non rilevabile con un metodo di misurazione di sensibilità pari a 2 mcg/g
4. Metodo lubrificante	Polvere residua: 0,24 mg/guanto
5. Allungamento alla rottura	Buono
6. Livello prestazionale per prove meccaniche	Medio
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per sicurezza-qualità-ambiente
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto	Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	Livello intermedio di servizio dichiarato

L'attribuzione dei punteggi per le caratteristiche morfologico-prestazionali è rinviata alle sedute successive.

Viene esaminata la documentazione relativa al

Lotto 4 "Guanti chirurgici in lattice, senza polvere, per chirurgia ortopedica"

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta CLINI-LAB, che offre il guanto "Profeel DHD Platinum"; dopo l'esame, la Commissione ne riscontra la conformità ai requisiti essenziali e alle caratteristiche specifiche del lotto.

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta SURGIMAX, che offre il guanto "Encore® Orthopaedic"; la Commissione rileva che *la Ditta Surgimax non ha presentato le curve Gaussiane relative ai collaudi dell'ultimo anno di produzione, richieste a pena di esclusione dal Capitolato tecnico; pertanto, la Ditta Surgimax non viene giudicata idonea al prosieguo delle fasi di gara.*

In conclusione, si riscontra la conformità ai requisiti essenziali solo del guanto "Profeel DHD Platinum" offerto dalla ditta Clini-Lab, su cui la Commissione formula le seguenti valutazioni qualitative preliminari.

Ditta CLINI-LAB

1) Caratteristiche tecniche	Valutazioni
1. Controlli di qualità	La Ditta presenta documentazione sufficiente circa i controlli di qualità unita a livelli di AQL che a seconda dei parametri oggetto di controllo vanno da 1 a 4
2. Carico di rottura	Elevato
3. Residui	
3.a) proteine	Livello medio di proteine residue (12 mcg)
3.b) residui chimici	Presenza di un solo additivo allergogeno con livello residuo non rilevabile con un metodo di misurazione di sensibilità pari a 2 mcg/g
4. Metodo lubrificante	Polvere residua: 0,1 mg/guanto
5. Allungamento alla rottura	Buono
6. Livello prestazionale per prove meccaniche	Medio
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per sicurezza-qualità-ambiente
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto	Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	Livello intermedio di servizio dichiarato

L'attribuzione dei punteggi per le caratteristiche morfologico-prestazionali è rinviata alle sedute successive.


Viene esaminata la documentazione relativa al

Lotto 5 " Guanti chirurgici sintetici, senza polvere, standard"

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta CHEMIL, che offre il guanto "NuZone X2"; dopo l'esame, la Commissione ne riscontra la conformità ai requisiti essenziali e alle caratteristiche specifiche del lotto.

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta SURGIMAX, che offre il guanto "Gammex Non-latex Accelerator-Free Sensitive"; la Commissione prende visione della tabella e del grafico a pagina 39 e 40, rilevando che le curve Gaussianne relative ai collaudi dell'ultimo anno di produzione, richieste a pena di esclusione dal Capitolato tecnico, sono presentate soltanto per il requisito "fori inapparenti", e non per i restanti parametri: "dimensioni del guanto", "carico di rottura", "grumi di polimero", mentre anche queste sono richieste a pena di esclusione dal Capitolato tecnico; pertanto, la Ditta Surgimax non viene giudicata idonea al prosieguo delle fasi di gara.

In conclusione, si riscontra la conformità ai requisiti essenziali solo del guanto "NuZone X2" offerto dalla ditta Chemil, su cui la Commissione formula le seguenti valutazioni qualitative preliminari.



Ditta CHEMIL

1) Caratteristiche tecniche	Valutazioni
1. Controlli di qualità	La Ditta presenta documentazione molto accurata circa i controlli di qualità eseguiti, uniti a livelli di AQL che, a seconda dei parametri oggetto di controllo, vanno da 0,4 a 4
2. Carico di rottura	Buono
3. Residui chimici	Presenza di 3 additivi ma in quantità non rilevabile nel prodotto finito
4. Metodo lubrificante	Buono
5. Allungamento alla rottura	Buono
6. Livello prestazionale per prove meccaniche	Medio
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per sicurezza-qualità-ambiente
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto	Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	Livello intermedio di servizio dichiarato

L'attribuzione dei punteggi per le caratteristiche morfologico-prestazionali è rinviata alle sedute successive.

Viene esaminata la documentazione relativa al

Lotto 6 "Guanti sterili non chirurgici, in vinile elasticizzato, senza polvere in confezione singola e a paio"

La presidente apre la documentazione presentata dalla Ditta CLINI-LAB, che offre in gara il guanto "Clinigloves sterile – Cod. 013091 e 013092", per valutarne la conformità ai requisiti essenziali.

La Commissione ritiene di chiedere un chiarimento poiché la Ditta dichiara di offrire il guanto "Clinigloves sterile" – Cod. 013091 e 013092" sia in scheda tecnica a pag 20 sia nell'Allegato 5, riportato a pag. 2. *Tuttavia si rileva che il nome indicato in altri passi della stessa documentazione tecnica è "Beluga 27", al quale ultimo si riferiscono i requisiti dichiarati.*

La Commissione dichiara di concludere la seduta, aggiornando i lavori all'incontro successivo.

La seduta si chiude alle ore 17.00

Dott.ssa Caterina Zanetti

Dott. Antonio Olmeda

Dott.ssa Claudia Battistutta

Caterina Zanetti
Antonio Olmeda
Claudia Battistutta

h

Dott.ssa Maria Inzalaco

Dott.ssa Patrizia Soffiatti

Maria Inzalaco
Patrizia Soffiatti

LIDIA PASUCCI

Lidia Pasucci