

GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI SANITARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO.

**SETTIMO VERBALE DEL 15/05/2014
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2014, alle ore 15,30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di guanti sanitari in fabbisogno alle aziende sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto, indetta con la D.G.R.V. n. 2724 del 24 dicembre 2012.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 45 del 25/09/2013, è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Caterina Zanetti Medico del lavoro presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott. Antonio Olmeda Dirigente Ortopedia e Traumatologia presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Claudia Battistutta Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Maria Inzalaco Dirigente Farmacista presso la ULSS n. 8 di Asolo
- Componente: Dott.ssa Patrizia Soffiatti Infermiera Professionale presso il Servizio Igiene Ospedaliera della AOUI di Verona

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lidia Pascucci, Collaboratore Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, la Commissione prende visione del chiarimento pervenuto in data 31.03.2014 dalla Ditta Clini-Lab relativo al prodotto offerto in gara per il Lotto 9, guanto "Clinisafe guanti in nitrile senza polvere extended cuff non sterili".

La Ditta dichiara che il rapporto di prova riferito alla Norma tecnica EN 455 presentato in gara è relativo ai guanti offerti e a comprova allega un nuovo documento "Controllo di conformità test report" emesso dalla stessa Ditta.

La Commissione *preso atto che si tratta di un documento integrativo all'offerta tecnica già prodotta, non ammette la Ditta alle successive fasi di gara poiché non possono essere accettate integrazioni.*

Quindi si passa alla valutazione delle caratteristiche morfologico-prestazionali relative ai prodotti idonei, tenuto conto anche delle prove effettuate nei vari reparti presso i quali i campioni sono stati distribuiti. svolte presso le Unità Operative delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, riscontrando quanto segue.

Lotto 1

Ditta CHEMIL – guanto Sensiflex plus

Si riscontrano molte criticità in particolare riguardo a:

- facilità di apertura
- facilità di identificazione della misura
- facilità di calzata
- vestibilità
- aderenza alla manichetta
- resistenza
- sensibilità tattile
- facilità di presa
- confort.

Inoltre, in alcuni casi è stata segnalata la comparsa di reazioni avverse alla cute delle mani dopo l'utilizzo.

Ditta CLINI-LAB – guanto EPIC MT

Si riscontrano criticità in particolare riguardo a:

- facilità di identificazione della misura
- facilità di calzata
- vestibilità
- aderenza alla manichetta
- resistenza
- confort.

Inoltre, in qualche caso è stata segnalata la comparsa di reazioni avverse alla cute delle mani dopo l'utilizzo.

Ditta RAYS – guanto Intouch

Si riscontra solo qualche limitata criticità, ad esempio nella identificazione della misura nel confezionamento primario e nella sensibilità tattile.

Lotto 3


Ditta CHEMIL – guanto Maxitex Neuro PF

Si riscontra solo qualche limitata criticità, ad esempio nella sensibilità tattile e nel confort.

Ditta CLINI-LAB – guanto Profeel DHD Sensitive

Si riscontrano criticità in particolare riguardo a:

- facilità di calzata
- sensibilità tattile
- capacità di presa

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the left, there is a signature that appears to be 'sp'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right, there are several smaller initials and signatures, including 'sr' and 'ho'.

- confort.

Ditta RAYS - guanto Intouch Spot

Si riscontrano criticità in particolare riguardo a:

- sensibilità tattile
- capacità di presa
- confort.

In alcuni casi sono state segnalate difficoltà legate alla manipolazione di fili di sutura blu perché il guanto ha il medesimo colore.

Lotto 4

Ditta CLINI-LAB – guanto Profeel DHD Platinum

Si riscontra solo qualche limitata criticità, ad esempio sensibilità tattile e confort.

Lotto 5

Ditta CHEMIL – guanto NuZone X 2

Si rilevano lievi criticità circa la facilità di apertura, e sul confezionamento terziario della campionatura. Si segnalano criticità relative ai seguenti parametri: vestibilità, sensibilità tattile e capacità di presa.

Lotto 7

Ditta BERICA HYGIÈNE – guanto Dermavynl PF Long

Si rilevano criticità in particolare riguardo a:

- Corrispondenza della forma del guanto alla mano
- Grado di protezione del polso
- Facilità di calzatura (talora il guanto si è rotto durante la calzatura)
- Resistenza alla rottura in durata d'uso (20 min)
- Sensibilità tattile
- Confort

Sono state segnalate in qualche caso reazioni avverse alla cute delle mani con l'utilizzo.

La Commissione dichiara di concludere la seduta, aggiornando i lavori all'incontro successivo.

La seduta si chiude alle ore 18.15.

Dott.ssa Caterina Zanetti

Dott. Antonio Olmeda

Dott.ssa Claudia Battistutta:

Dott.ssa Maria Inzalaco

Dott.ssa Patrizia Soffiatti