

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD USO OSPEDALIERO PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO.

**VERBALE DEL 11 GIUGNO 2014
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 11 del mese di giugno dell'anno 2014, alle ore 13.40 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso ospedaliero per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 15 del 07.03.2014 e modificata con successivo Decreto n. 22 del 14.04.2014.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 37 del 28.05.2014, risulta così composta:

- | | |
|---|--|
| - Presidente: Sig. Loris Zorzi | Responsabile Servizio Professioni Sanitarie Area Territoriale dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana, |
| - Componente: Dott.ssa Antonella Mosele | Responsabile Coordinamento Assistenziale Residenzialità dell'Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa, |
| - Componente: Dott.ssa Natalina Tonazzo | Coordinatrice U.O. di Geriatria di Cittadella dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana. |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che, in esito alla seduta pubblica di gara in data 22.05.2014 i seguenti candidati sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dal verbale dell'Ufficiale Rogante del quale viene data lettura:

- 1) Ditta FATER S.p.A. con sede in Pescara
- 2) Ditta SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A. con sede in Legnano (MI)
- 3) Ditta SANTEX S.p.A., con sede legale in Milano
- 4) Ditta S.I.L.C. S.p.A. con sede in Trescore Cremasco (CR).
- 5) Ditta SERENITY S.p.A., con sede legale in Ortona (CH)

Il RUP di gara consegna alla Commissione le Buste 2 "Documentazione Tecnica" dei cinque concorrenti ammessi, custodite, in luogo sicuro e protetto presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

La Commissione prende atto che la campionatura, come prescritto nel Disciplinare di gara, è pervenuta entro i termini sia presso il Magazzino della Farmacia dell'Ospedale "G. Fracastoro" di San Bonifacio (Verona), sia presso i Laboratori di Innovhub SSI – Divisione Stazione sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta, azienda Speciale della Camera di Commercio di

Milano incaricati di effettuare le prove di laboratorio sulla campionatura stessa, secondo i parametri fissati negli atti di gara.

La Commissione, da un'analisi iniziale della Documentazione Tecnica, verifica che la Ditta Serenity S.p.A., diversamente da quanto indicato nel verbale della prima seduta pubblica di gara del 22.05.2014, presenta offerta per i lotti nn. 1, 3, 4 e 8, e non anche per i lotti nn. 2 e 6.

La Commissione, preliminarmente alla disamina della documentazione contenuta nelle Buste 2, procede con una approfondita lettura del "Disciplinare di Gara", dei relativi "ALLEGATO 4 – Criteri e modalità di aggiudicazione", "ALLEGATO 5 – Griglia di valutazione" e "ALLEGATO 6 – Capitolato d'oneri", nonché di tutti i chiarimenti redatti sulla base dei quesiti posti dalle Ditte e pubblicati sul sito della stazione appaltante, di cui terrà conto in tutte le fasi di valutazione delle offerte.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste 2 delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO.

Nella seduta odierna la Commissione procede alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", rimandando a sedute successive la valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da prova su campionatura" e "Prove di laboratorio".

Il predetto parametro "Prove di laboratorio", come previsto dalla documentazione di gara, è di competenza dei Laboratori di Innovhub SSI – Divisione Stazione sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta, azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, i quali, una volta effettuate tutte le prove delle Ditte ammesse sulla campionatura consegnerà i risultati alla Commissione giudicatrice.

LOTTO 1 – PANNOLONE A MUTANDINA

Con riferimento al parametro "*Traspirabilità delle bande di fissaggio*" considerato che tutte le bande di fissaggio dei prodotti presentati sono in TNT, per definizione traspirante, o presentano valori risultanti da prove di laboratorio che garantiscono la traspirabilità, la commissione ritiene di attribuire il massimo punteggio a tutti i prodotti presentati dalle Ditte partecipanti al lotto 1.

FATER S.p.A.

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (formato Grande), sub B (formato Medio) e sub C (formato Piccolo).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 1 sub A:

Nome commerciale: LINIDOR PERFECT CARE PANNOLONE A MUTANDINA SUPER MISURA GRANDE Codice prodotto: 2701107

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,39	3
Test di rewetting	0,0718	3

Test di capacità di assorbimento	15,07	5
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Traspirabilità delle bande di fissaggio	presente	0,5
Test clinici documentati	presenti	1
Certificazione ambientale	presente	0,5
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1,5

SERENITY S.p.A.

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (formato Grande), sub B (formato Medio) e sub C (formato Piccolo).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 1 sub A:

Nome commerciale: *PANNOLONE MUTANDINA MARCA SERENITY CLASSIC EXTRADAY*
TAGLIA LARGE Codice prodotto: *00037473300070*

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	8,88	3
Test di rewetting	0,0559	3
Test di capacità di assorbimento	14,06	5
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	-----	-----
Traspirabilità delle bande di fissaggio	presente	0,5
Test clinici documentati	presenti	1
Certificazione ambientale	presente	0,5
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1,5

Con riferimento all'*Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica* la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte dedicata all'ampiezza della gamma delle taglie del Pannolone a mutandina e, pertanto, unitamente, si riserva di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire il relativo punteggio.

LOTTO 8 - PANNOLONE A MUTANDINA AD ALTA ASSORBENZA "TIPO NOTTE"

FATER S.p.A.

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (formato Grande) e sub B (formato Medio).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 8 sub A:

Nome commerciale: LINIDOR PERFECT CARE PANNOLONE MUTANDINA MAXI MISURA GRANDE Codice prodotto: 2701096

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,06	4
Test di rewetting	0,085	4
Test di capacità di assorbimento	16,00	6
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Test clinici documentati	presenti	0,5
Certificazione ambientale	presente	0,5
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A.

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (formato Grande) e sub B (formato Medio).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 8 sub A:

Nome commerciale: TENA SLIP BASIC SUPER LARGE Codice prodotto: 211425

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	3,63	2
Test di rewetting	0,0724	4
Test di capacità di assorbimento	14,76	6
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Test clinici documentati	presenti	0,5
Certificazione ambientale	presente	0,5
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica: presente.

Test clinici documentati: presenti.

Certificazione ambientale: presente.

Dermoprotezione: presente.

Sistema di controllo dell'odore: presente.

SANTEX S.p.A.,

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (formato Grande) e sub B (formato Medio).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 8 sub A:

Nome commerciale: EGOSAN NATURAL COMFORT VITA SOFT LARGE-SUPER Codice prodotto: XML3100ND-15

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,5	4
Test di rewetting	0,06	4
Test di capacità di assorbimento	14,7	6
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Test clinici documentati	presenti	0,5
Certificazione ambientale	presente	0,5
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

SILC S.p.A.

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (formato Grande) e sub B (formato Medio).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 8 sub A:

Nome commerciale: SOFFISOF AIRDRY SUPER CON ALOE VERA E VITAMINA E TAGLIA LARGE Codice prodotto: 00842

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	7,20	4
Test di rewetting	0,05	4
Test di capacità di assorbimento	14,3	6
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Test clinici documentati	presenti	0,5
Certificazione ambientale	presente	0,5
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

SERENITY S.p.A.

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (formato Grande) e sub B (formato Medio).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 8 sub A:

Nome commerciale: SERENITY ULTRA TAGLIA LARGE Codice prodotto: 00037564300000

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	9,00	4
Test di rewetting	0,06	4
Test di capacità di assorbimento	14,50	6
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	-----	-----
Test clinici documentati	presenti	0,5
Certificazione ambientale	presente	0,5
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

Con riferimento all'*Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica* la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte dedicata all'ampiezza della gamma delle taglie del Pannolone a mutandina e, pertanto, unitamente, si riserva di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire il relativo punteggio.

Nell'impossibilità di concludere i lavori, alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9.30 del giorno 07.07.2014 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire l'attività di valutazione della documentazione tecnica.


Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" dei concorrenti in idoneo locale, chiuso a chiave e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Sig. Loris Zorzi



I COMPONENTI: Dott.ssa Antonella Mosele



Dott.ssa Natalina Tonazzo



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE Dott.ssa Lisa Brazzorotto

