

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD USO OSPEDALIERO PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO.**

**VERBALE DEL 7 LUGLIO 2014  
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 7 del mese di luglio dell'anno 2014, alle ore 9.30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso ospedaliero per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 15 del 07.03.2014 e modificata con successivo Decreto n. 22 del 14.04.2014.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 37 del 28.05.2014, risulta così composta:

- Presidente: Sig. Loris Zorzi                      Responsabile Servizio Professioni Sanitarie Area Territoriale dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana,
- Componente: Dott.ssa Antonella Mosele      Responsabile Coordinamento Assistenziale Residenzialità dell'Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa,
- Componente: Dott.ssa Natalina Tonazzo      Coordinatrice U.O. di Geriatria di Cittadella dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta riprendendo i lavori della precedente seduta riservata dell'11.06.2014, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione, preliminarmente, prende atto che con nota n. 253225 del 12.06.2014 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Responsabile Unico del Procedimento, sono stati richiesti entro il termine del 19.06.2014 i chiarimenti alla Ditta Serenity S.p.A. relativi *all'ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica* dei prodotti presentati nei lotti nn. 1 e 8.

La Commissione prende atto che sono pervenuti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti i chiarimenti della Ditta Serenity S.p.A. Detti chiarimenti, agli atti del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e che qui devono intendersi integralmente richiamati, consentono di attribuire il seguente punteggio relativo all'ampiezza della gamma delle taglie per i lotti nn. 1 e 8:

<u>Lotto 1 Pannolone mutandina formato Grande</u>		
	<b>valore/valutazione</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5

<b><u>Lotto 8 Pannolone mutandina notte formato Grande</u></b>	<b>valore/valutazione</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5

La Commissione prosegue, nella seduta odierna, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste 2 delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO, riprendendo la valutazione dei parametri “Caratteristiche tecniche desumibili da schede tecniche, certificazioni e test clinici”, rimandando a sedute successive la valutazione del parametro “Caratteristiche tecniche desumibili da prova su campionatura”.

## **LOTTO 2 – PANNOLONE SAGOMATO E MUTANDINA ELASTICIZZATA RIUTILIZZABILE**

### ***SILC S.p.A.***

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (Pannolone sagomato formato Grande), sub B (Pannolone sagomato formato Medio), sub C (Pannolone sagomato formato Piccolo), sub D (Mutandina elasticizzata riutilizzabile formato Grande) e sub E (Mutandina elasticizzata riutilizzabile formato Medio).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei seguenti prodotti offerti dalla Ditta per il Lotto 2 sub A e per il Lotto 2 sub D:

Nome commerciale: SOFFISOF STEP1 SAGOMATO TAGLIA SUPER Codice prodotto: 00192

Nome commerciale: MUTANDINA ELASTICIZZATA A RETE SOFFISOF LARGE Codice prodotto: 00019.CL

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

<b><u>Pannolone sagomato formato Grande:</u></b>	<b>valore/valutazione</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Test di velocità di acquisizione	8,70	3
Test di rewetting	0,0492	3
Test di capacità di assorbimento	17,74	4
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Test clinici documentati	presenti	1
Certificazione ambientale	presente	0,5
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	3
<b><u>Mutandina elasticizzata riutilizzabile formato Grande:</u></b>	<b>valutazione</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	1

### LOTTO 3 – PANNOLONE RETTANGOLARE FORMATO UNICO (CON BARRIERA)

#### **SANTEX S.p.A.**

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tale lotto di gara.

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 3:

Nome commerciale: EGOSAN CON BARRIERA IMPERMEABILE Codice prodotto: XREI-30

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,74	7
Test di rewetting	0,0811	7
Test di capacità di assorbimento	15,05	10
Test clinici documentati	presenti	0,5
Certificazione ambientale	presente	0,5

#### **SILC S.p.A.**

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tale lotto di gara.

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 3:

Nome commerciale: SOFFISOF CLASSIC RETTANGOLARE CON BARRIERA Codice prodotto: 00796

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	4,00	7
Test di rewetting	0,17	7
Test di capacità di assorbimento	14,42	10
Test clinici documentati	Non presenti	0
Certificazione ambientale	presente	0,5

#### **SERENITY S.p.A.**

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tale lotto di gara.

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 3:

Nome commerciale: PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA Codice prodotto: 00037806300000

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	2,48	3,5
Test di rewetting	0,0854	7
Test di capacità di assorbimento	11,93	10
Test clinici documentati	presenti	0,5
Certificazione ambientale	presente	0,5

## LOTTO 4 - TRAVERSA SALVA MATERASSO

### **FATER S.p.A.**

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (Traversa salvamaterasso imboccabile 80x180 cm), sub B (Traversa salvamaterasso non imboccabile 60x90 cm) e sub C (Traversa salvamaterasso non imboccabile 40x60cm).

Nome commerciale del sub lotto b) oggetto di valutazione: LINIDOR ULTRASOTTILE TRAVERSA SALVALETTO 60X90 Codice prodotto: 2701123

### **SANTEX S.p.A.**

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (Traversa salvamaterasso imboccabile 80x180 cm), sub B (Traversa salvamaterasso non imboccabile 60x90 cm) e sub C (Traversa salvamaterasso non imboccabile 40x60cm).

Nome commerciale del sub lotto b) oggetto di valutazione: EGOSAN Codice prodotto: XT160090C-30

### **SERENITY S.p.A.**

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (Traversa salvamaterasso imboccabile 80x180 cm), sub B (Traversa salvamaterasso non imboccabile 60x90 cm) e sub C (Traversa salvamaterasso non imboccabile 40x60cm).

Nome commerciale del sub lotto b) oggetto di valutazione: TRAVERSA SALVAMATERASSO 60x90 Codice prodotto: 00037642300500

La Commissione Giudicatrice, rilevato che per tale lotto non è prevista una valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", rimanda l'attribuzione dei punteggi qualità a successiva seduta.

## LOTTO 5 - PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI

### **FATER S.p.A.**

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (Pannolino mutandina per bambini da 0,5 a 1,5 KG), sub B (Pannolino mutandina per bambini da 1 a 2,5 KG), sub C (Pannolino mutandina per bambini da 2 a 5 KG), sub D (Pannolino mutandina per bambini da 3 a 6 KG), sub E (Pannolino mutandina per bambini da 4 a 9 KG), sub F (Pannolino mutandina per bambini da 7 a 18 KG), sub G (Pannolino mutandina per bambini da 11 a 25 KG) e sub H (Pannolino mutandina per bambini da 15 a 30 KG).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 5 sub D:

Nome commerciale: PAMPERS PROGRESSI MINI Codice prodotto: 2709069

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	<b>valutazione</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Test clinici documentati	presenti	<b>2,5</b>
Certificazione ambientale	presente	<b>0,5</b>
Dermoprotezione	presente	<b>3</b>

## LOTTO 6 - PANNOLONE A CINTURA

### **SANTEX S.p.A.**

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (formato Grande) e sub B (formato Medio).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 7 sub A:

Nome commerciale: EGOSAN NATURAL COMFORT LARGE-EXTRA Codice prodotto: XFL211B-30

Vengono di seguito riepilogati i valori desunti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	<b>valore/valutazione</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Test di velocità di acquisizione	5,5	<b>4</b>
Test di rewetting	0,06	<b>4</b>
Test di capacità di assorbimento	14,1	<b>6</b>
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	<b>0,5</b>
Test clinici documentati	presenti	<b>1</b>
Certificazione ambientale	presente	<b>0,5</b>
Dermoprotezione	presente	<b>1</b>
Sistema di controllo dell'odore	presente	<b>1,5</b>

## LOTTO 7 – ASSORBENTE PER SIGNORA

### **FATER S.p.A.**

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (tipo Notte) e sub B (tipo Giorno).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 7 sub A:

Nome commerciale: LINES PETALO BLU NOTTE ALI Codice prodotto: 2709521

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valutazione	Punteggio attribuito
Test clinici documentati	Non presenti	0
Certificazione ambientale	presente	1,5

**SILC S.p.A.**

La Ditta presenta regolare documentazione tecnica richiesta per tutti i sub lotti di gara: sub A (tipo Notte) e sub B (tipo Giorno).

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del seguente prodotto offerto dalla Ditta per il Lotto 7 sub A:

Nome commerciale: LAURELLA NOTTE CON ALI Codice prodotto: 00213

Vengono di seguito riepilogati i valori e le valutazioni derivanti da documentazione tecnica, da certificazioni e da test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valutazione	Punteggio attribuito
Test clinici documentati	Non presenti	0
Certificazione ambientale	presente	1,5

Nell'impossibilità di concludere i lavori, alle ore 14.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9.30 del giorno 12.08.2014 presso il Magazzino della Farmacia dell'Ospedale "G. Fracastoro" di San Bonifacio - Verona, per proseguire l'attività di valutazione della campionatura, secondo i parametri fissati negli atti di gara.

Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" dei concorrenti in idoneo locale, chiuso a chiave e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE:

Sig. Loris Zorzi



I COMPONENTI:

Dott.ssa Antonella Mosele



Dott.ssa Natalina Tonazzo



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE

Dott.ssa Lisa Brazzorotto

