

Lotto 14: Medicazione in poliuretano trasparente

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Eurofarm S.p.A.	Molnlycke HealthCare S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.	3M Italia S.p.A.	Smith&Nephew S.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.
Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture Vapour Transmission Rate)	9	9	6	6	8	ESCLUSA: non conformità al capitolato tecnico	5
Prove pratiche							
Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione)	7	3	7	7	7		4
Stabilità della medicazione in situ (capacità della medicazione di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arricciamenti per attrito o sfregamento)	9	4	9	9	9		7
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	7	4	7	7	7		4
Assenza di collanti sulla cute dopo rimozione	3	3	3	3	3		2
Misura reale della medicazione	2	2	2	2	2		2
Confezionamento							
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	1	3	3	3		2
TOT.	40	26	37	37	39		26

pubb
TD
TD
h

Lotto 28: Cerotto a nastro in seta

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Pietrasanta Pharma S.p.A.	Eurofarm S.p.A.	Luigi Salvadori S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.	Varimed S.r.l.	Artsana S.p.A.	PharmaGIC s.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.
Schede tecniche									
Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità	5	3	5	5	5	4	5		5
Prove pratiche									
Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale)	10	7	10	10	10	10	7		8
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	8	10	8	10	4	8		4
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	10	10	8	10	4	10		4
Confezionamento									
Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5	4	4	4	5	4	4		4
TOT.	40	32	39	35	40	26	34		25

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.

Lotto 29: Cerotto a nastro in tela

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Pietrasanta Pharma S.p.A.	Eurofarm S.p.A.	Luigi Salvadori S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.	Varimed S.r.l.	Artsana S.p.A.	PharmaGIC s.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.
Schede tecniche				ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40				ESCLUSA: non presenta campionatura richiesta da capitolato tecnico	
Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità	5	3	5	5	5	4	5		5
Prove pratiche									
Facilità di strappo	10	10	10	5	8	8	8		8
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	10	9	5	9	5	5		5
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	10	9	5	9	5	5		5
Confezionamento									
Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5	5	5	2	5	5	5		5
TOT.	40	38	38	22	36	27	28		28

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

I COMPONENTI:

Dott.ssa Daniela Barzan

Dott. Bruno Azzena

Dott. Alberto Cester

Dott.ssa Deborah Tormena

Sig. Dalmazio Vedelago

Dott.ssa Lisa Brazzorotto

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE:

