

**GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ELETTRODI PER
MONITORAGGIO IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV
DELLA REGIONE VENETO.**

**VERBALE DEL 12/06/2014
SECONDA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 12 del mese di giugno dell'anno 2014, alle ore 09,30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di elettrodi per monitoraggio.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 30 del 13/05/2013, è così composta:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Presidente: Ing. Anna Gelisio | Dirigente Ingegnere presso la S.C. Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, |
| - Componente: Sig.ra Daniela Mele | Coordinatore infermieristico di terapia intensiva Cardochirurgica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona |
| - Componente: Dr.ssa Katia Soncin | Coordinatore infermieristico U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lidia Pascucci, Collaboratore Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta riprendendo i lavori della precedente seduta riservata del 19 maggio 2014 come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

Preliminarmente, la Commissione prende visione di quanto dichiarato dalle Ditte in seguito alle richieste di chiarimenti e di ulteriore campionatura.

Si prende atto che le Ditte 3M, Fiab, Cercarta hanno presentato l'ulteriore campionatura, costituita da confezioni vuote di vendita, entro i termini previsti.

Si osserva che la ditta FIAB, nonostante la specifica richiesta di cui alla nota n 225962 del 26/05/2014 In cui si precisava, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, che la campionatura integrativa dovesse essere inviata in confezione di vendita, ha presentato per il lotto 2 un confezionamento secondario senza codice a barre, dove il lotto e la data di scadenza non erano stampigliati ma apposti con un'etichetta adesiva.

In seguito all'esame della campionatura fornita dalla ditta predetta, la Commissione decide di escludere la ditta FIAB dalle successive fasi di gara per il lotto 2, poiché la presenza del codice a barre sulla confezione secondaria è richiesta a pena di esclusione dal capitolato tecnico.

Circa la ditta AMBU, la Commissione aveva chiesto anche di voler specificare in quale parte dell'Offerta tecnica presentata per il lotto 6 si trovassero le informazioni relative al tempo di applicazione sul paziente.

La ditta ha risposto precisando i tempi di applicazione per ogni prodotto ed indicando che gli stessi erano riportati anche sul manuale d'uso allegato alla campionatura.

Nella seduta odierna la Commissione rinviene il foglietto con le indicazioni d'uso nello scatolone della campionatura, constatando l'esattezza di quanto dichiarato.

Poiché i tempi di applicazione sono compatibili con l'utilizzo previsto per ogni sublotto, la ditta AMBU viene ammessa alle fasi successive di gara per il lotto 6.

Per il lotto 4, la Commissione aveva chiesto alla Ditta 3M in quale parte della Scheda Tecnica fosse possibile rinvenire la richiesta dichiarazione di compatibilità con RM fino a tre Tesla.

La Ditta dichiara che l'elettrodo Red Dot 2244 è *"compatibile con l'uso in Risonanza solo alle seguenti condizioni: campo magnetico statico di 3 Tesla, gradiente spaziale di 720 Gauss/cm, scollegato da cavi e monitor"*.

La Ditta dichiara che tali indicazioni sono contenute nella documentazione tecnica confidenziale del prodotto. La Commissione riesamina la documentazione tecnica, non trovando i dati sopra citati.

Tuttavia, nel foglietto con le indicazioni d'uso allegato alla campionatura, è presente la seguente Avvertenza *"Questo dispositivo non è stato testato per l'utilizzo indagini di RMN.*

L'impiego di dispositivi conduttivi collegati al paziente e di fili conduttori ed elettrodi nelle procedure di RMN può causare gravi ustioni al paziente stesso. [...]".

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene di non ammettere la ditta 3M alle fasi successive di gara per il lotto 4, poiché non ha presentato la dichiarazione sulla compatibilità richiesta nel capitolato tecnico. Si rammenta che il Disciplinare, art. 2, nel paragrafo "Busta 2", lettera e) recita "Nella "Busta 2" dovranno essere inseriti i seguenti documenti: [...]ogni altra dichiarazione prevista nel Capitolato Tecnico per il prodotto specifico".

Si osserva, inoltre che, il lotto 4 è stato formulato appositamente per svolgere monitoraggi cardiaci durante gli esami di RMN, mentre quanto dichiarato dalla Ditta rivela che il prodotto offerto non è idoneo a tale uso.

Successivamente, si esamina l'ulteriore campionatura presentata dalle ditte FIAB e 3M, giudicandola conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

Per la ditta Ceracarta, non è apposta data scadenza nelle confezioni secondarie per i lotti n. 1,2,3 e 5. La data di scadenza è invece presente nella confezione del lotto 4.



Pertanto, la Ditta Ceracarta viene esclusa dalle successive fasi di gara per i lotti n. 1,2,3 e 5, poiché la presenza della data di scadenza sulla confezione secondaria è prevista a pena di esclusione dal Capitolato tecnico.

La Ditta è ammessa per il lotto 4.

La Commissione stabilisce che i campioni relativi ai prodotti giudicati idonei verranno distribuiti in alcuni reparti delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona sotto la supervisione diretta delle tre componenti. Al termine delle prove la Commissione si riunirà per esprimere i giudizi definitivi relativamente ai criteri di valutazione previsti dall'allegato 5 al Disciplinare di gara.


La seduta si conclude alle ore 11.40.

Presidente: Ing. Anna Gelisio

Componente: Sig.ra Daniela Mele

Componente: Dr.ssa Katia Soncin

Verbalizzante dr.ssa Lidia Pascucci



The block contains four handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed to the left. From top to bottom: 'Anna Gelisio', 'Daniela Mele', 'Katia Soncin', and 'Lidia Pascucci'.

