

**ARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ELETTRODI PER  
MONITORAGGIO IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV  
DELLA REGIONE VENETO.**

**VERBALE DEL 22/09/2014  
TERZA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 22 del mese di settembre dell'anno 2014, alle ore 09,30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di elettrodi per monitoraggio.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 30 del 13/05/2013, è così composta:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| - Presidente: Ing. Anna Gelisio   | Dirigente Ingegnere presso la S.C. Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedaliera di Padova,                                    |
| - Componente: Sig.ra Daniela Mele | Coordinatore infermieristico di terapia intensiva Cardochirurgica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona |
| - Componente: Dr.ssa Katia Soncin | Coordinatore infermieristico U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova                              |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lidia Pascucci, Collaboratore Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta riprendendo i lavori delle precedenti sedute riservate del 19 maggio 2014 e del 12 giugno 2014 come da relativi verbali, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

Il Presidente, riepilogando i lavori già svolti, prende atto che le Ditte 3M, Atesmedica e ID&CO hanno fatto pervenire, come richiesto dalla Stazione Appaltante, campionatura integrativa per il lotto 1 sub a), al fine di svolgere le prove in uso presso i reparti sotto la supervisione diretta delle tre componenti della Commissione.

La Commissione discute in misura ampia ed articolata n merito a quanto emerso a seguito delle prove effettuate sotto la propria supervisione diretta presso i reparti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona, relativamente ai lotti n. 1,2,3,4.

La Commissione constata che gli elettrodi offerti dalla ditta AMBU per il lotto n. 1 sub b) non sono provvisti di attacco a banana, così come previsto dal Capitolato tecnico. Pertanto, la ditta Ambu è esclusa dalle successive fasi di gara per il lotto n.1.

La seduta si conclude alle ore 14.00.

Presidente: Ing. Anna Gelisio

Componente: Sig.ra Daniela Mele

Componente: Dr.ssa Katia Soncin

Verbalizzante: dr.ssa Lidia Pascucci

*Anna Gelisio*

*Daniela Mele*

*Katia Soncin*

*Lidia Pascucci*