

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO -
AMBITO OSPEDALIERO, PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE DEL VENETO**

**VERBALE del 05/11/2015
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 5 del mese di novembre dell'anno 2015, alle ore 14:15 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a mezzo procedura aperta per la fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito - ambito ospedaliero, per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 61 del 09.07.2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 84 del 06.10.2015, risulta così composta:

- Presidente: Inf. Cesare COMBERLATO Coll. Prof. Sanitario, Referente Area Ospedaliera – Direzione delle Professioni Sanitarie presso l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino";
- Componente: Dott.ssa Marina BRATTINA Dirigente Amministrativo dell'Azienda ULSS 12 Veneziana, in distacco presso il Settore Sistema Informatico SSR – Sezione Controlli e Governo SSR della Regione del Veneto;
- Componente: Dott. Giuseppe SOLDÀ Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa U.O.A. di Geriatria presso l'Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana".

Per il CRAS è presente il Dott. Paolo De Zen.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione riprende, quindi, con la disamina della documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse alla gara, per la verifica della conformità ai requisiti minimi previsti negli atti di gara per ciascun Lotto/Sublotto.

La Commissione, in riferimento alla documentazione tecnica prodotta dalla ditta Medi-H-art S.r.l., ritiene di dover chiedere alla stessa ditta un chiarimento, in quanto il Capitolato tecnico (Art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI), in relazione al rispetto della resistenza al fuoco, prescrive la: *"Conformità secondo la classe 1 rispetto alla resistenza al fuoco. Per i sistemi dotati di parti imbottite (es. in schiuma) è richiesta la certificazione classe 1.IM per le parti interessate, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2002, titolo II art. 3 punto 3.2."*; la ditta Medi-H-art S.r.l., in proposito, ha allegato documentazione di conformità alla BS 7177 (normativa nazionale britannica); dato che ogni Paese può legiferare autonomamente nel settore degli imbottiti, la BS 7177 rappresenta sicuramente un riferimento per il Regno Unito ma non necessariamente per gli altri Paesi europei. Conseguentemente, è necessario richiedere alla Ditta di precisare da quali elementi della documentazione tecnica presentata è possibile desumere la conformità alla suddetta normativa italiana, richiesta dagli atti di gara.

La Commissione conviene di procedere con le prove pratiche dei dispositivi offerti, come previsto negli atti di gara e in particolare nel Disciplinare di gara (Art. 8 - *Prova delle tecnologie offerte*) e nell' Allegato 5 (*Elementi di valutazione dell'offerta*) allo stesso Disciplinare, richiedendo alle ditte concorrenti l'installazione *"a regola d'arte"* di un sistema completo (per ogni sub Lotto), rispondente a quanto presentato in sede di offerta, presso la Struttura Complessa U.O.A. di Geriatria, del Presidio Ospedaliero di Camposampiero (PD), per i giorni 24 e 25 novembre 2015.

Nell'impossibilità di terminare la valutazione qualitativa dei lotti di gara, alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 8:45 del 24.11.2015, presso la predetta Struttura Complessa U.O.A. di Geriatria, del Presidio Ospedaliero di Camposampiero (PD).




Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" in idoneo locale, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente: Inf. Cesare COMBERLATO

Handwritten signature of Inf. Cesare Comberlato in black ink, written over a horizontal line.

Componente: Dott.ssa Marina BRATTINA

Handwritten signature of Dott.ssa Marina Brattina in black ink, written over a horizontal line.

Componente: Dott. Giuseppe SOLDÀ

Handwritten signature of Dott. Giuseppe Soldà in black ink, written over a horizontal line.