

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO -  
AMBITO OSPEDALIERO, PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA  
REGIONE DEL VENETO**

---

**VERBALE del 15/01/2016  
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno 2016, alle ore 14:15 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a mezzo procedura aperta per la fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito - ambito ospedaliero, per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 61 del 09.07.2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 84 del 06.10.2015, risulta così composta:

- Presidente: Inf. Cesare COMBERLATO Coll. Prof. Sanitario, Referente Area Ospedaliera – Direzione delle Professioni Sanitarie presso l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino";
- Componente: Dott.ssa Marina BRATTINA Dirigente Amministrativo dell'Azienda ULSS 12 Veneziana, in distacco preso il Settore Sistema Informatico SSR – Sezione Controlli e Governo SSR della Regione del Veneto;
- Componente: Dott. Giuseppe SOLDÀ Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa U.O.A. di Geriatria presso l'Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana".

Per il CRAS è presente il Dott. Paolo De Zen.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prosegue i lavori riprendendo l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse alla gara e degli elementi acquisiti durante le prove pratiche.


La Commissione, in riferimento alla documentazione tecnica prodotta dalla ditta Medi-H-art S.r.l., ritiene di dover chiedere alla stessa ditta un chiarimento, in quanto il Capitolato tecnico prevede, tra i requisiti minimi a pena di esclusione, per tutti i lotti e sublotto posti in gara, che la superficie di supporto deve essere *"Dotata di capacità atta a garantire autonomia di almeno sei ore in caso di interruzione dell'energia elettrica, anche in relazione all'eventuale supporto in materiale schiumato"*.

In merito al predetto requisito, nella documentazione tecnica presentata in busta n. 2 dalla stessa Ditta, la Commissione ha individuato la seguente indicazione: *"La funzione TRANSPORT, grazie ad innovativi connettori con valvola di non ritorno, si attiva in pochi istanti, scollegando il materasso dall'Unità di Controllo senza la minima perdita di pressione e garantisce a lungo un adeguato supporto protettivo in bassa pressione costante"* (pag. 5 della documentazione tecnica sia del Lotto 1 che del Lotto 2).

Conseguentemente, ritiene necessario richiedere alla Ditta Medi-H-art S.r.l. di specificare in quale parte della documentazione tecnica inviata in busta 2, si possa ricavare il dato relativo all'autonomia di almeno sei ore in caso di interruzione dell'energia elettrica.

La Commissione, inoltre, in riferimento alla documentazione tecnica prodotta dalla ditta Zuccato S.r.l., ritiene di dover chiedere alla stessa ditta un chiarimento, in quanto il capitolato tecnico prevede, tra i requisiti minimi a pena di esclusione, che le *"celle attive (intese come soggette alla variazione alternata della pressione) devono avere un'altezza minima non inferiore a ... "* e seguono le misure minime per ciascun sublotto (14 cm, 18 cm, 18 cm e 20 cm).

I prodotti offerti dalla stessa Ditta, si caratterizzano per l'adozione della struttura "cella su cella" (pag. 39 della documentazione tecnica del Lotto 1 e pag. 45 della documentazione tecnica del Lotto 2): con tale soluzione le celle della parte inferiore agiscono come supporto in caso di blackout del sistema privo di materassino in schiuma. Dalla descrizione fornita, non è chiaro se la parte inferiore delle celle sia soggetta a variazione alternata della pressione.



Conseguentemente, è necessario richiedere alla Ditta di specificare in quale parte della documentazione tecnica inviata si possa ricavare il dato in argomento, richiesto tra i requisiti mini dal capitolato tecnico, ossia l'altezza minima delle celle attive intese come celle " ... soggette alla variazione alternata della pressione".

La Commissione, inoltre, ritiene opportuno rivedere tutti i dispositivi offerti dalle ditte concorrenti, ora custoditi presso il Magazzino Economale dell'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, sito in Schio (VI), idoneo in quanto adeguatamente allarmato, al fine di effettuare ulteriori verifiche, e in particolare per appurare l'autonomia dei sistemi antidecubito offerti dalle ditte Medi-H-Art S.r.l. e Vivisol S.r.l., in assenza corrente elettrica, nonché per prendere nuovamente visione del sistema "cella su cella" dei prodotti offerti dalla ditta Zuccato S.r.l..

Nell'impossibilità di terminare la valutazione qualitativa dei lotti di gara, alle ore 16:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 8.30 del 04.02.2016, presso il Magazzino Economale dell'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, sito in Schio (VI), Casa della Salute, Via Camillo de Lellis n. 1.

Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" in idoneo locale, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente: Inf. Cesare COMBERLATO



Componente: Dott.ssa Marina BRATTINA



Componente: Dott. Giuseppe SOLDÀ

