

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO -  
AMBITO OSPEDALIERO, PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA  
REGIONE DEL VENETO**

---

**VERBALE del 4 febbraio 2016  
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 4 del mese di febbraio dell'anno 2016, alle ore 8.30, presso il Magazzino Economale dell'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, sito in Schio (VI), Casa della Salute, Via Camillo de Lellis n. 1, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, a mezzo procedura aperta, per la fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito - ambito ospedaliero, per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 61 del 09.07.2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 84 del 06.10.2015, risulta così composta:

- Presidente: Inf. Cesare COMBERLATO Coll. Prof. Sanitario, Referente Area Ospedaliera – Direzione delle Professioni Sanitarie presso l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino";
- Componente: Dott.ssa Marina BRATTINA Dirigente Amministrativo dell'Azienda ULSS 12 Veneziana, in distacco presso il Settore Sistema Informatico SSR – Sezione Controlli e Governo SSR della Regione del Veneto;
- Componente: Dott. Giuseppe SOLDÀ Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa U.O.A. di Geriatria presso l'Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana";

Per il CRAS è presente il Dott. Paolo De Zen.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione si riunisce oggi presso il Magazzino Economale dell'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, sito in Schio (VI), in quanto ivi sono ora custoditi i sistemi antidecubito presentati da tutte le ditte i concorrenti alla gara, che, in occasione delle prove pratiche effettuate il 24 e 25 novembre 2015, presso la Struttura Complessa U.O.A. di Geriatria, del Presidio Ospedaliero di Camposampiero (PD), hanno acconsentito a lasciarli nella disponibilità della stessa Commissione per eventuali ulteriori verifiche.

Come stabilito in precedenza, la Commissione si riunisce oggi nella predetta struttura, al fine di effettuare ulteriori verifiche, e in particolare per appurare l'autonomia dei sistemi antidecubito offerti dalle ditte Medi-H-Art e Vivisol, in assenza corrente elettrica, nonché per prendere visione del sistema "cella su cella" dei prodotti offerti dalla ditta Zuccato.

In un ampio atrio adiacente al magazzino, vengono disposti in fila i sistemi antidecubito offerti dalla ditta Medi-H-Art per entrambi i lotti, il sistema antidecubito offerto dalla ditta Vivisol per il Lotto 2 ed il sistema antidecubito offerto dalla ditta Zuccato per il Lotto 2.

Preliminarmente, la Commissione prende atto dei chiarimenti pervenuti dalle ditte Medi-H-Art e Zuccato, di cui alle note acquisite al protocollo del CRAS, rispettivamente, n. 34434 e 34435 del 28.01.2016.

Si procede quindi con le operazioni di gonfiaggio di tutti i predetti sistemi. Raggiunta la funzione terapeutica, sui materassi delle ditte Medi-H-Art e Vivisol vengono posti dei pesi pari a kg. 85 (precisamente 3 sacchi di kg. 25 ciascuno, contenenti pastiglie di sale per addolcimento delle acque, oltre ad un disco da palestra di kg. 10). Raggiunta nuovamente la funzione terapeutica, alle ore 9.30 si procede, relativamente ai sistemi offerti dalla ditta Medi-H-Art, a togliere l'alimentazione elettrica al compressore del sistema relativo al Lotto 2, nonché a togliere l'alimentazione elettrica al compressore e a scollegare i tubi che collegano il materasso allo stesso compressore del sistema relativo al Lotto 1; quanto al sistema offerto dalla ditta Vivisol relativo al Lotto 2, si procede a togliere l'alimentazione elettrica al compressore.



In attesa di poter riscontrare l'autonomia dei sistemi in assenza di corrente, la Commissione procede al riesame del sistema offerto dalla ditta Zuccato per il Lotto 2, al fine di prendere visione della conformazione della struttura "cella su cella", tenuto conto anche dei chiarimenti pervenuti dalla ditta stessa. Successivamente, procede quindi alla stessa verifica sul dispositivo offerto di cui al Lotto 1.

Riscontra che, in entrambi i sistemi offerti, le celle soggette a funzione terapeutica si presentano separate a circa metà altezza da una saldatura; portato il sistema a funzione terapeutica, la parte inferiore della singola cella risulta statica e solamente la parte superiore è soggetta a variazione di pressione.

Alle ore 10:10 la Commissione accerta che il materasso offerto dalla ditta Vivisol è sgonfio (rimossi i pesi e stendendosi sullo stesso, si tocca col bacino il fondo del materasso). Si procede quindi a riportare lo stesso dispositivo in funzione terapeutica al fine di verificare l'autonomia secondo la modalità trasporto; alle ore 10:40 il sistema è di nuovo in funzione terapeutica e si procede quindi, dopo aver posizionato gli stessi pesi, a staccare l'alimentazione elettrica al compressore nonché i tubi che collegano il materasso allo stesso compressore.

Alle ore 12:30 la Commissione accerta che il materasso del sistema offerto al Lotto 2 dalla ditta Medi-H-Art è sgonfio (rimossi i pesi e stendendosi sullo stesso, si tocca col bacino il fondo del materasso).

Alle ore 13:30 la Commissione accerta che il materasso del sistema offerto dalla ditta Vivisol è nuovamente sgonfio (rimossi i pesi e stendendosi sullo stesso, si tocca col bacino il fondo del materasso).

Alle ore 15:30 la Commissione accerta che il materasso del sistema offerto al Lotto 1 dalla ditta Medi-H-Art è ancora sufficientemente gonfio (rimossi i pesi e stendendosi sullo stesso, non si tocca il fondo del materasso).

A conclusione delle verifiche effettuate, la Commissione provvede a controllare l'altezza delle celle di tutti i materassi offerti, procedendo quindi a tal fine ad attivare e a portare in funzione terapeutica anche i restanti sistemi antidecubito. Concluse le operazioni di misurazione, la Commissione riscontra che i dati forniti dalle ditte concorrenti nella documentazione tecnica sono corretti.

Concluse le operazioni odierne alle ore 16:00, i dispositivi vengono presi in consegna dal presidente della Commissione giudicatrice, che provvede a farli nuovamente custodire nello stesso magazzino.

La Commissione si aggiorna alla prossima seduta convenuta per il giorno 19.02.2016, alle ore 9.00, in Padova, presso la sede del CRAS, Passaggio Gaudenzio n. 1, per proseguire le operazioni di valutazione.

Presidente: Inf. Cesare COMBERLATO



Componente: Dott.ssa Marina BRATTINA



Componente: Dott. Giuseppe SOLDÀ

