

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO -
AMBITO OSPEDALIERO, PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE DEL VENETO**

**VERBALE del 04/03/2016
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 4 del mese di marzo dell'anno 2016, alle ore 14:30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a mezzo procedura aperta per la fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito - ambito ospedaliero, per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 61 del 09.07.2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 84 del 06.10.2015, risulta così composta:

- Presidente: Inf. Cesare COMBERLATO Coll. Prof. Sanitario, Referente Area Ospedaliera – Direzione delle Professioni Sanitarie presso l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino";
- Componente: Dott.ssa Marina BRATTINA Dirigente Amministrativo dell'Azienda ULSS 12 Veneziana, in distacco preso il Settore Sistema Informatico SSR – Sezione Controlli e Governo SSR della Regione del Veneto;
- Componente: Dott. Giuseppe SOLDÀ Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa U.O.A. di Geriatria presso l'Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana".

Per il CRAS è presente il Dott. Paolo De Zen.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione, conclusa la disamina della documentazione tecnica e acquisiti tutti gli elementi utili dalle prove pratiche, si riunisce oggi per continuare l'esame degli elementi di valutazione fin qui acquisiti, relativamente a tutti i lotti di gara.

La Commissione, a seguito del riesame della documentazione agli atti della ditta Zuccato S.r.l., osserva che:

- il capitolato tecnico prevede, tra i requisiti minimi a pena di esclusione, che le *"celle attive (intese come soggette alla variazione alternata della pressione) devono avere un'altezza minima non inferiore a ... "* e seguono le misure minime per ciascun subplotto (14 cm, 18 cm, 18 cm e 20 cm);
- i prodotti offerti dalla stessa Ditta, non rispettano l'altezza minima di celle attive, come previsto da capitolato;

- la stessa ditta non ha offerto elementi oggettivi e documentati idonei a dimostrare l'equivalenza terapeutica del sistema "cella su cella";

pertanto, ritiene che il sistema offerto non risponde ai requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico, a pena di esclusione.

Relativamente al sistema offerto dalla ditta Vivisol S.r.l., per il Lotto n. 2, dall'esame della documentazione agli atti e delle varie prove effettuate, osserva che:

- il Capitolato tecnico prevede, tra i requisiti minimi a pena di esclusione, per tutti i lotti e subplotti posti in gara, che la superficie di supporto deve essere *"Dotata di capacità atta a garantire autonomia di almeno sei ore in caso di interruzione dell'energia elettrica, anche in relazione all'eventuale supporto in materiale schiumato"*.

L'autonomia accertata è inferiore al minimo richiesto, sia in caso di mantenimento della connessione dei tubi al compressore, sia in caso di distacco degli stessi.

- il Capitolato tecnico prevede, all'Art.4 (Assistenza e manutenzione), che *"Il servizio di manutenzione dovrà garantire il mantenimento in efficienza di ciascun dispositivo, secondo il progetto gestionale presentato in sede di offerta con assistenza prestata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con interventi di manutenzione correttiva entro le 6 ore solari"*.



La ditta, nel progetto gestionale, garantisce l'intervento tecnico in 12 ore dalla richiesta e solo in caso di urgenza garantisce l'intervento entro 6 ore;
pertanto, ritiene che il sistema offerto non risponde ai requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico, a pena di esclusione.

La Commissione, sulla scorta dei lavori svolti nel corso delle precedenti riunioni e a seguito di accurata analisi di tutti gli elementi oggetto di valutazione, nel corso della seduta odierna, procede con la formulazione definitiva dei giudizi di valutazione qualitativa dei prodotti ritenuti conformi alle caratteristiche minime previste nel Capitolato tecnico, nei termini specificati nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato A) e di seguito riportati in sintesi:

LOTTO 1	SERVICE MED + Medi-H-art	
	ARJO	HUNTLEIGH
scheda e documentazione tecnica (punti 12)	9	7
prove pratiche a cura della commissione (punti 10)	10	5
progetto gestionale (punti 16)	15	8
MIGLIORIE (punti 2)	1	2
totale	35	22

LOTTO 2	SERVICE MED + Medi-H-art	
	+ARJO	HUNTLEIGH
scheda e documentazione tecnica (punti 12)	6,5	4,5
prove pratiche a cura della commissione (punti 10)	9,5	6
progetto gestionale (punti 16)	15	8
MIGLIORIE (punti 2)	1	2
totale	32	20,5

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riconsegna, quindi, al Responsabile unico del Procedimento tutta la documentazione tecnica esaminata, affinché la custodisca in luogo sicuro e protetto presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, fino alla prossima Seduta pubblica di gara, nel corso della quale - ai sensi del Disciplinare di gara - il Seggio di gara comunicherà i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche, procederà alla riparametrazione dei punteggi qualitativi assegnati secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara nonché all'apertura delle offerte economiche per l'assegnazione del punteggio relativo al prezzo, ai fini della formulazione, in via provvisoria, della graduatoria finale (secondo i punteggi di qualità e di prezzo ottenuti).

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente: Inf. Cesare COMBERLATO



Componente: Dott.ssa Marina BRATTINA



Componente: Dott. Giuseppe SOLDÀ

