

DITTA PRODUTTRICE		
MODELLO		
DITTA DISTRIBUTRICE		
ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMO MODELLO		
GENERAZIONE		
NUMERO DI REPERTORIO		
CND		
MAGNETE		
TIPO E INTENSITA'		
OMOGENEITA' DEL CAMPO MAGNETICO :	Omogeneità del campo magnetico statico su sfere di 30 cm con metodo di misura VRMS	
	Omogeneità del campo magnetico statico su sfere di 10 cm con metodo di misura VRMS	
FOV SUI TRE ASSI (CM)		
POSSIBILITA' DI AUTOSHIMMING DEL MAGNETE DISPONIBILE SU TUTTE LE TECNICHE D'ACQUISIZIONE (INCLUSE EPI)		
ALTRO		
CATENA DI RADIOFREQUENZA		
NUMERO CANALI INDIPENDENTI IN RICEZIONE		
ALTRO		
GRADIENTI		
INTENSITÀ MASSIMA SU SINGOLO ASSE (mT/m)		
SLEW RATE SU SINGOLO ASSE (mT/m/sec)		
TIPO DI SCHERMATURA DEI GRADIENTI		
SISTEMA PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE ACUSTICO DEL GRADIENTE		
CICLO DI CARICO ALLA MASSIMA INTENSITA CON GRADIENTI SCHERMATI (DUTY CYCLE %)		
RANGE INTENSITA' DEI GRADIENTI IN FUNZIONE DEL FOV		
ALTRO		
STUDI RM SUI SEGUENTI DISTRETTI ANATOMICI:		
GINOCCHIO		
GOMITO		
CAVIGLIA		
PIEDE		
SPALLA		
POLSO		
MANO		
CERVICALE		
LOMBARE		
ALTRO		
SEQUENZE E TECNICHE DI ACQUISIZIONE DATI		
GRADIENT ECHO CON IMAGING IN T1, T2		
SPIN ECHO CON IMAGING IN T1, T2, PD		
INVERSION RECOVERY		

TECNICHE DI SOPPRESSIONE DEL GRASSO QUALI: IR, STIR, FIR, FAT & WATER SEPARATION		
SPECIALI PER RIDUZIONE ARTEFATTI DERIVANTI DA PROTESI E/O CLIP METALLICHE		
ACQUISIZIONE VOLUMETRICA 3D		
POSSIBILITA' DI ANGOLAZIONE E DOPPIA ANGOLAZIONE SIA IN 2D CHE IN 3D		
ACQUISIZIONE FAST (O TURBO) SPIN ECHO CON POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE DEI SEGUENTI PARAMETRI: ECHO TRAIN, ECHO LENGHT, ECHO SHIFT		
TECNICA FAT SAT		
EVENTUALI TECNICHE DI RIEMPIMENTO K SPAZIO (SPECIFICARE QUALI)		
POSSIBILITA' DI GETSIONE DEL K SPAZIO CON TECNICHE RADIALI		
SINCRONIZZAZIONE RESPIRATORIA		
TECNICHE PER IMAGING ARTICOLARI (INCLUSA COLONNA)		
SPESSORE MINIMO DELLO STRATO IN 2D(MM)		
SPESSORE MINIMO DELLO STRATO IN 3D(MM)		
NUMERO MASSIMO DEGLI STRATI CONSECUTIVI IN 2D		
NUMERO MASSIMO DEGLI STRATI CONSECUTIVI IN 3D		
FOV SUI TRE ASSI (CM)		
VOLUME RENDERING PER RICOSTRUZIONI RADIALI E OBLIQUE		
ALTRO		
IMMAGINE		
MATRICE D'ACQUISIZIONE (PIXELS)		
MATRICE IN RICOSTRUZIONE DELL'IMMAGINE (PIXELS)		
ALTRO		
LETTINO		
LETTO PORTA PAZIENTE CHE PERMETTA IL CORRETTO/MIGLIORE POSIZIONAMENTO DELLA REGIONE ANATOMICA DA ESAMINARE RISPETTO A VOLUME ISOMAGNETICO		
CARICO SUPPORTABILE ASSICURANDO L'ACCURATEZZA DI POSIZIONAMENTO DICHIARATA (KG)		
ALTRO		
ELABORATORE DI CALCOLO		
CARATTERISTICHE		
MEMORIA HARD DISK (GB) (SPECIFICARE CAPACITÀ CON MATRICE 256X256)		
CD/DVD CON POSSIBILITÀ DI MASTERIZZARE "PATIENT CD"		
NUMERO, TIPOLOGIA E DIMENSIONE DEI MONITOR		

SCHEDA DI RETE ETHERNET PER COLLEGAMENTO ALLA RETE DATI		
POSSIBILITÀ DI PROTOCOLLI D'ESAME E SEQUENZE PERSONALIZZABILI		
SOFTWARE PER LA VISUALIZZAZIONE, L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI		
RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE BOBINE DI RICEZIONE		
BOBINE DEDICATE A RICONOSCIMENTO AUTOMATICO, PHASED ARRAY DI DIFFERENTI TIPI E GEOMETRIE		
SISTEMI DI SEGNALAZIONI DI CONDIZIONE DI MALFUNZIONAMENTO E ALLARME		
IMPIANTI /DISPOSITIVI DI SICUREZZA E LORO COMANDI DI ATTIVAZIONE IN SALA CONSOLLE COME DA NORMATIVA VIGENTE		
VISUALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI/DISPOSITIVI DI SICUREZZA E LORO COMANDI DI ATTIVAZIONE IN SALA CONSOLLE		
CLASSI DI SERVIZIO DICOM OFFERTE IN PARTICOLARE: DICOM STORE; DICOM WORKLIST; DICOM PRINT, DICOM QUERY/RETRIVE, MPPS, STORAGE COMMITMENT, VERIFICATION, BASIC PRINT		
ALTRO		
NORMATIVE		
MARCATURA (CE 93/42)		
MARCHI DI QUALITA'		
ACCESSORI DI SERIE		