



Cochlear®

Hear now. And always

SPETT.LE
Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità
Regione Veneto

INVIO TRAMITE PEC:
CRAS@pec.regione.veneto.it

Bologna, 12/07/2016
Rif. Int.: INT_VENETO_CRAS_2016_065_IC

**OGGETTO: Consultazione di mercato gara per la fornitura di IMPIANTI COCHLEARI in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto.**

La società Cochlear Italia S.r.l. con sede in Via Larga n. 33, 40138, Bologna, tel. n. 051
6015340 – Fax 051 6015386, PEC **gare_cochlearitalia srl@pcert.postecert.it**, C.F. e P.IVA
02504711207, essendo interessata a partecipare alla gara in oggetto, allega alla presente:

- Osservazioni alla bozza di capitolato.

Distinti saluti,

Carlo Martinelli
Legale Rappresentante
Cochlear Italia Srl

COCHLEAR ITALIA SRL
Via Larga, 33
40138 BOLOGNA
ITALIA
P.I. e C.F. 02504711207



Cochlear®

Hear now. And always

OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI CAPITOLATO

Nelle **caratteristiche generali** delle **specifiche tecniche dei lotti**, la dicitura: "fornitura del modello più recente" è troppo generica.

Si consiglia di indicare: "che il prodotto offerto sia l'ultimo immesso in commercio in Italia", chiedendo alle aziende partecipanti di specificare la data.

Nella descrizione tecnica del lotto 3 ABL viene riportato "la componente interna, considerata la collocazione anatomica deve avere una placca porta elettrodi di dimensioni preferibilmente inferiori agli **8 mm**". Secondo quale dato o pubblicazione si è scelta quella misura, visto che esclude a priori uno dei concorrenti (che ha la casistica maggiore nel mondo)?

Inoltre si segnala che nel lotto 3 ABL non si parla di magneti removibile per la Risonanza Magnetica.