

Tabella lotto 1

Tabella lotto 1

CRITERI DI VALUTAZIONE												PUNTEGGI	
documentazione tecnica	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²)	6	Nome commerciale: BARD MESH standard sub a 0112680 sub b 0112720 sub c 0112660	Nome commerciale: WILLOMESH sub a 26011 sub b 26013 sub c 26017	Nome commerciale: ANGIMESH sub a A1-8x15 sub b A1-15x15 sub c A1-25x35	Nome commerciale: RETE DI PROLENE sub a PMS3 sub b PMP3 sub c PML3	Nome commerciale: PREMILENE MESH sub a 1064315 sub b 1064435 sub c 1064465						
documentazione tecnica	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)	6	2	6	2	5	5						
documentazione tecnica	spessore della rete	6	3	5	3	3	3						
documentazione tecnica	disponibilità di misure diverse proposte a listino	2	1	1,5	0	1	2						
prove	memoria di forma	3	2	1	1	3	3						
prove	elasticità bidirezionale	5	5	2	2	5	5						
prove	facilità di taglio	3	3	1	1	3	3						
prove	sfiacciatura dopo taglio	5	5	2	0	4	4						
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	4	3	0	0	4	3						
		40	28	22,5	14	33	34						

Visto l'art. 7 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare le ditte Fermed S.r.l. e Angiologica B.M. S.r.l., con riferimento al lotto 1, avendo conseguito punteggi qualità complessivi rispettivamente pari a 22,5/40 e 14/40, inferiori al minimo previsto di 24/40, vengono escluse dalla gara.

Tabella lotto 2

Tabella lotto 2									
CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTEGGI				
documentazione tecnica	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)	6	Nome commerciale BARD MESH PRESAGOMATA sub a 0113700 6x 13 senza foro sub a 0113710 6x 13 con foro		Bard S.p.A.	Nome commerciale ANGIMESH 1 PRE sub a PRE1	Nome commerciale RETE DI PROLENE PRETAGLIATA sub a PMSK3	Nome commerciale PREMILENE MESH PRI SAG/FORO sub a 10643 'S	
documentazione tecnica	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)	6	0		4	6	6	6	
documentazione tecnica	spessore della rete	6	5		4	6	6	6	
documentazione tecnica	disponibilità di misure diverse proposte a listino	6	3		5	4	6	6	
prove	memoria di forma	3	3		0	5	3	3	
prove	elasticità bidirezionale	5	3		2	5	5	5	
prove	rifinitura dei margini	4	3		3	4	4	3	
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	4	3		0	4	4	3	
		40	22	19	37	38			

Visto l'art. 7 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare le ditte Bard S.p.A. e Angiologica B.M. S.r.l., con riferimento al lotto 2, avendo conseguito punteggi qualità complessivi rispettivamente pari a 22/40 e 19/40, inferiori al minimo previsto di 24/40, vengono escluse dalla gara.

M. G. S. R. P. S.

Tabella lotto 4

CRITERI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGI		Nome commerciale REPOL PLUG FLOWER	Nome commerciale T E9
					Angiologica B.M. S.r.l.	Dipro Medical Devices S.r.l.
<i>documentazione tecnica</i>	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)	12	12		12	11
<i>documentazione tecnica</i>	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)	12			4	12
<i>documentazione tecnica</i>	spessore della rete	7			7	7
<i>documentazione tecnica</i>	varietà di misure	5			3	5
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	4			2	4
			40		28	39

M. G. Di C. P. B.

Tabella lotto 5

CRITERI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGI		Nome commerciale: ULTRAPRO PLUG
documentazione tecnica	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)		5		5
documentazione tecnica	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)		5		5
documentazione tecnica	spessore della rete		5		5
documentazione tecnica	quantità del materiale residuo dopo riassorbimento		5		5
documentazione tecnica	varietà di misure		4		4
prove	memoria di forma		3		3
prove	elasticità bidirezionale		5		5
prove	rifinitura dei margini		4		4
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)		4		4
			40		40

M. G. Li. & R. H.

Tabella lotto 6

CRITERI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGI		Nome commerciale: ULTRAPRO sub a UMS3 sub b UMP3
					Johnson&Johnson Medical S.p.A.
<i>documentazione tecnica</i>	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)		5		5
<i>documentazione tecnica</i>	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)		5		5
<i>documentazione tecnica</i>	spessore della rete		5		5
<i>documentazione tecnica</i>	quantità del materiale residuo dopo riassorbimento		5		5
<i>documentazione tecnica</i>	disponibilità di misure diverse proposte a listino		2		2
<i>prove</i>	memoria di forma		3		3
<i>prove</i>	elasticità bidirezionale		4		4
<i>prove</i>	facilità di taglio		3		3
<i>prove</i>	sfilacciatura dopo taglio		4		4
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)		4		4
			40		40

M. de L. CF R B

Tabella lotto 7

CRITERI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGI		Nome commerciale ADHESIX sub a 0119340 Bard S.p.A.	Nome commerciale PARIETENE PROGRIP sub a PP1208DR dx PP1208DL sx Covidien Italia S.p.A.
<i>documentazione tecnica</i>	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)		6			
<i>documentazione tecnica</i>	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)		6		6	5
<i>documentazione tecnica</i>	spessore della rete		6		3	6
<i>documentazione tecnica</i>	disponibilità di misure diverse proposte a listino		4		6	3
<i>prove</i>	memoria di forma		3		4	2
<i>prove</i>	elasticità bidirezionale		5		0	3
<i>prove</i>	rifinitura dei margini		2		0	5
<i>prova</i>	facilità posizionamento e adattabilità al sito anatomico		4		1	2
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)		4		0	4
			40		3	4
					23	34

Visto l'art. 7 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare la ditta Bard S.p.A., con riferimento al lotto 7, avendo conseguito un punteggio qualità complessivo pari a 23/40, inferiore al minimo previsto di 24/40, viene esclusa dalla gara.

M. Gr. Li. G. R. B.

Tabella lotto 8

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI			
<i>documentazione tecnica</i>	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)	4	5		
<i>documentazione tecnica</i>	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)	3	5		
<i>documentazione tecnica</i>	spessore della rete	4	5		
<i>documentazione tecnica</i>	varietà di misure	1	2		
<i>prove</i>	memoria di forma	3	3		
<i>prove</i>	elasticità bidirezionale	5	3		
<i>prove</i>	facilità di taglio	0	3		
<i>prove</i>	sfilacciatura dopo taglio	0	5		
<i>prove</i>	facilità di identificazione del lato viscerale	3	3		
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)				
		3	4	26	40
				38	
				4	19
				23	

Visto l'art. 7 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare le ditte W.L. Gore & Associati S.r.l. e Herniamesh S.r.l., con riferimento al lotto 8, avendo conseguito punteggi qualità complessivi rispettivamente pari a 23/40 e 19/40, inferiori al minimo previsto di 24/40, vengono escluse dalla gara.

M. G. Li. R. R. R.

Tabella lotto 9

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI	Nome commerciale				Nome commerciale		Nome commerciale		Nome commerciale	
documentazione tecnica		peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)	INTRAMESH Sub a 15x 15 Sub b 20x 20 Sub c 30x30		COMBIMESH PLUS Sub a BMP-A9-10x15 Sub b BMP-A9-15x20 Sub c BMP-A9-20x30		OMYRAMESH B. Braun Milano S.p.A.		DYNAMESH-IPOM Sub a 26.1700.1015 Sub b 26.1700.1520 Sub c 26.1700.2030		PARIETEX OPTIMIZE COMPOSITE MESH Sub a 10x15 Sub b 15x20 Sub c 20x30	
documentazione tecnica		porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)	A.s.s.o. Hospital S.r.l.		Angiologica B.M. S.r.l.		B. Braun Milano S.p.A.		Distrex S.p.A.		Covidien Italia S.p.A.	
documentazione tecnica		spessore della rete									0	
documentazione tecnica		disponibilità di misure diverse proposte a listino									0	
prove		memoria di forma									0	
prove		elasticità bidirezionale									2	
prove		facilità di taglio									0	
prove		sfilacciatura dopo taglio									2	
prove		facilità di identificazione del lato viscerale									3	
prove		trasparenza									2	
prove		facilità di posizionamento e fissaggio									5	
prove		facile inserimento nei trocar laparoscopici									2	
confezione		qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)									2	
											4	
											22	

Visto l'art. 1 "Oggetto della fornitura e quantità" del Capitolato d'oneri contenente la descrizione tecnica del lotto 9, i prodotti presentati dalle ditte A.s.s.o. Hospital S.r.l., Angiologica B.M. S.r.l., B. Braun Milano S.p.A., Distrex S.p.A. sono valutati non conformi e, pertanto, vengono escluse dalla gara.

Visto l'art. 7 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare la ditta Covidien Italia S.p.A. con riferimento al lotto 9, avendo conseguito punteggi qualità complessivo pari a 22/40, inferiore al minimo previsto di 24/40, viene esclusa dalla gara.

M. G. L. R. P. H.

Tabella lotto 10

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI	Nome commerciale BARD VENTRALIGHT ST Sub a 5954460 10,2X15,2 Sub b 5954460 15,2X20,3 Sub c 5954810 20,3X25,4	Nome commerciale INTRAMESH T1 Sub a FBIOT11015 Sub b FBIOT11520 Sub c FBIOT12025	Nome commerciale C.QUR Sub a 31528 10X15 Sub b 31533 15X20 Sub c 31537 20,5X30,5	Nome commerciale PROCEED Sub a PCDN1 Sub b PCDG1 Sub c PCDH1 20x25
			Bard S.p.A.	A.s.s.o. Hospital S.r.l.	Maquet Italia S.p.A	Johnson&Johnson Medical S.p.A.
documentazione tecnica	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)	3	2		1	3
documentazione tecnica	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)	3	2		2	3
documentazione tecnica	spessore della rete	3	3		1	2
documentazione tecnica	quantità del materiale residuo dopo riassorbimento	3	0		2	2
documentazione tecnica	disponibilità di misure diverse proposte a listino	2	2		2	2
prove	memoria di forma	2	1		0	2
prove	elasticità bidirezionale	2	0		1	0
prove	facilità di taglio	2	1		1	2
prove	sfilacciatura dopo taglio	3	2		2	3
prove	facilità di identificazione del lato viscerale	2	2		2	2
prove	trasparenza	5	2		2	3
prove	facilità di posizionamento e fissaggio	3	1		1	3
prove	facile inserimento nel trocar laparoscopici	3	1		1	3
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	4	3		3	3
		40	22		21	33

Visto l'art. 7 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare le ditte Bard S.p.A. e Maquet Italia S.p.A., con riferimento al lotto 10, avendo conseguito punteggi qualità complessivi rispettivamente pari a 22/40, 21/40, inferiori al minimo previsto di 24/40, vengono escluse dalla gara.

Visto l'art. 1 "Oggetto della fornitura e quantità" del Capitolato d'oneri contenente la descrizione tecnica del lotto 10, il prodotto presentato dalla ditta A.s.s.o. Hospital S.r.l. viene valutato non conforme e, pertanto, viene esclusa dalla gara.




  

Tabella lotto 11

CRITERI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGI		Nome commerciale PHYSIOMESH Sub a PHY1520V Sub b PHY2030R	Nome commerciale OMYRA MESH Sub a 1061522 15x22 Sub b 1062030
<i>documentazione tecnica</i>	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)	4	4		4	1
<i>documentazione tecnica</i>	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)	4	4		4	1
<i>documentazione tecnica</i>	spessore della rete	4	4		2	4
<i>documentazione tecnica</i>	disponibilità di misure diverse proposte a listino	2	2		2	1
<i>prove</i>	memoria di forma	2	2		2	1
<i>prove</i>	elasticità bidirezionale	2	2		0	0
<i>prove</i>	facilità di taglio	2	2		2	1
<i>prove</i>	sfilacciatura dopo taglio	3	3		3	3
<i>prove</i>	trasparenza	5	5		5	5
<i>prove</i>	facilità di posizionamento e fissaggio	4	4		4	1
<i>prove</i>	facile inserimento nei trocar laparoscopici	4	4		4	1
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	4	4		4	4
			40	36	23	

Visto l'art. 7 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare la ditta B. Braun Milano S.p.A., con riferimento al lotto 11, avendo conseguito un punteggio qualità complessivo pari a 23/40, inferiore al minimo previsto di 24/40, viene esclusa dalla gara.

M. Gh. Di. G. R. A.

Tabella lotto 12

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI		Nome commerciale VENTRALEX ST Sub a 5950007 Sub b 5950008	Nome commerciale 2P UCMC Sub a UCMCI-0.45 Sub b UCMCI-0.64	Nome commerciale PROCEED VENTRAL PATCH Sub a PVPS Sub b PVPM
documentazione tecnica	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)	6		1	5	6
documentazione tecnica	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)	6		2	6	5
documentazione tecnica	spessore della rete	6		3	5	6
documentazione tecnica	disponibilità di misure diverse proposte a listino	6		3	6	0
prove	memoria di forma	6		6	6	6
prove	facilità di posizionamento e fissaggio	5		1	5	4
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5		4	5	4
		40		20	38	31

Visto l'art. 7 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare la ditta Bard S.p.A., con riferimento al lotto 12, avendo conseguito un punteggio qualità complessivo pari a 20/40, inferiore al minimo previsto di 24/40, viene esclusa dalla gara.

M. G. Di R. M.

Tabella lotto 13

CRITERI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGI		Nome commerciale PARIETEX COMPOSITE	Nome commerciale CRURA SOFT PATCH	Nome commerciale Covidien Italia S.p.A.
documentazione tecnica	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)		4			0	0
documentazione tecnica	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)		4			2	0
documentazione tecnica	spessore della rete		4			2	0
documentazione tecnica	varietà di misure		5			5	4
prove	memoria di forma		2			2	2
prove	elasticità bidirezionale		2			0	0
prove	rifinitura dei margini		2			2	2
prove	facilità di identificazione del lato viscerale		2			2	2
prove	trasparenza		5			0	5
prove	facilità di posizionamento e fissaggio		3			3	2
prove	facile inserimento nei trocar laparoscopici		3			3	3
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)		4			3	4
			40			24	24

M. G. R. C. R. M.

Tabella lotto 14

CRITERI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGI		Nome commerciale	Nome commerciale
documentazione tecnica	resistenza alla trazione		5		COLLAMEND FM IMPLANT Sub a 1175112 10,2X15,2 Sub b 1175113 15,2X20,3 Sub c 1175115 20,3X25,4	PERMACOL Sub a 5115-100 Sub b 5152-100 15x20 Sub c 5230-150
documentazione tecnica	punto di rottura		5			
documentazione tecnica	elasticità (modulo di young)		5			
documentazione tecnica	disponibilità di misure e spessori diversi proposti a listino		7			
documentazione tecnica	Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti		4			
prove	maneggevolezza		3			
prove	utilizzo laparoscopico		3			
documentazione tecnica	durata della sterilità (shelf life)		4			
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)		4			
			40			
					Bard S.p.A.	Covidien Italia S.p.A.
					0	0
					0	0
					0	0
					2	7
					2	3
					2	3
					3	3
					2	4
					3	4
					14	24

Visto l'art. 7 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare la ditta Bard S.p.A., con riferimento al lotto 14, avendo conseguito un punteggio qualità complessivo pari a 14/40, inferiore al minimo previsto di 24/40, viene esclusa dalla gara.

M. G. Di G. P. M.

Tabella lotto 15

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI	Nome commerciale STRATITICE Sub a 1016002EU 10X 16 Sub b 1620002EU 16X 20 Sub c 2030002EU 20X 30	Nome commerciale EGIS Sub a EG15-15 10X15 Sub b EG21-15 21X12 Sub c EG30-15 21X30
documentazione tecnica	resistenza alla trazione	5	0	5
documentazione tecnica	punto di rottura	5	5	3
documentazione tecnica	elasticità (modulo di young)	5	4	4
documentazione tecnica	disponibilità di misure e spessori diversi proposti a listino	7	7	7
documentazione tecnica	Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti	4	3	4
prove	maneggevolezza	3	3	3
prove	utilizzo laparoscopico	3	3	3
documentazione tecnica	durata della sterilità (shelf life)	4	2	4
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	4	4	2
		40	31	35

M. G. L. R. M.

Tabella lotto 16

Tabella lotto 16

Nome commerciale VERITAS Sub a RM0407 4X7 Sub b RM0816 8X 16 Baxter S.p.A.		
CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI
documentazione tecnica	resistenza alla trazione	5
documentazione tecnica	punto di rottura	5
documentazione tecnica	elasticità (modulo di young)	5
documentazione tecnica	disponibilità di misure diverse proposte a listino	7
documentazione tecnica	Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti	6
prove	maneggevolezza	4
documentazione tecnica	durata della sterilità (shelf life)	4
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	4
		40
		25

M. Di R.

Tabella lotto 17

CRITERI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGI		Nome commerciale PERMACOL PASTE Covidien Italia S.p.A.	Nome commerciale PRESSFIT Deco med S.r.l.
documentazione tecnica	integrazione tissutale		8		0	4
documentazione tecnica	durata della sterilità (shelf life)		6		3	6
documentazione tecnica	varietà di misure e spessori		8		8	2
documentazione tecnica	semplicità nell'applicazione		8		8	4
prove	garanzia di stabilità dopo posizionamento		6		4	4
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)		4		4	4
			40		27	24

M. F. Di C. R. R. R.

Tabella lotto 18

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI	Nome commerciale BARD CK PARASTOMAL PATCH	Nome commerciale 2P PCMC	Nome commerciale RETE PER COLOSTOMIA	Nome commerciale DYNAMESH-IPST	Nome commerciale PARITEX PARASTOMAL
documentazione tecnica	peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m ²)	6	Bard S.p.A.	Dipro Medical Devices S.r.l.	Herniamesh S.r.l.	Distrex S.p.A.	Covidien Italia S.p.A.
documentazione tecnica	porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %)	6	0			4	
documentazione tecnica	spessore della rete	6	5			5	
documentazione tecnica	varietà di misure	4	0			5	
prove	memoria di forma	2	4			4	
prove	elasticità bidirezionale	2	2			2	
prove	trasparenza	2	2			2	
prove	facilità di identificazione del lato viscerale	4	0			2	
prove	facilità di posizionamento e fissaggio	4	4			4	
confezione	qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	4	4			4	
		40	3			4	
			24				
						36	

Visto l'art. 1 "Oggetto della fornitura e quantità" del Capitolato d'oneri contenente la descrizione tecnica del lotto 18, i prodotti presentati dalle ditte Dipro Medical Devices S.r.l., Herniamesh S.r.l. e Covidien Italia S.p.A., sono valutati non conformi e, pertanto, vengono escluse dalla gara.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Avv. Nicola De Conti

I COMPONENTI:

Dott. Ferdinando Agresta

Dott. Enrico Cian

Dott.ssa Chiara Filippi

Dott. Pierluigi Pilati

Dott.ssa Lisa Brazzorotto

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Luca De Conti
Ferdinando Agresta
Enrico Cian
Chiara Filippi
Pierluigi Pilati
Lisa Brazzorotto