

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DEL 14 NOVEMBRE 2014
IV^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 14 del mese di novembre dell'anno 2014, alle ore 8.30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di reti chirurgiche in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 32 del 20.05.2014.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 54 del 12.09.2014, risulta così composta:

- | | |
|--|---|
| - Presidente: Avv. Nicola De Conti | Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, |
| - Componente: Dott. Ferdinando Agresta | Responsabile U.O. di Chirurgia dell'Azienda Ulss 19 di Adria, |
| - Componente: Dott. Enrico Cian | Responsabile U.O. di Chirurgia Generale dell'Azienda Ulss 2 di Feltre, |
| - Componente: Dott.ssa Chiara Filippi | Dirigente Farmacista presso la Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, |
| - Componente: Dott. Pierluigi Pilati | Responsabile U.O. Chirurgia dell'Azienda Ulss 16 di Padova. |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

La Commissione, preliminarmente, prende atto che con note del 06.11.2014 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Responsabile Unico del Procedimento, sono stati richiesti i chiarimenti, il cui contenuto è precisato nei verbali delle sedute precedenti a quella odierna, alle seguenti Ditte:

- Bard S.p.a. per i lotti nn. 2, 10, 13, 14 e 18
- A.s.s.o. Hospital S.r.l. per il lotto n. 10
- Johnson&Johnson Medical S.p.a. per il lotto n. 10
- W.L. Gore & Associati S.r.l. per il lotto n. 8
- Distrex S.p.a. per il lotto n. 15
- Covidien Italia S.p.a. per i lotti nn. 9, 13, 14, 17 e 18
- Baxter S.p.a. per il lotto n. 16
- Deco med S.r.l. per il lotto n. 17

La Commissione prende atto che sono pervenuti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro il termine previsto dell'11.11.2014, i chiarimenti da parte di tutte le ditte.

Detti chiarimenti, agli atti del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e che qui devono intendersi integralmente richiamati unitamente ai verbali delle sedute riservate del 21.10.2014, del 23.10.2014 e del 04.11.2014, consentono di attribuire i punteggi, come di seguito.

**LOTTO 2 – RETE IN POLIPROPILENE PREFORMATA PER ERNIA INGUINALE:
Sub A 5 x 12 cm (+/-2 cm).**

Bard S.p.A.

Prodotto: BARD MESH PRESAGOMATA

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²): non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Bard S.p.A.

Prodotto: BARD MESH PRESAGOMATA

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: buona. Punteggio 2

Elasticità bidirezionale: buona elasticità bidirezionale. Punteggio 3

Rifinitura dei margini: buona. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta singola, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, buono peel open. Punteggio 3

Angiologica B.M. S.r.l.

Prodotto: ANGIMESH 1 PRE

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: sufficiente. Punteggio 1

Elasticità bidirezionale: sufficiente elasticità bidirezionale. Punteggio 2

Rifinitura dei margini: buona. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, non presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, scarso peel open. Punteggio 0

Johnson&Johnson Medical S.p.A.

Prodotto: RETE DI PROLENE PRETAGLIATA

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: ottima. Punteggio 3

Elasticità bidirezionale: ottima elasticità bidirezionale. Punteggio 5

Rifinitura dei margini: ottima. Punteggio 4

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta singola, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

B. Braun Milano S.p.A.

Prodotto: PREMILENE MESH PRESAG/FORO

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: ottima. Punteggio 3

Elasticità bidirezionale: ottima elasticità bidirezionale. Punteggio 5

Rifinitura dei margini: buona. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta singola, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, buono peel open. Punteggio 3

LOTTO 8 – RETI DA POTER PORRE A CONTATTO CON VISCERI CON LATO ANTIADERENZIALE IN PTFE:

Varie misure.

W.L. Gore & Associati S.r.l.

Prodotto: GORE DUAL MESH

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m^2): non è rinvenibile nella documentazione tecnica in quanto il peso indicato è riferito alle caratteristiche dell'imballaggio. Punteggio 0

Porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %): 3 micron. Punteggio 1

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Bard S.p.A.

Prodotto: COMPOSIX L/P MESH

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: ottima. Punteggio 3

Elasticità bidirezionale: ottima elasticità bidirezionale. Punteggio 5

Facilità di taglio: non ritagliabile per la conformazione del prodotto, confermato dal foglietto illustrativo. Punteggio 0

Sfilacciatura dopo taglio: non valutabile in quanto non ritagliabile per la conformazione del prodotto, confermato dal foglietto illustrativo. Punteggio 0

Facilità di identificazione del lato viscerale: presente. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta singola, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, buono peel open. Punteggio 3

B. Braun Milano S.p.A.

Prodotto: OMYRA MESH

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: ottima. Punteggio 3

Elasticità bidirezionale: sufficiente elasticità bidirezionale. Punteggio 3

Facilità di taglio: ottima. Punteggio 3

Sfilacciatura dopo taglio: assente. Punteggio 5

Facilità di identificazione del lato viscerale: presente. Punteggio 3

Confezione: Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta singola, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

W.L. Gore & Associati S.r.l.

Prodotto: GORE DUAL MESH

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: non adeguata, quasi assente. Punteggio 1

Elasticità bidirezionale: sufficiente elasticità bidirezionale. Punteggio 3

Facilità di taglio: ottima. Punteggio 3

Sfilacciatura dopo taglio: assente. Punteggio 5

Facilità di identificazione del lato viscerale: presente. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

Herniamesh S.r.l.

Prodotto: RELI MESH

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: sufficiente. Punteggio 2

Elasticità bidirezionale: assente elasticità bidirezionale. Punteggio 0

Facilità di taglio: sufficiente. Punteggio 1

Sfilacciatura dopo taglio: presente. Punteggio 1

Facilità di identificazione del lato viscerale: presente. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

LOTTO 9 – RETI IN POLIESTERE PER RIPARAZIONE DI LAPAROCOLI ANCHE PER VIA LAPAROSCOPICA CON RIVESTIMENTO ANTIADERENZIALE PER IL CONTATTO CON I VISCERI:

Sub A 10 x 15 cm (+/-1 cm), Sub B 15 x 20 cm (+/-1 cm), Sub C 20 x 30 cm (+/-5 cm).

Covidien Italia S.p.A.

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di non poter valutare la scheda tecnica allegata alla nota in quanto trattasi di nuova documentazione non prodotta in gara, che peraltro non contiene i dati richiesti.

La Commissione decide di proseguire con la valutazione qualitativa sulla base della documentazione tecnica e dalla campionatura presentate in gara dalla Ditta.

Prodotto: PARIETEX OPTIMIZE COMPOSITE MESH

Documentazione tecnica:

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²): non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %): non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Spessore della rete: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Disponibilità di misure diverse proposte a listino: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: buona. Punteggio 2

Elasticità bidirezionale: assente. Punteggio 0

Facilità di taglio: ottima. Punteggio 2

Sfilacciatura dopo taglio: assente. Punteggio 3

Facilità di identificazione del lato viscerale: presente. Punteggio 2

Trasparenza: ottima. Punteggio 5

Facilità di posizionamento e fissaggio: non ottimale. Punteggio 2

Facile inserimento nei trocar laparoscopici: non ottimale. Punteggio 2

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

LOTTO 10 – RETI IN POLIPROPILENE PER RIPARAZIONE DI LAPAROCOLI ANCHE PER VIA LAPAROSCOPICA CON RIVESTIMENTO ANTIADERENZIALE PER IL CONTATTO CON I VISCERI PARZIALMENTE RIASSORBIBILE:

Sub A 10 x 15 cm (+/-1 cm), Sub B 15 x 20 cm (+/-1 cm), Sub C 20 x 30 cm (+/-5 cm).

Bard S.p.A.

Prodotto: BARD VENTRALIGHT ST

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Quantità del materiale residuo dopo riassorbimento: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

A.s.s.o. Hospital S.r.l.

Prodotto: INTRAMESH T1

Il prodotto **INTRAMESH T1** della Ditta **A.s.s.o. Hospital S.r.l.** dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta non conforme in quanto la ditta a seguito di chiarimento dichiara che trattasi di una rete non riassorbibile.

Johnson&Johnson Medical S.p.A.

Prodotto: PROCEED

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Quantità del materiale residuo dopo riassorbimento: dopo sei mesi rimane soltanto lo strato in polipropilene. Punteggio 2

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Bard S.p.A.

Prodotto: BARD VENTRALIGHT ST

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: buona. Punteggio 1

Elasticità bidirezionale: non elastica. Punteggio 0
Facilità di taglio: buona. Punteggio 1
Sfilacciatura dopo taglio: lieve. Punteggio 2
Facilità di identificazione del lato viscerale: presente. Punteggio 2
Trasparenza: sufficiente. Punteggio 2
Facilità di posizionamento e fissaggio: sufficienti. Punteggio 1
Facile inserimento nei trocar laparoscopici: sufficiente. Punteggio 1

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta singola, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, buono peel open. Punteggio 3

Maquet Italia S.p.A.

Prodotto: C.QUR

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: conservata ma non sufficiente perché tende ad attaccarsi con se stessa. Punteggio 0
Elasticità bidirezionale: scarsa. Punteggio 1
Facilità di taglio: buona. Punteggio 1
Sfilacciatura dopo taglio: lieve. Punteggio 2
Facilità di identificazione del lato viscerale: presente. Punteggio 2
Trasparenza: sufficiente. Punteggio 2
Facilità di posizionamento e fissaggio: sufficienti. Punteggio 1
Facile inserimento nei trocar laparoscopici: sufficiente. Punteggio 1

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta singola, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, buono peel open. Punteggio 3

Johnson&Johnson Medical S.p.A.

Prodotto: PROCEED

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: ottima. Punteggio 2
Elasticità bidirezionale: non elastica. Punteggio 0
Facilità di taglio: ottima. Punteggio 2
Sfilacciatura dopo taglio: assente. Punteggio 3
Facilità di identificazione del lato viscerale: presente. Punteggio 2
Trasparenza: buona. Punteggio 3
Facilità di posizionamento e fissaggio: ottime. Punteggio 3
Facile inserimento nei trocar laparoscopici: ottime. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta singola, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, buono peel open. Punteggio 3

LOTTO 13 – RETE PER TRATTAMENTO DELL'ERNIA IATALE, ANCHE PER VIA LAPAROSCOPICA, CON LATO ANTIADERENZIALE PER IL CONTATTO CON I VISCERI:

Varie misure.

Bard S.p.A.

Prodotto: CRURA SOFT PATCH

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²): non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PARIETEX COMPOSITE

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²): non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %): non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Spessore della rete: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Bard S.p.A.

Prodotto: CRURA SOFT PATCH

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: ottima. Punteggio 2

Elasticità bidirezionale: assente. Punteggio 0

Rifinitura dei margini: ottima. Punteggio 2

Facilità di identificazione del lato viscerale: ottima. Punteggio 2

Trasparenza: non trasparente. Punteggio 0

Facilità di posizionamento e fissaggio: ottime. Punteggio 3

Facile inserimento nei trocar laparoscopici: ottima. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta singola, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, buono peel open. Punteggio 3

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PARIETEX COMPOSITE

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: ottima. Punteggio 2

Elasticità bidirezionale: assente. Punteggio 0

Rifinitura dei margini: ottima. Punteggio 2

Facilità di identificazione del lato viscerale: ottima. Punteggio 2

Trasparenza: ottima. Punteggio 5

Facilità di posizionamento e fissaggio: buone. Punteggio 2

Facile inserimento nei trocar laparoscopici: ottima. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

LOTTO 14 – RETE BIOLOGICA DI MATRICE ACELLULARE DI DERMA PORCINO CROSSLINKED:

Sub A 10 x 15 cm (+/-2 cm), Sub B 15 x 20 cm (+/-5 cm), Sub C 20 x 30 cm (+/-5 cm).

Bard S.p.A.

Prodotto: COLLAMEND FM IMPLANT

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Resistenza alla trazione: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Punto di rottura: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Elasticità (modulo di young): non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti: trovata la modalità di preparazione (non i residui di conservanti) sia nel foglio illustrativo del campione che nella scheda tecnica. Punteggio 2

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PERMACOL

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Resistenza alla trazione: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Punto di rottura: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Elasticità (modulo di young): non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti: trovata la modalità di preparazione su scheda tecnica. Punteggio 3

Durata della sterilità (shelf life): su scheda tecnica riportato 5 anni. Punteggio 4

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Bard S.p.A.

Prodotto: COLLAMEND FM IMPLANT

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Maneggevolezza: poco maneggevole. Punteggio 2

Utilizzo laparoscopico: verificato e attuabile. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta singola, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, buono peel open. Punteggio 3

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PERMACOL

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Maneggevolezza: ottima maneggevolezza. Punteggio 3

Utilizzo laparoscopico: verificato e attuabile. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

Nell'impossibilità di concludere i lavori, alle ore 15.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9.30 del giorno 03.12.2014 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire l'attività di valutazione.


Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" e la campionatura dei concorrenti in idoneo locale, chiuso a chiave e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Avv. Nicola De Conti

I COMPONENTI: Dott. Ferdinando Agresta

Dott. Enrico Cian




IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Dott.ssa Chiara Filippi

Dott. Pierluigi Pilati

Dott.ssa Lisa Brazzorotto

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The first signature is 'Chiara Filippi', the second is 'Pierluigi Pilati', and the third is 'Lisa Brazzorotto'.

