

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DEL 3 DICEMBRE 2014
V^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 3 del mese di dicembre dell'anno 2014, alle ore 9.30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di reti chirurgiche in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 32 del 20.05.2014.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 54 del 12.09.2014, risulta così composta:

- | | |
|--|--|
| - Presidente: Avv. Nicola De Conti | Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, |
| - Componente: Dott. Ferdinando Agresta | Responsabile U.O. di Chirurgia dell'Azienda Ulss 19 di Adria, |
| - Componente: Dott. Enrico Cian | Responsabile U.O. di Chirurgia Generale dell'Azienda Ulss 2 di Feltre, |
| - Componente: Dott.ssa Chiara Filippi | Dirigente Farmacista presso la Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona |
| - Componente: Dott. Pierluigi Pilati | Responsabile U.O. Chirurgia dell'Azienda Ulss 16 di Padova. |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

La Commissione, nella seduta odierna, prosegue con la lettura dei chiarimenti pervenuti, al fine della valutazione qualitativa e l'attribuzione dei relativi punteggi.

Detti chiarimenti, agli atti del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e che qui devono intendersi integralmente richiamati unitamente ai verbali delle sedute riservate del 21.10.2014, del 23.10.2014, del 04.11.2014 e del 14.11.2014, consentono di attribuire i punteggi, come di seguito.

LOTTO 15 – RETE BIOLOGICA DI MATRICE ACELLULARE DI DERMA PORCINO NON CROSSLINKED:

Sub A 10 x 15 cm (+/-2 cm), Sub B 15 x 20 cm (+/-5 cm), Sub C 20 x 30 cm (+/-5 cm).

Distrex S.p.A.

Prodotto: STRATTICE

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Resistenza alla trazione: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0
Punto di rottura: resistenza allo strappo 278+/- 90 N. Punteggio 5

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Distrex S.p.A.

Prodotto: STRATTICE

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Maneggevolezza: ottima maneggevolezza. Punteggio 3

Utilizzo laparoscopico: verificato e attuabile. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

Deco med S.r.l.

Prodotto: EGIS

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Maneggevolezza: ottima maneggevolezza. Punteggio 3

Utilizzo laparoscopico: l'utilizzo laparoscopico viene indicato in scheda tecnica per altre misure, ma non per le misure offerte. La Commissione, analizzando il campione verifica che è proponibile anche per l'utilizzo in laparoscopia. Punteggio 3

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, non presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, buono peel open. Punteggio 2

LOTTO 16 – PERICARDIO ETEROLOGO NON CROSSLINKED:

Sub A 5 x 5 cm (+/-1 cm), Sub B 8 x 15 cm (+/-2 cm).

Baxter S.p.A.

Prodotto: VERITAS

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Resistenza alla trazione: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Punto di rottura: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Elasticità (modulo di young): non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti: contenuto nel foglio illustrativo del campione. Punteggio 6

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Baxter S.p.A.

Prodotto: VERITAS

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Maneggevolezza: ottima maneggevolezza. Punteggio 4

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

**LOTTO 17 – DISPOSITIVO IN MATERIALE BIOLOGICO DI ORIGINE ANIMALE
PER TRATTAMENTO DI FISTOLA:**

Varie misure.

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PERMACOL PASTE

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Integrazione tissutale: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Deco med S.r.l.

Prodotto: PRESSFIT

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Integrazione tissutale: buona. Punteggio 4

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PERMACOL PASTE

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Garanzia di stabilità dopo posizionamento: buona. Punteggio 4

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

Deco med S.r.l.

Prodotto: PRESSFIT

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Garanzia di stabilità dopo posizionamento: buona. Punteggio 4

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

**LOTTO 18 – RETI PRESAGOMATE IN MATERIALE SINTETICO PER ERNIA PARASTOMALE:
Varie misure.**

Bard S.p.A.

Prodotto: BARD CK PARASTOMAL PATCH

Valutata la risposta della Ditta, la Commissione ritiene di poter attribuire i seguenti punteggi.

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²): non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Spessore della rete: non è rinvenibile nella documentazione tecnica. Punteggio 0

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PARIETEX PARASTOMAL

La Commissione, valutata la risposta della Ditta, procede a una nuova disamina della documentazione tecnica presentata, e verifica che il prodotto non è conforme in quanto trattasi di rete non sagomata, diversamente da quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Bard S.p.A.

Prodotto: BARD CK PARASTOMAL PATCH

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: ottima. Punteggio 2

Elasticità bidirezionale: ottima. Punteggio 2

Trasparenza: non trasparente. Punteggio 0

Facilità di identificazione del lato viscerale: presente. Punteggio 4

Facilità di posizionamento e fissaggio: ottime. Punteggio 4

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, buono peel open. Punteggio 3

Herniamesh S.r.l.

Prodotto: RETE PER COLOSTOMIA

Il campione risulta non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara in quanto nel foglietto illustrativo viene indicato che "la rete non deve essere collocata a contatto con l'intestino o altri organi delle viscere".

Distrex S.p.A.

Prodotto: DYNAMESH-IPST

Il campione risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Prove:

Memoria di forma: ottima. Punteggio 2

Elasticità bidirezionale: ottima. Punteggio 2

Trasparenza: ottima trasparenza. Punteggio 2

Facilità di identificazione del lato viscerale: presente. Punteggio 4

Facilità di posizionamento e fissaggio: ottime. Punteggio 4

Confezione:

Qualità del confezionamento (es. presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.): busta doppia, presente etichetta adesiva staccabile per rintracciabilità, ottimo peel open. Punteggio 4

Il presidente, a questo punto, dà lettura delle risultanze di punteggi espressi nelle precedenti sedute del 21 ottobre 2014, del 23 ottobre 2014, del 4 novembre 2014, del 14 novembre 2014 e di quelli odierni, che vengono riepilogate come da tabelle allegate al presente verbale:


- Tabella lotto 1
- Tabella lotto 2
- Tabella lotto 4
- Tabella lotto 5
- Tabella lotto 6
- Tabella lotto 7
- Tabella lotto 8
- Tabella lotto 9
- Tabella lotto 10
- Tabella lotto 11
- Tabella lotto 12
- Tabella lotto 13
- Tabella lotto 14
- Tabella lotto 15
- Tabella lotto 16

- Tabella lotto 17
- Tabella lotto 18

Il Presidente della Commissione, alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta e conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" e la campionatura dei concorrenti in idoneo locale, chiuso a chiave e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:	Avv. Nicola De Conti
I COMPONENTI:	Dott. Ferdinando Agresta
	Dott. Enrico Cian
	Dott.ssa Chiara Filippi
	Dott. Pierluigi Pilati
IL SEGRETARIO	
VERBALIZZANTE	Dott.ssa Lisa Brazzorotto



Handwritten signatures of the commission members, each on a horizontal line. From top to bottom: Avv. Nicola De Conti, Dott. Ferdinando Agresta, Dott. Enrico Cian, Dott.ssa Chiara Filippi, Dott. Pierluigi Pilati, and Dott.ssa Lisa Brazzorotto.