

**GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI SANITARI IN
FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE
VENETO.**

**OTTAVO VERBALE DEL 03/09/2015
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 3 settembre 2015 alle ore 13,30, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di guanti sanitari – seconda procedura in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e allo IOV IRCCS della Regione Veneto, indetta con Decreto del Dirigente Regionale n. 16 del 29/01/2015 e di cui la prima seduta pubblica si è tenuta il 18/03/2015

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 34 del 26/03/2015, è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Caterina Zanetti Medico del lavoro presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Maria Inzalaco Dirigente Farmacista presso la ULSS n. 8 di Asolo
- Componente: Dott.ssa Katia Soncin Coordinatore infermieristico presso UOC Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Elena Zattoni Dirigente Farmacista in distacco presso la Regione del Veneto
- Componente: Dott.ssa Francesca Pipitone Coordinatore Tecnico di laboratorio presso la Farmacia dello IOV IRCCS di Padova


La Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione esamina preliminarmente le caratteristiche tecniche dei diversi prodotti offerti in gara sulla base della documentazione inserita dalle Ditte nella Busta n. 2, e dei successivi chiarimenti richiesti dalla Commissione e forniti dalle Ditte nei mesi di aprile-maggio-giugno 2015. La Commissione valuta inoltre l'assistenza tecnica ed il servizio post-vendita offerti dalle Ditte.

La Commissione quindi esamina i risultati delle prove pratiche svolte presso le Aziende Ospedaliere di Padova e IRCCS IOV di Padova, in reparti individuati in base alle destinazioni d'uso dei vari Lotti.

La Commissione quindi procede a esaminare le caratteristiche morfologico-prestazionali dei guanti offerti per i Lotti n. 1 e n. 2, osservando e provando i campioni nelle varie taglie; tali accertamenti diretti per i Lotti n. 3 e n. 4 sono stati fatti nella seduta del 22.6.2015.

Infine, sulla scorta delle prove pratiche svolte dalle Aziende Ospedaliere di Padova e dallo IOV IRCCS, dalle considerazioni espresse nelle sedute precedenti e dell'accurato esame svolto nella presente seduta, la Commissione giudicatrice esprime i seguenti punteggi finali.



Lotto 1: Guanti non chirurgici, in vinile elasticizzato, non sterili, senza polvere

Ditta		Berica Hygiène S.r.l.	
Guanto		Derma Vinyl stretch bianco senza polvere DPI long 270 mm	
1) Caratteristiche tecniche	max punti 16 (min. 11)	Motivazione	Punteggio attribuito
1. Controlli di qualità	5	La Ditta presenta documentazione parzialmente soddisfacente	2
2. Livello prestazionale per prove meccaniche	3	Livelli prestazionali buoni	2.8
3. Residui chimici	1	Molto buono	1
4. Metodo lubrificante	2	Discreto	1.2
5. Allungamento alla rottura	2	Sufficiente	1
6. Indici di permeazione	3	Molto buono	3
SUBTOTALE			11
2) Caratteristiche morfologico-prestazionali	max punti 21 (min. 14)		
1. Caratteristiche morfologiche	3	Caratteristiche morfologiche molto buone	3
- identificazione della misura e uniformità della distribuzione del polimero			
2. Caratteristiche prestazionali	17	Caratteristiche prestazionali buone	15.2
- facilità di calzata, resistenza all'ingresso;			
- vestibilità;			
- aderenza della manichetta al camice (sistema antirotolamento e antistrappo);			
- sensibilità tattile;			
- capacità di presa;			
- resistenza all'uso;			
- grammatura;			
- tollerabilità/comfort.			
3. confezionamento:	1	Confezionamento insufficiente e non buono per lo stoccaggio, poiché la scatola, in cartone morbido, è piuttosto lunga. La linguetta a strappo per l'estrazione dei guanti si strappa facilmente oltre la sagoma tratteggiata. Inoltre, le sigillature sui lati non sono molto salde	0.3
- qualità del confezionamento			
SUBTOTALE			18.5
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	max punti 3 (min. 1)		
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	1	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per la sicurezza-qualità-ambiente	0
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto		Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti	0.5
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	2	Livello di servizio accettabile dichiarato	1
SUBTOTALE			1.5
Totale			31

KS
 SA
 R
 FB

Lotto 1: Guanti non chirurgici, in vinile elasticizzato, non sterili, senza polvere

Ditta		CHEMIL S.r.l.	
Guanto		Vinyl Care Plus 270	
1) Caratteristiche tecniche	max punti 16 (min. 11)	Motivazione	Punteggio attribuito
1. Controlli di qualità	5	La Ditta presenta documentazione buona	4.5
2. Livello prestazionale per prove meccaniche	3	Livelli prestazionali piuttosto buoni	2
3. Residui chimici	1	Molto buono	1
4. Metodo lubrificante	2	Molto buono	2
5. Allungamento alla rottura	2	Discreto	1.3
6. Indici di permeazione	3	Piuttosto buono	2
SUBTOTALE			12.8
2) Caratteristiche morfologico-prestazionali	max punti 21 (min. 14)		
1. Caratteristiche morfologiche	3	Caratteristiche morfologiche scarse, poiché il polimero appare non uniformemente distribuito.	1
- identificazione della misura e uniformità della distribuzione del polimero			
2. Caratteristiche prestazionali	17	Caratteristiche prestazionali non soddisfacenti, soprattutto per quanto riguarda la vestibilità, il confort, la facilità di calzata e il sistema anti arrotolamento della manichetta. Il colore viola chiaro potrebbe causare l'aumento nel numero di allergie segnalate.	10
- facilità di calzata, resistenza all'ingresso;			
- vestibilità;			
- aderenza della manichetta al camice (sistema antirotolamento e antistrappo);			
- sensibilità tattile;			
- capacità di presa;			
- resistenza all'uso;			
- grammatura;			
- tollerabilità/comfort.			
3. confezionamento:	1	Confezionamento sufficiente	0,5
- qualità del confezionamento			
SUBTOTALE			11.5
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	max punti 3 (min. 1)		
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	1	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per la sicurezza-qualità-ambiente	0
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto		Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti	0.5
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	2	Livello di servizio accettabile dichiarato	1
SUBTOTALE			1.5
Totale			
La Ditta è esclusa dal prosieguo della gara per il Lotto n. 1 per non aver raggiunto il punteggio minimo nella sezione "caratteristiche morfologico-prestazionali"			

Lotto 1: Guanti non chirurgici, in vinile elasticizzato, non sterili, senza polvere

<i>Ditta</i>		<i>Clini-Lab S.r.l.</i>	
<i>Guanto</i>		<i>Clinisafe Beluga</i>	
1) Caratteristiche tecniche	max punti 16 (min. 11)	Motivazione	Punteggio attribuito
1. Controlli di qualità	5	La Ditta presenta documentazione buona	4
2. Livello prestazionale per prove meccaniche	3	Livelli prestazionali piuttosto buoni	2
3. Residui chimici	1	Molto buono	1
4. Metodo lubrificante	2	Molto buono	2
5. Allungamento alla rottura	2	Piuttosto buono	1.5
6. Indici di permeazione	3	Molto buono	3
SUBTOTALE			13.5
2) Caratteristiche morfologico-prestazionali	max punti 21 (min. 14)		
1. Caratteristiche morfologiche	3	Caratteristiche morfologiche molto buone	3
- identificazione della misura e uniformità della distribuzione del polimero			
2. Caratteristiche prestazionali	17	Caratteristiche prestazionali buone, con particolare riferimento alla resistenza all'uso e alla grammatura.	16
- facilità di calzatura, resistenza all'ingresso;			
- vestibilità;			
- aderenza della manichetta al camice (sistema antirotolamento e antistrappo);			
- sensibilità tattile;			
- capacità di presa;			
- resistenza all'uso;			
- grammatura;			
- tollerabilità/comfort.			
3. confezionamento:	1	Confezionamento molto buono	1
- qualità del confezionamento			
SUBTOTALE			20
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	max punti 3 (min. 1)		
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	1	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per la sicurezza-qualità-ambiente	0
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto		Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti	0.5
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	2	Livello di servizio accettabile dichiarato	1
SUBTOTALE			1,5
Totale			35

Handwritten signatures and initials: JS, L, JS, EP.

Lotto 1: Guanti non chirurgici, in vinile elasticizzato, non sterili, senza polvere

Ditta		RAYS S.p.A.	
Guanto		Vinyl Stretch Extra Long	
1) Caratteristiche tecniche	max punti 16 (min. 11)	Motivazione	Punteggio attribuito
1. Controlli di qualità	5	La Ditta presenta documentazione scarsa, non di immediata comprensione	0,5
2. Livello prestazionale per prove meccaniche	3	Livelli prestazionali piuttosto buoni	2,3
3. Residui chimici	1	Insufficiente	0,2
4. Metodo lubrificante	2	Sufficiente	1
5. Allungamento alla rottura	2	Piuttosto buono	1,5
6. Indici di permeazione	3	Piuttosto buono	2
SUBTOTALE			7,5
2) Caratteristiche morfologico-prestazionali	max punti 21 (min. 14)		
1. Caratteristiche morfologiche	3	Caratteristiche morfologiche scarse, il polimero appare non uniformemente distribuito.	1
- identificazione della misura e uniformità della distribuzione del polimero			
2. Caratteristiche prestazionali	17	Caratteristiche prestazionali non soddisfacenti, con particolare riguardo alla resistenza all'uso ed alle performance della manichetta	11
- facilità di calzata, resistenza all'ingresso;			
- vestibilità;			
- aderenza della manichetta al camice (sistema antirotolamento e antistrappo);			
- sensibilità tattile;			
- capacità di presa;			
- resistenza all'uso;			
- grammatura;			
- tollerabilità/comfort.			
3. confezionamento:	1	Confezionamento buono	0,7
- qualità del confezionamento			
SUBTOTALE			12,7
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	max punti 3 (min. 1)		
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	1	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per la sicurezza-qualità-ambiente	0
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto		Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti	0,5
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	2	Livello di servizio accettabile dichiarato	1
SUBTOTALE			1,5
Totale			
La Ditta è esclusa dal prosieguo della gara per il lotto n. 1 per non aver raggiunto il punteggio minimo nelle sezioni "caratteristiche tecniche" e "Caratteristiche morfologico-prestazionali"			

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Lotto 2: Guanti non chirurgici, in nitrile, non sterili, senza polvere

Ditta		Chemil S.r.l.	
Guanto		Nitril Plus 300	
1) Caratteristiche tecniche	max punti 16 (min. 11)	Motivazione	Punteggio attribuito
1. Controlli di qualità	5	La Ditta presenta documentazione buona	4,5
2. Livello prestazionale per prove meccaniche	3	Livelli prestazionali piuttosto buoni	1,9
3. Residui chimici	1	Sufficiente	0,6
4. Metodo lubrificante	2	Appena sufficiente	0,8
5. Allungamento alla rottura	2	Buono	1,9
6. Indici di permeazione	3	Buono	2,7
SUBTOTALE			12,4
2) Caratteristiche morfologico-prestazionali	max punti 21 (min. 14)		
1. Caratteristiche morfologiche	3	Caratteristiche morfologiche molto buone	3
- identificazione della misura e uniformità della distribuzione del polimero			
2. Caratteristiche prestazionali	17	Caratteristiche prestazionali molto buone su tutti i parametri considerati	17
- facilità di calzata, resistenza all'ingresso;			
- vestibilità;			
- aderenza della manichetta al camice (sistema antirotolamento e antistrappo);			
- sensibilità tattile;			
- capacità di presa;			
- resistenza all'uso;			
- grammatura;			
- tollerabilità/comfort.			
3. confezionamento:	1	Moto buono	1
- qualità del confezionamento			
SUBTOTALE			21
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	max punti 3 (min. 1)		
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	1	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per la sicurezza-qualità-ambiente	0
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto		Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti	0,5
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	2	Livello di servizio accettabile dichiarato	1
SUBTOTALE			1,5
Totale			34,9

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'RS' at the top, and several smaller initials below it.

Lotto 2: Guanti non chirurgici, in nitrile, non sterili, senza polvere

Ditta		Clini-Lab S.r.l.	
Guanto		Clinisafe codice 01316	
1) Caratteristiche tecniche	max punti 16 (min. 11)	Motivazione	Punteggio attribuito
1. Controlli di qualità	5	La Ditta presenta documentazione piuttosto buona	3,5
2. Livello prestazionale per prove meccaniche	3	Livelli prestazionali piuttosto buoni	1,7
3. Residui chimici	1	Buono	0,7
4. Metodo lubrificante	2	Molto buono	2
5. Allungamento alla rottura	2	Molto buono	2
6. Indici di permeazione	3	Buono	2,5
SUBTOTALE			12,4
2) Caratteristiche morfologico-prestazionali	max punti 21 (min. 14)		
1. Caratteristiche morfologiche	3	Caratteristiche morfologiche piuttosto buone	2
- identificazione della misura e uniformità della distribuzione del polimero			
2. Caratteristiche prestazionali	17	Caratteristiche prestazionali buone, con particolare riferimento alla vestibilità e alla resistenza	13
- facilità di calzata, resistenza all'ingresso;			
- vestibilità;			
- aderenza della manichetta al camice (sistema antirotolamento e antistrappo);			
- sensibilità tattile;			
- capacità di presa;			
- resistenza all'uso;			
- grammatura;			
- tollerabilità/comfort.			
3. confezionamento:	1	Confezionamento buono	0,7
- qualità del confezionamento			
SUBTOTALE			15,7
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	max punti 3 (min. 1)		
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	1	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per la sicurezza-qualità-ambiente	0
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto		Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti	0,5
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	2	Livello di servizio accettabile dichiarato	1
SUBTOTALE			1,5
Totale			29,6

Lotto 2: Guanti non chirurgici, in nitrile, non sterili, senza polvere

Ditta		Nacatur International Import Export S.r.l.	
Guanto		Naturex 626 Nitril Derm Long	
1) Caratteristiche tecniche	max punti 16 (min. 11)	Motivazione	Punteggio attribuito
1. Controlli di qualità	5	La Ditta presenta documentazione molto scarsa. La Commissione giudica la Documentazione in merito alle gaussiane insoddisfacente perché di comprensione non chiara e non diretta	1
2. Livello prestazionale per prove meccaniche	3	Livelli prestazionali piuttosto buoni	2
3. Residui chimici	1	Molto buono	1
4. Metodo lubrificante	2	Sufficiente	1
5. Allungamento alla rottura	2	Appena Sufficiente	0,9
6. Indici di permeazione	3	Molto buono	3
SUBTOTALE			8,9
2) Caratteristiche morfologico-prestazionali	max punti 21 (min. 14)		
1. Caratteristiche morfologiche	3	Caratteristiche morfologiche buone	2
- identificazione della misura e uniformità della distribuzione del polimero			
2. Caratteristiche prestazionali	17	Caratteristiche prestazionali discrete, anche se si nota, in qualche caso, una calzata non ottimale.	12
- facilità di calzata, resistenza all'ingresso;			
- vestibilità;			
- aderenza della manichetta al camice (sistema antirotolamento e antistrappo);			
- sensibilità tattile;			
- capacità di presa;			
- resistenza all'uso;			
- grammatura;			
- tollerabilità/comfort.			
3. confezionamento:	1	Confezionamento sufficiente	0,5
- qualità del confezionamento			
SUBTOTALE			14,5
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	max punti 3 (min. 1)		
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	1	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per la sicurezza-qualità-ambiente	0
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto		Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti	0,5
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	2	Livello di servizio accettabile dichiarato	1
SUBTOTALE			1,5
Totale			
La Ditta è esclusa dal prosieguo della gara per il Lotto n. 2 per non aver raggiunto il punteggio minimo nella sezione "caratteristiche tecniche"			



Lotto 2: Guanti non chirurgici, in nitrile, non sterili, senza polvere

Ditta		RAYS S.p.A.	
Guanto		BIOSOFT BLUE CHEMO	
1) Caratteristiche tecniche	max punti 16 (min. 11)	Motivazione	Punteggio attribuito
1. Controlli di qualità	5	La Ditta presenta documentazione piuttosto buona	3,5
2. Livello prestazionale per prove meccaniche	3	Livelli prestazionali buoni	2
3. Residui chimici	1	Buono	0,7
4. Metodo lubrificante	2	Sufficiente	1
5. Allungamento alla rottura	2	Appena Sufficiente	0,9
6. Indici di permeazione	3	Molto buono	3
SUBTOTALE			11,1
2) Caratteristiche morfologico-prestazionali	max punti 21 (min. 14)		
1. Caratteristiche morfologiche	3	Caratteristiche morfologiche piuttosto buone	2
- identificazione della misura e uniformità della distribuzione del polimero			
2. Caratteristiche prestazionali	17	Caratteristiche prestazionali insufficienti	10
- facilità di calzata, resistenza all'ingresso;			
- vestibilità;			
- aderenza della manichetta al camice (sistema antirotolamento e antistrappo);			
- sensibilità tattile;			
- capacità di presa;			
- resistenza all'uso;			
- grammatura;			
- tollerabilità/comfort.			
3. confezionamento:	1	Confezionamento buono	0,8
- qualità del confezionamento			
SUBTOTALE			12,8
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	max punti 3 (min. 1)		
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	1	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per la sicurezza-qualità-ambiente	0
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto		Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti	0,5
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	2	Livello di servizio accettabile dichiarato	1
SUBTOTALE			1,5
Totale			
La Ditta è esclusa dal prosieguo della gara per il Lotto n. 2 per non aver raggiunto il punteggio minimo nella sezione "Caratteristiche morfologico-prestazionali"			

Lotto 3: Guanti sintetici per Antiblastici Sterili

Ditta		Clini – Lab S.r.l.	
Guanto		Manual X-Nitrile	
1) Caratteristiche tecniche	max punti 16 (min. 11)	Motivazione	Punteggio attribuito
1. Controlli di qualità	6	La Ditta presenta documentazione discreta	3,5
2. Livello prestazionale per prove meccaniche	3	Livelli prestazionali piuttosto buoni	2
3. Residui chimici	3	Buono	2,5
4. Metodo lubrificante	2	Sufficiente	1
5. Allungamento alla rottura	2	Molto buono	2
SUBTOTALE			11
2) Caratteristiche morfologico-prestazionali	max punti 21 (min. 14)		
1. Caratteristiche morfologiche	2	Caratteristiche morfologiche buone	1,5
- identificazione della misura e uniformità della distribuzione del polimero			
2. Caratteristiche prestazionali	17	Caratteristiche prestazionali buone, con particolare riferimento alla resistenza all'uso e alla capacità di presa, quest'ultima realizzata anche grazie alla zigrinatura estesa al palmo	15
- facilità di calzata: ripiegatura del polsino, resistenza all'ingresso;			
- vestibilità;			
- aderenza della manichetta al camice (sistema antirotolamento e antistrappo);			
- sensibilità tattile;			
- capacità di presa;			
- resistenza all'uso;			
- tollerabilità/comfort.			
- facilità di calzata: ripiegatura del polsino, resistenza all'ingresso;			
3. confezionamento:	2	Confezionamento molto buono	2
- qualità del confezionamento primario (per i g. sterili): facilità di apertura, il confezionamento deve garantire la calzata in sterilità;			
- qualità del confezionamento secondario e di trasporto.			
SUBTOTALE			18,5
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	max punti 3 (min. 1)		
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	1	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per la sicurezza-qualità-ambiente	0
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto		Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti	0.5
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	2	Livello di servizio accettabile dichiarato	1
SUBTOTALE			1,5
Totale			31

Handwritten signatures and initials: "je", "R", "KS", "gt", "RF".

Lotto 4: Guanti sintetici per Antiblastici Non Sterili

Ditta		Clini – Lab S.r.l.	
Guanto		Clinisafe conf. Safedon	
1) Caratteristiche tecniche	max punti 16 (min. 11)	Motivazione	Punteggio attribuito
1. Controlli di qualità	6	La Ditta presenta documentazione discreta	3,5
2. Livello prestazionale per prove meccaniche	3	Livelli prestazionali piuttosto buoni	1,8
3. Residui chimici	3	Piuttosto uono	1,7
4. Metodo lubrificante	2	Molto buono	2
5. Allungamento alla rottura	2	Molto buono	2
SUBTOTALE			11
2) Caratteristiche morfologico-prestazionali	max punti 21 (min. 14)		
1. Caratteristiche morfologiche	2	Caratteristiche morfologiche buone	1,5
- identificazione della misura e uniformità della distribuzione del polimero			
2. Caratteristiche prestazionali	17	Caratteristiche prestazionali buone, con particolare riferimento a vestibilità e sensibilità tattile.	15
- facilità di calzata: ripiegatura del polsino, resistenza all'ingresso;			
- vestibilità;			
- aderenza della manichetta al camice (sistema antirotolamento e antistrappo);			
- sensibilità tattile;			
- capacità di presa;			
- resistenza all'uso;			
- tollerabilità/comfort.			
- facilità di calzata: ripiegatura del polsino, resistenza all'ingresso;			
3. confezionamento:	2	Confezionamento molto buono	2
- qualità del confezionamento primario (per i g. sterili): facilità di apertura, il confezionamento deve garantire la calzata in sterilità;			
- qualità del confezionamento secondario e di trasporto.			
SUBTOTALE			18,5
3) Assistenza tecnica e servizio post vendita	max punti 3 (min. 1)		
1. Eventuali certificazioni sistema qualità-sicurezza-ambiente	1	La Ditta non esibisce certificazioni specifiche per la sicurezza-qualità-ambiente	0
Eventuali sistemi di rintracciabilità del prodotto		Dichiarata la possibilità di tracciare i lotti	0.5
2. Qualità del servizio post vendita (procedura per reclami, velocità sostituzione prodotti, persona di riferimento), assistenza tecnico-scientifica, logistica magazzini (sede, volumi, ecc)	2	Livello di servizio accettabile dichiarato	1
SUBTOTALE			1,5
Totale			31

La Commissione dichiara di concludere la seduta alle 16.50.

- Presidente: Dott.ssa Caterina Zanetti

Caterina Zanetti
RF
RF
RF

- Componente: Dott.ssa Maria Inzalaco
- Componente: Dott.ssa Katia Soncin
- Componente: Dott.ssa Elena Zattoni
- Componente: Dott.ssa Francesca Pipitone

Stavia Luxobeno

Potter Jones

Elo bene

Francesca Pipitone

PS 22
PF 24