REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO 6 al Disciplinare di gara - Criteri di Valutazione

FORNITURA DI AGHI SPECIALI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

CRITERI DI VALUTAZIONE

LOTTO 1	**AGO DI HUBER**	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure dell'ago (lunghezza) all'interno del range richiesto	10,00
	Facilità di penetrazione	15,00
	Qualità e praticità del sistema di fissaggio	7,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 2	***SUB A) AGO DI HUBER A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA***	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure dell'ago (lunghezza) all'interno del range richiesto	5,00
	Ergonomia dell'impugnatura	15,00
	Facilità di penetrazione	10,00
	Qualità e praticità del sistema di fissaggio	2,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

SUB B) AGO DI HUBER A DOPPIA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA	
PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**

Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
Gamma delle misure dell'ago (lunghezza) all'interno del range richiesto	5,00
Ergonomia dell'impugnatura	15,00
Facilità di penetrazione	10,00
Qualità e praticità del sistema di fissaggio	2,00
SUB TOTALE	32,00
Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
SUB TOTALE	8,00
TOT.	**40,00**

Si precisa, che relativamente al presente lotto, costituito da due sub lotti (sub a e sub b), l'aggiudicazione avverrà per lotto completo alla ditta che, dalla somma dei punteggi attribuiti complessivamente (prezzo + qualità) per singolo sub-lotto, abbia conseguito il punteggio totale più alto.

LOTTO 3	***SUB A) AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA***	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (lunghezza)	5,00
	Ergonomia dell'impugnatura	10,00
	Facilità di penetrazione	5,00
	Qualità e praticità del sistema di fissaggio	2,00
	Efficienza del sistema di sicurezza	10,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

SUB B) AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A DOPPIA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA	
PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
Gamma delle misure (lunghezza)	5,00
Ergonomia dell'impugnatura	10,00
Facilità di penetrazione	5,00
Qualità e praticità del sistema di fissaggio	2,00
Efficienza del sistema di sicurezza	10,00
SUB TOTALE	32,00
Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
SUB TOTALE	8,00
TOT.	**40,00**

Si precisa, che relativamente al presente lotto, costituito da due sub lotti (sub a e sub b), l'aggiudicazione avverrà per lotto completo alla ditta che, dalla somma dei punteggi attribuiti complessivamente (prezzo + qualità) per singolo sub-lotto, abbia conseguito il punteggio totale più alto.

LOTTO 4	*SUB A) AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	3,00
	Facilità di penetrazione	7,00
	Ergonomia dell'impugnatura	4,00
	Capacità di taglio	7,00
	Ecogenicità	2,00
	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	4,00
	disponibilità di dispositivo distanziatore per biopsia in stereotassi	2,00
	Possibilità di differenziare la lunghezza del prelievo	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

SUB B) AGO GUIDA PER AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA	
PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	

Facilità di penetrazione dell'ago	12,00
Rigidità dell'ago	10,00
Ecogenicità	8,00
Adesione del mandrino sul bariletto	2,00
SUB TOTALE	32,00
Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	4,00
SUB TOTALE	8,00
TOT.	**40,00**

Si precisa, che relativamente al presente lotto, costituito da due sub lotti (sub a e sub b), l'aggiudicazione avverrà per lotto completo alla ditta che, dalla somma dei punteggi attribuiti complessivamente (prezzo + qualità) per singolo sub-lotto, abbia conseguito il punteggio totale più alto.

LOTTO 5	***SUB A) AGO AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA DA USARE CON DISPOSITIVO AUTOMATICO RIUTILIZZABILE - SUB B) AGO GUIDA PER AGO AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA DA USARE CON DISPOSITIVO AUTOMATICO RIUTILIZZABILE***	
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00
	Facilità di penetrazione dell'ago anche nei passaggi ripetuti	6,00
	Ergonomia del sistema di alloggiamento nel dispositivo pluriuso	3,00
	Capacità di taglio dell'ago	10,00
	Ecogenicità	3,00
	Efficienza del dispositivo automatico pluriuso (forza di taglio)	6,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 6	*SISTEMA AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA MONOUSO*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00
	Facilità di penetrazione dell'ago	8,00
	Ergonomia dell'impugnatura	5,00
	Capacità di taglio	9,00
	Ecogenicità	3,00
	Possibilità di differenziare la lunghezza del prelievo	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 7	*AGO PER ASPIRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00
	Facilità di penetrazione dell'ago	10,00
	Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore parete cannula)	8,00
	Rigidità dell'ago	4,00
	Ecogenicità	4,00
	Adesione del mandrino al bariletto	2,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 8	*AGO PER ASPIRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA PER AMNIOCENTESI E VILLOCENTESI*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00
	Facilità di penetrazione dell'ago	10,00
	Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore parete cannula)	8,00
	Rigidità dell'ago	4,00
	Ecogenicità	4,00
	Adesione del mandrino al bariletto	2,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 9	*AGO MANUALE PER BIOPSIA PER ASPIRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA MENGHINI*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00
	Facilità di penetrazione	7,00
	Ergonomia dell'impugnatura	3,00
	Capacità di taglio	9,00
	Ecogenicità	3,00
	Alta tenuta in aspirazione della siringa e quantità di campione prelevato (punteggio maggiore al dispositivo che garantisce una maggiore lunghezza del prelievo bioptico)	6,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 10	*AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA PER ASPIRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA MENGHINI*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00
	Facilità di penetrazione	7,00
	Ergonomia dell'impugnatura	3,00
	Capacità di taglio	9,00
	Ecogenicità	3,00
	Alta tenuta in aspirazione della siringa e quantità di campione prelevato (punteggio maggiore al dispositivo che garantisce una maggiore lunghezza del prelievo bioptico)	6,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 11	*AGO PER BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	2,00
	Capacità di penetrazione (tipologia della punta)	11,00
	Funzionalità del meccanismo di taglio del frustolo	11,00
	Ergonomia dell'impugnatura	8,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 12	*AGO PER ASPIRATO MIDOLLARE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00
	Capacità di penetrazione (tipologia della punta)	12,00
	Funzionalità del blocco di profondità	8,00
	Ergonomia dell'impugnatura	8,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 13	*DISPOSITIVO PER BIOPSIA CUTANEA*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Capacità di penetrazione e taglio	15,00
	Agevole e facilitata rimozione della protezione della parte tagliente	2,00
	Ergonomia dell'impugnatura	8,00
	Facilità di campionamento con limitato numero di manovre	5,00
	Facilità di estrazione del frustolo	2,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 14	*AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Ergonomia dell'impugnatura	6,00
	Atraumaticità della punta	8,00
	Tenuta della connessione	4,00
	Rigidità dell'ago	10,00
	Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	4,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 15	*AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Ergonomia dell'impugnatura	6,00
	Atraumaticità della punta	8,00
	Tenuta della connessione	4,00
	Rigidità dell'ago	10,00
	Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	4,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 16	*AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "WHITACRE" MONOUSO STERILE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Ergonomia dell'impugnatura	7,00
	Atraumaticità della punta	4,00
	Tenuta della connessione	4,00
	Rigidità dell'ago	9,00
	Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	4,00
	Distanza tra punta e foro laterale (verrà dato un punteggio maggiore al dispositivo che presenta una minor distanza tra punta e foro)	4,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 17	*AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "WHITACRE" MONOUSO STERILE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Ergonomia dell'impugnatura	7,00
	Atraumaticità della punta	4,00
	Tenuta della connessione	4,00
	Rigidità dell'ago	9,00
	Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	4,00
	Distanza tra punta e foro laterale (verrà dato un punteggio maggiore al dispositivo che presenta una minor distanza tra punta e foro)	4,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 18	*AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO "TUOHY" CON ALETTE RIMOVIBILI MONOUSO STERILE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Ergonomia dell'impugnatura	10,00
	Atraumaticità della punta	5,00
	Tenuta della connessione	4,00
	Rigidità dell'ago	9,00
	Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	4,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 19	**SUB A) AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO "TUOHY" CON ALETTE MONOUSO STERILE, SUB B) CATETERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA SENZA MANDRINO, SUB C) CATETERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA E MANDRINO, SUB D) FILTRO PER INFUSIONE PERIDURALE**	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00
	Atraumaticità della punta dell'ago	4,00
	Rigidità dell'ago	5,00
	Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00
	Atraumaticità della punta del catetere	5,00
	Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00
	Conformazione del filtro (volume, ingombro…)	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 20	SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO “TUOHY”, CATETERE CON PUNTA APERTA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00
	Atraumaticità della punta dell'ago	4,00
	Rigidità dell'ago	5,00
	Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00
	Atraumaticità della punta del catetere	5,00
	Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00
	Conformazione del filtro (volume, ingombro…)	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 21	*SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO “TUOHY”, CATETERE CON PUNTA APERTA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00
	Atraumaticità della punta dell'ago	4,00
	Rigidità dell'ago	5,00
	Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00
	Atraumaticità della punta del catetere	5,00
	Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00
	Conformazione del filtro (volume, ingombro…)	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 22	*SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO “TUOHY”, CATETERE CON PUNTA CHIUSA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**

Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00
Atraumaticità della punta dell'ago	4,00
Rigidità dell'ago	5,00
Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00
Atraumaticità della punta del catetere	5,00
Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00
Conformazione del filtro (volume, ingombro…)	3,00
SUB TOTALE	32,00
Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
SUB TOTALE	8,00
TOT.	**40,00**

LOTTO 23	***SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA CHIUSA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA***
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00
	Atraumaticità della punta dell'ago	4,00
	Rigidità dell'ago	5,00
	Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00
	Atraumaticità della punta del catetere	5,00
	Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00
	Conformazione del filtro (volume, ingombro…)	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 24	***SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE SPIRALATO CON PUNTA CHIUSA, CON FILTRO E SIRINGA***
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00
	Atraumaticità della punta dell'ago	4,00
	Rigidità dell'ago	5,00
	Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00
	Atraumaticità della punta del catetere	5,00
	Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00

Conformazione del filtro (volume, ingombro…)	3,00
SUB TOTALE	32,00
Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
SUB TOTALE	8,00
TOT.	**40,00**

LOTTO 25	***AGO PER BLOCCO DI PLESSO***
PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	3,00
Ergonomia dell'impugnatura	6,00
Atraumaticità della punta	4,00
Rigidità dell'ago	5,00
Tenuta della connessione con siringa	3,00
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	3,00
Facilità di connessione con lo stimolatore	4,00
Praticità dello stimolatore	4,00
SUB TOTALE	32,00
Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
SUB TOTALE	8,00
TOT.	**40,00**

LOTTO 26	*AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA AD UNCINO SEMPLICE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (lunghezza)	2,00
	Facilità di penetrazione	5,00
	Facilità di rilascio del repere	10,00
	Stabilità del repere	10,00
	Facilità di rimozione della cannula	3,00
	riposizionabilità durante il rilascio	2,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 27	**AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA AD UNCINO DOPPIO**	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (lunghezza)	2,00
	Facilità di penetrazione	5,00
	Facilità di rilascio del repere	10,00
	Stabilità del repere	10,00
	Facilità di rimozione della cannula	3,00
	riposizionabilità durante il rilascio	2,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 28	*AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A DUE VIE DI INFUSIONE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge)	2,00
	Tenuta della connessione con linea di infusione	3,00
	Rastrematura del catetere sull'ago	7,00
	Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00
	Morbidezza del catetere	7,00
	Flusso in ml/minuto	4,00
	Caratteristiche del raccordo con seconda via (Presenza di tappino, distanza dalla via principale, caratteristica della valvola…)	7,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 29	*AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge)	2,00
	Tenuta della connessione con linea di infusione	4,00
	Rastrematura del catetere sull'ago	11,00
	Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00
	Morbidezza del catetere	10,00
	Flusso in ml/minuto	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 30	*AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE IDONEO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge)	2,00
	Tenuta della connessione con linea di infusione	4,00
	Rastrematura del catetere sull'ago	11,00
	Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00
	Morbidezza del catetere	10,00
	Flusso in ml/minuto	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 31	*AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge)	2,00
	Tenuta della connessione con linea di infusione	4,00
	Rastrematura del catetere sull'ago	11,00
	Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00
	Morbidezza del catetere	10,00
	Flusso in ml/minuto	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 32	*AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Tenuta della connessione con linea di infusione	4,00
	Rastrematura del catetere sull'ago	12,00
	Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00
	Morbidezza del catetere	11,00
	Flusso in ml/minuto	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 33	*AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Tenuta della connessione con linea di infusione	4,00
	Rastrematura del catetere sull'ago	12,00
	Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00
	Morbidezza del catetere	11,00
	Flusso in ml/minuto	3,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 34	*AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A DUE VIE DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge)	2,00
	Tenuta della connessione con linea di infusione	2,00
	Rastrematura del catetere sull'ago	5,00
	Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00
	Morbidezza del catetere	5,00
	Flusso in ml/minuto	3,00
	Idoneo dispositivo di sicurezza (passivo > attivo)	13,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**

LOTTO 35	*AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON ALETTE*	
	PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	**Punteggio Max attribuibile**
	Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 22/32 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Gamma delle misure (gauge)	2,00
	Tenuta della connessione con linea di infusione	3,00
	Rastrematura del catetere sull'ago	5,00
	Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00
	Morbidezza del catetere	5,00
	Flusso in ml/minuto	3,00
	Idoneo dispositivo di sicurezza (passivo > attivo)	12,00
	SUB TOTALE	32,00
	Confezionamento (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 5/8 per l'ammissione al prosieguo della gara)	
	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00
	Facilità di apertura del prodotto, presenza di peel open e trasparenza di uno dei due lati del confezionamento primario	2,00
	facilità di stoccaggio e di smaltimento del confezionamento secondario (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00
	immediatezza del riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	2,00
	SUB TOTALE	8,00
	TOT.	**40,00**