

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE
SANITARIE DEL VENETO**

**VERBALE DEL 13/04/2015
PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA**

Il giorno 13 del mese di APRILE dell'anno 2015, alle ore 10,00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio L. Gaudenzio 1 - Padova, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Antisettici e Disinfettanti per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 6 del 20/01/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 33 del 26/03/2015, risulta così composta:

- Dott.ssa Elena Maffei Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- Dott.ssa Nicoletta Turato Dirigente Farmacista presso la Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 22 di Bussolengo
- Dott.ssa Elena Zattoni Dirigente Farmacista presso l'Azienda ULSS 16 di Padova, in distacco presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Ilaria Rossato, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Si constata la presenza di tutti i componenti e si dichiara aperta la seduta.

Si comunica che, in esito alla prima seduta pubblica di gara, tenutasi il 5 marzo 2015 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, i sotto indicati operatori economici sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dal verbale dell'Ufficiale Rogante (rep. n. 7264 - n. 302 serie Atti Pubblici) del quale viene data lettura:

- 1) Eurospital S.p.A con sede in Trieste
- 2) B.Braun Milano S.p.A con sede in Milano
- 3) Farmac-Zabban S.p.A. con sede in Calderara di Reno (BO)
- 4) Johnson&Johnson Medical S.p.A con sede in Pomezia (RM)
- 5) Esoform Manufacturing S.r.l. Unipersonale con sede in Rovigo
- 6) Care Fusion Switzerland 317 Sàrl con sede in Rolle (Svizzera)
- 7) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A. - ACRAF con sede in Ancona
- 8) Nuova Farmec S.r.l. con sede in Settimo di Pescantina (VR)
- 9) Biosteril Italia S.r.l. con sede in Silea (TV)
- 10) Giochemica Disinfezione e Antisepsi con sede in Monteforte d'Alpone (VR)
- 11) Mondial S.n.c. con sede in Limena (PD).

Si fa presente alla Commissione che la ditta Meda Pharma S.p.A con sede in Milano non ha fatto pervenire la campionatura di gara e pertanto, durante la seduta pubblica è stata esclusa dalla gara.

La Commissione prende atto, infine, che i lotti nn. 6, 7, 8, 14, 21, 22, 25 e 26 andranno deserti, in mancanza di offerte pervenute.

La Commissione, preliminarmente alla disamina della documentazione contenuta nelle Buste n. 2 di Documentazione Tecnica, procede con una approfondita lettura del "Disciplinare di Gara" e del "Capitolato Tecnico", al fine di valutare i prodotti ammessi sotto il profilo della conformità dei requisiti prescritti.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle Buste n. 2 delle ditte ammesse e successivamente proseguirà con la visione della campionatura presentata in sede di offerta che si trova custodita presso la sede del Magazzino Economico dell'Aziende Ospedaliera di Padova, sito in V.le della Navigazione Interna, 38.

DITTA EUROSPIRAL S.P.A.

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 29A e 37A.

LOTTO 29A: *Soluzione acquosa concentrata a base di associazione di trifenoli per l'allestimento estemporaneo di soluzione detergente disinfettante efficace nei confronti di HIV-HBV-HCV e Mycobacterium tuberculosis, per la decontaminazione di strumentario chirurgico prima delle operazioni di detersione/sterilizzazione.*

Prodotto: FENPLUS HWP

Con riferimento alla "Documentazione tecnica relativa a studi di compatibilità del prodotto con materiali diversi e/o con strumentazione chirurgica in condizioni di utilizzo e di stress" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, le parti ad esse dedicate e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

LOTTO 37A: *Dicloroisocianurato di sodio in compresse solubili per la disinfezione di dispositivi medici (una compressa deve sviluppare 2500-3000 ppm di cloro attivo/disponibile in un litro di acqua).*

Prodotto: BIONIL

Il prodotto BIONIL della Ditta Eurospiral S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA FARMAC- ZABBAN S.P.A.

La ditta presenta offerta per il lotto n. 20

LOTTO 20A: *Perossido di idrogeno (Acqua Ossigenata) in soluzione acquosa al 3% (compreso tra 10 e 12 vol) stabilizzato secondo Farmacopea vigente.*

Prodotto: PEROSSIDO DI IDROGENO - ACQUA OSSIGENATA - SOLUZIONE DILUITA AL 3%

Il prodotto PEROSSIDO DI IDROGENO - ACQUA OSSIGENATA - SOLUZIONE DILUITA AL 3% della Ditta Farmac Zabban S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.

La ditta presenta offerta per il lotto n. 32

LOTTO 32A: *Ortoftalaldeide 0,55% circa in soluzione acquosa pronta all'uso per la disinfezione di alto livello di dispositivi medici riutilizzabili e strumentario a fibre ottiche.*

Prodotto: CIDEX OPA

Il prodotto CIDEX OPA della Ditta Johnson&Johnson Medical S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA ESOFORM MANUFACTURING S.R.L.

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 28, 29, 30, 38 e 39

LOTTO 4A: *Gel idroalcolico semplice (alcool etilico/isopropilico 60%-70%) con eccipienti/emollienti protettivi nei confronti della disidratazione per antisepsi mani.*

Prodotto: ESOSAN GEL MANI

Il prodotto ESOSAN GEL MANI della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 4B: *Gel idroalcolico semplice (alcool etilico/isopropilico 60%-70%) con eccipienti/emollienti protettivi nei confronti della disidratazione per antisepsi mani.*

Prodotto: ESOSAN GEL MANI

Il prodotto ESOSAN GEL MANI della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 4B1: *Supporto a muro*

Prodotto: SUPPORTO A MURO

Il SUPPORTO A MURO della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 9A: *Clorexidina digluconato 0,5% in soluzione idroalcolica (alcool etilico almeno 70%) per terapia iniettiva e antisepsi campo operatorio.*

Prodotto: ESOFORM MANI CUTE

Il prodotto ESOSAN MANI CUTE della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 9B: *Clorexidina digluconato 0,5% in soluzione idroalcolica (alcool etilico almeno 70%) per terapia iniettiva e antisepsi campo operatorio.*

Prodotto: ESOFORM MANI CUTE

Il prodotto ESOSAN MANI CUTE della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 10A: Clorexidina digluconato 2% in soluzione idroalcolica (alcool etilico almeno 65%) per antisepsi cute integra.

Prodotto: CITROCLOREX 2%

Il prodotto CITROCLOREX 2% della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 11A: Clorexidina digluconato 2% in soluzione idroalcolica (alcool etilico/isopropilico almeno 70%) per antisepsi della cute integra, con colorante.

Prodotto: CITROCLOREX 2% RED

Il prodotto CITROCLOREX 2% RED della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 12A: Clorexidina digluconato 2% in soluzione idroalcolica (alcool etilico/isopropilico almeno 65%) per cateterismo venoso o arterioso.

Prodotto: CITROCLOREX 2%

Il prodotto CITROCLOREX 2% della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 13A: Clorexidina digluconato 0,5% e benzalconio per antisepsi cute integra, terapia iniettiva e medicazione.

Prodotto: SIMP 80

Con riferimento al “Tipo di confezionamento secondario (imballi) con numero di pezzi contenuti” la Commissione rileva che non è chiaro, all’interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

LOTTO 17A: Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.

Prodotto: ESO JOD 10%

Con riferimento al “Tipo di confezionamento secondario (imballi) con numero di pezzi contenuti” la Commissione rileva che non è chiaro, all’interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

LOTTO 18A: Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.

Prodotto: ESO JOD 10%

Con riferimento al “Tipo di confezionamento secondario (imballi) con numero di pezzi contenuti” la Commissione rileva che non è chiaro, all’interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

LOTTO 18B: *Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: ESO JOD 10%

Con riferimento al “*Tipo di confezionamento secondario (imballi) con numero di pezzi contenuti*” la Commissione rileva che non è chiaro, all’interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

LOTTO 18C: *Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: ESO JOD 10%

Con riferimento al “*Tipo di confezionamento secondario (imballi) con numero di pezzi contenuti*” la Commissione rileva che non è chiaro, all’interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

LOTTO 28A: *Sodio percarbonato e attivatore, in polvere concentrata tra 40 e 50%, per l'allestimento estemporaneo di soluzione detergente disinfettante efficace nei confronti di HIV-HBV-HCV e Mycobacterium tuberculosis, per la decontaminazione di strumentario chirurgico prima delle operazioni di detersione/sterilizzazione.*

Prodotto: SEKUSEPT AKTIV KG 1,5

Con riferimento ai “*Tempi di validità dal momento dell’apertura del contenitore primario in corrette condizioni di utilizzo*” la Commissione rileva che non è chiaro, all’interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

LOTTO 29A: *Soluzione acquosa concentrata a base di associazione di trifenoli per l'allestimento estemporaneo di soluzione detergente disinfettante efficace nei confronti di HIV-HBV-HCV e Mycobacterium tuberculosis, per la decontaminazione di strumentario chirurgico prima delle operazioni di detersione/sterilizzazione.*

Prodotto: ESOFENOL FERRI

Il prodotto ESOFENOL FERRI della Ditta Esoform Manufacturing Sr.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta non idoneo in quanto la composizione del prodotto non è conforme a quanto richiesto nel capitolato ossia composizione a base di due fenoli invece che trifenoli come richiesto da capitolato.

LOTTO 30A: *Preparato a base di detergente plurienzimatico in soluzione concentrata per detersione di strumenti chirurgici e dispositivi medici.*

Prodotto: ESO ZIM

Il prodotto ESO ZIM della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 38A: *Soluzione idroalcolica spray a base di clorexidina digluconato da 0,05% a 0,1% e ammoniacali quaternari, ad ampio spettro, virucida, pronto all'uso per superfici, apparecchiature e riuniti, che non lascino residui dopo asciugatura.*

Prodotto: ESO S80

Con riferimento ai "Tempi di validità dal momento dell'apertura del contenitore primario in corrette condizioni di utilizzo" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

LOTTO 39A: *Preparato a base di poliesametilene biguanide cloridrato/clorexidina digluconato circa 0,1% e didecildimetilammonio cloruro 0,14% con agenti detergenti e schiumogeni ma senza alcool e senza agenti profumanti, ad ampio spettro, virucida in "condizioni di sporco", pronto all'uso per la detersione/disinfezione, senza risciacquo, di attrezzature (es. termoculle), apparecchiature anche elettroniche, tastiere e monitor anche "touch screen", superfici dell'aerea di assistenza, vetro e plexiglass, che non lasci aloni residui dopo asciugatura.*

Prodotto: ESO SURF

Il prodotto ESO SURF della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIP.

La ditta presenta offerta per il lotto n. 12

LOTTO 12A: *Clorexidina digluconato 2% in soluzione idroalcolica (alcool etilico/isopropilico almeno 65%) per cateterismo venoso o arterioso.*

Prodotto: CHLORAPREP CLEAR 3 ML

Il prodotto CHLORAPREP CLEAR 3 ML della Ditta Carefusion Italy 311 S.r.l. Unip., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA MONDIAL S.N.C.

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 28, 29, 30, 31, 38 e 39

LOTTO 28A: *Sodio percarbonato e attivatore, in polvere concentrata tra 40 e 50%, per l'allestimento estemporaneo di soluzione detergente disinfettante efficace nei confronti di HIV-HBV-HCV e Mycobacterium tuberculosis, per la decontaminazione di strumentario chirurgico prima delle operazioni di detersione/sterilizzazione.*

Prodotto: SP3 KG 2

Il prodotto SP3 KG 2 della Ditta Mondial S.n.c., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 29A: *Soluzione acquosa concentrata a base di associazione di trifenoli per l'allestimento estemporaneo di soluzione detergente disinfettante efficace nei confronti di HIV-HBV-HCV e Mycobacterium tuberculosis, per la decontaminazione di strumentario chirurgico prima delle operazioni di detersione/sterilizzazione.*

Prodotto: FENOCID L. 1

Il prodotto FENOCID L. 1 della Ditta Mondial S.n.c., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 30A: Preparato a base di detergente plurienzimatico in soluzione concentrata per detersione di strumenti chirurgici e dispositivi medici.

Prodotto: DIALZIMA PLURI L.1

Il prodotto DIALZIMA PLURI L.1 della Ditta Mondial S.n.c., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 31A: Soluzione a base di acido peracetico (1500 - 2000 ppm ad attivazione completata) con attivatore (massimo due componenti per ottenere la soluzione finale attiva) per la disinfezione di alto livello /sterilizzazione di dispositivi medici e strumentario a fibre ottiche. Validità della soluzione ricostituita in aperto almeno 14 giorni ad una concentrazione non inferiore a 900 ppm da valutare.

Prodotto: PERAXLIQUID L.1

Il prodotto PERAXLIQUID L.1 della Ditta Mondial S.n.c., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 31B: Soluzione a base di acido peracetico (1500 - 2000 ppm ad attivazione completata) con attivatore (massimo due componenti per ottenere la soluzione finale attiva) da utilizzare anche nelle macchine lavaendoscopi per la disinfezione di alto livello /sterilizzazione di dispositivi medici e strumentario a fibre ottiche. Validità della soluzione ricostituita in aperto almeno 14 giorni ad una concentrazione non inferiore a 900 ppm.

Prodotto: PERAXLIQUID L.5

Il prodotto PERAXLIQUID L.5 della Ditta Mondial S.n.c., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 38A: Soluzione idroalcolica spray a base di clorexidina digluconato da 0,05% a 0,1% e ammoniacali quaternari, ad ampio spettro, virucida, pronto all'uso per superfici, apparecchiature e riuniti, che non lascino aloni residui dopo asciugatura.

Prodotto: DETRISAN AC L.1

Il prodotto DETRISAN AC L.1 della Ditta Mondial S.n.c., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 39A: Preparato a base di poliesametilene biguanide cloridrato/clorexidina digluconato circa 0,1% e didecildimetilammonio cloruro 0,14% con agenti detergenti e schiumogeni ma senza alcool e senza agenti profumanti, ad ampio spettro, virucida in "condizioni di sporco", pronto all'uso per la detersione/disinfezione, senza risciacquo, di attrezzature (es. termoculle), apparecchiature anche elettroniche, tastiere e monitor anche "touch screen", superfici dell'area di assistenza, vetro e plexiglass, che non lascino aloni residui dopo asciugatura.

Prodotto: DETRISAN PRONTO L.1


Il prodotto DETRISAN PRONTO L.1 della Ditta Mondial S.n.c., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Alle ore 16,00 si dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, si aggiornano i lavori al giorno 07/05/2015 alle ore 10,00 presso la sede del Servizio Farmaceutico dell'Osp. Borgo Trento della AO di Verona.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI:

Dott.ssa Elena Maffei



IL SEGRETARIO:

Dott.ssa Nicoletta Turato

Dott.ssa Elena Zattoni

Dott.ssa Ilaria Rossato