



REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale

Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI
SISTEMI ANTIDECUBITO - AMBITO OSPEDALIERO, PER I
FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
DEL VENETO.**

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Quesito n. 1

In riferimento ai CRITERI TECNICI dell'Allegato n. 5, si richiede se il valore 0 (zero) verrà associato alle caratteristiche minime indispensabili. Esempio

LOTTO 1 e LOTTO 2

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTI MASSIMI	GRADUAZIONE
Portata terapeutica (Kg)	Verrà premiata una portata maggiore	3	0 punti per il limite minimo; 1 punto per una portata superiore al minimo fino al 10%; fino a 3 punti per una portata superiore al minimo oltre il 10 %;

Requisito minimo a pena esclusione della portata terapeutica: Kg 130 Alla portata terapeutica di Kg 130, viene associato il valore numerico pari a 0(zero) ? Alla portata terapeutica di Kg 142 viene associato valore numerico pari a 1? Alla portata terapeutica maggiore di Kg 142 viene associato un valore numerico pari a 3 ?

Risposta

Si confermano gli atti di gara

Quesito n. 2

In riferimento ai CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (Art. 6 – Disciplinare di gara), dove viene specificato quanto segue:

“Saranno escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica e dei campioni inviati dalle Ditte concorrenti, risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico e non verranno ammesse all’apertura delle offerte le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore a 24/40.”

Il raggiungimento del punteggio 24/40 deve essere ottenuto da entrambi i sub lotti?

Il punteggio totale qualitativo del singolo Lotto viene calcolato mediante media aritmetica dei sub lotti o mediante un’eventuale media ponderata (in riferimento alle giornate dei singoli sub lotti)

Risposta

Il punteggio verrà assegnato al Lotto in senso complessivo, non ai singoli sub lotti. Pertanto, Il raggiungimento del punteggio 24/40 deve essere ottenuto dal Lotto.

Quesito n. 3

L'art. 1 "Caratteristiche Tecniche Specifiche dei Sistemi per Singolo Lotto" del Capitolato Tecnico prevede, quale requisito minimo a pena di esclusione, "l'adeguamento automatico delle pressioni in base al peso ed alle variazioni posturali del paziente regolato da un sistema di controllo", In particolare, con riguardo a quanto sopra riportato, chiediamo se "l'adeguamento automatico delle pressioni in base al peso ed alle variazioni posturali del paziente regolato da un sistema di controllo" debba intendersi come capacità dei sistemi antidecubito di auto-stabilire (stabilire automaticamente) la pressione d'aria interna alle celle che risulti necessaria al sostegno terapeutico del paziente, e quindi senza che sia necessario alcun intervento di pre-impostazione da parte dell'operatore. Si chiede tale chiarimento per individuare la qualità tecnologica dei prodotti da offrirsi per i vari lotti di gara

Risposta:

Il capitolato richiede l'adeguamento automatico delle pressioni in base al peso, ed alle variabili posturali. E' possibile offrire sistemi che richiedano la pre-impostazione da parte del personale sanitario

Quesito n. 4

Data la complessità tecnica della descrizione del servizio, evidenziamo che il limite da Voi indicato relativamente al numero di 10 (dieci) pagine per illustrare il Progetto Gestionale risulta difficilmente esaustivo considerata la complessità dell'appalto. Si chiede pertanto conferma che tutto il Progetto Gestionale, nella sua interezza, debba essere contenuto entro il limite massimo di 10 pagine edite in formato A4 solo fronte. Nell'ipotesi riteniate indispensabile contenere la descrizione del Progetto Gestionale entro i limiti prescritti dal Capitolato, si chiede se vi sia la possibilità di includere degli allegati quale completamento del Progetto Gestionale al fine di renderlo più comprensibile e valutabile. Si chiede inoltre se la Commissione valuterà, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, Progetti Gestionali che eccedano il limite di pagine indicato, oppure se sia implicita l'esclusione dalla valutazione.

Risposta

Si confermano gli atti di gara.

Quesito n.5

Si segnala che nella documentazione di gara viene specificata soltanto l'altezza minima delle celle attive, senza specificare il limite massimo di altezza delle medesime. Infatti, considerato che i materassi antidecubito sono composti anche da una base di materiale schiumato di livellamento oppure da cuscini d'aria non attivi, ciò comporta, di conseguenza, una altezza aggiuntiva da sommarsi a quella delle celle attive. A questo proposito evidenziamo che non prevedere una altezza massima (quale somma dello schiumato di supporto e delle celle attive) potrebbe pregiudicare in primis la sicurezza del paziente in quanto, senza un limite massimo all'altezza del materasso nel suo complesso (celle attive + supporto schiumato o celle passive), il medesimo è a rischio di cadute accidentali per l'inefficacia del contenimento delle sponde laterali del letto che potrebbero risultare troppo basse per contenerlo. Da ultimo segnaliamo che il punteggio qualitativo riportato premia, con progressività, la maggior altezza delle celle attive senza tener conto proprio della circostanza che una altezza eccessiva del materasso, nel suo complesso, può pregiudicare la sicurezza del paziente in relazione a quanto sopra esposto.

Risposta

SI confermano gli atti di gara.

Quesito n.6

Nel documento "istanza di partecipazione" (Allegato i al Disciplinare di gara") nella sezione relativa ai dati della Dimensione Aziendale" sono riportate delle classi (da 1 a 5, da 6 a 15, da 16 a 50, da 51 a 100, oltre 100) senza specificare il dato a cui esse si riferiscono. Si chiede conseguentemente di specificare il relativo dato di riferimento.

Risposta

Le classi di numeri relative alla Dimensione aziendale si riferiscono al numero di dipendenti della Ditta.

Quesito n. 7

In riferimento ai sistemi oggetto di gara si richiede se questi ultimi devono essere nuovi di fabbrica

Risposta

Si confermano gli atti di gara.

Quesito n. 8

In riferimento al Capitolato Tecnico, ART. 2 , capitolo 6: "Disponibilità ad offrire prodotti in migliororia" si richiedono maggiori informazioni sulle specifiche tecniche richieste quali dimensioni, portata, tipologia di pressione, relativamente alle 3 tipologie di sistemi richiesti in migliororia ovvero: sistemi antidecubito pediatrici (che fanno riferimento al lotto 1 sub b), sistemi antidecubito bariatrici (che fanno riferimento al lotto 2 sub b), sistema antidecubito per culla/termoculla neonatale (che fa riferimento al lotto 2 sub b).

Risposta

Si confermano gli atti di gara.

Quesito n. 9

In riferimento al Capitolato Tecnico, ART. 2 , capitolo 6: "Disponibilità ad offrire prodotti in miglioria" si richiede di specificare se la possibilità di rimuovere o sgonfiare alcune celle è caratteristica richiesta esclusivamente per i prodotti offerti in miglioria o anche per i prodotti oggetto di gara.

Risposta

Si confermano gli atti di gara..

Quesito n. 10

In riferimento alla Capitolato Tecnico, ART. 8 "Prova delle tecnologie offerte" si richiede se la convocazione per detta presentazione avverrà successivamente alla data di presentazione delle offerte e se è sufficiente pertanto inserire in gara una dichiarazione da parte delle ditte concorrenti di disponibilità ad installare quanto richiesto nei luogo e/o termine indicato.

Risposta

Si conferma che la convocazione per detta presentazione avverrà successivamente alla data di presentazione delle offerte.

Quesito n. 11

Premessa: Un dispositivo medico marchio CE è conforme alla direttiva 93/42/CEE, quindi una norma europea etc.....

Chiarimento

Un dispositivo medico che ha una marcatura CE riconosciuta a livello europeo, subisce già un'analisi dei rischi in merito agli incendi secondo gli standard internazionali BS: 7177:1996 secondo i metodi BS EN 597-1:1995 fonte di ignizione brace di sigaretta BS EN 597-2:1995 fonte di ignizione equivalente a fiammifero, può essere offerto partecipando ad una gara europea anche se non in possesso di una certificazione "nazionale" e nemmeno specifica per i prodotti oggetto della gara stessa?

Risposta

Si confermano gli atti di gara.

Quesito n. 12

In riferimento a tutti i Lotti, i prodotti offerti devono necessariamente essere di nuova fabbricazione? - Nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, si richiede se è possibile offrire il medesimo presidio antidecubito per più posizioni, ovvero:

- Stesso presidio per SUB LOTTO
- Stesso presidio per tutti i LOTTI (inclusi i 2 sub lotti)

Risposta

Si confermano gli atti di gara.

Quesito n. 13

L'art. 1 del capitolato tecnico (allegato n. 4 al disciplinare di gara), rubricato "caratteristiche tecniche specifiche dei sistemi per singolo lotto", descrive per tutti i lotti - lotto 1, sub A e B e lotto 2, sub A e B - il seguente requisito minimo a pena di esclusione "adeguamento automatico delle pressioni in base al peso ed alle variazioni posturali del paziente regolato da un sistema di controllo"; a tale proposito si chiede di precisare se vengono considerati idonei, dunque rispondenti alla caratteristica minima sopra riportata, anche i sistemi in grado di adeguare automaticamente le pressioni in base al peso ed alle variazioni posturali del paziente, ma che necessitano di una preventiva impostazione manuale del peso del paziente.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 3

Quesito n. 14

l'art. 1 del capitolato tecnico (allegato n. 4 al disciplinare di gara), rubricato "caratteristiche tecniche specifiche dei sistemi per singolo lotto", descrive per tutti i lotti - lotto 1, sub A e B e lotto 2, sub A e B - il seguente requisito minimo a pena di esclusione "il materasso deve assicurare il funzionamento a bassa pressione continua stabile/statica per le attività di nursing". Posto che i presidi antidecubito sono generalmente dotati di una apposita funzione, denominata "massimo irrigidimento", finalizzata alla esecuzione delle attività di nursing come specificato nel punto del capitolato sopra citato, si chiede di chiarire se siano idonei a soddisfare la caratteristica richiesta anche i presidi antidecubito non dotati della specifica funzione "massimo irrigidimento" per le attività di nursing, preordinata appunto a consentire agli operatori sanitari di eseguire le operazioni sopra dette.

Risposta

Si confermano gli atti di gara

Quesito n. 15

l'art. 1 del capitolato tecnico (allegato n. 4 al disciplinare di gara), rubricato "caratteristiche tecniche specifiche dei sistemi per singolo lotto", descrive per tutti i lotti - lotto 1, sub A e B e lotto 2, sub A e B - il seguente requisito minimo a pena di esclusione "per le manovre di rianimazione cardiopolmonare(CPR), la superficie deve avere una valvola di sgonfiaggio semplice, ben visibile ed efficace che porti il dorso del paziente a contatto con la superficie rigida del letto in 20 secondi al massimo". [...] Si chiede di considerare idonei i sistemi terapeutici ad aria dotati di funzione di rapido sgonfiaggio in grado di garantire una immediata risposta anelastica del sistema stesso per interventi di rianimazione, indipendentemente dal tempo in cui il sistema risulta parzialmente o totalmente sgonfio.

Risposta

Si confermano gli atti di gara

Quesito n. 16

Il capitolo 1 dell'art. 2 del capitolato tecnico (allegato n. 4 al disciplinare di gara), rubricato "descrizione del sistema informatico proposto" riporta la seguente affermazione "il software può essere fornito mediante

tecnologia in Cloud, anche se verrà valutata positivamente la disponibilità della Ditta all'installazione all'interno della rete aziendale dell'Azienda e le possibili integrazioni con gli altri applicativi aziendali". Si osserva a tale proposito che, anche nell'ipotesi di installazione del software di gestione del noleggio all'interno della rete aziendale dell'Azienda, sarebbe comunque necessario un collegamento internet con il software del fornitore al fine di poter efficacemente e concretamente comunicare con quest'ultimo per la gestione degli ordinativi e della fornitura. [...]Ciò osservato, si chiede di chiarire se venga valutata altrettanto positivamente, e quindi in maniera equivalente, la disponibilità della Ditta ad eseguire comunque le possibili integrazioni tra il software di gestione del noleggio, anche se fornito mediante tecnologia in Cloud, e gli applicativi aziendali della Azienda; in aggiunta alla disponibilità a conservare per un certo periodo di tempo successivo alla conclusione della fornitura e/o a trasferire alla azienda al termine della fornitura tutti i dati relativi alla fornitura stessa. Si chiede altresì di chiarire altre eventuali funzionalità relative alla applicazione software che potrebbero essere rese disponibili dalla Ditta e che verrebbero valutate positivamente dalla commissione.

Risposta:

Si confermano gli atti di gara. Eventuali giudizi di equivalenza saranno a cura della Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del Disciplinare.

Quesito n. 17

il capitolo 1 dell'art. 2 del capitolato tecnico (allegato n. 4 al disciplinare di gara), rubricato "descrizione del sistema informatico proposto" cita tra le funzionalità che debbono essere garantite la seguente "permettere l'assegnazione del presidio sfruttando algoritmi basati sull'indice di rischio (espresso dall'indice di rischio Braden)". [...] Posto quanto sopra, si chiede di inserire come base per l'algoritmo anche la presenza o meno di lesioni sul paziente e la gravità delle stesse trattandosi di elemento essenziale ai fini della corretta elaborazione e assegnazione del presidio, dando inoltre la possibilità all'operatore di modificare l'attribuzione del presidio fatta automaticamente dal sistema tramite l'inserimento di una nota con le motivazioni del caso.

Risposta

Il Capitolato prevede che il software debba, come requisito minimo, permettere l'assegnazione del presidio sfruttando algoritmi basati sull'indice di rischio (espresso dall'Indice di rischio Braden). Eventuali ulteriori caratteristiche del software saranno valutati dalla Commissione ai sensi dell'Art 5 al disciplinare "Criteri per la valutazione"

Quesito n. 18

il capitolo 6 dell'art. 2 del capitolato tecnico (allegato n. 4 al disciplinare di gara), rubricato "disponibilità ad offrire prodotti in migliona" stabilisce che ai concorrenti disponibili ad offrire un prodotto in migliona alle medesime condizioni contrattuali del prodotto di riferimento, verrà attribuito un punteggio qualitativo nella misura indicata nell'allegato 5 al disciplinare di gara. A tale proposito si chiede di chiarire se, offrendo in un lotto un prodotto che possieda anche le caratteristiche per essere offerto come prodotto in migliona, e venga pertanto offerto anche come migliona alle condizioni economiche del lotto di riferimento, venga comunque assegnato al concorrente il punteggio qualitativo stabilito per la migliona, o se, diversamente, per essere attribuito il punteggio qualitativo nella misura indicata nell'allegato 5, debba necessariamente essere offerto un prodotto differente rispetto ai prodotti offerti nei lotti di gara.

Risposta

Si confermano gli atti di gara.

Quesito n. 19

L'articolo 2 del disciplinare di gara elenca, tra la documentazione tecnica da inserire nella busta n. 2 , il "PROGETTO GESTIONALE" stabilendo che "al fine di consentire una corretta valutazione in tempi congrui è richiesta la compilazione per un massimo di 10 pagine edile in formato A4 solo, fronte, font arial, dimensioni 11, interlinea singola". Data la mole di richieste espresse nei documenti di gara che vanno esposte nel progetto gestionale e data l'importanza fondamentale di questo documento ai fini della valutazione dell'offerta, si chiede di concedere la possibilità di aggiungere qualche pagina rispetto alle 10 stabilite dal disciplinare.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 4

Quesito n. 20

l'allegato 5 denominato "elementi di valutazione dell'offerta" riporta le tabelle con i punteggi massimi che la commissione giudicatrice assegnerà per ciascun criterio di valutazione. Si osserva che l'assegnazione del punteggio per numeri interi sarebbe fortemente penalizzante rispetto alla assegnazione per numeri decimali, non tenendo infatti conto delle differenze tra i sistemi antidecubito ma sostanzialmente attuando un livellamento verso il basso di tutti i sistemi che non hanno ottenuto il massimo punteggio. Ciò posto, si chiede di chiarire se il punteggio assegnato dalla commissione venga assegnato per numeri interi oppure se tenga conto delle differenze qualitative tra i presidi e pertanto venga assegnato anche con l'attribuzione di numeri decimali.

Risposta

Si confermano gli atti di gara.