

**GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI SANITARI IN
FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE
VENETO.**

**QUARTO VERBALE DEL 13/05/2015
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2015, alle ore 14,30, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di guanti sanitari – seconda procedura in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e allo IOV IRCCS della Regione Veneto, indetta con Decreto del Dirigente Regionale n. 16 del 29/01/2015 e di cui la prima seduta pubblica si è tenuta il 18/03/2015.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 34 del 26/03/2015, è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Caterina Zanetti Medico del lavoro presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Maria Inzalaco Dirigente Farmacista presso la ULSS n. 8 di Asolo
- Componente: Dott.ssa Katia Soncin Coordinatore infermieristico presso UOC Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova
- Componente: Dott.ssa Elena Zattoni Dirigente Farmacista in distacco presso la Regione del Veneto
- Componente: Dott.ssa Francesca Pipitone Coordinatore Tecnico di laboratorio presso la Farmacia dello IOV IRCCS di Padova

La Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende visione della risposta pervenuta dalla **Ditta Berica Hygiene S.r.l.** in data 07/05/2015 e relativa al **lotto n. 1**, ritenendola parzialmente soddisfacente.

La Commissione passa quindi a esaminare la documentazione tecnica contenuta nella Busta n. 2 relativa al **Lotto 2 Guanti non chirurgici, in nitrile, non sterili, senza polvere, presentata dalla Ditta Nacatur International Import Export S.r.l., che offre il guanto "626 Nitril Derm"**.

La Commissione rileva quanto segue:

- ✓ a pag. 5 il Certificato CE si riferisce ad un guanto con nome diverso: "Naturex 626 Nitril Derm";
- ✓ a pag. 9 il Rapporto di prova 0471/FPM/MATs/11_3 si riferisce ad un guanto con nome diverso: "Naturex 626 Nitril Derm";
- ✓ a pag. 14 il Rapporto di prova 1282h/FPM/MATs/06 si riferisce ad un guanto con nome diverso: "Naturex 626 Nitril Derm".

Per i punti precedenti, la Commissione decide di chiedere un chiarimento: la Ditta dovrà precisare in quale parte della Documentazione tecnica contenuta nella Busta n. 2 sia possibile evincere in modo inequivocabile che tutti i documenti precitati si riferiscono al quanto offerto.

La Ditta dichiara che nell'allegato 03 alle Informative tecniche, a pagina 130 e 131 della Documentazione tecnica in Busta n. 2 si trovano le gaussiane relative alla qualità e al numero di fori, mentre nell'allegato 04, a pagina 132 e 133, si trovano le curve gaussiane relative allo spessore, alla lunghezza e larghezza. La Commissione rileva che:

- ✓ i grafici alle pagine 130 e 132 non sono curve gaussiane, mentre a pag. 131 e 133 vengono riportate delle tabelle vuote.

Per i punti precedenti, la Commissione decide di chiedere un chiarimento: la Ditta dovrà precisare in quale parte della documentazione tecnica contenuta nella Busta n. 2 sia possibile rinvenire le curve gaussiane richieste.

La Commissione dichiara di concludere la seduta, aggiornando i lavori all'incontro successivo, che viene fissato per il 15.6.2015.

La seduta si chiude alle 16.45.

- Presidente: Dott.ssa Caterina Zanetti
- Componente: Dott.ssa Maria Inzalaco
- Componente: Dott.ssa Katia Soncin
- Componente: Dott.ssa Elena Zattoni
- Componente: Dott.ssa Francesca Pipitone









