



REGIONE VENETO

*Area Sanità e Sociale*

**Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER  
ANESTESIA, RIANIMAZIONE, ED APPARATO RESPIRATORIO IN FABBISOGNO ALLE  
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**

**II^ PROCEDURA**

**\* \* \* \* \***

**Allegato 5 al Disciplinare di gara**

**CAPITOLATO TECNICO**

Tutti i dispositivi medici dovranno essere latex free, ad eccezione di quelli per i quali, nel presente capitolato, è espressamente ammessa la presenza di lattice.

### **Lotto n. 1 (ex lotto 26): MASCHERA PER ANESTESIA MONOUSO**

Maschera facciale monouso per anestesia, trasparente, con cuscinetto gonfiabile e relativa valvola di gonfiaggio unidirezionale (almeno nelle misure adulti), connessione standard, misure varie, in confezione singola.

<b>LOTTO 26</b> <b>(CIG 6491300637)</b>	<b>Importo unitario a base d'asta, IVA esclusa</b>	<b>Quantità annua presunta</b>	<b>Quantitativo massimo triennale</b>
	€ 1,4380	84818	254454

### **Lotto n. 2 (ex lotto 31): MASCHERA TIPO VENTURI ADULTI**

Maschera monouso per ossigenoterapia con ghiera della valvola a concentrazione variabile dal 24% fino al 60%, completa di sistema di fissaggio e tubo antischiuma di lunghezza minima cm. 180, in confezione singola. E' ammesso, per questo lotto, un sistema di fissaggio anche non "latex free".

<b>LOTTO 31</b> <b>(CIG 6491304983)</b>	<b>Importo unitario a base d'asta, IVA esclusa</b>	<b>Quantità annua presunta</b>	<b>Quantitativo massimo triennale</b>
	€ 0,6820	30690	92070

\* \* \*

#### **CONFEZIONAMENTO:**

Il confezionamento dovrà permettere una facile e rapida apertura, nonché garantire il mantenimento della sterilità e la stabilità del dispositivo in relazione al possibile deterioramento causato da fattori esterni.

Tutti i dispositivi, quindi, dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento per sovrapposizione.

Tutti i dispositivi sterili, anche in funzione della loro sterilità, dovranno avere al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità.

#### **ETICHETTATURA:**

Su ogni singola confezione dei dispositivi richiesti dovranno essere riportati, a caratteri indelebili e ben visibili, in lingua italiana, tutti i dati prescritti dalla Direttiva 93/42/CEE.

Per quanto non previsto, si farà riferimento agli standard UNI-EN / ISO o ad altre norme internazionali universalmente riconosciute.

I dispositivi in gara, oltre ai requisiti già richiesti, dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.