

Procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto

Risposte ai chiarimenti al 23.02.2015

Quesito n. 1

- Desideriamo avere conferma sulla correttezza del prezzo a base d'asta del lotto n. 30 (€ 0.003540 per litro di soluzione diluita) in quanto, a nostro parere, sembra anormalmente basso.
- In relazione al lotto n. 31a e al lotto 31b, desideriamo sapere se può essere accettato un prodotto corrispondente alla descrizione fatta ma a base di acido peracetico con concentrazione di 2500 ppm ad attivazione completa.
A tale concentrazione garantiamo in ogni caso la non corrosività del prodotto e il rispetto dei materiali trattati, come dimostreremo con la documentazione tecnica e risultati di laboratorio che presenteremo.

Risposta al quesito n. 1

- Si confermano gli atti di gara;
- In relazione ai lotti 31 A e 31 B, si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico ovvero che le caratteristiche dei prodotti dell'Allegato 1 "dovranno corrispondere circa la qualità, la composizione, il confezionamento, la registrazione e la destinazione d'uso a quanto nello stesso riportato".

Quesito n. 2

In riferimento alla gara in oggetto in scadenza il 03/03/2015 siamo con la presente a chiedere i seguenti chiarimenti:

- **Lotto 28 A**
 - a) Il prezzo a base d'asta riportato è enormemente basso (metà dell'attuale prezzo per la Regione del Veneto e non rappresentativo del valore intrinseco del prodotto). Riteniamo che sia stato erroneamente calcolato, sulla scorta del prezzo aggiudicato nella precedente gara regionale (capofila Ulss 14 Chioggia), dove il prezzo è pari a € 4,29 al kg e non a secchiello da 2 kg.
 - b) Essendo un prodotto concentrato, al pari di altri articoli riportati in gara, riteniamo corretto che venga espresso il prezzo, non a valore nominale (kg), ma a litro di soluzione decontaminante diluita pronta all'uso.
- **Lotto 30 A**

Viene richiesto un prodotto detergente plurienzimatico. Si chiede di confermare che il prodotto da Voi richiesto abbia in formulazione la presenza di più categorie di enzimi, ad esempio: proteasi, lipasi, amilasi, cellulasi, ecc..

- **Lotto 31 A-B**

Si chiede di confermare i prezzi a base d'asta, ritenendo gli stessi enormemente bassi.
Si chiede inoltre di specificare il numero di test strip richiesto per litro di prodotto fornito.

- Infine per gli articoli dove viene richiesto come accessorio l' "eventuale tappo dosatore", tale richiesta è tassativa?

Risposta al quesito n. 2

Lotto 28 A

- a) Si confermano gli atti di gara;
- b) L'intervallo di concentrazione di principio attivo indicato nella descrizione del lotto è limitato: si conferma il Kg come unità di misura.

Lotto 30 A

Si richiede che il prodotto contenga almeno due categorie di enzimi (es. proteasi e lipasi).

Lotto 31 A-B

- Si confermano gli atti di gara;
- Per quanto riguarda i test strip non abbiamo dati per rispondere ma si tratta comunque di quantità esigue.
- Si confermano gli atti di gara.

Quesito n. 3

Buongiorno,

all'art. 3 del disciplinare di gara (pag. 16) è specificato che l'offerta deve essere accompagnata, a pena d'esclusione, dall'impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto....ecc...

Immagino s'intenda la fideiussione e non l'offerta visto che la richiesta è chiaramente riferita alla fideiussione.

Risposta al quesito n. 3

Con tale espressione si intende ribadire quanto già citato nell'art. 2 "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" punto 4 "Impegno del fidejussore" (pag. 9).

Quesito n. 4

In riferimento a quanto in oggetto siamo a chiedere delucidazioni riguardanti la totalizzazione del lotto 1: la voce A1 – Supporti a muro, per i quali chiedete di indicare il prezzo, concorre a formare l'importo complessivo annuo offerto del lotto?

Risposta al quesito n. 4

Il prezzo degli erogatori a muro non concorre a formare l'importo complessivo annuo offerto del lotto.

Quesito n. 5

La presente per richiedere il seguente chiarimento:
richiedete la doc. tecnica anche su CD-ROM non riscrivibile, è possibile inviarvi la doc. salvata su pen-drive?

Risposta al quesito n. 5

Si conferma quanto richiesto.