

**GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER ORTOPEDIA IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO.**

**VERBALE DEL 09/05/2013  
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 9 del mese di maggio dell'anno 2013, alle ore 9,45 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di materiale per ortopedia in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto, indetta con la D.G.R.V. n. 2724 del 24 dicembre 2012.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 6 del 27/03/2013, risulta così composta:

- Presidente: Dott.ssa Emanuela Salvatico      Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 10 di San Donà di Piave,
- Componente: Dott. Corrado D'Antimo      Dirigente Medico Responsabile U.O.S. di Ortopedia e Traumatologia Day Surgery dell'Azienda Ulss 1 di Belluno,
- Componente: Dott. Pietro Olivi      Dirigente Medico Chirurgo dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - sede ospedaliera Borgo Trento.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, Assistente Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori delle precedenti sedute riservate del 10.04.2013 e del 24.04.2013, come da relativi verbali, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

La Commissione prosegue quindi, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Tecnico ed alla valutazione qualitativa secondo i parametri dettagliati nell'ALLEGATO E al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta.

**LOTTO 15 - GINOCCHIERE POST TRAUMA**


In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

**BSN Medical S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle altezze: sufficiente in quanto presenta solo due misure in lunghezza.

Presenza di cuciture e natura dell'imbottitura: ottima.



pag. 1

Facilità di applicazione: buona in quanto i velcri sono movibili, si spostano.  
Modalità di chiusura/regolazione: buona in quanto le modalità di chiusura e regolazione sono indaginose per la presenza di fasce rimovibili.  
Confezionamento primario e secondario: ottimo.

### **Hit Medica S.p.A.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Range delle altezze: ottimo.  
Presenza di cuciture e natura dell'imbottitura: ottima.  
Facilità di applicazione: ottima.  
Modalità di chiusura/regolazione: ottima.  
Confezionamento primario e secondario: ottimo.

### **Major S.p.A.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Range delle altezze: ottimo.  
Presenza di cuciture e natura dell'imbottitura: ottima.  
Facilità di applicazione: ottima.  
Modalità di chiusura/regolazione: ottima.  
Confezionamento primario e secondario: ottimo.

### **Italsanitaria S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Range delle altezze: molto buono anche se la misura più piccola è di 45 cm (relativamente grande in ambito pediatrico).  
Presenza di cuciture e natura dell'imbottitura: ottima.  
Facilità di applicazione: buona in quanto i velcri sono movibili, si spostano.  
Modalità di chiusura/regolazione: buona in quanto le modalità di chiusura e regolazione sono indaginose per la presenza di fasce rimovibili.  
Confezionamento primario e secondario: ottimo.

### **Artsanity S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Range delle altezze: ottimo.  
Presenza di cuciture e natura dell'imbottitura: ottimale per la presenza di cuciture introflesse.  
Facilità di applicazione: ottima.  
Modalità di chiusura/regolazione: ottima.  
Confezionamento primario e secondario: ottimo.

### **Donjoy Italia S.r.l.**

Presenta 4 campioni anziché 5 ma è ritenuto in grado di coprire le 5 taglie richieste.  
Range delle altezze: molto buono anche se la misura più piccola è di 45 cm (relativamente grande in ambito pediatrico).

Presenza di cuciture e natura dell' imbottitura: non ottimale in quanto presenta cuciture introflesse ma l'imbottitura è sottile.

Facilità di applicazione: non ottimale per la presenza di regolazione larghezza con ali con velcri laterali.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Confezionamento primario e secondario: ottimo.

### **LOTTO 16 - BENDAGGI ALLA DESAULT**

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

#### **Megapharma Ospedaliera S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure: ottimo in quanto presenta ulteriori misure rispetto a quanto richiesto da capitolato.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: non sufficiente per presenza di fibbie per l'ancoraggio delle bretelle in stoffa che non agevolano la regolazione e l'applicazione.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: appena sufficiente in quanto la fascia non è un corpo unico, presenza di fibbie.

Confezionamento primario e secondario: non ottimale, solo istruzioni per il posizionamento.

#### **Coremec S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure: ottimo in quanto presenta ulteriori misure rispetto a quanto richiesto da capitolato.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: buono perché non è un corpo unico.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: non ottimale in quanto facile con velcro.

Confezionamento primario e secondario: ottimale con foto e descrizione.

#### **Hit Medica S.p.A.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure: conforme al capitolato tecnico.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: ottima.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Confezionamento primario e secondario: non ottimale, solo istruzioni per il posizionamento.

#### **Major S.p.A.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure: conforme al capitolato tecnico.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: ottima.



pag. 3

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Confezionamento primario e secondario: non ottimale, solo istruzioni per il posizionamento.

### **Farmac-Zabban S.p.A.**

Presenta 1 solo campione anziché 4 ma è ritenuto in grado di coprire le 4 taglie richieste.

Range delle misure: appena sufficiente in quanto meno adattabile ai pazienti più piccoli.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: non sufficiente in quanto è presente una fibbia in plastica per regolazione e chiusura, che non agevola la regolazione e l'applicazione.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: appena sufficiente in quanto la fascia non è un corpo unico, presenza di fibbie.

Confezionamento primario e secondario: non ottimale, presenza di istruzioni fornite ma ingombrante.

### **Artsanity S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure: conforme al capitolato tecnico.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: buono, presente un corpo unico con velcro, con elastico per bloccaggio della parte inferiore del braccio.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: sufficiente in quanto ridotto sostegno del polso e della mano e spessore ridotto del tutore.

Modalità di chiusura/regolazione: buono in quanto un po' indaginosa l'applicazione.

Confezionamento primario e secondario: ottimale con foto e descrizione.

### **Donjoy Italia S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure: ottimo in quanto presenta ulteriori misure rispetto a quanto richiesto da capitolato.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: buono non è un corpo unico.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: ottimo.

Confezionamento primario e secondario: ottimale con foto e descrizione.

### **LOTTO 17 - REGGIBRACCIO**

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

### **BSN Medical S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure (ulteriori rispetto a quelle prescritte da capitolato): ottimo in quanto presenta ulteriori misure rispetto a quanto richiesto da capitolato.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: ottima.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima con presenza di sostegno per il pollice e cinghia imbottita sul collo.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Confezionamento primario e secondario: ottimale con presenza di scatola con brochure per istruzioni per l'uso.

### **Megapharma Ospedaliera S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure (ulteriori rispetto a quelle prescritte da capitolato): ottimo in quanto presenta ulteriori misure rispetto a quanto richiesto da capitolato.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: ottima.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima con presenza di sostegno per il pollice e cinghia imbottita sul collo.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Confezionamento primario e secondario: buone in quanto non sono presenti le istruzioni per l'uso (solo etichetta).

### **Coremec S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure (ulteriori rispetto a quelle prescritte da capitolato): ottimo in quanto presenta ulteriori misure rispetto a quanto richiesto da capitolato.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: ottima.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: buona in quanto non ha imbottitura sul collo e ha sostegno per il pollice.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Confezionamento primario e secondario: buone in quanto non sono presenti le istruzioni per l'uso (solo etichetta).

### **Hit Medica S.p.A.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure (ulteriori rispetto a quelle prescritte da capitolato): conforme al capitolato tecnico.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Facilità di applicazione: non ottimale in quanto le cinghie sono completamente separate dalla sacca.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima con presenza di fascia toracica e cinghia imbottita sul collo.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Confezionamento primario e secondario: non ottimale, presenti istruzioni d'uso su ogni singola confezione.

### **Major S.p.A.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Range delle misure (ulteriori rispetto a quelle prescritte da capitolato): conforme al capitolato tecnico.

Minore presenza di cuciture: ottima.



pag. 5

Facilità di applicazione: non ottimale in quanto le cinghie sono completamente separate dalla sacca.  
Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima con presenza di fascia toracica e cinghia imbottita sul collo.  
Modalità di chiusura/regolazione: ottima.  
Confezionamento primario e secondario: buone e presenti istruzioni d'uso sul confezionamento secondario.

### **Farmac-Zabban S.p.A.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Range delle misure (ulteriori rispetto a quelle prescritte da capitolato): ottimo in quanto presenta ulteriori misure rispetto a quanto richiesto da capitolato.  
Minore presenza di cuciture: ottima.  
Facilità di applicazione: ottima.  
Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima con presenza di fascia toracica premontata e cinghia imbottita sul collo.  
Modalità di chiusura/regolazione: ottima.  
Confezionamento primario e secondario: ottimale con presenza di scatola con brochure per istruzioni per l'uso.

### **Italsanitaria S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Range delle misure (ulteriori rispetto a quelle prescritte da capitolato): ottimo in quanto presenta ulteriori misure rispetto a quanto richiesto da capitolato.  
Minore presenza di cuciture: ottima.  
Facilità di applicazione: non ottimale per presenza di fibbia metallica e non velcro.  
Adattabilità dell'imbottitura al paziente: buona in quanto non ha imbottitura sul collo e ha sostegno per il pollice.  
Modalità di chiusura/regolazione: non ottimale per presenza di fibbia metallica e non velcro.  
Confezionamento primario e secondario: non ottimale, presenti istruzioni d'uso su ogni singola confezione.

### **Artsanity S.r.l.**

Non presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico in quanto presenta il bendaggio Desault.

### **Donjoy Italia S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Range delle misure (ulteriori rispetto a quelle prescritte da capitolato): ottimo in quanto presenta ulteriori misure rispetto a quanto richiesto da capitolato.  
Minore presenza di cuciture: ottima.  
Facilità di applicazione: ottima.  
Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima in quanto ha imbottitura sul collo e sostegno per il pollice.  
Modalità di chiusura/regolazione: ottima.  
Confezionamento primario e secondario: ottimale con presenza di scatola con brochure per istruzioni per l'uso.

La ditta Artsanity S.r.l., per le motivazioni di cui sopra, viene esclusa dal prosieguo della

**gara con riferimento al prodotto offerto per il lotto 17.**

### **LOTTO 19 - BENDAGGI A "8" PER CLAVICOLA**

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

#### **BSN Medical S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico, in quanto la misura più grande offerta per la campionatura permette per la regolazione del dispositivo anche la copertura dei pazienti più robusti.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili: non ottimale in quanto la misura più grande offerta per la campionatura permette per la regolazione del dispositivo anche la copertura dei pazienti più robusti.

Facilità di applicazione: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo: non ottimale in quanto tessuto un po' morbido.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: non ottimale in quanto l'anello determina dislocazione verso l'alto qualora tensionato.

Confezionamento primario e secondario: ottimali.

#### **Megapharma Ospedaliera S.r.l.**

Non presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico in quanto non sono presenti velcri ma solo fibbie.

#### **Coremec S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili: ottima.

Facilità di applicazione: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo: ottima.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: non ottimale in quanto le fibbie di fissaggio posteriori sono oblique e dislocabili per insufficienza di fissaggio alla piattina, quindi possono ruotare.

Confezionamento primario e secondario: ottimali.

#### **Hit Medica S.p.A.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili: ottima.

Facilità di applicazione: buona in quanto composta da due elementi, inoltre il sistema di aggancio posteriore prevede tre fibbie di cui la longitudinale scarsamente protetta.

Modalità di chiusura/regolazione: sufficiente in quanto indaginosa per presenza di tre fibbie non imbottite con fettucine e con velcri sottili.

 pag. 7

Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo: buona in quanto il velcro è corto e quindi scarsamente regolabile.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: sufficiente in quanto imbottitura è ridotta.

Confezionamento primario e secondario: ottimali.

### **Major S.p.A.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili: ottima.

Facilità di applicazione: buona in quanto composta da due elementi, inoltre il sistema di aggancio posteriore prevede tre fibbie di cui la longitudinale scarsamente protetta.

Modalità di chiusura/regolazione: sufficiente in quanto indaginosa per presenza di tre fibbie non imbottite con fettucine e con velcri sottili.

Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo: buona in quanto il velcro è corto e quindi scarsamente regolabile.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: sufficiente in quanto imbottitura è ridotta.

Confezionamento primario e secondario: ottimali.

### **Lohmann & Rauscher S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico, in quanto la misura più grande offerta per la campionatura permette per la regolazione del dispositivo anche la copertura dei pazienti più robusti.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili: non ottimale in quanto la misura più grande offerta per la campionatura permette per la regolazione del dispositivo anche la copertura dei pazienti più robusti.

Facilità di applicazione: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo: ottima.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima.

Confezionamento primario e secondario: ottimali.

### **Farmac-Zabban S.p.A.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico, in quanto la misura più grande offerta per la campionatura permette per la regolazione del dispositivo anche la copertura dei pazienti più robusti.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili: non ottimale in quanto la misura più grande offerta per la campionatura permette per la regolazione del dispositivo anche la copertura dei pazienti più robusti.

Facilità di applicazione: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: non ottimale in quanto presenti velcri sottili con fasce che si piegano nella fibbia posteriore.

Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo: buona con velcro sottile e ridotta superficie di contatto.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: sufficiente in quanto poco imbottito in particolare nella regione posteriore.

Confezionamento primario e secondario: ottimali.

### **Italsanitaria S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili: ottima.

Facilità di applicazione: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: non ottimale per la presenza di una fibbia di fissaggio posteriore unica triangolare.

Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo: non ottimale in quanto nella parte superiore è deficitaria di tenuta.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: non ottimale in quanto vi sono zone non imbottite a contatto con il paziente.

Confezionamento primario e secondario: ottimali.

### **Artsanity S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Minore presenza di cuciture: ottima.

Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili: ottima.

Facilità di applicazione: ottima.

Modalità di chiusura/regolazione: ottima.

Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo: ottima.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: ottima.

Confezionamento primario e secondario: non ottimali in quanto non ci sono le istruzioni per l'uso.

### **Donjoy Italia S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico, in quanto la misura più piccola offerta per la campionatura permette per la regolazione del dispositivo anche la copertura dei pazienti più piccoli.

La Ditta però non presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico in quanto, presenta solo un pezzo per misura e non n. 2 come previsto da capitolato.

**Le ditte Megapharma Ospedaliera S.r.l. e Donjoy Italia S.r.l., per le motivazioni di cui sopra, vengono escluse dal prosieguo della gara con riferimento ai prodotti offerti per il lotto 19.**

### **LOTTO 21 SUB A - ORTESI PER DITO SINGOLO IN MATERIALE PLASTICO TIPO Mallet Finger**

In relazione ai prodotti presentati dalla Ditta ammessa per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alla sotto indicata ditta:



pag. 9

**Artsanity S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Biocompatibilità: ottima per invasività e classe di appartenenza.  
Capacità di copertura del maggior numero di casistiche possibili: ottima.  
Facilità di applicazione: ottima.  
Confezionamento primario e secondario: ottimo in quanto esaustivo per le informazioni contenute.

**LOTTO 21 SUB B - ORTESI PER DITA IMBOTTITO IN ALLUMINIO/STECCA RETTA TIPO ZIMMER**

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

**Artsanity S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Biocompatibilità: ottima per invasività e classe di appartenenza.  
Aderenza dell'imbottitura alla struttura: ottima.  
Facilità di applicazione: ottima.  
Confezionamento primario e secondario: ottimo in quanto esaustivo per le informazioni contenute.

**LOTTO 21 SUB C - ORTESI PER DITA IMBOTTITO IN ALLUMINIO/STECCA PRESAGOMATA TIPO RANA**

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

**Artsanity S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Biocompatibilità: ottima per invasività e classe di appartenenza.  
Aderenza dell'imbottitura alla struttura: ottima.  
Facilità di applicazione: ottima.  
Confezionamento primario e secondario: ottimo in quanto esaustivo per le informazioni contenute.

**LOTTO 21 SUB D - ORTESI PER DITA IMBOTTITO IN ALLUMINIO/STECCA PRESAGOMATA TIPO BASEBALL**

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

**Artsanity S.r.l.**

Presenta la quantità di campionatura richiesta da capitolato tecnico.  
Biocompatibilità: ottima per invasività e classe di appartenenza.  
Aderenza dell'imbottitura alla struttura: ottima.  
Facilità di applicazione: ottima.  
Confezionamento primario e secondario: ottimo in quanto esaustivo per le informazioni contenute.

Alle ore 15,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,30 del giorno 15.05.2013 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire con l'attribuzione dei punteggi sulla base delle valutazioni qualitative effettuate.

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Ditte concorrenti e la campionatura per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott.ssa Emanuela Salvatico



I COMPONENTI: Dott. Corrado D'Antimo



Dott. Pietro Olivi



IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE

Dott.ssa Lisa Brazzorotto

