



REGIONE VENETO
Segreteria Regionale per la Sanità
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRESIDI PER PRELIEVI BIOLOGICI IN
FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO**

* * * * *

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

LOTTO 1 A:**Aghi retti preassemblati (Calibro 21 G)**

| Critério | Descrizione | PUNTEGGIO |
|----------|--|-----------|
| 1 | Funzionalità e maneggevolezza d'uso (soglia minima per l'ammissione 5 punti) | 10 |
| 2 | Facilità d'uso dei dispositivi di sicurezza (soglia minima per l'ammissione 5 punti) | 10 |
| 3 | Proposta formativa per il personale addetto | 3 |
| 4 | Facilità di penetrazione dell'ago (soglia minima per l'ammissione 4 punti) | 7 |
| 5 | Lunghezza dell'ago | 3 |
| 6 | Ermeticità della guaina dell'ago di campionamento in corso di prelievi multipli (soglia minima per l'ammissione 4 punti) | 7 |
| | TOTALE | 40 |

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima indicata per i parametri in cui ciò sia previsto per l'ammissione al prosieguo della gara.

LOTTO 1 B- C:**Camicie porta aghi monouso e Connettori sterili luer monouso**

| Critério | Descrizione | PUNTEGGI |
|----------|---|-----------|
| 1 | Ermeticità della guaina dell'ago di campionamento in corso di prelievi multipli (soglia minima per l'ammissione 10 punti) | 20 |
| 2 | Ergonomicità della camicia di campionamento (soglia minima per l'ammissione 5 punti) | 10 |
| 3 | Facilità di assemblaggio e stabilità del sistema luer/camicia (soglia minima per l'ammissione 3 punti) | 5 |
| 4 | Tenuta della connessione del cono luer con i dispositivi compatibili (soglia minima per l'ammissione 3 punti) | 5 |
| | TOTALE | 40 |

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima indicata per i parametri in cui ciò sia previsto per l'ammissione al prosieguo della gara.

LOTTO 1 D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q:**Provette sottovuoto per raccolta ematica per analisi di laboratorio**

| Criterio | Descrizione | PUNTEGGI |
|----------|--|-----------|
| 1 | Qualità del sistema separatore gel/siero/plasma (soglia minima per l'ammissione 6 punti) | 12 |
| 2 | Evidenze bibliografiche su interferenza o meno degli additivi/anticoagulanti/componenti o materiali della provetta | 4 |
| 3 | Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta | 6 |
| 4 | Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore (soglia minima per l'ammissione 5 punti) | 8 |
| 5 | Confezionamento (punteggio maggiore alla disponibilità di confezionamenti/ordini minimi) | 10 |
| | TOTALE | 40 |

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima indicata per i parametri in cui ciò sia previsto, e, complessivamente, non inferiore a 21 punti, per l'ammissione al prosiegua della gara.

LOTTO 2 A – B – C:**Dispositivi per la raccolta e per il campionamento delle urine per analisi di laboratorio**

| Criterio | Descrizione | PUNTEGGI |
|----------|--|-----------|
| 1 | Praticità e facilità d'uso (soglia minima per l'ammissione 5 punti) | 10 |
| 2 | Qualità del materiale informativo fornito | 8 |
| 3 | Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta | 3 |
| 4 | Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore/utente (soglia minima per l'ammissione 6 punti) | 11 |
| 5 | Packaging | 8 |
| | TOTALE | 40 |

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima indicata per i parametri in cui ciò sia previsto, e, complessivamente, non inferiore a 21 punti, per l'ammissione al prosieguo della gara.