


REGIONE DEL VENETO

Allegato 6 al disciplinare - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI PER MONITORAGGIO
IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCSS IOV DELLA REGIONE VENETO

QUESTIONARIO richiesta informazioni tecniche

LOTTO n.

SUBLOTTO .

DITTA FORNITRICE		
DITTA PRODUTTRICE		
MODELLO		
CODICE		
ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE		
SITO PRODUTTIVO		
INDICAZIONI D'USO	DESTINAZIONE D'USO	
	TEMPO DI APPLICAZIONE (h)	
	POSSIBILITA' DI RIPOSIZIONAMENTO	
CARATTERISTICHE MATERIALI	TIPO DI GEL	
	TIPO DI SUPPORTO	
	TIPO DI ADESIVO	
	RADIOTRASPARENZA	
	COMPATIBILITA' RNM (specificare tesla)	
CARATTERISTICHE FISICHE	FORMA	
	DIMENSIONI (mm)	
	AREA TOTALE (mm2)	
	AREA CONDUTTIVA (mm2)	
BIOCOMPATIBILITA'	CONFORMITA' A NORME TECNICHE/ DIRETTIVE (specificare quali)	
	LATEX FREE	
	PVC FREE	
CONNESSIONE	TIPO DI ATTACCO	
	EVENTUALE CAVETTO (specificare lunghezza cm)	
CONFEZIONAMENTO	CONFEZIONE PRIMARIA (pz)	
	CODICE A BARRE (SI/NO INFORMAZIONI CONTENUTE)	
	SCADENZA CONFEZIONE PRIMARIA APERTA (giorni dall'apertura)	
	SCADENZA CONFEZIONE PRIMARIA CHIUSA (mesi dalla produzione)	
CARATTERISTICHE PARTICOLARI		
CARATTERISTICHE ELETTRICHE (NORMA TECNICA ANSI/AAMI EC12:2000) se disponibili		
AC IMPEDANCE		
DC OFFSET VOLTAGE		
DEFIBRILLATION OVERLOAD RECOVERY		
RATE OF CHANGE OF POLARIZATION		
COMBINED OFFSET INSTABILITY AND INTERNAL NOISE		
BIAS CURRENT TOLERANCE		
ALTRO		
CONFORMITA' ALLE NORME TECNICHE (specificare quali norme e relative revisioni)		
MARCATURA CE 93/42/EEC e sue modifiche/integrazioni	DESTINAZIONE D'USO	
	CLASSE DI RISCHIO	
N. ISCRIZIONE REPERTORIO DM		