

COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITA'

DIALOGO TECNICO CHIRURGIA MINIVASIVA

ELENCO LOTTI E RELATIVE CARATTERISTICHE

Tutti i prodotti dovranno essere latex free nella parte a contatto con paziente

LOTTO 1 – Trocar Addominale senza lama – per interventi standard

Radiotrasparente , punta atraumatica, misure varie, diametro almeno 5, 10 oppure 11 , 12, lunghezza almeno da 10 cm, provvisto di riduttore, ad eccezione della misura 5 mm , con rubinetto (o altro sistema di insufflazione per la misura 5 mm), in confezione singola sterile.

SUB A. Trocar

SUB B. Camicie per il trocar in sub A)

Si chiede in particolare alle Ditte di presentare osservazioni sui seguenti aspetti:

- Radio trasparenza
- Presenza delle misure 10 e/o 11
- Possibilità di avere il riduttore (ad eccezione della misura 5 mm)

LOTTO 2 – Trocar Addominale senza lama per interventi complessi –

Trocar Radiotrasparente , con punta atraumatica , con cannula trasparente, usabile come trocar ottico, a doppia valvola con possibilità di asportare campioni biotici senza perdita di pneumoperitoneo, misure varie, diametro almeno 5, 10 oppure 11 , 12 mm, lunghezza almeno da 10 cm, provvisto di riduttore, ad eccezione della misura 5 mm, con rubinetto (o altro sistema di insufflazione solo per la misura 5 mm), in confezione singola sterile.

SUB A. Trocar

SUB B. Camicie per il trocar in sub A)

Si chiede in particolare alle Ditte di presentare osservazioni sui seguenti aspetti:

- Radio trasparenza
- Presenza delle misure 10 e/o 11
- Possibilità di avere il riduttore (ad eccezione della misura 5 mm)

LOTTO 3 Trocar Addominale senza lama, diametro 15– per interventi complessi

Radiotrasparente, con punta atraumatica , con rubinetto, Possibilità di asportare campioni biotici senza perdita di pneumoperitoneo, cannula trasparente e possibilità di essere usato come trocar ottico.

Tenuta del pneumo peritoneo con strumenti di diametro diverso

Lunghezza almeno da 10 cm, provvisto di riduttore, confezione singola sterile.

SUB A. Trocar

SUB B. Camicie per il trocar in sub A)

LOTTO 4 – Trocar Addominale con lama piatta

Trocar Radiotrasparente , con schermo di protezione, con cannula trasparente, usabile come trocar ottico, a doppia valvola con possibilità di asportare campioni biotici senza perdita di pneumoperitoneo, misure varie, diametro almeno 5, 10 oppure 11 , 12 mm, lunghezza almeno da 10 cm, provvisto di riduttore, ad eccezione della misura 5 mm, con rubinetto (o altro sistema di insufflazione solo per la misura 5 mm), in confezione singola sterile.

SUB A. Trocar

SUB B. Camicie per il trocar in sub A)

Si chiede in particolare alle Ditte di presentare osservazioni sui seguenti aspetti:

- Radio trasparenza
- Presenza delle misure 10 e/o 11
- Possibilità di avere il riduttore (ad eccezione della misura 5 mm)

LOTTO 5 – Trocar di Hasson monouso con punta atraumatica senza palloncino in confezione singola sterile , con sistema di ancoraggio, doppia valvola, , trasparente, diametro 10 oppure 12 mm –

Si chiede in particolare alle Ditte di presentare osservazioni sui seguenti aspetti:

- Doppia valvola
- Trasparenza
- Presenza del diametro 10 e/o 12 mm

LOTTO 6 – Trocar di Hasson monouso con punta atraumatica con palloncino latex free nella parte a contatto col paziente , in confezione singola sterile diametro 10 oppure 12 mm –

- Si chiede in particolare alle Ditte di presentare osservazioni sulla presenza del diametro 10 e/o 12 mm

LOTTO 7 Trocar toracico rigido monouso con punta atraumatica, dotato di cannula filettata , diametri vari, in confezione singola sterile

LOTTO 8 Sistema di scollamento pre peritoneale a palloncino monouso misure varie in confezione singola sterile – per l'utilizzo in corso di prostatectomia radicale laparoscopica e/o robotica nonché di ernie pre peritoneali.

Dispositivo costituito da una cannula del diametro 12 mm, provvista di palloncino alla sua estremità.

Il palloncino deve essere robusto e sopportare carichi di pressione importanti, di forma rotonda e gonfiabile per almeno 600 cc.

Il sistema di gonfiaggio è costituito da una pompa manuale collegato da una valvola poi sgonfiabile.

LOTTO 9 Trocar monoaccesso monouso dotato di almeno tre accessi con rubinetto per insufflazione utilizzabile anche per chirurgia transanale in confezione singola sterile

LOTTO 10 *Trocar monoaccesso monouso dotato di almeno tre accessi con rubinetto per insufflazione con possibilità di introdurre strumenti curvi in confezione singola sterile*

LOTTO 11 *Valvole e riduttori monouso con trocar e camicie poliuso in comodato*

Valvole e riduttori monouso in confezione singola sterile. In comodato d'uso gratuito dovranno essere forniti i trocar e le camicie poliuso radiotrasparenti con rubinetto (o altro sistema di insufflazione solo per la misura 5 mm).

SUB A. Valvole e riduttori da 5 mm

SUB B. Valvole e riduttori da 10-12 mm

LOTTO 12 *Dispositivi protezione/retrazione della ferita mini laparotomica per estrazione del pezzo chirurgico misure varie. Confezione singola sterile.*

LOTTO 13 *Catetere per colangiografia laparoscopica, con introduttore, monouso, confezione singola sterile*

LOTTO 14 *Ago di Veress, lunghezze varie, monouso, con rubinetto, confezione singola sterile*

LOTTO 15 *Dissettore curvo, diametro 5 mm, rotante, monouso, con collegamento per corrente monopolare, con stelo completamente isolato, confezione singola sterile*

LOTTO 16 *Pinze monouso, confezione singola sterile tipo Grasper o Clinch diametro 5 mm rotante e con sistema di chiusura*

LOTTO 17 *Pinze monouso, confezione singola sterile tipo Babcock, diametro 10 mm rotante e con sistema di chiusura*

Si chiede in particolare alle Ditte di presentare osservazioni sulla possibilità di avere anche lo stelo da 5 mm

LOTTO 18 *Pinze monouso fenestrate tipo Johann, confezione singola sterile diametro 5 mm rotante e con sistema di chiusura*

LOTTO 19 *Forbici monouso, confezione singola sterile, diametro 5 mm . rotante, con collegamento per corrente monopolare, con stelo completamente isolato,*

LOTTO 20 *Retrattore monouso, a ventaglio, diametro 10 mm, confezione singola sterile*

LOTTO 21 *Retrattore epatico monouso, atraumatico, diametro 10/12 mm, confezione singola sterile*

LOTTO 22 *Tamponi atraumatici per laparoscopia da 5 mm monouso sterili*

Si chiede in particolare alle Ditte di presentare osservazioni sulla possibilità di avere:

- la confezione singola e/o da 2 o 3 pezzi
- di avere un marcatore radiopaco consolidato nel tampone

- LOTTO 23** ***Sacchetto di recupero diametro 10mm monouso, confezione singola sterile, apribile con una sola mano***
- LOTTO 24** ***Sacchetto di recupero diametro 15mm monouso, confezione singola sterile, apribile con una sola mano***
- LOTTO 25** ***Cannula per irrigazione ed aspirazione monouso, confezione singola sterile con pompa motorizzata in comodato d'uso***
- LOTTO 26** ***Cannula per irrigazione ed aspirazione monouso, confezione singola sterile utilizzabili con sistema di sacche a caduta***
- LOTTO 27** ***Filo 0 e 00 per legatura intraddominale in laparoscopia con nodo preformato ed adeguato sistema spingi nodo, in confezione singola sterile –***
- SUB A. Filo riassorbibile
- SUB B. Filo non riassorbibile
- LOTTO 28** ***Manipolatore uterino monouso con punta articolata da 7 cm circa, con possibilità di rotazione, possibilità di iniettare mezzo di contrasto e munito di palloncini di fissaggio***