

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD USO OSPEDALIERO PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO.**

---

**VERBALE DEL 17 SETTEMBRE 2014  
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 17 del mese di settembre dell'anno 2014, alle ore 9.30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso ospedaliero per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 15 del 07.03.2014 e modificata con successivo Decreto n. 22 del 14.04.2014.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 37 del 28.05.2014, risulta così composta:

- |   |  |
|---|--|
| - Presidente: Sig. Loris Zorzi          | Responsabile Servizio Professioni Sanitarie Area Territoriale dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana,  |
| - Componente: Dott.ssa Antonella Mosele | Responsabile Coordinamento Assistenziale Residenzialità dell'Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa, |
| - Componente: Dott.ssa Natalina Tonazzo | Coordinatrice U.O. di Geriatria di Cittadella dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana.                  |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta riprendendo i lavori delle precedenti sedute riservate dell'11.06.2014, del 07.07.2014 e del 12.08.2014 come da relativi verbali, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

**La Commissione prende atto che i rapporti di prova, agli atti del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, sono pervenuti in data 28.07.2014 come da prot. n. 320747 agli atti.**

Le schede riportano le prove e i relativi risultati effettuati dagli esperti dei Laboratori di Innovhub SSI – Divisione Stazione sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta relativamente ai quali la Commissione provvede, nel corso della seduta odierna, ad attribuire il relativo punteggio, secondo le modalità esplicitate negli Allegati n. 4 e n. 5 al disciplinare, rispettivamente “Criteri e modalità di aggiudicazione” e “Griglia di valutazione”.

## LOTTO 1 – PANNOLONE A MUTANDINA

**FATER S.p.A.**

Nome commerciale: LINIDOR PERFECT CARE PANNOLONE A MUTANDINA SUPER  
MISURA GRANDE Codice prodotto: 2701107

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,9 – 17,56	11
Determinazione della Traspirabilità	5,6	0
Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	4825	2,5
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,53	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	502	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	4/6	0,667

**SERENITY S.p.A.**

Nome commerciale: PANNOLONE MUTANDINA MARCA SERENITY CLASSIC EXTRADAY  
TAGLIA LARGE Codice prodotto: 00037473300070

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,4 – 0,16	11
Determinazione della Traspirabilità	4,9	0
Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	5110	1,875
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	6,41	1,5
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	413	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

## LOTTO 2 – PANNOLONE SAGOMATO E MUTANDINA ELASTICIZZATA RIUTILIZZABILE

**SILC S.p.A.**

Nome commerciale: SOFFISOF STEP1 SAGOMATO TAGLIA SUPER Codice prodotto: 00192  
Nome commerciale: MUTANDINA ELASTICIZZATA A RETE SOFFISOF LARGE Codice prodotto: 00019.CL

Pannolone sagomato formato Grande:

<i>Prove di laboratorio:</i>	<b>valore</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,2 – 11,1 – 0,16	10
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,64	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	240	0,667
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	4/5	1,6

La Commissione Giudicatrice, rileva che per il sub lotto “Mutandina elasticizzata riutilizzabile” non è prevista una valutazione dei parametri “Prove di Laboratorio”.

### **LOTTO 3 – PANNOLONE RETTANGOLARE FORMATO UNICO (CON BARRIERA)**

**SANTEX S.p.A.**

*Nome commerciale: EGOSAN CON BARRIERA IMPERMEABILE Codice prodotto: XREI-30*

<i>Prove di laboratorio:</i>	<b>valore</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	4

**SILC S.p.A.**

*Nome commerciale: SOFFISOF CLASSIC RETTANGOLARE CON BARRIERA Codice prodotto: 00796*

<i>Prove di laboratorio:</i>	<b>valore</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	4

**SERENITY S.p.A.**

*Nome commerciale: PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA Codice prodotto: 00037806300000*

<i>Prove di laboratorio:</i>	<b>valore</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	4

### **LOTTO 4 - TRAVERSA SALVA MATERASSO**

**FATER S.p.A.**

Nome commerciale: LINIDOR ULTRASOTTILE TRAVERSA SALVALETTO 60X90 Codice prodotto: 2701123

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Superficie del tampone assorbente	84,5	20

**SANTEX S.p.A.**

Nome commerciale: EGOSAN Codice prodotto: XT160090C-30

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Superficie del tampone assorbente	78,5	20

**SERENITY S.p.A.**

Nome commerciale: TRAVERSA SALVAMATERASSO 60x90 Codice prodotto: 00037642300500

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Superficie del tampone assorbente	80,5	20

**LOTTO 5 - PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI****FATER S.p.A.**

Nome commerciale: PAMPERS PROGRESSI MINI CODICE PRODOTTO Codice prodotto: 2709069

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Baby - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	6,76 – 6,18 – 5,52 – 5,16 – 0,05	25

**LOTTO 6 - PANNOLONE A CINTURA****SANTEX S.p.A.**

Nome commerciale: EGOSAN NATURAL COMFORT LARGE-EXTRA Codice prodotto: XFL211B-30

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,1 – 11,4 – 7,82	12
Determinazione della Traspirabilità	30,9	2
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,19	2

Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

## LOTTO 7 – ASSORBENTE PER SIGNORA

### **FATER S.p.A.**

Nome commerciale: LINES PETALO BLU NOTTE ALI Codice prodotto: 2709521

### **SILC S.p.A.**

Nome commerciale: LAURELLA NOTTE CON ALI Codice prodotto: 00213

La Commissione Giudicatrice, rileva che per il lotto “Assorbente per signora” non è prevista una valutazione dei parametri “Prove di Laboratorio”.

## LOTTO 8 - PANNOLONE A MUTANDINA AD ALTA ASSORBENZA “TIPO NOTTE”

### **FATER S.p.A.**

Nome commerciale: LINIDOR PERFECT CARE PANNOLONE MUTANDINA MAXI MISURA GRANDE Codice prodotto: 2701096

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,9 – 0,33	13
Determinazione della Traspirabilità	6	0
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	4/6	0,667

### **SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A.**

Nome commerciale: TENA SLIP BASIC SUPER LARGE Codice prodotto: 211425

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,1 – 11,5 – 12,28	13
Determinazione della Traspirabilità	4,7	0
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	5/6	0,833

### **SANTEX S.p.A.**

Nome commerciale: EGOSAN NATURAL COMFORT VITA SOFT LARGE-SUPER Codice prodotto: XML3100ND-15

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,1 – 11,8 – 0,52	13
Determinazione della Traspirabilità	30,8	3
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

**SILC S.p.A.**

Nome commerciale: SOFFISOF AIRDRY SUPER CON ALOE VERA E VITAMINA E TAGLIA LARGE Codice prodotto: 00842

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12 – 11,8 – 0,38	13
Determinazione della Traspirabilità	39,2	3
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

**SERENITY S.p.A.**

Nome commerciale: SERENITY ULTRA TAGLIA LARGE Codice prodotto: 00037564300000

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	11,9 – 11,3 – 1,10	13
Determinazione della Traspirabilità	5,1	0
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Il presidente, a questo punto, dà lettura delle risultanze di punteggi espressi nelle precedenti sedute dell'11.06.2014, del 07.07.2014, del 12.08.2014 e di quelli odierni, che vengono riepilogate come da tabelle allegate al presente verbale.

- Tabella riepilogativa punteggi Lotto 1
- Tabella riepilogativa punteggi Lotto 2
- Tabella riepilogativa punteggi Lotto 3
- Tabella riepilogativa punteggi Lotto 4
- Tabella riepilogativa punteggi Lotto 5
- Tabella riepilogativa punteggi Lotto 6
- Tabella riepilogativa punteggi Lotto 7
- Tabella riepilogativa punteggi Lotto 8


Alle ore 14.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Sig. Loris Zorzi



I COMPONENTI: Dott.ssa Antonella Mosele



Dott.ssa Natalina Tonazzo



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE Dott.ssa Lisa Brazzorotto



**LOTTO 1 (A-B-C): PANNOLONE A MUTANDINA**  
**Oggetto di valutazione: Formato GRANDE**

PARAMETRI:	Punti	FATER S.p.A.	SERENITY S.p.A.
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>			
Test di velocità di acquisizione	3,0	3	3
Test di rewetting	3,0	3	3
Test di capacità di assorbimento	5,0	5	5
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	0,5	0,5	0,5
Traspirabilità delle bande di fissaggio	0,5	0,5	0,5
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	1,5	1,5	1,5
Caratteristiche del rivestimento esterno	0,5	0,25	0,25
Silenziosità del rivestimento esterno	0,5	0,25	0,25
Test clinici documentati	1,0	1	1
Certificazione ambientale	0,5	0,5	0,5
Dermoprotezione	1,0	1	1
Sistema di controllo dell'odore	1,5	1,5	1,5
<b>Sub totale prove commissione</b>		<b>18,0000</b>	<b>18,0000</b>
<b>Prove di laboratorio:</b>			
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	11,0	11	11
Determinazione della Traspirabilità	2,0	0	0
Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	2,5	2,5	1,875
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	2,0	2	1,5
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	2,0	2	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	1,0	1	1
Qualità del confezionamento primario	1,0	0,667	1
<b>Sub totale prove laboratorio</b>		<b>19,1670</b>	<b>18,3750</b>
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>37,1670</b>	<b>36,3750</b>



**LOTTO 2 (A-B-C): PANNOLONE SAGOMATO**  
**Oggetto di valutazione: Formato GRANDE**

PARAMETRI:	Punti	SILC S.p.A.
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>		
Test di velocità di acquisizione	3,0	3
Test di rewetting	3,0	3
Test di capacità di assorbimento	4,0	4
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	0,5	0,5
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	2,0	0,5
Silenziosità del rivestimento esterno	1,0	0,4
Forma a conca dell'ausilio	1,0	0,25
Test clinici documentati	1,0	1
Certificazione ambientale	0,5	0,5
Dermoprotezione	1,0	1
sistema di controllo dell'odore	3,0	3
<b>Sub totale prove commissione</b>		<b>17,1500</b>
<b>Prove di laboratorio:</b>		
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	10,0	10
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	2,0	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	2,0	0,667
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	1,0	1
Qualità del confezionamento primario	2,0	1,6
<b>Sub totale prove laboratorio</b>		<b>15,2670</b>
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>32,4170</b>

**LOTTO 2 (D-E): MUTANDINA ELASTICIZZATA**  
**Oggetto di valutazione: Formato GRANDE**

PARAMETRI:	Punti	SILC S.p.A.
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>		
Grado di compressione	2,0	1
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	1,0	1
Sub totale prove commissione		2,0000
TOTALE	3	2,0000

**Pannolone Sagomato+Mutandina elasticizzata**

**34,4170**

*df*

*MD*

*cos*  
*MS*

LOTTO 3: PANNOLONE RETTANGOLARE FORMATO UNICO (CON BARRIERE)

PARAMETRI:		SANTEX S.p.A.	SILC S.p.A.	SERENITY S.p.A.
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>				
Test di velocità di acquisizione	7,0	7	7	3,5
Test di rewetting	7,0	7	7	7
Test di capacità di assorbimento	10,0	10	10	10
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	1,0	1	1	1
Test clinici documentati	0,5	0,5	0	0,5
Certificazione ambientale	0,5	0,5	0,5	0,5
Sub totale prove commissione		26,0000	25,5000	22,5000
<b>Prove di laboratorio:</b>				
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	4,0	4	4	4
Sub totale prove laboratorio		4,0000	4,0000	4,0000
TOTALE	30	30	29,5000	26,5000

dfz  
95 up  
ls

**LOTTO 4 (A-B-C): TRAVERSA SALVAMATERASSO**  
**Oggetto di valutazione: Formato 60 x 90**

PARAMETRI:		FATER S.p.A.	SANTEX S.p.A.	SERENITY S.p.A.
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>				
Uniformità del tampone assorbente	10,0	10	10	10
Sub totale prove commissione		10,0000	10,0000	10,0000
<i>Prove di laboratorio:</i>				
Superficie del tampone assorbente	20,0	20	20	20
Sub totale prove laboratorio		20,0000	20,0000	20,0000
TOTALE	30	30	30	30

62 14  
05  
ms

**LOTTO 5 (A-B-C-D-E-F-G-H): PANNOLINO A MUTANDINA PER BAMBINI**  
**Oggetto di valutazione: 3-6 kg**

PARAMETRI:	Punti	FATER S.p.A.
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>		
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	6,0	6
Forma a conca dell'ausilio	3,0	3
Test clinici documentati	2,5	2,5
Certificazione ambientale	0,5	0,5
Dermoprotezione	3,0	3
Sub totale prove commissione		15,0000
<b>Prove di laboratorio:</b>		
Test Manichino Baby - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	25,0	25
Sub totale prove laboratorio		25,0000
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

OK

NO

AS

**LOTTO 6 (A-B): PANNOLONE A CINTURA**  
**Oggetto di valutazione: Formato GRANDE**

PARAMETRI:	Punti	SANTEX S.p.A.
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>		
Test di velocità di acquisizione	4,0	4
Test di rewetting	4,0	4
Test di capacità di assorbimento	6,0	6
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	0,5	0,5
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	1,5	0,75
Caratteristiche del rivestimento esterno	1,0	0,25
Silenziosità del rivestimento esterno	1,0	0,25
Test clinici documentati	1,0	1
Certificazione ambientale	0,5	0,5
Dermoprotezione	1,0	1
Sistemi di controllo dell'odore	1,5	1,5
Sub totale prove commissione		19,7500
<b>Prove di laboratorio</b>		
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0	12
Determinazione della Traspirabilità	2,0	2
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	2,0	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	1,0	1
Qualità del confezionamento primario	1,0	1
Sub totale prove laboratorio		18,0000
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>37,7500</b>

dh  
110  
95  
13

**LOTTO 7 (A-B): ASSORBENTE PER SIGNORA**  
**Oggetto di valutazione: tipo notte**

PARAMETRI:	Punti	FATER S.p.A.	SILC S.p.A.
<i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i>			
Presenza di adesivo longitudinale	1,0	1	1
Presenza di ali protetti slip	2,0	2	2
Anatomicità dell'ausilio	8,0	8	4
Assenza di avallamenti nel materassino di polpa	7,0	7	2
Test clinici documentati	0,5	0	0
Certificazione ambientale	1,5	1,5	1,5
Sub totale prove commissione		19,5000	10,5000
<b>TOTALE</b>	<b>20,0</b>	<b>19,5000</b>	<b>10,5000</b>

Visto l'art. 1 "Criteri di Valutazione delle Offerte" dell'Allegato 4 al Disciplinare - Criteri e modalità di aggiudicazione la ditta S.I.L.C. S.p.A., con riferimento al lotto 7 "Assorbente per signora", avendo conseguito un punteggio qualità complessivo pari a 10,5/20, inferiore al minimo previsto di 12/20, viene esclusa dalla gara.


LOTTO 8 (A-B): PANNOLONE A MUTANDINA NOTTE  
Oggetto di valutazione: Formato GRANDE

PARAMETRI:	Punti Max	FATER S.p.A.	SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A.	SANTEX S.p.A.	SILC S.p.A.	SERENITY S.p.A.
Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici						
Test di velocità di acquisizione	4,0	4	2	4	4	4
Test di rewetting	4,0	4	4	4	4	4
Test di capacità di assorbimento	6,0	6	6	6	6	6
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	2,5	1,5	2,5	1,5	1	2
Caratteristiche del rivestimento esterno	1,0	0,25	1	0,5	0,5	0,75
Silenziosità del rivestimento esterno	1,0	0,25	0,25	0,5	0,25	0,25
Test clinici documentati	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Certificazione ambientale	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Dermoprotezione	1,0	1	1	1	1	1
Sistema di controllo dell'odore	1,0	1	1	1	1	1
Sub totale prove commissione	22,0	19,5000	19,2500	20,0000	19,2500	20,5000
Prove di laboratorio:						
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	13,0	13	13	13	13	13
Determinazione della Traspirabilità	3,0	0	0	3	3	0
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	1,0	1	1	1	1	1
Qualità del confezionamento primario	1,0	0,667	0,833	1	1	1
Sub totale prove laboratorio	18,0	14,6670	14,8330	18,0000	18,0000	15,0000
TOTALE	40	34,1670	34,0830	38,0000	37,2500	35,5000

jk MO  
MS 25