

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD USO OSPEDALIERO PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO.**

**VERBALE DEL 15 OTTOBRE 2014  
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 15 del mese di ottobre dell'anno 2014, alle ore 9.30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, su invito del C.R.A.S., per la verifica dell'aggiudicazione del lotto n. 1 alla Ditta Serenity S.p.A.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 37 del 28.05.2014, risulta così composta:

- |   |  |
|---|--|
| - Presidente: Sig. Loris Zorzi          | Responsabile Servizio Professioni Sanitarie Area Territoriale dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana,  |
| - Componente: Dott.ssa Antonella Mosele | Responsabile Coordinamento Assistenziale Residenzialità dell'Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa, |
| - Componente: Dott.ssa Natalina Tonazzo | Coordinatrice U.O. di Geriatria di Cittadella dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana.                  |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione, si riunisce in data odierna per le verifiche relative alla segnalazione pervenuta alla Stazione Appaltante dalla Ditta Serenity S.p.A. relativamente al lotto n. 1, per il quale la stessa è risultata aggiudicataria provvisoria in esito alla seduta pubblica tenutasi in data 25.09.2014.

Il Presidente riassume quanto segue.

La Ditta Serenity S.p.A. segnala, con nota pervenuta in data 02.10.2014 agli atti presso la Stazione Appaltante, che *"a seguito di un controllo della documentazione tecnica presentata in sede di gara, è emerso che, per mero errore materiale, relativamente al prodotto offerto per il lotto 1 Sublotto A – Pannolone a mutandina Formato Grande, è stato presentato un certificato di laboratorio attestante i valori risultanti dal test di velocità di acquisizione, dal test di rewetting e dal test di capacità di assorbimento, relativo ad un altro codice di prodotto della gamma Serenity"*, e inoltre che *"Il certificato corretto – n. 496 – è stato rilasciato da Innovhub-Stazione Sperimentale Carta Cartone e Paste per Carta di Milano in data 16.05.2014, quindi in regolare anticipo rispetto alla procedura di gara. In tale certificato i valori di performance del prodotto*

00037473300070 risultano essere gli stessi riportati nella scheda tecnica del prodotto allegata alla documentazione tecnica di gara presentata”.

A tal proposito il RUP di gara ha dato avvio, con nota prot. n. 412499 del 02.10.2014, al procedimento di verifica circa il contenuto della segnalazione, trasmettendo la stessa alla controinteressata Ditta Fater S.p.A., seconda in graduatoria per il lotto n. 1, al fine di consentirle di presentare eventuali osservazioni o memorie entro il 13.10.2014.

La Ditta Fater S.p.A., con nota pervenuta a mezzo fax in data 13.10.2014, agli atti presso la Stazione Appaltante, ha presentato le proprie osservazioni chiedendo l'esclusione della Ditta Serenity S.p.A. al lotto n. 1 e l'aggiudicazione alla stessa Fater S.p.A. della fornitura.

La Commissione giudicatrice, preso atto di quanto sopra esposto, analizza nuovamente il contenuto della Busta contenente la documentazione tecnica presentata dalla Ditta Serenity S.p.A. in sede di gara, con particolare riferimento a quanto presentato per il lotto 1.

La Commissione verifica effettivamente l'errato inserimento all'interno della busta suddetta del certificato riportante i risultati del test di velocità di acquisizione, del test di rewetting e del test di capacità di assorbimento, riferiti ad un ausilio avente codice prodotto diverso da quello effettivamente offerto in gara.

La Commissione verifica, inoltre, che i risultati del test di velocità di acquisizione, del test di rewetting e del test di capacità di assorbimento di laboratorio sono riportati, come affermato dalla ditta Serenity nella nota sopra citata, nella scheda tecnica del prodotto offerto per il lotto 1 sub A) *PANNOLONE MUTANDINA MARCA SERENITY CLASSIC EXTRADAY TAGLIA LARGE* cod. 00037473300070.

La Commissione prende atto che nella *lex specialis* di gara la presentazione dei certificati di laboratorio non era richiesta a pena di esclusione e che i dati richiesti erano comunque contenuti nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene di poter procedere alla revisione del punteggio assegnato, come da verbale del 11.06.2014, in relazione al test di velocità di acquisizione, al test di rewetting e al test di capacità di assorbimento, attribuendo i relativi punteggi sulla base dei dati contenuti nella scheda tecnica.





Assegna, quindi, i seguenti nuovi punteggi, nei termini di cui all'Allegato 5 al disciplinare – Griglia di valutazione, al prodotto *PANNOLONE MUTANDINA MARCA SERENITY CLASSIC EXTRADAY TAGLIA LARGE* cod. 00037473300070:

	valore/valutazione	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	11,16	3
Test di rewetting	0,058	3
Test di capacità di assorbimento	12,83	4,286

*Handwritten signature*


Le risultanze finali dei punteggi espressi nel verbale della seduta riservata del 17.09.2014, con riferimento al lotto 1, vengono riviste come segue:

PARAMETRI:	SERENITY S.p.A.
<b><i>Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, prova su campionatura, certificazioni e test clinici</i></b>	
Test di velocità di acquisizione	3
Test di rewetting	3
Test di capacità di assorbimento	4,286
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	0,5
Traspirabilità delle bande di fissaggio	0,5
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	1,5
Caratteristiche del rivestimento esterno	0,25
Silenziosità del rivestimento esterno	0,25
Test clinici documentati	1
Certificazione ambientale	0,5
Dermoprotezione	1
Sistema di controllo dell'odore	1,5
<b>Sub totale prove commissione</b>	<b>17,2860</b>
<b><i>Prove di laboratorio:</i></b>	
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	11
Determinazione della Traspirabilità	0
Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	1,875
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	1,5
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	1
Qualità del confezionamento primario	1
<b>Sub totale prove laboratorio</b>	<b>18,3750</b>
<b>TOTALE</b>	<b>35,6610</b>


  
  
  


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Sig. Loris Zorzi



I COMPONENTI: Dott.ssa Antonella Mosele



Dott.ssa Natalina Tonazzo



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE Dott.ssa Lisa Brazzorotto

