

Lidia Pascucci

Da: Lidia Pascucci
Inviato: lunedì 7 novembre 2016 17:18
A: Lisa Brazzorotto
Oggetto: I: Osservazioni consultazione mercato gara per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti — nuova consultazione»

Da: Ilaria Rossato
Inviato: lunedì 7 novembre 2016 16:40
A: Lidia Pascucci
Oggetto: I: Osservazioni consultazione mercato gara per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti — nuova consultazione»

Da: Ufficio Gare Alifax [<mailto:gare@pec.alifax.com>]
Inviato: lunedì 7 novembre 2016 15:34
Oggetto: Osservazioni consultazione mercato gara per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti — nuova consultazione»

Spett.le Ente,

in riferimento alla "Osservazioni consultazione mercato gara per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti — nuova consultazione", siamo a chiedere se per il lotto 4 (SUB A, SUB B, SUB C, SUB D) la richiesta di Kit composto da nr. 1 asta e nr. 1 vial con terreno liquido vada intesa come asta + vial contenuti nella stessa confezione singola, in quanto nella descrizione delle caratteristiche tecniche viene specificato al punto 1. Aste di prelievo sterili in confezioni singola e al punto 2. Terreni di mantenimento e/o arricchimento in fase liquida, pronti all'uso.. come ad intendere che si tratti di due elementi separatamente confezionati.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento necessari, porgiamo cordiali saluti.

Marta Mazzucato

ALIFAX SRL

diagnostic instrumentation

Ufficio Gare - Via Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara (PD)

tel. 049 0992000 - fax 049 0992910 - e-mail: ufficio.gare@alifax.com – pec: gare@pec.alifax.com

Iscritta al Registro imprese di Padova al n. 04337640280 - Capitale sociale € 10.000.000 interamente versato Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alifax Holding s.p.a.

Milano, 10 Novembre 2016

Rif.021.17/tt

Spettabile
Regione del Veneto CRAV
Direzione Risorse Strumentali
UO Acquisti centralizzati SSR
All'attenzione di: Nicola De Conti

OGGETTO: OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE MERCATO GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PRELIEVI BIOLOGICI E LORO TRASPORTI.

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti in fabbisogno alle aziende sanitarie e all'IRCCS IOV della regione Veneto -

Ulteriore consultazione preliminare di mercato.

Spett. Coordinamento Regionale Acquisti per il Veneto (CRAV),

la scrivente società BD Italia S.p.A. (società a socio unico, sotto la direzione di Becton Dickinson Europe Holdings SAS Francia, con sede in via E. Cialdini, 16 20161 Milano), nel recepire il documento di cui all'oggetto, rende noto quanto segue:


- In riferimento al lotto Lotto 1 SUB C Provette sottovuoto per analisi di laboratorio (Rif. 10):
 - ✓ Contrariamente a quanto richiesto nei precedenti chiarimenti la "Provette senza additivi e senza separatore, 100mm/7ml, aspirazione ml 5-6" non è stata rimossa dall'elenco prodotti. Ciò rende impossibile alla scrivente concorrere all'aggiudicazione del lotto in oggetto.
- In riferimento al Lotto 7 Dispositivi per la raccolta e per il campionamento delle urine per analisi di laboratorio (Rif. B):
 - ✓ In concessione a quanto richiesto nei precedenti chiarimenti il "Kit confezionato singolarmente composto da contenitore sterile con dispositivo di campionamento sottovuoto incorporato e provetta sterile sottovuoto con fondo conico o cilindrico - Contenitore 50-100 ml + provetta aspirazione ml 9-11" è stato rimosso dall'elenco prodotti. Tuttavia nella descrizione del prodotto resta esplicitato quanto segue "... si prevedono tre diverse tipologie (contenitori di raccolta, provette per il campionamento, kit contenitore + provetta)". Il permanere di tale precisazione rende, di fatto, impossibile alla scrivente concorrere all'aggiudicazione del lotto in oggetto.

- In riferimento ai Lotti 1 e 2 del nuovo documento di consultazione:
 - ✓ La scrivente prende atto dell'inclusione nel lotto 1 delle provette pediatriche così come richiesto nei precedenti chiarimenti. Positiva anche l'introduzione nel lotto 1 dei set da prelievo (anche se limitati al solo diametro 23G). Proprio alla luce di queste modifiche, che vanno nella direzione del "sistema unico", resta assolutamente incomprensibile l'estrapolazione in un lotto a parte (lotto 2) degli adattori luer e delle camicie (inclusi nel lotto 1 nella versione precedente del documento). La configurazione attuale dei lotti risulta così addirittura peggiorativa rispetto alla precedente.
 - ✓ Come più volte ribadito, la scrivente ritiene che l'utilizzo di componenti di diversa origine (non appartenenti ad un unico sistema) possa esporre gli Operatori e i Pazienti a rischi ingiustificati. Muovendo da questa convinzione e in accordo con i valori di una Medical Company, la scrivente conferma la sua indisponibilità a concorrere all'aggiudicazione dei lotti 1 e 2 qualora non fossero riuniti in un unico lotto.

Ci è gradita l'occasione per ringraziarvi nuovamente e per porgere i migliori saluti.

BECTON DICKINSON ITALIA

**BECTON DICKINSON
ITALIA SPA**
Daniela Richiusa
**DANIELA RICHIUSA
UN PROCURATORE**



www.vacutestkima.it



Arzergrande, 11/11/2016

Spett.le

COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI
PER LA SANITA'
Passaggio Gaudenzio, 1
35131 PADOVA

PEC: cras@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Osservazioni consultazione mercato gara per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti.

Formuliamo le seguenti osservazioni:

LOTTO 1

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI:

LOTTO 1 SUB A RIF. 1 Aghi retti preassemblati
requisiti minimi a pena l'esclusione:

"disponibile nelle misure 20G/21G e 22G/23G"

Gli aghi retti per prelievo sottovuoto non prevedono la misura 23G, mentre sono normalmente in commercio le misure 20G, 21G e 22G

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti od informazione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

VACUTEST KIMA s.r.l.
Via dell'Industria, 12
35020 ARZERGRANDE (PD)
Partita IVA 03450130285

Da: UFFICIO GARE BBRAUN MI <bbraun-mi@registerpec.it>
Inviato: venerdì 11 novembre 2016 10:00
Oggetto: CONSULTAZIONE FINILIZZATA ALLA RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LA
PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA GARA
CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PRELIEVI BIOLOGICI E
LORO TRASPORTI

In rif.to a quanto in oggetto chiediamo, in merito all'indipendenza dei sub lotti, se sia possibile rispondere, per esempio, al lotto 3 sub A senza rispondere al lotto 3 sub B, grazie

Cordiali saluti.

B.BRAUN MILANO SPA
UFFICIO GARE
Via Vincenzo da Seregnò 14
20161 Milano
Tel 02 66 218 1
Fax 02 66 218 290
Fax uff.gare 02 66 218 369
servizio.clienti@bbraun.com
www.bbraun.com

B.Braun Milano S.p.A. a Socio Unico
Sede Legale - Via Vincenzo da Seregnò 14
20161 Milano - Italia

Codice Fiscale/Partita IVA 00674840152

Capitale Sociale Euro 20.688.000 i.v.

Registro Imprese di Milano n. 00674840152 Rea n. Mi- 318326 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della B Braun Melsungen AG (D)

REGIONE DEL VENETO - PIANTA REGIONALE	
DIREZIONE CONTROLLI E GOVERNO SSR	
Data di arrivo	
Data registraz.	11 NOV. 2016
Prot. N.	440591
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
CRAS	

**PRO.LAB. Srl**

Via Dai Fraris 41B
33041 Aiello del Friuli (UD)

CF. e P.IVA 02133080305

REA: 238185

RI:UD-2000-11759

Tel e Fax 0431-99036 Cell. 348.2653979 348.3302654

E-mail:prolab srl@libero.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA TRIVENETO
GREINER BIO-ONE GmbH Austria

Aiello del Friuli 12/11/2016

Seconda Consultazione del mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione tecnica relativa alla gara centralizzata per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti.

Oggetto: osservazioni in forma scritta alla seconda bozza di capitolato pubblicata sul profilo del committente

Il sottoscritto Tomat Paolo

nato a Udine il 27/04/1944

e residente ad Aiello del Friuli in via dai Fraris n.4/A in qualità di Amministratore Unico

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società Pro.Lab.srl.

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. n. 496 c.p.

Osserva:

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:
Gentilissimi,

Per le motivazioni riguardanti la compatibilità riteniamo che il lotto 2 e il lotto 3 debbano essere uniti in conformità alle normative (CLSI H1_A5 par 5.1, compatibilità) è opportuno avere tutto di un unico produttore, solo così si sarà certi della perfetta compatibilità tra le diverse componenti. Alla farfalla del lotto 3 verrà montato il luer e la campana del lotto 2 motivo per cui sarebbe meglio fossero dello stesso produttore

Nei requisiti minimi del Lotto 1 Sub A viene richiesta" dichiarazione della perfetta compatibilità delle provette con tutti i sistemi utilizzati (processori di preanalitica, etichettatori automatici, analizzatori automatici, sistemi di immagazzinamento dei campioni, ecc.) nelle diverse Aziende Sanitarie della Regione Veneto" riteniamo che tali Dichiarazioni di compatibilità, non devono essere unilaterali ovvero del produttore di provette , ma validate dai produttori di strumenti.

Nei requisiti minimi del Lotto 1 Sub A e Lotto 2 viene richiesta la dichiarazione che il Gel sia inerte ma anche in questa situazione sarebbe meglio indicare non una dichiarazione unilaterale del produttore di provette ma piuttosto una certificazione di Ente Terzo.

Notiamo con piacere che in riferimento al lotto 4 sub A-B sono state sostituire le misure con i quantitativi delle provette suggeriamo però di indicare per lotto 4 sub C-D il fatto che i contenitori secondari non possono essere uguali tra di loro permettendo alle varie Aziende di avere due tipi di contenitori secondari con capacità differenti l'uno dall'altro. Questo permetterà alle varie Aziende di scegliere le capacità che più si addicono alle loro problematiche.

Aiello del Friuli
10/11/2016

Tomat Paolo

