

"Elettrodi per monitoraggio" – Bozza dei lotti e delle caratteristiche tecniche

Caratteristiche Generali per tutti i lotti a pena di esclusione:

- Tutti i prodotti devono essere latex free
- la dicitura Latex free deve essere presente su imballo sia primario che secondario
- Validità minima 24 mesi dal momento della consegna
- la data di scadenza deve essere presente su imballo sia primario che secondario
- Sensore in Ag/AgCl
- Gel adesivo ipoallergenico con Dichiarazione di biocompatibilità ed altamente conduttivo
- Ogni elettrodo fornito dovrà essere dotato di idoneo supporto adatto a conformarsi anche su parti anatomiche normalmente difficili
- Codice a barre presente sia sulla confezione primaria che secondaria
- La Ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente, secondo le necessità prospettate da ogni singola Azienda, un congruo numero di adattatori riutilizzabili ai vari tipi di attacco.
- La Ditta dovrà fornire adeguata documentazione circa la gamma di adattatori in suo possesso
-
- **Campionatura**
- La Ditta dovrà far pervenire, per ogni lotto, una confezione di vendita
- La campionatura sarà oggetto di prova pratica presso una o più Aziende Sanitarie del Veneto

- **Elenco lotti**

LOTTO 1 Elettrodi per ECG diagnostico a riposo per pazienti adulti;

Confezione da 50 pezzi massimo oppure in *confezione richiudibile*

SUBA: Elettrodo con attacco a banana di 4mm di dimensioni contenute

SUB B: Elettrodo a francobollo

LOTTO 2 Elettrodi per monitoraggio ECG per adulti e per pazienti anestetizzati

SUB A. Elettrodo con attacco a bottone diametro massimo di 60 mm che garantisca adeguata aderenza al paziente, anche in movimento

SUB B. Elettrodo con attacco a bottone e diametro massimo di 40 mm e supporto impermeabile da usare in sala operatoria

LOTTO 3 Elettrodi per monitoraggio ECG radiotrasparenti e compatibili con RMN

Elettrodo con attacco a bottone amagnetico radiotrasparente

Dichiarazione da parte del fabbricante di compatibilità con l'uso in risonanza magnetica (con specifica fino 3 Tesla)

LOTTO 4 Elettrodi per test da sforzo e Holter cardiaco in pazienti adulti

Elettrodo con attacco a bottone

Elettrodo con adesività elevata che garantisca la tenuta anche con pazienti in movimento e su cute umida (resistente alla sudorazione)

LOTTO 5 Elettrodi per monitoraggio ECG pediatrico e neonatale

- SUB A. Elettrodi per monitoraggio ECG a lunga permanenza, adatti anche a test da sforzo e Holter con attacco a bottone. Elettrodo con adesività elevata che garantisca la tenuta anche con pazienti in movimento e su cute umida (resistente alla sudorazione)
- SUB B. Elettrodi per monitoraggio ECG a lunga tenuta con cavetto radiotrasparente e connettore di sicurezza standard. Adatti anche a neonati prematuri e riposizionabili

LOTTO 6 Elettrodi per ECG diagnostico a riposo pediatrico e neonatale in confezione da 50 pezzi massimo

- SUB A. Elettrodi a francobollo per ECG a riposo
- SUB B. Elettrodi per ECG pediatrico a riposo con innesto a banana