



DECRETO N. ²⁷DEL 10 MAR 2015

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e bilio-pancreatica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Modifica parziale degli atti di gara.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si modificano gli atti di gara per la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e bilio-pancreatica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, già approvati con Decreto n. 13 del 28 gennaio 2015.

IL DIRIGENTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITA'

Premesso che con provvedimento n. 13 del 28 gennaio 2015 è stata indetta gara a mezzo procedura aperta per la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e bilio-pancreatica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e, conseguentemente, sono stati approvati i seguenti documenti di gara: bando di gara G.U.U.E., bando di gara G.U.R.I., Disciplinare di gara ed i suoi allegati Istanza di partecipazione, Dichiarazione sostitutiva, Modello di offerta economica, Modello offerta economica senza prezzi, Capitolato tecnico, Criteri di valutazione qualitativa e Capitolato d'oneri;

atteso che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 021-033702 del 30/01/2015 con termine per la presentazione delle offerte fissato nel giorno 16 marzo 2015;

preso atto che, anche a seguito dei chiarimenti richiesti dalle ditte interessate e sentito il gruppo tecnico che ha predisposto il capitolato tecnico, appare opportuno modificare i seguenti punti degli atti di gara:

- in relazione al **Lotto n. 9** "Clip per emostasi o sutura", al 9 sub B), il fabbisogno annuale presunto di 759 clip è errato e va rettificato in **45 clip annuali**, con conseguente modifica degli importi correlati indicati nel Capitolato tecnico, nel Modello di offerta, nel Prospetto basi d'asta, CIG e cauzioni e nel Bando G.U.U.E.;
- in relazione al **Lotto n. 14** "Dilatatore TTS filoguidato monouso, pneumatico a diametro variabile", la frase "La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente, a richiesta della singola Azienda Sanitaria, le guaine e i manici" va sostituita come segue: "La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente, a richiesta della singola Azienda Sanitaria, siringhe con manometro", trattandosi di un refuso;
- in relazione al **Lotto n. 16** "Ago monouso da EUS-FNA", l'espressione "Ago per ecoendoscopia in nitinol ..." va sostituita come segue: "Ago per ecoendoscopia in nitinol o altro materiale idoneo ...";
- in relazione al **Lotto n. 17** "Ago monouso da EUS FNB", l'espressione "Ago da EUS FNB in Nitinol o in lega cromo-cobalto ..." va sostituita come segue: "Ago da EUS FNB in Nitinol o in lega cromo-cobalto o altro materiale idoneo ...";
- in relazione al **Lotto n. 23** "Cappucci per ESD" nella tabellina del Capitolato tecnico (pag. 12) deve intendersi indicato "Importo unitario a base d'asta, IVA esclusa € 35,00" e "Quantità annua presunta 248", come precisato nel corrispondente rigo del Modello di offerta economica - ALLEGATO C.3 al disciplinare di gara

- in relazione al **Lotto n. 29** “Pinza per biopsia monouso pediatrica e standard”, nella tabellina del Capitolato tecnico (pag. 12) deve intendersi indicato **“Importo unitario a base d’asta, IVA esclusa € 4,50” e “Quantità annua presunta 32.875”**, come precisato nel corrispondente rigo del Modello di offerta economica - ALLEGATO C.3 al disciplinare di gara;
- in relazione al **Lotto n. 33** “Protesi esofagee non ricoperte e parzialmente ricoperte metalliche a rilascio distale” nel tabellina del Capitolato tecnico (pag. 14) l’indicazione 32 sub A) e 32 sub B) deve intendersi **33 sub A) e 33 sub B)**, trattandosi di refuso;
- in relazione al **Lotto n. 46** “Set in silicone o poliuretano per l’esecuzione di peg con metodo pull”, la frase **“Kit di: sonde misure 20 e 22”**, va sostituita come segue: **“Kit di: sonde misure 20 Fr. In fase di valutazione tecnica sarà valutata positivamente la presenza anche della misura 22 Fr.”**;
- in relazione al **Lotto n. 65** “Colla per emostasi”, nella descrizione del prodotto richiesto deve aggiungersi la seguente precisazione **“ ..., in fiale da 1 ml.”**;
- in relazione al **Lotto n. 80** “Filo guida di utilizzo bilio-pancreatico ad alte prestazioni miste”, l’espressione **“ ... diametro 0,021, da 0,035 inch. e misure intermedie”**, va sostituita come segue: **“ ... diametro indicativamente da 0,021 a 0,035 inch. e misure intermedie”**;
- in relazione al **Lotto n. 92** “Sistema di litotrissia extraendoscopica e intraendoscopica d’emergenza” l’espressione **“ ... non sterili-pluriuso”**, va sostituita come segue: **“ ... monouso e/ o pluriuso”**;
- in relazione al **Lotto n. 93** “Sistema di litotrissia intraendoscopico d’elezione : manipolo o altro sistema operativo per litotrissia pluriuso e monouso”, le voci **“93 sub A)” e “93 sub B)”**, della tabellina, devono intendersi **“93 sub A) manipolo o altro sistema operativo per litotrissia pluriuso” e “93 sub B) cestelli monouso”**, come precisato nel corrispondente rigo del Modello di offerta economica - ALLEGATO C.3 al disciplinare di gara;
- in relazione al **Lotto n. 101** “Protesi biliare metallica auto espandibile” la base d’asta di € 540,00 è rideterminata in € 787,00, con conseguente modifica dell’importo correlato indicato nel Capitolato tecnico, nel Modello di offerta, nel Prospetto basi d’asta, CIG e cauzioni e nel Bando G.U.U.E.;
- in relazione al **Lotto n. 102** “Protesi biliare metallica a maglia larga” la base d’asta di € 900,00 è rideterminata in € 787,00, con conseguente modifica dell’importo correlato indicato nel Capitolato tecnico, nel Modello di offerta, nel Prospetto basi d’asta, CIG e cauzioni e nel Bando G.U.U.E.;
- in relazione al **Lotto n. 107** “Ago per aspirazione transbronchiale monouso”, l’espressione **“Aghi per TBNA per citologia con lunghezza minima 13 mm, calibro 21G e 22G”**, va sostituita come segue: **“Aghi per TBNA per citologia con lunghezza minima 13 mm, calibro 21G e/o 22G”**;

viste le modifiche apportare alla documentazione di gara, appare opportuno posticipare il termine per la presentazione delle offerte, già fissato per il giorno 16 marzo 2015, al giorno 30 marzo 2015;

ritenuto, pertanto, di approvare gli allegati documenti Avviso di rettifica G.U.U.E., (**Allegato A**), Estratto dell’Avviso G.U.R.I. (**Allegato B**), ed i novati “Prospetto basi d’asta, CIG e cauzioni provvisorie” (**Allegato C**) ed i relativi allegati Modello di offerta economica (**Allegato D**) e Capitolato Tecnico (**Allegato E**), Modello offerta senza prezzi (**Allegato F**) posticipando la scadenza;

TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE le DD.G.R. n. 4206 del 30.12.2008, n. 2492 del 19.10.2010, n. 2370 del 29.12.2011;

VISTO il D.D.R. n. 13 del 28.01.2015;

DECRETA

1. di modificare, per quanto sopra esposto, gli atti di gara come in premessa, posticipando la scadenza al giorno 30 marzo 2015;
2. di approvare, pertanto, gli allegati documenti Bando G.U.U.E., (**Allegato A**), Estratto dell'Avviso G.U.R.I. (**Allegato B**), ed i novati "Prospetto basi d'asta, CIG e cauzioni provvisorie" (**Allegato C**), "Allegato C.3 Modello di offerta economica" (**Allegato D**) e Capitolato Tecnico (**Allegato E**); Modello offerta senza prezzi (**Allegato F**), della gara per la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e biliopancreatica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, di cui al decreto del Dirigente della Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 13 del 28.01.2015;
3. di approvare, conseguentemente, gli allegati documenti Avviso di rettifica G.U.U.E., (**Allegato A**), Estratto dell'Avviso G.U.R.I. (**Allegato B**), ed i novati "Prospetto basi d'asta, CIG e cauzioni provvisorie" (**Allegato C**) ed i relativi allegati Modello di offerta economica (**Allegato D**) e Capitolato Tecnico (**Allegato E**), Modello offerta senza prezzi (**Allegato F**), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituiscono integralmente i precedenti documenti di gara approvati con il sopra citato decreto del Dirigente della Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 13 del 28.01.2015;
4. di dare atto che il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, cui è stato demandato ai sensi della precitata D.G.R. 1272 del 03.07.2012 l'espletamento del procedimento di gara, provvederà alle conseguenti pubblicazioni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione;
6. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Dirigente del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
Nicola De Conti

